


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA					
	ROTEIRO DE VISTORIA PARA HEMODINÂMICA	PÁG:	REVISÃO:	VIGÊNCIA:	
ID 370	RVH		dez/20	31/12/2021	
COD_CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
8640-2/05	Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia				
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO
INFRAESTRUTURA					
8607	NO ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS-HOSPITALARES SÃO OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ADEQUADAS:				CRÍTICO
	Opções:				
	- DISPOSIÇÃO EM LOCAL ADEQUADO				
	- AO ABRIGO DA LUZ				
	- AO ABRIGO DO CALOR				
	- AO ABRIGO DA UMIDADE				
	- BOAS CONDIÇÕES DE VENTILAÇÃO				
	- HIGIENE AMBIENTAL				
	- CONTROLE RIGOROSO DO PRAZO DE VALIDADE				
	- CONTROLE RIGOROSO DO PRAZO DO LOTE				
	- REGISTRO NO MS				
	- CONTROLE DE TEMPERATURA, COM TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA				
	- CONTROLE DE TEMPERATURA DEVIDAMENTE REGISTRADO				
1464	OS AMBIENTES ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE?				MAIOR RISCO
1465	OS AMBIENTES ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO?				MAIOR RISCO
8606	EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM:				MAIOR RISCO
	Opções:				
	- REVESTIMENTO ADEQUADO				
	- INCLINAÇÃO ADEQUADA				
	- TUBULAÇÃO ADEQUADA				
4642	OS LAVABOS/PIAS POSSUEM:				MAIOR RISCO
	Opções:				
	- SUPORTE DE PAPEL TOALHA				
	- PAPEL TOALHA				
	- DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO				
	- SABONETE LÍQUIDO				
	- ALMOTOLIA				
	- LIXEIRA COM TAMPAS A PEDAL E SACO PLÁSTICO				
8594	SOB INSPEÇÃO VISUAL, A BLINDAGEM ESTÁ: ACIMA DE 2,10M SÃO PERMITIDAS FALHAS NA BLINDAGEM, DESDE QUE JUSTIFICADAS.				MAIOR RISCO
	Opções:				
	- ÍNTEGRA				
	- SEM DESCONTINUIDADES				
8595	EXISTEM, NAS SALAS DE ESPERA, AVISOS DO TIPO: "MULHERES GRÁVIDAS OU COM SUSPEITA DE GRAVIDEZ: FAVOR INFORMAREM AO MÉDICO OU AO TÉCNICO ANTES DO EXAME"				MAIOR RISCO
8596	EXISTE SINALIZAÇÃO LUMINOSA VERMELHA ACIMA DA FACE EXTERNA DAS PORTAS DE ACESSO ÀS SALAS DE RAIOS-X?				CRÍTICO
	Opções:				
	- A LUZ VERMELHA DEVERÁ ACENDER-SE SOMENTE E QUANDO A PORTA DA SALA DE EXAMES SE FECHAR				
1404	AS SUPERFÍCIES DE CHUMBO ESTÃO COBERTAS COM REVESTIMENTO PROTETOR COMO:				MENOR RISCO
	Opções:				
	- LAMBRIS				
	- PINTURA				
	- OU OUTRO MATERIAL ADEQUADO				
1407	EXISTE, ACIMA DA FACE EXTERNA DA PORTA, JUNTO À LUZ VERMELHA, A ADVERTÊNCIA: QUANDO A LUZ VERMELHA ESTIVER ACESA, A ENTRADA É PROIBIDA?				MAIOR RISCO
1408	EXISTE, NA FACE EXTERIOR DAS PORTAS DE ACESSO ÀS SALAS DE RAIOS-X, SINALIZAÇÃO VISÍVEL CONTENDO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA RADIAÇÃO IONIZANTE ACOMPANHADO DAS INSCRIÇÕES: RAIOS-X, ENTRADA RESTRITA OU RAIOS-X, ENTRADA PROIBIDA A PESSOAS NÃO-AUTORIZADAS, OU SIMILAR ?				CRÍTICO

EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS					
1424	NAS SALAS DE EXAMES ESTÃO PRESENTES SOMENTE OS EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X E ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS PARA OS PROCEDIMENTOS RADIOLÓGICOS A QUE SE DESTINAM?				MENOR RISCO
1461	OS DOSÍMETROS SÃO GUARDADOS EM LOCAL SEGURO COM TEMPERATURA AMENA, UMIDADE BAIXA E AFASTADOS DE FONTES DE RADIAÇÃO IONIZANTE, JUNTO AO DOSÍMETRO PADRÃO?				MENOR RISCO
1462	INEXISTEM DOSÍMETROS DE OUTROS SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO?				MENOR RISCO
8601	NO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA EXISTE CARRO DE EMERGÊNCIA COM: Opções:				MAIOR RISCO
	- ACESSO IMEDIATO				
	- EQUIPAMENTOS COMPLETOS PARA INTUBAÇÃO E RESSUSCITAÇÃO - MEDICAMENTOS COMPLETOS PARA INTUBAÇÃO E RESSUSCITAÇÃO				
8602	EXISTE EQUIPAMENTO QUE POSSIBILITE O MONITORAMENTO DO TEMPO DE COAGULAÇÃO ATIVA (TCA)?				CRÍTICO
1458	OS INDIVÍDUOS QUE TRABALHAM COM RAIOS-X DIAGNÓSTICOS FAZEM USO, DURANTE A JORNADA DE TRABALHO, E ENQUANTO PERMANECEM EM ÁREA CONTROLADA, DE DOSÍMETRO INDIVIDUAL?				MAIOR RISCO
1459	OS DOSÍMETROS (DE TRONCO) SÃO USADOS SOBRE O AVENTAL PLUMBÍFERO E NA REGIÃO MAIS EXPOSTA DO TRONCO?				MENOR RISCO
1460	OS DOSÍMETROS SÃO USADOS SOBRE O AVENTAL PLUMBÍFERO?				MAIOR RISCO
1412	EXISTEM, DENTRO DE CADA SALA DE EXAMES (OU JUNTO A EQUIPAMENTOS MÓVEIS) AVENTAIS PLUMBÍFEROS E PROTETORES DE TIREOIDE EM NÚMERO SUFICIENTE PARA PACIENTES, EQUIPE E ACOMPANHANTES? Opções:				CRÍTICO
	- RAIOS-X CONVENCIONAIS E FLUOROSCOPIA TELECOMANDADA: 2 CONJUNTOS				
	- FLUOROSCOPIA NÃO-TELECOMANDADA: 3 CONJUNTOS				
	- RAIOS-X MÓVEIS: PELO MENOS 1 CONJUNTO				
	- TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: 2CONJUNTOS PARA HOSPITALAR E 01 CONJUNTO PARA EXTRA- HOSPITALAR				
	- MAMOGRAFIA: 1 CONJUNTO - BLOCO CIRÚRGICO: DE ACORDO COM NÚMERO DE PROFISIONAIS PRESENTES NAS SALAS				
1417	AS VESTIMENTAS PLUMBÍFERAS ESTÃO GUARDADAS EM SUPORTES APROPRIADOS, DE MODO A QUE NÃO FIQUEM DOBRADAS?				MENOR RISCO
8597	EXISTEM ÓCULOS PLUMBÍFEROS PARA CADA TRABALHADOR DENTRO DA SALA?				CRÍTICO
8598	AS VESTIMENTAS PLUMBÍFERAS POSSUEM REGISTRO NA ANVISA?				MAIOR RISCO
PROCEDIMENTOS					
8608	EM CASO DE UTILIZAR MEDICAMENTOS SOB REGIME DE CONTROLE ESPECIAL, SÃO MANTIDOS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR: Opções:				CRÍTICO
	- OS CONTROLES				
	- OS REGISTROS				
DOCUMENTAÇÃO					
6955	AS ATIVIDADES CONSTANTES DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E DA FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC - COINCIDEM COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS OU EM CONDIÇÕES DE SEREM EXERCIDAS NO LOCAL?				CRÍTICO
1366	EXISTE UM EXEMPLAR DA PORTARIA 453/98 NO SERVIÇO, ACESSÍVEL A TODOS?				MENOR RISCO
4200	POSSUI CERTIFICADO DE CONTROLE QUÍMICO (DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO) EXPEDIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM AAS, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, CASO ADOTADO DENTRO DO CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS? Opções:				MAIOR RISCO
	- EXPEDIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA				
	- A EMPRESA POSSUI ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIO				
	- O CERTIFICADO ESTÁ DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE - O SERVIÇO PRESTADO SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE C/ O CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS				
7893	O SERVIÇO POSSUI PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC - DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ATUALIZADO, QUANDO O SISTEMA FOR ACIMA DE 5TR (60.000BTU/H)?				MAIOR RISCO
8514	NO CASO DE EXISTIREM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, OS CONTRATOS CORRESPONDENTES ESTÃO DISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO?				MAIOR RISCO
8560	EXISTE PROGRAMA DE CONTROLE DE INFECÇÃO IMPLEMENTADO?				MAIOR RISCO
8561	EXISTEM PROTOCOLOS DEFINIDOS PARA TODOS OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO LOCAL?				MAIOR RISCO

	OS PROCEDIMENTOS HEMODINÂMICOS REALIZADOS SÃO ANOTADOS COM TODOS OS DADOS NECESSÁRIOS PARA CADA PACIENTE:				
	Opções:				
	- NOME				
	- IDADE				
8562	- SEXO				MAIOR RISCO
	- ENDEREÇO				
	- DATA DO EXAME				
	- INDICAÇÃO CLÍNICA				
	- TIPO DE PROCEDIMENTO REALIZADO				
	- TEMPO DE FLUOROSCOPIA				
	- SÃO ARQUIVADOS				
8600	EXISTEM REGISTROS COMPROVANDO O MONITORAMENTO DO TEMPO DE FLUOROSCOPIA?				MAIOR RISCO
	POSSUI E IMPLEMENTA O PROGRAMA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA QUE DEVE POSSUIR NO MÍNIMO:				
	Opções:				
	- IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO E RESPONSÁVEL LEGAL				
	- LISTA DOS TRABALHADORES COM SUAS FUNÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E HORÁRIOS DE TRABALHO				
	- DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ROTINA EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES, ENVOLVENDO O USO DAS FONTES RADIOATIVAS				
8568	- DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RADIAÇÃO EXISTENTES E SUA LOCALIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES				MAIOR RISCO
	- DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS QUE VISAM MANTER OS EQUIPAMENTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, A FIM DE MINIMIZAR AS DOSES A PACIENTES E TRABALHADORES E MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO EXECUTADO.				
	- MEDIDAS DE PREVENÇÃO, DE CONTROLE E DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A QUALIDADE DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS				
	- FAZER PARTE DO PPR DO ESTABELECIMENTO				
	- SER CONSIDERADO NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCMSO				
7853	O MDPR CONTÉM A IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO E SEU RESPONSÁVEL LEGAL?				MAIOR RISCO
8570	O MDPR CONTÉM A RELAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RADIOLÓGICOS IMPLEMENTADOS?				MENOR RISCO
	O MDPR CONTÉM A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES, INCLUINDO:				
	Opções:				
	- TIPO DE GERADOR				
	- MODELO				
8571	- NÚMERO DE SÉRIE				MAIOR RISCO
	- NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE				
	- ANO DE FABRICAÇÃO				
	- DATA DA INSTALAÇÃO				
	- MOBILIDADE				
	- SITUAÇÃO OPERACIONAL				
8572	O MDPR CONTÉM PROGRAMA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA?				MAIOR RISCO
	O PPR CONTÉM:				
	Opções:				
	- A RELAÇÃO NOMINAL DE TODA A EQUIPE				
8573	- ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES				MAIOR RISCO
	- QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE				
	- CARGA HORÁRIA				
8574	O PPR CONTÉM A DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS, VISANDO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA (POPS)?				MAIOR RISCO
	O PPR CONTÉM A DEFINIÇÃO DO:				
	Opções:				
	- SISTEMA DE SINALIZAÇÃO				
8577	- AVISOS				MAIOR RISCO
	- CONTROLE DAS ÁREAS				
8579	O PPR CONTÉM PROGRAMA DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL?				CRÍTICO
8581	EXISTE CONTRATO VIGENTE DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL?				CRÍTICO
8582	O LABORATÓRIO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL RESPONSÁVEL PELOS DOSÍMETROS É CREDENCIADO PELA CNEN?				CRÍTICO
8583	OS ASSENTAMENTOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL ESTÃO DISPONÍVEIS?				CRÍTICO
7869	OS RELATÓRIOS DE DOSIMETRIA SÃO REALIZADOS MENSALMENTE?				CRÍTICO
	O PPR CONTÉM PROGRAMA DE SAÚDE OCUPACIONAL CONTENDO:				

8584	<p>Opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONTROLE MÉDICO OCUPACIONAL SEMESTRAL DE TODOS OS INDIVÍDUOS MONITORADOS - VACINAÇÃO CONTRA A HEPATITE B - OU COMPROVAÇÃO DE IMUNIDADE CONTRA HEPATITE B 				MAIOR RISCO
8585	<p>O PROGRAMA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA APRESENTA DEFINIÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO POR PROCEDIMENTO, COM RESPECTIVAS QUANTIDADES POR SALA?</p> <p>Opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DESCRIÇÃO DAS VESTIMENTAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - DEFINIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO EPI POR PROCEDIMENTO - QUANTIDADE SUFICIENTE POR SALA 				MAIOR RISCO
8575	<p>O PPR CONTÉM O PROGRAMA DE TREINAMENTO SENDO:</p> <p>Opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERIÓDICO - CONTEMPLA A ATUALIZAÇÃO DE TODA A EQUIPE 				MAIOR RISCO
8576	<p>O CONTEÚDO DO ÚLTIMO PROGRAMA DE TREINAMENTO INCLUIU, NO MÍNIMO:</p> <p>Opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - USO DE VESTIMENTAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FORMAS DE MINIMIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO - USO DE DOSÍMETROS - PROCESSAMENTO RADIOGRÁFICO QUANDO FOR O CASO - DISPOSITIVOS LEGAIS 				MAIOR RISCO
7861	<p>NOS ASSENTAMENTOS DOS TREINAMENTOS REALIZADOS CONSTAM OS DADOS RELATIVOS AO PROGRAMA, TAIS COMO:</p> <p>Opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CARGA HORÁRIA - CONTEÚDO - PERÍODO - IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 				MAIOR RISCO
8586	<p>O PROGRAMA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA CONTEMPLA O PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:</p> <p>Opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> - APARELHOS DE RAIOS-X - SISTEMAS DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS 				MAIOR RISCO
8578	<p>O PPR CONTÉM PROGRAMA DE MONITORAÇÃO DE ÁREA, INCLUINDO:</p> <p>Opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VERIFICAÇÃO DAS BLINDAGENS - DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 				MAIOR RISCO
8588	<p>O PROGRAMA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DEFINE OS PROCEDIMENTOS PARA OS CASOS DE EXPOSIÇÕES ACIDENTAIS:</p> <p>Opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DE PACIENTES - DOS MEMBROS DA EQUIPE - DO PÚBLICO - INCLUI SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO - INCLUI SISTEMA DE REGISTRO 				MAIOR RISCO
8587	<p>HÁ REGISTROS COMPROVANDO O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS?</p>				MAIOR RISCO
8590	<p>O LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO ESTÁ DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE? DEVENDO SER PROVIDENCIADO NOVO LEVRAD:</p> <p>Opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> - APÓS MODIFICAÇÕES AUTORIZADAS NA SALA - APÓS ALTERAÇÕES NA CARACTERÍSTICA OU OCUPAÇÃO DAS ÁREAS CIRCUNVIZINHAS - APÓS DECORRIDOS 4 ANOS DA REALIZAÇÃO DO MESMO 				CRÍTICO
8591	<p>ESTA DISPONÍVEL RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO, EMITIDO POR ESPECIALISTA EM FÍSICA DE RADIODIAGNÓSTICO (OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE), CADASTRADO NA VISA ESTADUAL, COMPROVANDO A CONFORMIDADE DE TODAS AS SALAS DE EXAME COM OS NÍVEIS DE RESTRIÇÃO DE DOSE ESTABELECIDOS NESTE REGULAMENTO?</p>				CRÍTICO
8592	<p>OS TESTES DE CONSTÂNCIA ESTÃO DENTRO DA SUA VALIDADE? (CONSIDERA-SE ATUALMENTE A VALIDADE DE 1 ANO)</p>				CRÍTICO
8593	<p>EXISTEM RELATÓRIO DE TESTES DE CONSTÂNCIA, REFERENTES A TODOS OS EQUIPAMENTOS EMISSORES DE RX, ATUALIZADOS, COM CONCLUSÃO SATISFATÓRIA, EMITIDO POR ESPECIALISTA EM FÍSICA DE RADIODIAGNÓSTICO (OU CERTIFICAÇÃO EQUIVALENTE), CADASTRADO NA VISA ESTADUAL? (OBS: VALIDADE DE 2 ANOS)</p>				CRÍTICO

1418	APRESENTOU LAUDOS QUE COMPROVEM A INTEGRIDADE DAS VESTIMENTAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA?				CRÍTICO
PGRSS					
2925	POSSUI PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS)? Opções: - PROTOCOLADO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES - APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES - DECLARAÇÃO DE NÃO GERADOR DE RESÍDUOS				MAIOR RISCO
RECURSOS HUMANOS					
7865	TODOS OS FUNCIONÁRIOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS SÃO MONITORADOS?				CRÍTICO
8580	TODAS AS PESSOAS OCUPACIONALMENTE EXPOSTAS AOS RAIOS-X, MESMO EM TREINAMENTO, SÃO MAIORES DE 16 ANOS?				CRÍTICO
7870	NO CASO DE INDIVÍDUOS QUE TRABALHAM EM MAIS DE UM SERVIÇO, OS RESULTADOS DA MONITORAÇÃO DE CADA SERVIÇO ESTÃO PRESENTES?				CRÍTICO
1390	EM CASO DE SERVIÇO DE HEMODINÂMICA, É REALIZADA DOSIMETRIA DE EXTREMIDADES NO PROFISSIONAL MÉDICO?				MAIOR RISCO
7860	OS INDIVÍDUOS EM TREINAMENTO EM TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS RADIOLÓGICOS ESTÃO SOB A DIRETA SUPERVISÃO: Opções: - UM PROFISSIONAL QUALIFICADO - SOB A RESPONSABILIDADE DO RT				MAIOR RISCO
1369	EXISTE DOCUMENTO QUANTO À CERTIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Opções: - EMITIDO POR ÓRGÃO DE RECONHECIDA COMPETÊNCIA OU COLEGIADO PROFISSIONAL - HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE				MAIOR RISCO
8563	EXISTE DOCUMENTO DE NOMEAÇÃO, PELOS TITULARES E EMPREGADORES DO SERVIÇO, DE UM MÉDICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT)?				CRÍTICO
8564	EXISTE DOCUMENTO DE NOMEAÇÃO DE UM MEMBRO DA EQUIPE COMO SUPERVISOR DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, PELOS TITULARES E EMPREGADORES DO SERVIÇO? OBS: O RT PODE ACUMULAR A FUNÇÃO DE SPR				CRÍTICO
8565	EXISTE DOCUMENTO COMPROVANDO SER O SUPERVISOR DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA (SPR): Opções: - FÍSICO C/ CERTIFICAÇÃO DE ESPECIALISTA EM FÍSICA DE RADIODIAGNÓSTICO C/ CERTIFICAÇÃO DE ACORDO C/ ESTA PORTARIA OU - MÉDICO C/ CERTIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO EMITIDA POR ÓRGÃO DE RECONHECIDA COMPETÊNCIA OU COLEGIADO PROFISSIONAL - HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE				MAIOR RISCO
8566	EM SE TRATANDO DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR, EXISTE UM COMITÊ DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA NOMEADO, INTEGRADO, NO MÍNIMO: Opções: - PELO SPR - UM REPRESENTANTE DA DIREÇÃO DO HOSPITAL E UM MÉDICO ESPECIALISTA DE CADA UMA DAS UNIDADES QUE FAZEM USO DAS RADIAÇÕES IONIZANTES				MAIOR RISCO
8567	APRESENTOU ATAS ATUALIZADAS REFERENTES ÀS REUNIÕES DO COMITÊ DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA? (COM FREQUÊNCIA MÍNIMA SEMESTRAL)				MENOR RISCO