


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA

	ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA CENTRO CIRÚRGICO AMBULATORIAL - VISA			PA GIN	REVISÃO :	VIGENCIA:
	ID 683	RVF_DVSA_51_VS	AS- 4	21/08/2 019	31/12/2020	
COD_C NAE	DENOMINAÇÃO ATIVIDADE					
8630- 5/01	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RIS CO	LEGISLAÇÃO
INFRA-ESTRUTURA						
4371	A UNIDADE É ISOLADA DA CIRCULAÇÃO GERAL?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3
4372	POSSUI ÁREA DE RECEPÇÃO E PREPARO DO PACIENTE?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 ITEM 4.6
1070	POSSUI VESTIÁRIO/SANITÁRIO PARA PACIENTES?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 ITEM 4.6
4373	POSSUI VESTIÁRIO/SANITÁRIO DE BARREIRA PARA A EQUIPE DE SAÚDE?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 ITEM 4.6
4337	POSSUI SALA/ÁREA PARA ARSENAL DE MATERIAL ESTERILIZADO?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 ITEM 4.6
1634	POSSUI ÁREA PARA ESCOVAÇÃO DE MÃOS DOS PROFISSIONAIS CONTENDO, NO MÍNIMO:				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 ITEM 4.6 E RDC 063/2011, ARTS.17 E 59
	* LAVABO CIRÚRGICO COM BOJO DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO					
	* TORNEIRA ACIONADA SEM O COMANDO DAS MÃOS					
	* DISPENSADOR ACIONADO SEM O COMANDO DAS MÃOS PARA SOLUÇÃO DEGERMANTE E ANTISSEPTICA					
	* ESCOVAS DESCARTÁVEIS PARA DEGERMAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA DEVIDAMENTE REGULARIZADAS JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE					
	* COMPRESSAS ESTÉREIS					
8911	OS DIVERSOS AMBIENTES POSSUEM:				MAIOR	PM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ART.36 E 38
	*BOAS CONDIÇÕES DE VENTILAÇÃO					
	*BOAS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO					
	*AUSÊNCIA DE FIAÇÃO EXPOSTA					
	*ENCANAMENTOS COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTOS					
	*BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA					
EQUIPAMENTOS/MEDICAMENTOS E PRODUTOS						
1197	POSSUI EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A QUE SE PROPÕE E OS MESMOS ESTÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 32 PARÁGRAFO ÚNICO C/C RDC 63/2011 ART. 17
3013	UTILIZA SOMENTE MEDICAMENTOS, SOLUÇÕES, DESINFETANTES E GERMICIDAS: *COM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE *DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97. INCISO X C/C RDC 063/2011, ART. 17

3566	HÁ GUARDA DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES: Opções: *EM LOCAL EXCLUSIVO *EM LOCAL ADEQUADO *ISENTO DE UMIDADE *DE FÁCIL LIMPEZA *DE FÁCIL DESINFECÇÃO				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 ITEM 4.6 E RDC 063/2011, ART. 36
1098	AS ALMOTOLIAS SÃO: *HIGIENIZADAS *IDENTIFICADAS *POSSUEM DATA DE ENVASE *DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE *TAMPADAS				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/2011 ART.57
2041	EXISTEM CAPOTES ESTÉREIS: *EM NÚMERO SUFICIENTE *EM BOAS CONDIÇÕES DE USO				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97. INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 53 E ART. 46, § 2º
SALA DE CIRURGIA						
4374	SALA CIRÚRGICA COM DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DE 20 M2?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 ITEM 4.6
4341	POSSUI AR CONDICIONADO?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 - ITEM 4.6
4340	POSSUI PONTOS DE OXIGÊNIO (2), AR COMPRIMIDO (2), ÓXIDO NITROSO (1) E VÁCUO?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 - ITEM 4.6 E RDC 63/2011, ARTS. 17 E 58
4312	POSSUI ASPIRADOR PORTÁTIL?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53 E 58
2209	POSSUI CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL COM VÁLVULA?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53 E 58
1660	POSSUI APARELHO DE ANESTESIA COM MATERIAL COMPLETO?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53 E 58, RES. CFM 2174/2017 ART.3º INCISO IV ANEXO VI ITEM 1
1653	CADA SALA É DOTADA DE UMA ÚNICA MESA CIRÚRGICA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 50/2002 PARTE II - 3 E 4 ITEM 4.6
4359	CADA SALA POSSUI MESAS AUXILIARES E MESA DE MAYO?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53
4412	POSSUI BISTURI ELÉTRICO COM PLACA?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53
1206	POSSUI NEGATOSCÓPIO?				MENOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53
4378	POSSUI OXÍMETRO?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 , 53 E 58

1658	POSSUI SUPORTE COM HAMPER?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53
2236	POSSUI SUPORTE DE SORO?				MENOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53
4379	POSSUI BALDES COM OU SEM RODÍZIO?				MENOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53
4358	CADA SALA POSSUI FOCO CENTRAL FIXO E FOCO MÓVEL AUXILIAR?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53
4360	CADA SALA PARA POSSUI BANQUETAS COM MOCHO GIRATÓRIO E ESCADA DE DOIS DEGRAUS?				MENOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53
2725	POSSUI MACA PARA TRANSPORTE COM COLCHÃO E GRADES LATERAIS?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53
1665	POSSUI RELÓGIO DE PAREDE?				MENOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53
SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA - RPA						
4403	POSSUI SALA / ÁREA PARA SERVIÇO DE ENFERMAGEM?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 ITEM 4.6
1680	A ÁREA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM CONTA COM, NO MÍNIMO:				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 - ITEM 4.6 C/C RDC 063/2011, ART. 17
	*BANCADA DE SERVIÇO					
	*LAVATÓRIO COM TORNEIRA ACIONADA SEM COMANDO DAS MÃOS OU LAVABO					
	*SABÃO LÍQUIDO					
	*TOALHA DE MÃO DESCARTÁVEL					
	*LIXEIRA COM TAMPA, PEDAL E SACO PLÁSTICO					
	*RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE PÉRFURO-CORTANTE					
	*LOCAL ADEQUADO PARA GUARDA DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS					
3089	POSSUI SALA/ÁREA PARA PRESCRIÇÃO?				MENOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 ITEM 4.6
4380	POSSUI MACA COM GRADE E ESCADA DE DOIS DEGRAUS?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17, 53 E 58
4384	POSSUI PONTO DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17, 53 E 58
3487	POSSUI UM OXÍMETRO DE PULSO PARA CADA LEITO?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17, 53 E 58
1663	POSSUI MONITOR CARDÍACO?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art. 35. C/C RESOLUÇÃO CFM2174/2017 ART.3º INCISO I-B C/C RDC 63/2011 ART. 58

2194	POSSUI SUPORTE DE SORO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 63/2011 ART. 17 e 53
2712	O CARRO RESSUSCITADOR (DE EMERGÊNCIA) CONTÉM, NO MÍNIMO:				CRÍTICO	LM 7031/96, Art.97 INCISO II C/C RES. CFM 2174/2017 ART.3º ANEXOS VI,VIII E IX ITEM 2
	*DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR (RDC 63 ART.7 INCISO II - C)					
	*AMBÚ COM MÁSCARA					
	*LARINGOSCÓPIO COMPLETO					
	*TUBOS ENDOTRAQUEAIS COM CUFF					
	*CÂNULAS DE GUEDEL					
	*FIO GUIA ESTÉRIL					
	*TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA					
	*MEDICAMENTOS					
2448	POSSUI CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL COM VÁLVULA? (OBRIGATÓRIO QUANTIDADE DE OXIGÊNIO QUE PERMITA VENTILAÇÃO MECÂNICA POR NO MÍNIMO 2 HORAS)				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17, 53 E 58
RECURSOS HUMANOS						
1727	OS FUNCIONÁRIOS FAZEM USO DE VESTUÁRIO ADEQUADO: *JALECO OU AVENTAL DE COR CLARA *PROTEÇÃO PARA OS CABELOS *CALÇADO FECHADO *EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO *EM BOM ESTADO DE LIMPEZA *FORNECIDO EM NÚMERO SUFICIENTE				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 63/2011 ART. 46 E 47
1910	DISPÕE DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRÚRGICO: Opções: *MÉDICOS CIRURGIÕES *ANESTESISTAS *ENFERMEIROS *TÉCNICOS DE ENFERMAGEM				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º , ANEXO I , ITEM 3.9.4.20 RDC 63/2011 ART. 30
DOCUMENTAÇÃO						
10228	O SERVIÇO PROMOVE A CAPACITAÇÃO DE SEUS PROFISSIONAIS DE FORMA PERMANENTE?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 32 E 32, § ÚNICO
7018	O SERVIÇO MANTÉM REGISTRO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SERVIÇO (QUADRO PRÓPRIO OU TERCEIRIZADO) COMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 31 E 31, § ÚNICO
10760	OS PRONTUÁRIOS DOS PACIENTES CONTÊM TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTES À EVOLUÇÃO CLÍNICA E À ASSISTÊNCIA PRESTADA AO PACIENTE?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART.41 E LM 7031/96, ART. 26
10387	OS PRONTUÁRIOS ESTÃO PREENCHIDOS DE FORMA LEGÍVEL, COM ASSINATURA E CARIMBO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA DO PACIENTE?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ARTs. 26 E 27

1770	POSSUI ESCALA DE FUNCIONÁRIOS EM LOCAL VISÍVEL?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/2011 ART.30
8876	POSSUI MANUAL DE NORMAS E ROTINAS TÉCNICAS ATUALIZADO E COMPATÍVEL COM AS PRÁTICAS?				MAIOR	RDC 63/2011 ART. 23 XVIII e 51