


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
	ROTEIRO DE INSPEÇÃO DE SEDAÇÃO MÉDICA CONSCIENTE PARA FINS ODONTOLÓGICOS- VISA				VIGENCIA 31/12/21	REVISÃO
	ID 695	RVF_DVSA_63_VS				nov/19
COD.CNAE	DENONINAÇÃO ATIVIDADE					
8630504	ATIVIDADE ODONTOLÓGICA					
8630502	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES					
8640209	SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS ÓPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEI
INFRA-ESTRUTURA						
2209	POSSUI CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL COM VÁLVULA?				CRÍTICO	LM 7031/96 art.97 inc II C/C RDC 63/11 art.53 C/C RES/CFM 1670/03 ANEXO II
2236	POSSUI SUPORTE DE SORO?				MENOR	LM 7031/96 art.97 inc II C/C RDC 63/11 art.53
3487	POSSUI UM OXÍMETRO DE PULSO PARA CADA LEITO COM ALARME?				CRÍTICO	LM 7031/96 art.97 inc II C/C RDC 63/11 art.53 C/C RES/CFM 1670/03 ANEXO II
4358	CADA SALA POSSUI FOCO CENTRAL FIXO E FOCO MÓVEL AUXILIAR?				CRÍTICO	LM 7031/96 art.97 inc II C/C RDC 63/11 art.53
1665	POSSUI RELÓGIO DE PAREDE?				MENOR	LM 7031/96 art.97 inc II C/C RDC 63/11 art.53
2194	POSSUI SUPORTE DE SORO?				MENOR	LM 7031/96 art.97 inc II C/C RDC 63/11 art.53
2448	POSSUI CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL COM VÁLVULA? (OBRIGATÓRIO QUANTIDADE DE OXIGÊNIO QUE PERMITA VENTILAÇÃO MECÂNICA POR NO MÍNIMO 2 HORAS)				CRÍTICO	LM 7031/96 art.97 inc II C/C RDC 63/11 art.53 C/C RES/CFM 1670/03 ANEXO II
4312	POSSUI ASPIRADOR PORTÁTIL?				CRÍTICO	LM 7031/96 art.97 inc II C/C RDC 63/11 art.53 C/C RES/CFM 1670/03 ANEXO II
1663	POSSUI MONITOR CARDÍACO?				CRÍTICO	LM 7031/96 art.97 inc II C/C RDC 63/11 art.53 C/C RES/CFM 1670/03 ANEXO II
2712	POSSUI CARRO RESSUSCITADOR (DE EMERGÊNCIA) CONTENDO, NO MÍNIMO:				CRÍTICO	LM 7031/96 art.97 inc II C/C RDC 63/11 art.58 C/C RES/CFM 1670/03 ANEXO II
	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR					
	AMBÚ COM MÁSCARA					
	LARINGOSCÓPIO COMPLETO					
	TUBOS ENDOTRAQUEAIS COM CUFF					
	CÂNULAS DE GUEDEL					
	FIO GUIA ESTÉRIL					
	TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA					
	PINÇA DE MAGYL (RDC 63 ART.7 INCISO II - C)					
	DROGAS PARA REANIMAÇÃO					
	CÂNULA NASOFARÍNGEA					
	MÁSCARA LARÍNGEA					
PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA						

1664	POSSUI OXÍMETRO DE PULSO COM ALARME?					CRÍTICO	LM 7031/96 art.97 inc II C/C RDC 63/11 art.53 C/C RES/CFM 1670/03 ANEXO II
EQUIPAMENTOS/MEDICAMENTOS E PRODUTOS							
11759	DISPÕE DE TODOS OS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL? (APRESENTAR LISTA DE MEDICAMENTOS ASSINADA PELO ANESTESIOLOGISTA)					CRÍTICO	LM 7031/96 art.97 inc II C/C RDC 63/11 art.53
DOCUMENTAÇÃO							
11756	OS SERVIÇOS E ATIVIDADES TERCEIRIZADAS ESTÃO FORMALIZADOS POR CONTRATO OU DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS?					MENOR	LM 7031/96 art.97 inc II C/C RDC 63/11 art.11
7018	O SERVIÇO MANTÉM REGISTRO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SERVIÇO (QUADRO PRÓPRIO OU TERCEIRIZADO) COMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS?					MAIOR	LM 7031/96 art.97 inc II C/C RDC 63/11 art.31
11757	POSSUI PROTOCOLOS PARA REANIMAÇÃO CARDIORESPIRATÓRIA?					CRÍTICO	LM 7031/96 art.97 inc II C/C RDC 63/11 art.58 C/C RES/CFM 1670/03 ANEXO II
6375	PROMOVE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO EM TODAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, COM COMPROVAÇÃO?					CRÍTICO	LM 7031/96 art.97 inc II C/C RDC 63/11 art.32 ÚNICO
11758	O SERVIÇO DE SAÚDE POSSUI MECANISMOS QUE GARANTAM A CONTINUIDADE DA ATENÇÃO AO PACIENTE QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE REMOÇÃO? (CASO A AMBULÂNCIA SEJA PRÓPRIA APLICAR ROTEIRO ESPECÍFICO)					CRÍTICO	LM 7031/96 art.97 inc II C/C RDC 63/11 art.19