


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
	ROTEIRO DE VISTORIA PARA ATENÇÃO FARMACÊUTICA - FARMÁCIA DE PREPARO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL			PÁG	REVISÃO:	VIGENCIA:
	ID 73				:	dez/20
COD_CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	
<b>INFRAESTRUTURA</b>						
1295	A ÁREA TEM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA ASSEGURAR A ESTOCAGEM ORDENADA E RACIONAL DAS DIVERSAS CATEGORIAS DE MATERIAIS, PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS?				MAIOR RISCO	
3571	O PISO É DE MATERIAL:				MAIOR RISCO	
	<b>Opções:</b>					
	- DE ACABAMENTO RESISTENTE					
	- ANTIDERRAPANTE					
	- DE CORES CLARAS					
	- IMPERMEÁVEIS E FACILMENTE LAVÁVEIS					
	- EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
	- EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO					
- COM INCLINAÇÃO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DE LAVAGEM, SE FOR O CASO						
- AUSÊNCIA DE TRINCAS E DESCONTINUIDADES						
- RALOS COM SISTEMA DE FECHAMENTO						
533	AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INTERRUPTORES ESTÃO:				MAIOR RISCO	
	<b>Opções:</b>					
	- EMBUTIDAS OU PROTEGIDOS EM TUBULAÇÕES ISOLANTES					
	- ÍNTEGRAS					
	- PRESAS ÀS PAREDES					
- PRESAS AO TETO						
- DE TAL FORMA A PERMITIR A HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES						
1359	EXISTEM RECIPIENTES ADEQUADOS PARA LIXO COM TAMPAS E PEDAL?				MAIOR RISCO	
1360	OS AMBIENTES (JANELAS, RALOS E DEMAIS ABERTURAS) ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PROTEGIDOS CONTRA A ENTRADA DE INSETOS, ROEDORES E OUTROS ANIMAIS?				MAIOR RISCO	
4211	AS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO (NATURAL OU ARTIFICIAL) SÃO ADEQUADAS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS?				MAIOR RISCO	
4906	ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ESTABELECIMENTO SE ENCONTRAM LIVRES DE OBJETOS EM DESUSO OU ESTRANHOS AO AMBIENTE, BEM COMO DE ANIMAIS?				MENOR RISCO	
790	ILUMINAÇÃO NATURAL OU ARTIFICIAL, ADEQUADA À ATIVIDADE DESENVOLVIDA, SEM OFUSCAMENTO, REFLEXOS FORTES, SOMBRAS E CONTRASTES EXCESSIVOS?				MAIOR RISCO	
1349	EXISTE ÁREA PRÓPRIA PARA EMBALAGEM?				CRÍTICO	
1589	SOBRE A ÁREA DE EMBALAGEM:				MAIOR RISCO	
	<b>Opções:</b>					
	- PISO É LISO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E ESTÁ EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA					
	- SETOR ESTÁ LIMPO, SEM ACÚMULO DE OBJETOS ALHEIOS À ATIVIDADE E/OU EM DESUSO					
	- PAREDES E TETO SÃO DE COR CLARA, LISOS E ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA					
- ILUMINAÇÃO É SUFICIENTE E ADEQUADA						
- VENTILAÇÃO DO LOCAL É SUFICIENTE E ADEQUADA						
1587	SOBRE A ÁREA DE MANIPULAÇÃO:				CRÍTICO	
	<b>Opções:</b>					
	- PISO É LISO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, SEM RALO E ESTÁ EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA					
	- PAREDES E TETO SÃO DE COR CLARA, LISOS, IMPERMEÁVEIS, POSSUEM CANTOS ARREDONDADOS E ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA					
	- O SETOR ESTÁ LIMPO, SEM ACÚMULO DE OBJETOS ALHEIOS À ATIVIDADE E/OU EM DESUSO					
- ESTÁ ÁREA ESTÁ CLASSIFICADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTES REGULAMENTOS						
1132	AS ÁREAS DESTINADAS À PREPARAÇÃO DA NP SÃO ADEQUADAS E SUFICIENTES AO DESENVOLVIMENTO DAS OPERAÇÕES, DISPONDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE FORMA ORGANIZADA E RACIONAL?				CRÍTICO	
	POSSUI ÁREA DESTINADA À:					

	<b>Opções:</b>				
1315	- LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS - VESTIÁRIO - MANIPULAÇÃO - ROTULAGEM/EMBALAGEM				MAIOR RISCO
1316	AS JANELAS E OU VISORES EXISTENTES NOS DIVERSOS SETORES DA ÁREA DE PREPARAÇÃO ESTÃO PERFEITAMENTE VEDADOS?				CRÍTICO
1336	A ÁREA POSSUI PRESSÃO POSITIVA?				CRÍTICO
1338	O AR INJETADO NESTA ÁREA É FILTRADO?				CRÍTICO
1340	EXISTE EQUIPAMENTO DE FLUXO LAMINAR?				CRÍTICO
1341	O AR INJETADO NO FLUXO LAMINAR É FILTRADO POR FILTROS HEPA?				CRÍTICO
1342	O FLUXO LAMINAR ESTÁ VALIDADO? (VERIFICAR REGISTROS)				CRÍTICO
1343	É VERIFICADO O ESTADO DOS FILTROS DE AR DE INGRESSO A ÁREA E DO EQUIPAMENTO DE FLUXO LAMINAR PERIODICAMENTE? (VERIFICAR REGISTROS)				CRÍTICO
1348	AS CONDIÇÕES DA ÁREA SÃO CONDIZENTES COM O VOLUME DAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR TURNO DE TRABALHO?				CRÍTICO
10	PAREDES, TETO, PISO, RALOS E PIAS EM PERFEITO ESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO?				MAIOR RISCO
1286	OS ARREDORES DO ESTABELECIMENTO ESTÃO LIMPOS E APRESENTAM BOA CONSERVAÇÃO?				MENOR RISCO
12	SISTEMA DE ESGOTO EFICIENTE E EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO?				MAIOR RISCO
711	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS EM QUANTIDADE SUFICIENTE E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA?				MENOR RISCO
827	VESTIÁRIOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE, ORGANIZADOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA?				MENOR RISCO
1289	POSSUI SALA DE DESCANSO E REFEITÓRIO?				MENOR RISCO
1291	POSSUI SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA (GERADOR)?				MENOR RISCO
1317	EXISTE LOCAL PRÓPRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS, PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS?				CRÍTICO
1318	ESTÁ LOCALIZADO ANEXO À ÁREA DE MANIPULAÇÃO?				CRÍTICO
1320	ESTA ÁREA ESTÁ CLASSIFICADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTES REGULAMENTOS?				CRÍTICO
	SOBRE A ÁREA DE LIMPEZA E HIGIENE:				
	<b>Opções:</b>				
1563	- PISO É ADEQUADO, SEM RALO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - PAREDES E TETO SÃO DE COR CLARA, LISA E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - O SETOR ESTÁ LIMPO, SEM ACÚMULO DE OBJETOS ALHEIOS A ATIVIDADE E/OU EM DESUSO - A ILUMINAÇÃO É SUFICIENTEMENTE ADEQUADA - A VENTILAÇÃO É SUFICIENTEMENTE ADEQUADA				MAIOR RISCO
1319	EXISTE PASSAGEM DE DUPLA PORTA PARA ENTRADA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, CORRELATOS E MATERIAIS NA ÁREA DE MANIPULAÇÃO?				CRÍTICO
	SOBRE A ÁREA DE VESTIÁRIO:				
	<b>Opções:</b>				
1583	- O PISO É LISO, RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPEZA E ESTÁ EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO - PAREDES E TETO SÃO DE COR CLARA, LISOS E ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - SETOR ESTÁ LIMPO, SEM ACÚMULO DE OBJETOS ALHEIOS A ATIVIDADE E/OU EM DESUSO - ILUMINAÇÃO É SUFICIENTE E ADEQUADA - VENTILAÇÃO DO LOCAL É SUFICIENTE E ADEQUADA				MAIOR RISCO
1134	A PRESSÃO DO AR NO VESTIÁRIO É INFERIOR À DA SALA DE MANIPULAÇÃO DA NP, MAS SUPERIOR À DAS OUTRAS DEPENDÊNCIAS?				CRÍTICO
1326	O VESTIÁRIO POSSUI ARMÁRIO PARA GUARDA DE UNIFORMES LIMPOS/ESTERILIZADOS?				MAIOR RISCO
1327	O VESTIÁRIO POSSUI CESTO PARA DESPEJO DE ROUPAS USADAS?				MENOR RISCO
	INEXISTEM CONDIÇÕES QUE PROPICIEM ALIMENTAÇÃO, PROLIFERAÇÃO OU ABRIGO DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS, TAIS COMO:				
	<b>Opções:</b>				
5164	- PRATINHOS DE VASOS DE PLANTAS - LATINHAS, EMBALAGENS, DESCARTÁVEIS, PNEUS OU MATERIAL EM DESUSO EM CONDIÇÕES DE ACUMULAR ÁGUA				MAIOR RISCO
<b>EQUIPAMENTOS/MEDICAMENTOS E PRODUTOS</b>					
1313	A ÁGUA UTILIZADA PARA INJETÁVEIS É INDUSTRIALIZADA?				MAIOR RISCO

1164	A GELADEIRA OU CÂMARA FRIGORÍFICA ENCONTRA-SE LIMPA, SEM ACÚMULO DE GELO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?				MAIOR RISCO
1298	OS PRODUTOS FARMACÊUTICOS, CORRELATOS E MATERIAIS DE EMBALAGEM ESTÃO ARMAZENADOS AFASTADOS DO PISO, PAREDES E TETO, FACILITANDO A LIMPEZA?				MAIOR RISCO
1299	EXISTE LOCAL SEGREGADO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, PARA ESTOCAGEM DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, CORRELATOS E MATERIAIS DE EMBALAGEM REPROVADOS, RECOLHIDOS OU PARA DEVOLUÇÃO?				MAIOR RISCO
1138	O ACONDICIONAMENTO DA NP JÁ ROTULADO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DESTE REGULAMENTO?				CRÍTICO
1197	POSSUI EQUIPAMENTOS, MOVEIS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A QUE SE PROPÕE E OS MESMOS ESTÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO?				MAIOR RISCO
371	EXISTEM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO (EXTINTORES PORTATEIS OU HIDRANTES) ADEQUADOS A CLASSE DE FOGO A EXTINGUIR, SINALIZADOS, QUE ATENDAM A DEMANDA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA MANUTENÇÃO E EM LOCAL DE LIVRE ACESSO?				MAIOR RISCO
1139	EXISTE REFRIGERADOR, EXCLUSIVO PARA MEDICAMENTOS, COM TERMÔMETRO PARA CONSERVAÇÃO DA NP ATÉ O MOMENTO DO SEU TRANSPORTE?				CRÍTICO
1322	OS PRODUTOS UTILIZADOS PARA DESINFECÇÃO DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS, CORRELATOS E MATERIAIS DE EMBALAGEM OBEDECEM ÀS ESPECIFICAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE?				CRÍTICO
1328	O PRODUTO UTILIZADO PARA DEGERMAÇÃO DAS MÃOS É PADRONIZADO?				MAIOR RISCO
<b>PROCEDIMENTOS</b>					
1305	AS INSTALAÇÕES DE ÁGUA POTÁVEL ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DESTE REGULAMENTO?				CRÍTICO
1307	A ÁGUA POTÁVEL É SUBMETIDA A ALGUM PROCESSO DE PURIFICAÇÃO?				MENOR RISCO
1309	A ÁGUA UTILIZADA PARA LIMPEZA DE MATERIAL ATENDE AS EXIGÊNCIAS DESTE REGULAMENTO?				MAIOR RISCO
1310	A ÁGUA UTILIZADA PARA PREPARAÇÃO DE ÁLCOOL A 70% ATENDE AS EXIGÊNCIAS DESTE REGULAMENTO?				CRÍTICO
1311	A ÁGUA UTILIZADA PARA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS ATENDE AS EXIGÊNCIAS DESTE REGULAMENTO?				MAIOR RISCO
417	HÁ EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS (MAPAS) DE CONTROLE E REGISTRO DE TEMPERATURA E UMIDADE?				MAIOR RISCO
1300	OS PRODUTOS FARMACÊUTICOS, CORRELATOS E MATERIAIS DE EMBALAGEM SÃO INSPECIONADOS QUANDO DO SEU RECEBIMENTO?				CRÍTICO
1301	OS PRODUTOS FARMACÊUTICOS, CORRELATOS E MATERIAIS DE EMBALAGEM ESTÃO DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS?				CRÍTICO
1303	EXISTE SISTEMA, INFORMATIZADO OU NÃO, DE CONTROLE DE ESTOQUE?				MENOR RISCO
1304	OS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS QUE NÃO SÃO APROVADOS NA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO SÃO REJEITADOS E DEVOLVIDOS OU DESTRUÍDOS? (VERIFICAR REGISTROS)				MAIOR RISCO
1137	SÃO REALIZADOS CONTROLES PARA VERIFICAR SE A NP FOI PREPARADA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA?				CRÍTICO
1585	OS FUNCIONÁRIOS FAZEM USO DE UNIFORME PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTA ÁREA?				CRÍTICO
1331	OS UNIFORMES SÃO ESTERILIZADOS E CONFECCIONADOS DE TECIDO QUE NÃO LIBERA PARTÍCULAS?				CRÍTICO
1332	O UNIFORME UTILIZADO NA ÁREA LIMPA, INCLUSIVE MÁSCARAS E LUVAS, SÃO SUBSTITUÍDOS A CADA SESSÃO DE TRABALHO OU SEMPRE QUE SE FIZER NECESSÁRIO, DE ACORDO COM NORMAS DESTE REGULAMENTO?				CRÍTICO
1314	A CIRCULAÇÃO DE PESSOAL NESTAS ÁREAS É FORMALMENTE RESTRITA?				CRÍTICO
1335	O MANIPULADOR CONFERE CUIDADOSAMENTE A IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E SUA CORRESPONDÊNCIA COM A FORMULAÇÃO PRESCRITA ANTES E APÓS A SUA MANIPULAÇÃO?				CRÍTICO
1136	OS RECIPIENTES UTILIZADOS PARA O ACONDICIONAMENTO DA NP ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES DESTE REGULAMENTO?				CRÍTICO
1347	OS EQUIPOS DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SÃO TROCADOS A CADA SESSÃO ININTERRUPTA DE MANIPULAÇÃO?				CRÍTICO
1184	FAZ A LEITURA E O REGISTRO DA TEMPERATURA SISTEMATICAMENTE (2 VEZES AO DIA)?				CRÍTICO
1140	AS CONDIÇÕES DE ACONDICIONAMENTO PARA O TRANSPORTE DA NP ESTÃO VALIDADAS? (VERIFICAR REGISTROS)				CRÍTICO
1141	A NP DURANTE O TRANSPORTE SE MANTÉM PROTEGIDA DAS INTEMPÉRIES E DA INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR?				CRÍTICO

1355	EXISTE LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE NO ESTABELECIMENTO?				MENOR RISCO
1147	O CONTROLE DE QUALIDADE MONITORA O CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DA PREPARAÇÃO DA NP?				CRÍTICO
1148	SÃO REALIZADAS ANÁLISES NAS NPS PREPARADAS CONFORME ESTABELECIDO NESTE REGULAMENTO? (VERIFICAR REGISTROS)				CRÍTICO
1149	AMOSTRAS DE CONTRA-PROVA DE CADA NP MANIPULADA SÃO CONSERVADAS SOB REFRIGERAÇÃO À TEMPERATURA DE 2º C A 8º C DURANTE 7 DIAS APÓS SEU PRAZO DE VALIDADE?				CRÍTICO
1142	A FARMÁCIA POSSUI UM SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE IMPLANTADO COM BASE NAS DIRETRIZES DAS BPPNP?				CRÍTICO
1143	OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA TODAS AS OPERAÇÕES CRÍTICAS DA PREPARAÇÃO E DE CONTROLE DE QUALIDADE DA NP ESTÃO PADRONIZADAS?				CRÍTICO
1351	SÃO REALIZADAS AUTO-INSPEÇÕES MENSALMENTE PARA AVALIAR O SERVIÇO? (VERIFICAR REGISTROS)				CRÍTICO
1352	OS PONTOS CRÍTICOS DO PROCESSO SÃO PERIODICAMENTE VALIDADOS? (VERIFICAR REGISTROS)				CRÍTICO
1354	AS CONCLUSÕES DAS INVESTIGAÇÕES SÃO TRANSMITIDAS POR ESCRITO AO RECLAMANTE? (VERIFICAR REGISTROS)				MAIOR RISCO
1133	A TRANSFERÊNCIA DOS PRODUTOS FARMACEUTICOS, CORRELATOS E MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA ÁREA DE MANIPULAÇÃO DA NP SE REALIZA EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, ATENDENDO ÀS ESPECIFICAÇÕES DESTA NORMA?				CRÍTICO
1321	DISPÕE DE MEIOS ADEQUADOS PARA LIMPEZA PRÉVIA DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS?				CRÍTICO
1324	EXISTE SISTEMA DE INSPEÇÃO VISUAL PARA REVISÃO DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS?				CRÍTICO
<b>RECURSOS HUMANOS</b>					
80	APRESENTA RIGOROSO ASSEIO CORPORAL, DO VESTUÁRIO DIÁRIO E DOS UNIFORMES?				CRÍTICO
1942	OS FUNCIONÁRIOS SÃO SUBMETIDOS A EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS ADMISSIONAIS E PERIÓDICOS? VERIFICAR A PERIODICIDADE E REGISTROS.				CRÍTICO
81	OS FUNCIONÁRIOS ESTÃO UTILIZANDO UNIFORMES PRÓPRIOS PARA A ATIVIDADE, LIMPOS E EM BOAS CONDIÇÕES DE USO?				MAIOR RISCO
1290	REALIZA E REGISTRA TREINAMENTO INICIAL E PERIÓDICO, PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS, COERENTES COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS MESMOS?				MENOR RISCO
1358	O CONTROLE DE QUALIDADE POSSUI PROFISSIONAL CAPACITADO E HABILITADO PARA EXERCER A FUNÇÃO?				CRÍTICO
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>					
807	POSSUI REGISTRO DE HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA ÁGUA OU COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO?				MAIOR RISCO
4222	EXISTE REGISTRO DA OPERAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA FREQUÊNCIA RECOMENDADA? (MÍNIMO A CADA SEIS MESES)				MAIOR RISCO
1308	SÃO REALIZADOS PERIODICAMENTE CONTROLES MICROBIOLÓGICOS DA ÁGUA POTÁVEL? (VERIFICAR REGISTROS)				CRÍTICO
1312	EXISTEM REGISTROS QUE COMPROVEM AS ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DA ÁGUA UTILIZADA?				MAIOR RISCO
6955	AS ATIVIDADES CONSTANTES DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E DA FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC - COINCIDEM COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS OU EM CONDIÇÕES DE SEREM EXERCIDAS NO LOCAL?				CRÍTICO
1297	EXISTE CONTROLE DE SUA TEMPERATURA? (VERIFICAR REGISTROS)				MAIOR RISCO
1361	OS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS POSSUEM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?				CRÍTICO
1302	OS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS SÃO ACOMPANHADOS DOS RESPECTIVOS LAUDOS DE ANÁLISES DOS FORNECEDORES, DEVIDAMENTE ASSINADOS PELOS SEUS RESPONSÁVEIS?				CRÍTICO
1015	ROTINAS DOCUMENTADAS PARA AS OPERAÇÕES PRINCIPAIS DA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO (POPS)?				MAIOR RISCO
1131	A MANIPULAÇÃO DA NP É REALIZADA SOMENTE SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA?				CRÍTICO
1293	EXISTE SISTEMA DE RECEBIMENTO DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS PADRONIZADO?				MAIOR RISCO
1294	TODAS AS PRESCRIÇÕES ESTÃO DEVIDAMENTE REGISTRADAS?				CRÍTICO
1350	OS RÓTULOS APRESENTAM TODAS AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR ESTE REGULAMENTO?				CRÍTICO

1337	EXISTE CONTROLE SISTEMÁTICO DO NÍVEL DE CONTAMINAÇÃO DO AR? (VERIFICAR REGISTROS)				CRÍTICO
1344	SÃO REALIZADOS CONTROLES PARA DETERMINAR A CONTAGEM DE PARTÍCULAS PERIODICAMENTE? (VERIFICAR REGISTROS)				CRÍTICO
1345	SÃO REALIZADOS CONTROLES MICROBIOLÓGICOS DO AR E DAS SUPERFÍCIES E DE PESSOAL PERIODICAMENTE? (VERIFICAR REGISTROS)				CRÍTICO
1346	EXISTEM REGISTROS DOS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA REALIZADOS NESTA ÁREA?				MAIOR RISCO
1135	EXISTEM REGISTROS DO NÚMERO DE LOTE DE CADA UM DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DOS CORRELATOS UTILIZADOS NA MANIPULAÇÃO DE CADA PRESCRIÇÃO DE NP INDICANDO INCLUSIVE OS SEUS FABRICANTE?				CRÍTICO
1588	EXISTEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS ATUALIZADOS ABRANGENDO TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS NESTA ÁREA?				MAIOR RISCO
1287	POSSUI PROGRAMA DOCUMENTADO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, COM REGISTROS ATUALIZADOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR EMPRESA LEGALMENTE AUTORIZADA?				MAIOR RISCO
1590	EXISTEM PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS ESCRITOS ATUALIZADOS?				MAIOR RISCO
1591	EXISTEM PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS ESCRITOS E IMPLEMENTADOS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO?				CRÍTICO
1144	A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À PREPARAÇÃO DA NP SÃO ARQUIVADOS ORDENADAMENTE DURANTE CINCO ANOS?				CRÍTICO
1145	A DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE POSSIBILITA O RASTREAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO DE QUALQUER SUSPEITA DE DESVIO DE QUALIDADE DE NP?				CRÍTICO
1146	EXISTEM REGISTROS DE RECLAMAÇÕES REFERENTES A DESVIOS DE QUALIDADE DA NP? (VERIFICAR REGISTROS)				CRÍTICO
1353	EXISTEM REGISTROS DAS INVESTIGAÇÕES E CORREÇÕES, BEM COMO DAS AÇÕES CORRETIVAS RELACIONADAS A ESSES DESVIOS? (VERIFICAR REGISTROS)				CRÍTICO
1323	EXISTEM PROCEDIMENTOS POR ESCRITO PARA HIGIENIZAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, CORRELATOS E MATERIAIS DE EMBALAGEM?				CRÍTICO
1584	EXISTEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA A PARAMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS?				MAIOR RISCO