


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA

		ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS - VISA	PG.	REVISÃO:	VIGENCIA:	
ID 732	RVF_DVSA_91_VS		14	jul/20	31/12/2021	
COD_CNAE	DENONINAÇÃO ATIVIDADE					
8640202	LABORATÓRIOS CLÍNICOS					
8610102	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
8610101	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
INFRAESTRUTURA						
12500	ACOMODAÇÕES E CONDIÇÕES AMBIENTAIS					
7551	AS INSTALAÇÕES SÃO ADEQUADAS PARA O ATENDIMENTO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE III ITEM 4.1
12517	O LABORATÓRIO POSSUI QUARTO DE PLANTÃO EM CASO DE FUNCIONAMENTO VINTE QUATRO HORAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE II UNIDADE FUNCIONAL 4 ITEM 4.1 - AMBIENTES DE APOIO
6986	HÁ SEPARAÇÃO FÍSICA ADEQUADA ENTRE AS ÁREAS VIZINHAS ONDE SÃO REALIZADAS ATIVIDADES INCOMPATÍVEIS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 017/99 INC. I ANEXO I NTE 001/99 ART. 2º § 2º
6987	O LABORATÓRIO POSSUI FLUXO ADEQUADO, DE FORMA A NÃO COMPROMETER OS RESULTADOS ANALÍTICOS E SEGURANÇA DO TRABALHADOR?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C LM 7031/96 ART. 38
6988	POSSUI MACA EM PELO MENOS UM DOS BOXES OU NA SALA DE COLETA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE II ITEM 4.1
7556	HÁ ARMÁRIOS/BANCADAS DE MATERIAL LISO, LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL PARA A GUARDA DOS MATERIAIS NO SETOR DE COLETAS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
6990	OS COLCHÕES, AS CADEIRAS, MACAS E OUTROS POSSUEM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E HIGIENIZÁVEL?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 NR 32 ITENS 32.2.4.13 E 32.2.4.13.1
12518	A SALA PARA COLETAS ESPECIAIS (COLETA GINECOLÓGICA) CONTA COM MESA/MACA E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DENTRO OU PRÓXIMO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II - PM 017/99 ART 9 § ÚNICO - RDC 50/02 PARTE II ITEM 2.2 ATIV. 1.1, 1.7
12519	AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA A SALA DE COLETA ESPECIAL DISPÕEM DE:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 017/99 ART. 1º - ANEXO - I NTE Nº 005/99 ART. 9 § ÚNICO C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE I II TEM 2.2 ATIVIDADES 1.1, 1.7
	Opções:					
	*DUCHA HIGIÊNICA					
	*PAPEL-TOALHA					
	*SABÃO LÍQUIDO					
*LIXEIRA COM FECHAMENTO SEM CONTATO MANUAL						
	*TAMPA NO VASO					
7562	POSSUI INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DISPONDO DE:				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE II ITEM 4.1 C/C PM 017/99 INC. I ANEXO I NTE 001/99 ART. 8 INC. VI
	Opções:					
	*PAPEL TOALHA					
	*SABÃO LÍQUIDO					
	*LIXEIRA COM FECHAMENTO SEM CONTATO MANUAL					
	*TAMPA NO VASO					
4772	POSSUI INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DISPONDO DE:				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE II ITEM 4.1 C/C PM 017/99 INC. I ANEXO I NTE 001/99 ART. 8 ALÍNEA VI
	Opções:					
	*PAPEL TOALHA					
	*SABÃO LÍQUIDO					
	*LIXEIRA COM FECHAMENTO SEM CONTATO MANUAL					
	*TAMPA NO VASO					
9801	O DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML) POSSUI ÁREA SUFICIENTE COM TANQUE E ENCONTRA-SE LIMPO E ORGANIZADO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 ART. 1º UNIDADE FUNCIONAL 8 ITEM 8.7
6997	POSSUI VESTIÁRIO OU LOCAL PARA GUARDA DOS PERTENCES DOS FUNCIONÁRIOS FORA DA ÁREA TÉCNICA?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
6998	AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, O VESTIÁRIO E O REFEITÓRIO ESTÃO LOCALIZADOS DE FORMA IMPEDIR A COMUNICAÇÃO DIRETA COM AS ÁREAS TÉCNICAS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 NR 32 ITENS 32.6.2 ALÍNEA "A" E 32.2.4.2

6994	A SALA OU ÁREA PARA CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRAS POSSUI DIMENSÃO QUE ATENDA À DEMANDA DO SERVIÇO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE II UNIDADE FUNCIONAL 4 ITEM 4.1.2
7613	A SALA OU ÁREA PARA CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AMOSTRAS POSSUI PIA?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE II UNIDADE FUNCIONAL 4 ITEM 4.1.2
7003	AS BANCADAS, BALCÕES, MESAS, ARMÁRIOS E DEMAIS MOBILIÁRIOS ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
7004	AS BANCADAS, BALCÕES, MESAS, ARMÁRIOS E DEMAIS MOBILIÁRIOS SÃO DE MATERIAL LISO, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL LIMPEZA?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
6389	MOBILIÁRIO, DOCUMENTOS E OUTROS ITENS SÃO O ESTRITAMENTE NECESSÁRIO AOS ENSAIOS REALIZADOS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II, ART. 69 C/C RDC 63/11 ART. 36
7006	POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS DISPONDO DE:				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C LM 7031/96 ART. 69 C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE III ITEM 6.2.C.8 C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
	Opções:					
	*RALO COM SISTEMA DE FECHAMENTO					
	*INTERRUPTORES DE LUZ TAMPADOS					
	*ABERTURAS TELADAS					
7008	AS ÁREAS TÉCNICAS E DEMAIS SETORES DO LABORATÓRIO ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 29, ART. 77. ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
7009	A INFRAESTRUTURA FÍSICA DO LABORATÓRIO POSSUI CONTROLE DE TEMPERATURA AMBIENTAL QUE ASSEGURE NÍVEIS DE CONFORTO HUMANO E ADEQUADOS AOS EQUIPAMENTOS E AOS TIPOS DE EXAMES REALIZADOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 E HABILITAÇÃO PARA LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA/ANVISA 2006 ITEM 3.2.1
7010	A SALA DE PREPARO DE REAGENTES É ADEQUADA?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE II UNIDADE FUNCIONAL 4 ITEM 4.1
12521	A SALA OU ÁREA PARA ARMAZENAMENTO DE REAGENTES E INSUMOS (ALMOXARIFADO) POSSUI:				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 NR 32 ITENS 32.3.7.6 E 32.2.4.2 C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE II UNIDADE FUNCIONAL 4 ITEM 4.
	Opções:					
	*ESPAÇO SATISFATÓRIO					
	*VENTILAÇÃO SATISFATÓRIA					
	*ILUMINAÇÃO SATISFATÓRIA					
12522	OS PRODUTOS, REAGENTES E INSUMOS SÃO ARMAZENADOS NO ALMOXARIFADO, DE FORMA SEGURA, DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE E SEM CONTATO DIRETO COM O PISO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.5.4
7014	HÁ REGISTROS DO CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE COM DEFINIÇÃO DA FAIXA DE VARIAÇÃO ACEITÁVEL PARA O ALMOXARIFADO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 017/99 INC. I ANEXO I NTE 001/99 ART. 2º § 2º
7568	POSSUI CONDIÇÕES DE VENTILAÇÃO SATISFATÓRIAS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 017/99 INC. I ANEXO I NTE 001/99 ART. 8º ALÍNEA III
7001	POSSUI CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO SATISFATÓRIAS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 017/99 INC. I ANEXO I NTE 001/99 ART. 8 ALÍNEA III
276	AS REDES HIDRÁULICA E DE ESGOTO ESTÃO LIGADAS À REDE OFICIAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II, ART. 83
10074	AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTÃO EMBUTIDAS OU PROTEGIDAS EM TUBULAÇÕES ISOLANTES, ÍNTEGRAS E PRESAS ÀS PAREDES E TETOS, DE TAL FORMA A PERMITIR A HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES E OS INTERRUPTORES ESTÃO DEVIDAMENTE PROTEGIDOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 29, ART. 69 C/C PM 024/99 NT 002/99 ART. 7º INC. I
6999	POSSUI NAS ÁREAS TÉCNICAS LAVATÓRIOS EXCLUSIVOS PARA HIGIENE DAS MÃOS DISPONDO DE:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 NR32 ITENS 32.2.4.3 E 32.10.15
	Opções:					
	*TORNEIRAS OU COMANDOS QUE DISPENSEM O CONTATO MANUAL					
	*SABONETE LÍQUIDO					
	*TOALHA DESCARTÁVEL					
	*LIXEIRAS COM SISTEMA DE ABERTURA SEM CONTATO MANUAL					

12523	O PISO É DE MATERIAL:				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PM 024/99 ART. 1º NTE 002/99 ART. 7º INC. III C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
	Opções:					
	*DE ACABAMENTO RESISTENTE					
	*ANTIDERRAPANTE					
	*DE CORES CLARAS					
	*IMPERMEÁVEIS E FACILMENTE LAVÁVEIS					
	*EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
	*EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO					
	*COM INCLINAÇÃO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DE LAVAGEM, SE FOR O CASO					
	*AUSÊNCIA DE TRINCAS E DESCONTINUIDADES					
*RALOS COM SISTEMA DE FECHAMENTO						
10153	AS PAREDES SÃO:				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PM 024/99 ART. 1º NTE 002/99 ART. 7º INC. IV C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
	Opções:					
	*DE ACABAMENTO RESISTENTE					
	*DE CORES CLARAS					
	*IMPERMEÁVEIS OU DE FÁCIL LIMPEZA					
	*EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
	*EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO					
*LISAS						
3573	O TETO É DE MATERIAL:				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PM 024/99 ART. 1º NTE 002/99 ART. 7º INC. IV C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
	Opções:					
	*DE ACABAMENTO RESISTENTE					
	*DE COR CLARA					
	*LISOS					
*EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO						
*EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO						
10843	FOI APRESENTADO LAUDO ELABORADO POR ENGENHEIRO MECÂNICO ATESTANDO A EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO SEGUNDO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA NORMA ABNT/NBR 7256?				MENOR	LM 7031/96 ART. 9º INC. I, ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE II ITEM 4.1.2, PARTE III ITEM 7.5
11136	O ESTABELECIMENTO ESTÁ LIVRE DE PRAGAS, INSETOS, ROEDORES E DE CONDIÇÕES QUE PROPICIEM ABRIGO E CRIATÓRIO DE ANIMAIS PREJUDICIAIS À SAÚDE, EM ESPECIAL OS MOSQUITOS TRANSMISSORES DE DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA, FEBRE AMARELA E OUTRAS DOENÇAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 91
EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS						
12501	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS					
7617	POSSUI GELADEIRAS NA ÁREA TÉCNICA SINALIZADAS COM: "É PROIBIDO COLOCAR ALIMENTOS"?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.4.3 C/C PM 17/99 ART. 1º - ANEXO - NTE 001/99 ART. 23
7069	POSSUI EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DO SERVIÇO E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA O ATENDIMENTO DE SUA DEMANDA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.4.1 ALÍNEA "A"
7070	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS OU MANUAIS DO FABRICANTE EM LÍNGUA PORTUGUESA REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS, DISPONÍVEIS E DE FÁCIL ACESSO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.4.1 ALÍNEA "B"
7071	REALIZA E REGISTRA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS COM DATA DA ÚLTIMA E PREVISÃO DA PRÓXIMA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.4.1 ALÍNEA "C"
7072	OS CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ESTÃO DISPONÍVEIS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.4.1 ALÍNEA "D"
7073	HÁ ANÁLISE CRÍTICA DOS CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO PARA VERIFICAR SE O EQUIPAMENTO/INSTRUMENTO ATENDE AO PROCESSO ANALÍTICO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.4.1 ALÍNEA "D"
7074	HÁ REGISTROS DA VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS COM USO DE CALIBRADORES DE ACORDO COM A PERIODICIDADE REQUERIDA PARA CADA ANALITO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.4.1 ALÍNEA "E"
9098	HÁ REGISTROS DA VALIDAÇÃO DO EQUIPAMENTO ANTES DA SUA ENTRADA EM USO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 4.41, 5.1.4 ALÍNEA "E" C/C RDC 63/11 ART. 5º, ART; 6º, ART. 7º
7076	HÁ IDENTIFICAÇÃO CLARA DOS EQUIPAMENTOS SUSPEITOS, COM DEFEITO OU FORA DE ESPECIFICAÇÃO, DE FORMA A EVITAR SEU USO NÃO INTENCIONAL?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 CAPUT
7077	OS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS ESTÃO REGULARIZADOS NA ANVISA/MS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.4.2
5692	EQUIPAMENTOS QUE NECESSITAM FUNCIONAR COM TEMPERATURA CONTROLADA (GELADEIRAS, BANHOS MARIA, ESTUFAS, EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS E OUTROS) SÃO MONITORADOS E HÁ REGISTROS DAS VERIFICAÇÕES, DE ACORDO COM A FAIXA DE VARIAÇÃO ACEITÁVEL DEFINIDA NAS PLANILHAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.4.3
7082	A(S) AUTOCLAVE(S) ESTÁ(ÃO) QUALIFICADA(S)?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 9º INC. I, ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4
12524	UTILIZA FITA TERMO SENSÍVEL NA AUTOCLAVAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL NO PROCESSO DE INATIVAÇÃO MICROBIANA/ESTERILIZAÇÃO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 9º INC. I, ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4

12525	AS CULTURAS E OS ESTOQUES DE MICRO-ORGANISMOS, OS MEIOS DE CULTURA E OS INSTRUMENTAIS UTILIZADOS PARA TRANSFERÊNCIA, INOCULAÇÃO OU MISTURA DE CULTURAS E OS RESÍDUOS DE LABORATÓRIOS DE MANIPULAÇÃO GENÉTICA SÃO SUBMETIDOS A TRATAMENTO, UTILIZANDO PROCESSOS VALIDADOS (UTILIZAÇÃO DE CONTROLES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS) PARA A OBTENÇÃO DE REDUÇÃO OU ELIMINAÇÃO DA CARGA MICROBIANA, EM EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM NÍVEL III DE INATIVAÇÃO MICROBIANA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 222/18 ART. 46 § 1º C/C DM 16.509/16 ART. 5º ANEXO I ITEM 2.6.3
12526	AS CULTURAS E OS ESTOQUES DE MICRO-ORGANISMOS, BEM COMO OS MEIOS DE CULTURA E OS INSTRUMENTAIS UTILIZADOS PARA TRANSFERÊNCIA, INOCULAÇÃO OU MISTURA DE CULTURAS CONTENDO MICRO-ORGANISMOS DAS CLASSES DE RISCO 1 E 2 SÃO TRATADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO SERVIÇO DE SAÚDE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 222/18 ART. 46 § 2º
12527	AS CULTURAS E OS ESTOQUES DE MICRO-ORGANISMOS, BEM COMO OS MEIOS DE CULTURA E OS INSTRUMENTAIS UTILIZADOS PARA TRANSFERÊNCIA, INOCULAÇÃO OU MISTURA DE CULTURAS CONTENDO MICRO-ORGANISMOS DAS CLASSES DE RISCO 3 E 4 SÃO TRATADOS NA UNIDADE GERADORA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 222/18 ART. 46 § 3º
12528	HÁ REGISTROS DE UTILIZAÇÃO DE CONTROLES BIOLÓGICOS PARA INATIVAÇÃO MICROBIANA DE MEIOS DE CULTURA E ESTOQUES DE MICRO-ORGANISMOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 9º INC. I, ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4
9096	OS TESTES BIOLÓGICOS SÃO REALIZADOS DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO DO FABRICANTE?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C DM 16.509/16 ART. 5º ANEXO I ITEM 2.6.3
12529	HÁ REGISTROS DE UTILIZAÇÃO DE CONTROLES QUÍMICOS PARA O PROCESSO DE INATIVAÇÃO MICROBIANA DE MEIOS DE CULTURA E ESTOQUES DE MICRO-ORGANISMOS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C DM 16.509/16 ART. 5º ANEXO I ITEM 2.6.3
7086	ESTÃO DEFINIDOS OS CICLOS PARA UTILIZAÇÃO DA AUTOCLAVE PARA CADA TIPO DE CARGA?				MENOR	LM 7031/96 ART. 9º INC. I, ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4
	Opções:					
	*TEMPO					
	*TEMPERATURA					
12530	HÁ REGISTROS DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO E INATIVAÇÃO MICROBIANA REALIZADOS:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 5.1.4 ALÍNEA "F", 7.1
	Opções:					
	*CONTEÚDO DA CARGA					
	*TEMPO					
	*TEMPERATURA					
	*PRESSÃO					
	*CONTROLE QUÍMICO					
	*CONTROLE BIOLÓGICO					
*DATA						
*RESPONSÁVEL PELO PROCESSO						
12531	AS CABINES DE SEGURANÇA BIOLÓGICA (CSB)/ CAPELAS DE FLUXO LAMINAR ESTÃO QUALIFICADAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 9º INC. I, ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
7089	O REGISTRO DE USO DAS LÂMPADAS UV INCLUI O TOTAL DAS HORAS EFETIVAMENTE UTILIZADAS E ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
7090	ESTUFAS DE USO CRÍTICO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE USO CRÍTICO, QUANDO PERTINENTE, ESTÃO QUALIFICADOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 9º INC. I, ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO ITEM 5.1.4
12502	PRODUTOS - LAUDOS E REGISTROS					
7222	O LAUDO CONTÉM, NO MÍNIMO:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.3.3 E ALÍNEAS
	Opções:					
	*IDENTIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO					
	*IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE LIBEROU O EXAME					
	*Nº DO REGISTRO DO PROFISSIONAL QUE LIBEROU O EXAME NO RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE					
	*NOME E REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE NO LABORATÓRIO					
	*Nº DO REGISTRO DO LABORATÓRIO NO RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE					
	*DATA DA COLETA DA AMOSTRA					
	*DATA DA EMISSÃO DO LAUDO					
	*TIPO DE AMOSTRA					
	*NOME DO EXAME					
	*MÉTODO					
	*RESULTADO DO EXAME E UNIDADE DE MEDIÇÃO					
	*VALORES DE REFERÊNCIA E LIMITAÇÕES TÉCNICAS DA METODOLOGIA E DADOS PARA INTERPRETAÇÃO					
	*ENDEREÇO E TELEFONE DO LABORATÓRIO					
*IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT)						
*Nº DE REGISTRO DO RT NO RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE						
*OBSERVAÇÕES PERTINENTES						
7223	O LAUDO É LEGÍVEL, SEM RASURAS DE TRANSCRIÇÃO, ESCRITO EM LÍNGUA PORTUGUESA E DATADO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.3.2
7224	OS LAUDOS SÃO ASSINADOS POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR LEGALMENTE HABILITADO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.3.2

7225	AS AMOSTRAS ACEITAS COM RESTRIÇÃO POSSUEM ESTA CONDIÇÃO INFORMADA NO LAUDO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.3.4
7226	O LAUDO DE ANÁLISE QUE UTILIZA METODOLOGIA PRÓPRIA (IN HOUSE) ESPECIFICA QUE O TESTE É PREPARADO E VALIDADO PELO LABORATÓRIO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.5.5.1
12532	HÁ EMISSÃO DE LAUDOS DOS TLR CONTEMPLANDO LIMITAÇÕES DIAGNÓSTICAS, ALÉM DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.15.2
12533	HÁ EMISSÃO DE LAUDOS DOS TESTES RÁPIDOS CONTEMPLANDO LIMITAÇÕES DIAGNÓSTICAS, ALÉM DAS DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.15.2
7228	A TRANSCRIÇÃO DO LAUDO EMITIDO PELO LABORATÓRIO DE APOIO GARANTE A FIDELIDADE, SEM ALTERAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A INTERPRETAÇÃO CLÍNICA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.3.5
7229	A RETIFICAÇÃO DE DADO CONSTANTE DE LAUDO JÁ EMITIDO É FEITA EM NOVO LAUDO DE ACORDO COM INSTRUÇÕES ESCRITAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.3.8.1
4809	OS LAUDOS DO LABORATÓRIO DE APOIO ESTÃO DISPONÍVEIS E SÃO ARQUIVADOS PELO PRAZO DE 5 ANOS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.10
7231	O LAUDO DE ANÁLISE DE DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DE ANTICORPOS ANTI-HIV ESTÁ DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.3.7 C/C PF SVS/MS 29/13 ART. 1º
12644	HÁ INSTRUÇÕES ESCRITAS PARA EMISSÃO DE LAUDOS QUE CONTEMPLAM AS SITUAÇÕES DE ROTINAS, PLANTÕES E URGÊNCIA.				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1 ANEXO ITEM 6.3.1
12534	AS CÓPIAS DOS LAUDOS E OS DADOS BRUTOS SÃO ARQUIVADOS PELO PRAZO DE 5 ANOS DE FORMA A GARANTIR A SUA RASTREABILIDADE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.3.8
PROCEDIMENTOS						
12503	PROCEDIMENTOS -ÁGUA					
7595	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS DEFININDO O GRAU DE PUREZA DA ÁGUA REAGENTE UTILIZADA EM CADA SETOR, SUA FORMA DE OBTENÇÃO E SEU CONTROLE DA QUALIDADE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.7
12535	HÁ REGISTROS DO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA REAGENTE PARA CADA LOTE OBTIDO, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DEFINIDOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 5.1.4 ALÍNEA "F" E 6.2.7
7061	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA AS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS, QUANDO A ÁGUA REAGENTE ESTIVER FORA DOS PARÂMETROS ESPECIFICADOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.7
7062	HÁ REGISTROS DAS AÇÕES TOMADAS QUANDO A ÁGUA REAGENTE ESTIVER FORA DOS PARÂMETROS ESPECIFICADOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 5.1.4 ALÍNEA "F" E 6.2.7
7063	HÁ REGISTROS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA REAGENTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.4.1 ALÍNEA "C"
7064	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RECIPIENTE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA REAGENTE?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.8.1
7065	HÁ REGISTROS DA EXECUÇÃO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RECIPIENTE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA REAGENTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA "F"
7596	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA A LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C LM 6673/94 ART. 1º INC. II E ART. 2º
7600	HÁ REGISTROS DA EXECUÇÃO DA LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA "F" E LM 6673/94 ART. 2º
12536	HÁ REGISTROS DA EXECUÇÃO DOS TESTES MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO-QUÍMICOS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL, REALIZADO POR CONTROLE DE QUALIDADE?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA F
12537	HÁ REGISTROS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA INCLUINDO A TROCA DE FILTROS E LIMPEZA DOS BEBEDOUROS OU SISTEMA EQUIVALENTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.8.1 C/C RDC 63/11 ART. 23 INC. VI, ART. 39

12504	PROCEDIMENTOS DE BIOSSEGURANÇA					
7625	DISPONIBILIZA AOS FUNCIONÁRIOS MANUAL DE BIOSSEGURANÇA ATUALIZADO COM OS SEGUINTE ITENS:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.7.1 E ALÍNEAS C/C RDC 63/11 ART. 50
	Opções:					
	*NORMAS E CONDUTAS DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, QUÍMICA, FÍSICA, OCUPACIONAL E AMBIENTAL					
	*INSTRUÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA					
	*PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTES					
	*INSTRUÇÕES DE MANUSEIO E TRANSPORTE DE AMOSTRA BIOLÓGICA					
12538	EM CASO DE ACIDENTE COM TRANSPORTE DE AMOSTRA BIOLÓGICA HUMANA, O MANUAL DE BIOSSEGURANÇA POSSUI AS SEGUINTE ORIENTAÇÕES:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.7.1 E ALÍNEAS C/C RDC 20/14 ART. 41 INC. I, II, III, IV
	Opções:					
	*INFORMAR AS AUTORIDADES LOCAIS COMPETENTES SOBRE O FATOS					
	*COMUNICAR AO REMETENTE E AO DESTINATÁRIO O OCORRIDO					
	*DOCUMENTAR, REGISTRAR E ARQUIVAR AS MEDIDAS ADOTADAS					
	*DAR DESTINO AOS RESÍDUOS GERADOS DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO REMETENTE E DEMAIS MEDIDAS DE PROTEÇÃO					
7195	O NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA É DEFINIDO DE ACORDO COM OS MICRO-ORGANISMOS QUE MANIPULA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.7.2
7759	O ACESSO ÀS ÁREAS DE TRABALHO ESTÁ IDENTIFICADO COM A SIMBOLOGIA INTERNACIONAL DE RISCO BIOLÓGICO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º - ANEXO - I NR 32 ITEM 32.2.4.2
7197	HÁ CONTROLE DO ACESSO ÀS ÁREAS RESTRITAS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º - ANEXO - I NR 32 ITEM 32.2.4.2
7196	HÁ MAPAS DE RISCOS ESPECÍFICOS PARA OS DIVERSOS SETORES, VISÍVEIS E DE FÁCIL ACESSO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 25/94 ART. 2º ALÍNEA "A"
7199	HÁ REGISTROS ATUALIZADOS DE TREINAMENTO CONTINUADO EM BIOSSEGURANÇA, INCLUSIVE O TRANSPORTE DE AMOSTRA BIOLÓGICA?				MAIOR	LM 7031 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.2.2 C/C RDC 20/14 ART. 39
7200	HÁ DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) RECOMENDADOS E/OU NECESSÁRIOS DE ACORDO C/ O NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA DOS DIVERSOS SETORES				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2 C/C RDC 20/14 ART. 38
8782	HÁ DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC'S) RECOMENDADOS E/OU NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA DOS DIVERSOS SETORES?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
7626	HÁ REGISTROS DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) AOS FUNCIONÁRIOS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 3214/78 ART. 1º NR 6 ITEM 6.4
655	OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) POSSUEM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 3214/78 ART. 1º NR 6 ITEM 6.2
5774	HÁ REGISTROS DE MANUTENÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC):				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.4.1 ALÍNEA "C"
	Opções:					
	*PREVENTIVAS					
	*CORRETIVAS					
7641	POSSUI CAPELA DE EXAUSTÃO PARA PREPARO/MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º - ANEXO - I NR 32 ITEM 32.3.7.1.3 ALÍNEA "C"
7640	HÁ REGISTROS DE MONITORAMENTO DA EFICÁCIA DA CAPELA DE EXAUSTÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º - ANEXO - I NR 32 ITEM 32.2.4.2
7634	HÁ REGISTROS DE AVALIAÇÃO SEMANAL DO FUNCIONAMENTO DO CHUVEIRO E LAVA-OLHOS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º - ANEXO - I NR 32 ITEM 32.3.7.1.3 ALÍNEA "D"
7201	OS FUNCIONÁRIOS USAM:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º - ANEXO - I NR 32 ITENS 32.2.4.5 ALÍNEA "E", 32.2.4.2
	Opções:					
	*AVENTAL DE MANGA LONGA AJUSTADA NO PUNHO					
	*SAPATOS FECHADOS					
7202	O LABORATÓRIO REALIZA HIGIENIZAÇÃO DAS VESTIMENTAS, EM CASO DE DERRAMAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º - ANEXO - I NR 32 ITEM 32.2.4.6.4
7203	É PROIBIDO O USO DE ADORNOS NA ÁREA TÉCNICA?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º - ANEXO - I NR 32 ITEM 32.2.4.5
7204	É PROIBIDO REENCAPAR E DESCONECTAR AGULHAS MANUALMENTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º - ANEXO - I NR 32 ITEM 32.2.4.15
7532	NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS SÃO UTILIZADAS SOMENTE SERINGAS DE AGULHA RETRÁTIL?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C LE 18797/10 ART. 1º C/C PF MTE 485/05 ART. 1º - ANEXO - I NR 32 ITEM 32.2.4.16
12645	HÁ PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTEANTES ?				MENOR	LM 7031/96 ART. 38, 77, 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART 1 ANEXO I NR 32 ITEM 32.2.4.16 ANEXO III
7205	É PROIBIDA A PIPETAGEM COM A BOCA E EXISTEM PIPETADORES OU PERAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º - ANEXO - I NR32 ITEM 32.10.14
7206	É PROIBIDO COMER, BEBER, FUMAR E ARMAZENAR ALIMENTOS, A NÃO SER EM ÁREA ESPECÍFICA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º - ANEXO - I NR 32 ITEM 32.2.4.5 ALÍNEA "C"

8822	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA O CASO DE DERRAMAMENTO DE AMOSTRAS E OUTROS ENVOLVENDO RISCO BIOLÓGICO?				MENOR	LM 7031 ART. 9º INC. I, ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.7.1 ALÍNEA C
12542	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA LIDAR COM DERRAMAMENTO ENVOLVENDO RISCO QUÍMICO DE ACORDO COM O DESCRITO NAS FICHAS DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ)?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.7.1 ALÍNEAS "A", "C"
7209	HÁ DISPONIBILIDADE DE FICHAS DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DOS PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ) DE FÁCIL ACESSO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º - ANEXO - I NR 32 ITENS 32.3.4.1.1, 32.3.4.1.2
7210	HÁ REGISTROS DO TREINAMENTO DO PESSOAL RELATIVO À UTILIZAÇÃO DAS FICHAS DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ)?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º - ANEXO - I NR 32 ITENS 32.3.6.1, 32.3.6.1.1
7213	O RECIPIENTE PARA ARMAZENAMENTO DE PERFUCORTANTES É MANTIDO EM SUPORTE EXCLUSIVO E EM ALTURA QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DA ABERTURA PARA DESCARTE?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º - ANEXO - I NR 32 ITEM 32.5.3.2.1
7214	O LABORATÓRIO POSSUI PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) ATUALIZADO E IMPLANTADO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 3214/78 ART. 1º - NR 9 ITEM 9.1.1
7217	O ARMAZENAMENTO DE GÁS COMBUSTÍVEL É EXTERNO AO LOCAL DAS ATIVIDADES?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º - ANEXO - I NR 32 ITEM 32.2.4.2
7049	O TRANSPORTE DE AMOSTRAS EM ÁREAS COMUNS OU DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS É FEITO EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.1.11
12505	PROCEDIMENTOS DE GARANTIA DA QUALIDADE					
8780	OS PROCEDIMENTOS ESCRITOS SÃO:				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4
	Opções:					
	*ATUALIZADOS					
	*DATADOS					
	*ASSINADOS					
	*APROVADOS					
7143	HÁ ANÁLISE CRÍTICA DOS REGISTROS EFETUADOS EM PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA MONITORAMENTO, DE ACORDO COM A FAIXA DE VARIAÇÃO ACEITÁVEL DEFINIDA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 5.1.4 E 5.4.3
8781	HÁ REGISTROS DAS AÇÕES CORRETIVAS TOMADAS, CASO NECESSÁRIO, APÓS ANÁLISE CRÍTICA DOS REGISTROS EFETUADOS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 5.1.4 ALÍNEA "F" E 7.1
7145	HÁ REGISTROS DA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES E SERVIÇOS (INCLUINDO DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA, AVALIAÇÃO DO CONTROLE DA QUALIDADE, CERTIFICAÇÕES, RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA)?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4
7152	HÁ REGISTROS DE INSPEÇÃO DE REAGENTES, INSUMOS E MATERIAIS DURANTE O RECEBIMENTO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.5.4
7153	HÁ CERTIFICADOS DE ANÁLISE/QUALIDADE PARA OS PRODUTOS UTILIZADOS, SE PERTINENTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.5.4
7155	HÁ LISTA DE ANALITOS QUE SÃO SUBMETIDOS AO CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE (CIQ)?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.1 ALÍNEA "A"
7156	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA O CIQ, DEFININDO A FORMA DE CONTROLE E A FREQUÊNCIA DE SUA UTILIZAÇÃO, PARA TODOS OS ANALITOS DOS DIVERSOS SETORES?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.1 ALÍNEA "B"
7157	HÁ REGISTROS DE MONITORAMENTO DO PROCESSO ANALÍTICO, POR MEIO DE AMOSTRAS CONTROLE E ANÁLISE DOS DADOS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.2.1 ALÍNEA "A"
9099	OS REGISTROS DO PREPARO DE AMOSTRAS CONTROLE UTILIZADAS PARA O CONTROLE INTERNO DE QUALIDADE ESTÃO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE QUANDO PERTINENTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 7.1
9101	AS AMOSTRAS CONTROLE PREPARADAS OU ALIQUOTADAS PARA USO ESTÃO ADEQUADAMENTE IDENTIFICADAS E ARMAZENADAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 5.5.3 E 5.5.4
9102	OS REGISTROS INFORMATIZADOS GARANTEM A RASTREABILIDADE DOS PROCESSOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 7.1
9103	HÁ MEDIDAS PARA IMPEDIR A ALTERAÇÃO DE REGISTROS INFORMATIZADOS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 7.1
7159	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS DEFININDO OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS RESULTADOS DO CIQ, POR TIPO DE ANÁLISE, DE ACORDO COM A METODOLOGIA UTILIZADA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.2.1 ALÍNEA "B"
7160	HÁ REGISTROS DE LIBERAÇÃO OU REJEIÇÃO DAS ANÁLISES DOS PACIENTES, APÓS AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS AMOSTRAS CONTROLE (CIQ)?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.2.1 ALÍNEA "C"
7161	HÁ REGISTROS DAS AÇÕES ADOTADAS EM RAZÃO DE REJEIÇÕES DOS RESULTADOS DE AMOSTRAS CONTROLE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.2.3
7162	AS AMOSTRAS CONTROLE COMERCIAIS UTILIZADAS ESTÃO REGULARIZADAS JUNTO À ANVISA/MS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.2.2
7163	QUANDO UTILIZADAS FORMAS ALTERNATIVAS DE CONTROLE, ESTAS ESTÃO DESCRITAS EM LITERATURA E PERMITEM AVALIAÇÃO DA PRECISÃO DO SISTEMA ANALÍTICO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.2.2.1
7164	AS AMOSTRAS CONTROLE (CIQ) SÃO ANALISADAS DA MESMA FORMA QUE AS AMOSTRAS DE PACIENTES?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.2.4
7165	HÁ REGISTROS DE PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA (CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE - CEQ) P/ TODOS OS EXAMES REALIZADOS NA SUA ROTINA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.3.1.
7166	HÁ LISTA DOS ANALITOS QUE SÃO SUBMETIDOS AO CEQ?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.1 ALÍNEA "A"

7167	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS DEFININDO A FORMA E A FREQUÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO EM CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE (CEQ)?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.1 ALÍNEA "B"
7168	HÁ FORMAS ALTERNATIVAS DE CEQ PARA OS EXAMES NÃO CONTEMPLADOS POR PROGRAMAS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.3.1.1
7169	HÁ REGISTROS DOS RESULTADOS DO CEQ E AVALIAÇÃO DE ACORDO COM OS LIMITES E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.1 ALÍNEAS "C" E "D"
7170	HÁ REGISTROS DAS INVESTIGAÇÕES DE CAUSAS E MEDIDAS CORRETIVAS ADOTADAS PARA AS NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS NO CEQ COM ACOMPANHAMENTO DE SUA EFICÁCIA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.3.4
7171	HÁ REGISTROS DE PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL, DE CADA UNIDADE DO LABORATÓRIO, EM ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA (CEQ)?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.3.2
7172	AS AMOSTRAS CONTROLE (CEQ) SÃO ANALISADAS DA MESMA FORMA QUE AS AMOSTRAS DE PACIENTES?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.3.5
7173	SÃO REALIZADAS AUDITORIAS INTERNAS DE TODAS ATIVIDADES:				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4
	Opções:					
	*PERIODICAMENTE					
	*REGISTRADAS					
	*C/ ANÁLISE CRÍTICA DAS NÃO CONFORMIDADES					
7174	HÁ REGISTROS DE MEDIDAS CORRETIVAS ADOTADAS PARA AS NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS NAS AUDITORIAS INTERNAS E ACOMPANHAMENTO DE SUA EFICÁCIA?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA "F"
12506	PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO					
7179	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, DE SUPERFÍCIE, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, ARTIGOS, MATERIAIS, CONSIDERANDO O RISCO ENVOLVIDO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.8.1 C/C RDC 20/14 ART. 37
7180	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS DISPONÍVEIS PARA FUNCIONÁRIOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.10
7181	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA DILUIÇÃO DOS PRODUTOS UTILIZADOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.8.2
12545	HÁ REGISTROS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO MANUAL DO FABRICANTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 5.1.4 ALÍNEA "F" E 5.8.1
7187	HÁ REGISTROS DO TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM A LIMPEZA E DESINFECÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 NR 32 ITENS 32.8.1 E 32.8.1.1
7188	OS PRODUTOS SÃO UTILIZADOS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.8.2
7189	OS PRODUTOS UTILIZADOS SÃO REGULARIZADOS JUNTO À ANVISA/MS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.8.2
7190	OS PRODUTOS UTILIZADOS ESTÃO DENTRO DE PRAZO DE VALIDADE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.8.2
7191	HÁ IDENTIFICAÇÃO, NOS RECIPIENTES, DAS SOLUÇÕES PREPARADAS/UTILIZADAS NOS PROCESSOS DE LIMPEZA DE MATERIAIS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.3.2
7192	OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA E LAVAGEM DE MATERIAL FAZEM USO SUPERVISIONADO DE EPI:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 38 PARAG. ÚNICO ART. 97 INC. II C/C PM 017/99 INC. I ANEXO I NTE 001/99 ART. 22 INC. II
	Opções:					
	*LUVAS DE BORRACHA					
	*AVENTAL IMPERMEÁVEL					
	*BOTAS					
	*PROTETOR FACIAL OU OCULOS					
	MÁSCARA DE ACORDO COM A FISPQ					
7624	O FLUXO DE MATERIAL LIMPO E SUJO ESTÁ ADEQUADO NÃO POSSIBILITANDO CONTAMINAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.3.1 C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE I ITEM 1.6.1
12507	PROCEDIMENTOS DE PROCESSOS					
7091	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS ATUALIZADOS E DISPONÍVEIS DOS PROCESSOS ANALÍTICOS IMPLANTADOS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.1
7092	HÁ REGISTROS DA ENTRADA EM USO DE KITS, REAGENTES E DEMAIS INSUMOS CONTEMPLANDO:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 7.1 E 5.1.4
	Opções:					
	*FABRICANTE					
	*DATA DE VALIDADE					
	*LOTE					
	*DATA DE ABERTURA					
	*DATA DO TÉRMINO					
12551	OS PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO, OS REAGENTES E INSUMOS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO ESTÃO ARMAZENADOS EM TEMPERATURA E/OU CONDIÇÃO ESPECIFICADA PELO FABRICANTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.5.4
12552	OS PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO, OS REAGENTES E INSUMOS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.5.4
12553	OS MATERIAIS, REAGENTES E PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO ESTÃO REGULARIZADOS JUNTO À ANVISA/MS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.5.2

7096	OS REAGENTES, SOLUÇÕES, AMOSTRAS CONTROLE E INSUMOS PREPARADOS/ALICOTADOS NO LABORATÓRIO ESTÃO ROTULADOS:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 5.5.3 E 7.1
	Opções:					
	*NOME					
	*CONCENTRAÇÃO					
	*NÚMERO DO LOTE, SE APLICÁVEL					
	*DATA DE PREPARAÇÃO					
	* DATA DE VALIDADE					
	*INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA					
	*IDENTIFICAÇÃO DO PREPARADOR					
*CONDIÇÕES DO ARMAZENAMENTO						
7097	OS INSUMOS/REAGENTES E DEMAIS PRODUTOS APRESENTAM RÓTULO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.5.4
7098	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS DOS PROCESSOS DE PREPARO DE REAGENTES, CORANTES E SOLUÇÕES?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 5.1.5 E 5.5.3.1
7099	HÁ REGISTROS DOS PROCESSOS DE PREPARO E DO CONTROLE DA QUALIDADE DE REAGENTES, CORANTES E SOLUÇÕES?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.5.3.1
12554	AS METODOLOGIAS PRÓPRIAS (IN HOUSE) ESTÃO DOCUMENTADAS, NO MÍNIMO, COM:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.5.5
	Opções:					
	*DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA PRÓPRIA (IN HOUSE)					
	*ESPECIFICAÇÃO E SISTEMÁTICA DE APROVAÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS					
	*PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO					
*RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO						
4852	A SUSPEITA DE CASOS DE DOENÇA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA É DEVIDAMENTE NOTIFICADA AOS ÓRGÃOS COMPETENTES?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.12 C/C PF 264/20
7131	AS AMOSTRAS SÃO GUARDADAS POR TEMPO DETERMINADO, DE ACORDO COM O ANALITO PESQUISADO, DE ACORDO COM AS TÉCNICAS UTILIZADAS DE MODO A GARANTIR A CONFIRMAÇÃO DE RESULTADOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 017/99 INC. I ANEXO I NTE 001/99 ART. 12
7132	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS COM DEFINIÇÃO DE MECANISMOS QUE POSSIBILITEM A AGILIZAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS RESULTADOS EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.4
7133	HÁ DEFINIÇÃO DE LIMITES DE RISCOS, VALORES CRÍTICOS OU DE ALERTA, PARA OS ANALITOS COM RESULTADO QUE NECESSITA TOMADA IMEDIATA DE DECISÃO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.5.
7134	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS DEFININDO O FLUXO DE COMUNICAÇÃO COM O MÉDICO RESPONSÁVEL OU PACIENTE EM CASO DE NECESSIDADE DE DECISÃO IMEDIATA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.5.1
7135	HÁ REGISTROS DE COMUNICAÇÕES DOS RESULTADOS CRÍTICOS OU DE ALERTA AO MÉDICO RESPONSÁVEL OU PACIENTE EM CASO DE NECESSIDADE DE DECISÃO IMEDIATA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA "F"
7136	O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LABORATÓRIO CLÍNICO É RESPONSÁVEL POR TODOS OS TESTES LABORATORIAIS REMOTOS (TLR) REALIZADOS DENTRO DA INSTITUIÇÃO OU DE QUALQUER OUTRO LOCAL?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.14
7137	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS DISPONÍVEIS EM LOCAIS DE REALIZAÇÃO DE TLR RELATIVOS ÀS SUAS FASES PRÉ-ANALÍTICA, ANALÍTICA E PÓS-ANALÍTICA INCLUINDO:				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.15.1
	Opções:					
	*SISTEMÁTICA DE REGISTRO E LIBERAÇÃO DE RESULTADOS PROVISÓRIOS					
	*PROCEDIMENTOS PARA RESULTADOS POTENCIALMENTE CRÍTICOS					
	*SISTEMÁTICA DE REVISÃO DE RESULTADOS E LIBERAÇÃO DE LAUDOS POR PROFISSIONAL HABILITADO					
6974	HÁ RELAÇÃO ATUALIZADA DOS TESTES LABORATORIAIS REMOTOS (TLR) QUE O LABORATÓRIO EXECUTA E DOS LOCAIS DE SUA REALIZAÇÃO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.15
7138	HÁ REGISTROS DA EXECUÇÃO DOS TESTES LABORATORIAIS REMOTOS - TLR?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA "F"
12559	HÁ REGISTROS DOS CONTROLES DE QUALIDADE DE TLR?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.15.3
12560	HÁ REGISTROS DOS CONTROLES DE QUALIDADE DOS TESTES RÁPIDOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.15.3
7140	HÁ REGISTROS DE TREINAMENTO CONTINUADO PARA OS USUÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS DE TLR?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.15.4
7129	REALIZA TESTES PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-HIV DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.11 C/C PF SVS/MS 29/13 ART. 1º

12508	PROCEDIMENTOS DE RECEPÇÃO, COLETA E REGISTROS					
7030	SÃO DISPONIBILIZADAS INSTRUÇÕES ESCRITAS E /OU VERBAIS, EM LINGUAGEM ACESSÍVEL, PARA ORIENTAR O PREPARO E/OU COLETA DE MATERIAIS BIOLÓGICOS DO PACIENTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.1.1
7031	O CADASTRO DO PACIENTE INCLUI:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 6.1.4 E 6.1.2
	Opções:					
	*Nº DE REGISTRO DO PACIENTE NO LABORATÓRIO					
	*NOME E DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE					
	*ENDEREÇO DO PACIENTE E TELEFONE					
	*IDADE, SEXO E PROCEDÊNCIA DO PACIENTE					
	*NOME DO SOLICITANTE					
	*RELAÇÃO DE EXAMES E TIPO DE AMOSTRAS					
	*DATA E HORA DO ATENDIMENTO					
	*HORÁRIO DE COLETA, QUANDO APLICÁVEL					
	*DATA PREVISTA PARA ENTREGA DO LAUDO					
	*INDICAÇÃO DE URGÊNCIA, QUANDO APLICÁVEL					
	*NOME E CONTATO DO RESPONSÁVEL EM CASO DE MENOR DE IDADE OU INCAPACITADO					
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS, EM CONFORMIDADE COM O EXAME QUANDO NECESSÁRIO						
7033	É FORNECIDO AO PACIENTE AMBULATORIAL UM COMPROVANTE DE ATENDIMENTO CONTENDO:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.1.5
	Opções:					
	*DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO					
	*Nº DE REGISTRO DO PACIENTE					
	*NOME DO PACIENTE					
	*RELAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS					
	*DATA DO ATENDIMENTO					
*DATA DA PREVISÃO DA ENTREGA DO LAUDO						
7034	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS, DISPONÍVEIS NOS DIVERSOS SETORES PARA ORIENTAR O RECEBIMENTO, A COLETA E A IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS, DE ACORDO C/ OS EXAMES QUE REALIZA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.1.8
7035	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS CONTEMPLANDO OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DE AMOSTRAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.1.3
7036	HÁ REGISTROS PARA O CASO DE ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS COM RESTRIÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 5.1.4 ALÍNEA "F" E 6.1.3
8772	HÁ REGISTROS PARA O CASO DE REJEIÇÃO DE AMOSTRAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 5.1.4 ALÍNEA "F" E 6.1.3
7037	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS CONTEMPLANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM AMOSTRAS COM RESTRIÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.1.3
7039	O LABORATÓRIO QUE PRESTA SERVIÇO DE APOIO DISPONIBILIZA PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA ORIENTAR O RECEBIMENTO, A COLETA E A IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS DE ACORDO COM OS EXAMES QUE REALIZA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 6.1.8 E 6.2.8.1
7040	TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS NA COLETA SÃO ESTÉREIS, APIROGÊNICOS E DESCARTÁVEIS, QUANDO APLICÁVEL?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II, ART. 32
12561	HÁ QUADRO COM OS SEGUINTE DIZERES: " É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O REAPROVEITAMENTO DE SERINGAS, AGULHAS E ESCALPES DESCARTÁVEIS " RECLAMAÇÕES: SERVIÇO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ENDEREÇO: TELEFONES:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 017/99 INC. I ANEXO I NTE 001/99 ART. 10
7042	HÁ UM SISTEMA ADEQUADAMENTE IMPLANTADO PARA A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA DAS AMOSTRAS, DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS ESCRITOS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.1.7
7043	HÁ REGISTROS QUE PERMITEM A RASTREABILIDADE DA HORA DO RECEBIMENTO E/OU COLETA DA AMOSTRA PARA GARANTIR QUE O TEMPO ENTRE A COLETA DA AMOSTRA BIOLÓGICA E A REALIZAÇÃO DO EXAME ESTEJA DENTRO DO PERÍODO ESTABELECIDO EM PROCEDIMENTO ESCRITO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 6.1.6
7044	HÁ IDENTIFICAÇÃO CLARA DE QUEM COLETOU OU RECEBEU A AMOSTRA, PARA GARANTIR A RASTREABILIDADE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.1.7.1
7177	A RECUPERAÇÃO/DISPONIBILIDADE DOS REGISTROS CRÍTICOS É GARANTIDA E PERMITE A RASTREABILIDADE DO LAUDO LIBERADO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 5.1.4 ALÍNEA "F" E 7.1
RECURSOS HUMANOS						
6956	POSSUI RESPONSÁVEL TÉCNICO LEGALMENTE HABILITADO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II, ART. 19 § 1º C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.2
8701	POSSUI RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/11 ART. 14
7016	HÁ ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DOCUMENTADA E ATUALIZADA DO LABORATÓRIO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.7
4053	AS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS ESTÃO FORMALMENTE DESCRITAS E DISPONÍVEIS A TODOS OS ENVOLVIDOS NOS DIVERSOS PROCESSOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA "A"
7018	O SERVIÇO MANTÉM REGISTRO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SERVIÇO (QUADRO PRÓPRIO OU TERCEIRIZADO) COMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.2.1

7576	HÁ SUPERVISÃO DO PESSOAL TÉCNICO POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR, LEGALMENTE HABILITADO, DURANTE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA "C"
7020	HÁ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DOS PROCESSOS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4
7578	HÁ PESSOAL EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER À DEMANDA DOS SERVIÇOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA "A"
12563	HÁ PROGRAMA DE TREINAMENTO INICIAL E CONTINUADO, PARA CADA SETOR E ATIVIDADE DO LABORATÓRIO, INCLUINDO TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.2.2 C/C RDC 20/14 ART. 9º
12564	HÁ REGISTROS DOS TREINAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, INCLUINDO TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO, INFORMANDO DATA, HORÁRIO, CARGA HORÁRIA, CONTEÚDO MINISTRADO, NOME E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO INSTRUTOR E NOME DOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.9.2 C/C RDC 20/14 ART. 9º
12565	HÁ REGISTROS DAS AVALIAÇÕES DA EFETIVIDADE DOS TREINAMENTOS, INCLUINDO O TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 CAPUT C/C RDC 20/14 ART. 9º CAPUT E §1º
7026	O PESSOAL EM TREINAMENTO CONTA COM SUPERVISÃO CONTÍNUA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA "C" C/C RDC 63/11 ART. 17
7027	POSSUI PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), COM REVISÃO ANUAL?				MENOR	RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.2.4 C/C PF MTE 3214/78 ART. 1º - NR 7 ITEM 7.2.4 C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.3.1
7028	HÁ REGISTROS DOS EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E OUTROS OBRIGATÓRIOS PELA LEGISLAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.2.4 C/C PF MTE 3214/78 ART. 1º - NR 7 ITEM 7.4.1
7029	HÁ REGISTROS DE VACINAÇÕES DE TODOS OS PROFISSIONAIS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.2.3 C/C RDC 20/14 ART. 40
8702	HÁ REGISTROS DO CONTROLE DA EFICÁCIA DA VACINAÇÃO (ANTI HBS)?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.17.3
9729	HÁ LISTA ATUALIZADA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS E RUBRICAS DE TODO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ETAPAS DE TRANSPORTE?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 5.1.4 ALÍNEA "F", 7.1
12646	A CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES É ASSEGURADA AO CLIENTE, POR MEIO DE INSTRUÇÕES ESCRITAS E TERMO DE CONFIDENCIALIDADE ASSINADA PELOS FUNCIONÁRIOS ?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1 ANEXO ITEM 5.1.4 ALÍNEA: B
DOCUMENTAÇÃO						
6955	AS ATIVIDADES CONSTANTES DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E DA FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC - COINCIDEM COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS OU EM CONDIÇÕES DE SEREM EXERCIDAS NO LOCAL?				CRITICO	LM 7031/96 ART. 19 C/C RDC 63/11, ART. 10
8752	HÁ CONTRATO FORMAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE AUTORIZADA, PARA O TRANSPORTE/TRATAMENTO/DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 222/18 ART. 6º INC. XI C/C DM 16.509/16 ART. 33
531	POSSUI COMPROVANTE DE HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM INTERVALO MÁXIMO DE SEIS MESES?				MAIOR	LM 7031/96 art.97 inc.II C/C RDC 63/11 ART. 39§ 1º C/C LM 6673/94 ART.1,II
2270	EXISTEM MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE CONTROLE INTEGRADO DE INSETOS E ROEDORES, COM COMPROVANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA COM ALVARÁ SANITÁRIO?				MENOR	LM 7031/96 art. 22 C/C RDC 222/18, CAP.II ART.6 INC. VIII
6962	POSSUI PROJETO ARQUITETÔNICO PROTOCOLADO OU APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 art. 2º
6965	POSSUI DOCUMENTO DE LICENÇA P/ UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SUJEITOS AO CONTROLE DA POLÍCIA FEDERAL?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PF 1274/03 ART. 2º
6966	POSSUI DOCUMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SUJEITOS AO CONTROLE DO EXÉRCITO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C DF 3665/00 ART. 100
12548	POSSUI AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO EMITIDA PELA COMISSÃO NACIONAL DE ENGENHARIA NUCLEAR - CNEN?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RE CNEN 112/11
4958	POSSUI PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC) PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 5 TR (60000 BTUS) VINCULADO A UM RESPONSÁVEL TÉCNICO HABILITADO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PF 3523/98 ART. 6º
9726	POSSUI INSTRUMENTO ESCRITO (CONTRATO), QUE COMPROVE A TERCEIRIZAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO REALIZADO POR EMPRESAS NÃO SUJEITAS AO LICENCIAMENTO SANITÁRIO (TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS RODOVIÁRIO, FERROVIÁRIO, AQUAVIÁRIO OU OPERADORES AÉREOS)?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC.II C/C RDC 20/14 ART. 29 § 1º C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.1.12

11699	PGRSS					INFORMATIVO
2925	POSSUI PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS)?				CRITICO	LM 7031/96 Art. 22 C/C RDC ANVISA 222/2018 ART 1 C/C DM 16.509/16 ART. 3
	Opções:					
	*PROTOCOLADO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES					
	*APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES					
	*DECLARAÇÃO DE NÃO GERADOR DE RESÍDUOS					
9264	HÁ CONTRATO/COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS DA EMPRESA LEGALMENTE LICENCIADA PARA O TRANSPORTE/DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE?				MAIOR	RDC 222/18 E DM 16.509/16
1681	POSSUI RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTES?				MAIOR	RDC 222/18 ART.86
35	AS LIXEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO?				MENOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.17
	OPÇÕES:					
	*CONSTITUÍDAS DE MATERIAL LAVÁVEL					
	*PROVIDAS DE SACO PLÁSTICO NA COR ADEQUADA					
	*PROVIDAS DE TAMPAS ACIONADAS SEM CONTATO MANUAL					
	*DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM DESCRIÇÃO E SIMBOLOGIA					
	*EM QUANTIDADE SUFICIENTE					
	*ÍNTEGRAS					
11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC.II, RDC 222/18 ART.11
12515	DOCUMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO					
6971	HÁ RELAÇÃO ATUALIZADA DOS POSTOS DE COLETA E/OU FILIAIS CONTEMPLANDO:				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 5.1.2; 5.1.2.1 E 5.1.7
	RESPONSÁVEIS TÉCNICOS					
	INSCRIÇÕES NO CONSELHO					
	HORÁRIO DE ASSISTÊNCIA					
12546	O PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO ASSUME PERANTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA A RESPONSABILIDADE POR NO MÁXIMO DOIS POSTOS DE COLETA OU DOIS LABORATÓRIOS OU UM LABORATÓRIO E UM POSTO DE COLETA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.2.1
6973	HÁ RELAÇÃO ATUALIZADA DOS EXAMES REALIZADOS NO LOCAL, DOS EXAMES REALIZADOS EM OUTRA UNIDADE DO PRÓPRIO LABORATÓRIO E DOS QUE SÃO TERCEIRIZADOS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.3
6975	HÁ CADASTRO ATUALIZADO DOS LABORATÓRIO DE APOIO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.9 ALÍNEA "A"
8754	OS SERVIÇOS PRESTADOS POR LABORATÓRIOS DE APOIO ESTÃO FORMALIZADOS EM CONTRATO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.9 ALÍNEA "B"
6977	HÁ AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS LABORATÓRIOS DE APOIO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 6.2.8.1 E 6.2.9 ALÍNEA "C"
8779	OS LABORATÓRIOS DE APOIO POSSUEM ALVARÁ SANITÁRIO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/11 ART. 11 § 1º
6978	O POSTO DE COLETA POSSUI VÍNCULO COM APENAS UM LABORATÓRIO CLÍNICO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.6
6979	OS POSTOS DE COLETA LOCALIZADOS EM UNIDADES PÚBLICAS POSSUEM VÍNCULO FORMAL DEFINIDO PELO GESTOR LOCAL?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.6.1
6980	O POSTO DE COLETA LABORATORIAL SOMENTE REALIZA OS EXAMES QUE NECESSITAM DA PRESENÇA DO PACIENTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 4.33
6981	OS POSTOS DE COLETA MÓVEIS ESTÃO VINCULADOS A ESTE LABORATÓRIO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.8
12547	OS POSTOS DE COLETA MÓVEIS ESTÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.8
7549	AS COLETAS DOMICILIARES E/OU EM EMPRESAS SÃO REALIZADAS DE ACORDO COM OS REQUISITOS APLICÁVEIS À RDC 302/05 E RDC 20/14?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 5.1.8
12516	DOCUMENTAÇÃO - RECLAMAÇÕES					
7175	HÁ REGISTROS DAS RECLAMAÇÕES DE CLIENTES E OUTRAS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/11 ART. 7º INC. III
7176	HÁ REGISTROS DAS INVESTIGAÇÕES, DA ANÁLISE CRÍTICA E DAS MEDIDAS CORRETIVAS ADOTADAS PARA AS RECLAMAÇÕES?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA F C/C RDC 63/11 ART. 7 INC. III
TABAGISMO						
11210	POSSUI PLACA INDICATIVA DA PROIBIÇÃO DE FUMAR?				MAIOR	LEI 12903/98 ART.4º C/C LM 7031/96 ART.97 INC. II OU IV

11104	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE FUMAR DENTRO E NO ENTORNO DO ESTABELECIMENTO?				MENOR	DF 8262/14 ART.3º C/C LM 7031/96 ART.97 INC.II OU IV
Legislação:	LM 7031/96;					
	LM 6673/94;					
	DM 16.509/16;					
	PF MTE 485/05;					
	PF MS 2914/11;					
	RDC 302/05;					
	RDC 20/14;					
	HABILITAÇÃO PARA LABORATÓRIOS DE MICROBIOLOGIA VOL 3 SÉRIES TEMÁTICAS - ANVISA/2006;					
	MICROBIOLOGIA CLÍNICA PARA O CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÓDULO I - CAP. 1 ITEM 1.6.2 - CAP. 2					
	SEGURANÇA DO PACIENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE: LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES - ANVISA – 2012;					
	MICROBIOLOGIA CLÍNICA PARA O CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MÓDULO I - CAP. 2 ITEM 2.6.2; 2.6.3;					
	TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 37 OPAS/ANVISA/MS/2006 - CAP. I - Nº 3 ITEM 3.2, Nº 1 - ITEM II ALÍNEA "D3";					
	PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS: DA REQUISIÇÃO DE EXAME À ANÁLISE MICROBIOLÓGICA -MÓDULO III Nº 6: MANUTENÇÃO E ESTOQUE DE NR 32 ITEM 32.2.4.2;					
NOTA TÉCNICA Nº 14/CGLAB/SVS/MS ITENS 4, 5, 6 -2010;						

