


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	ROTEIRO PARA LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA, CITOPATOLOGIA, IMUNO-HISTOQUÍMICA E CONGÊNERES - VISA	PÁG:	REVISÃO:	VIGENCIA:	
ID 743	RVF_DVSA_102_VS	13	ago/20	31/12/2021	
DENONINAÇÃO ATIVIDADE					
COD_CNAE	LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA, CITOPATOLOGIA, IMUNO-HISTOQUÍMICA E CONGÊNERES				
8640-2/01					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	LEGISLAÇÃO
INFRAESTRUTURA					
INFRAESTRUTURA - ESTRUTURA FÍSICA					
12500					
9346	<p>O LABORATÓRIO POSSUI ÁREAS OU LOCAIS COM DIMENSÕES ADEQUADAS PARA INFRA-ESTRUTURA/ACOMODAÇÕES E CONDIÇÕES AMBIENTAIS:</p> <p><b>Opções:</b></p> <p>*SALA DE RECEPÇÃO DE MATERIAS E CLASSIFICAÇÃO</p> <p>*ÁREA P/ RECEPÇÃO E REGISTRO DE MATERIAL</p> <p>*ÁREA PARA EMISSÃO E CODIFICAÇÃO DE LAUDOS</p> <p>*SALA DE MACROSCOPIA</p> <p>*ÁREA DE DESCRIÇÃO E CLIVAGEM</p> <p>*ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE PEÇAS</p> <p>*SALA DE TÉCNICA</p> <p>*ÁREA HISTOLÓGICA (INCLUSÃO EM PARAFINA, MICROTOMIA, COLORAÇÃO E MONTAGEM)</p> <p>*ÁREA CITOLÓGICA (PROCESSAMENTO E CONFECÇÃO DE LÂMINAS PARA LÍQUIDOS, COLORAÇÃO E MONTAGEM)</p> <p>*SALA DE IMUNO-HISTOQUÍMICA</p> <p>*ÁREA DE PROCESSAMENTO</p> <p>*SALA DE MICROSCOPIA</p> <p>*SALA DE BIÓPSIA DE CONGELAÇÃO</p> <p>*SALA DE PREPARO DE REAGENTES</p> <p>*SALA DE UTILIDADES</p> <p>*ALMOXARIFADO</p> <p>*COPA</p> <p>*SANITÁRIOS PARA FUNCIONÁRIOS</p> <p>*DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA - DML</p> <p>*SALA DE ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS</p> <p>*OUTRAS</p>				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 PARTE II UNIDADE FUNCIONAL 4 ITENS 4.1 E 4.4 C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 8º ITENS VII, VIII, IX, X
8756	APRESENTA LAVATÓRIO COM TORNEIRAS OU COMANDOS QUE DISPENSEM O CONTATO DAS MÃOS QUANDO DO FECHAMENTO DA ÁGUA, EXCLUSIVO PARA HIGIENE DAS MÃOS, PROVIDO DE ÁGUA CORRENTE, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA DESCARTÁVEL E LIXEIRA COM SISTEMA DE ABERTURA SEM CONTATO MANUAL?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITENS 32.2.4.3 E 32.10.15 C/C RDC 50/02 PARTE III ITEM 4.4
7565	AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, O VESTIÁRIO E O REFEITÓRIO ESTÃO LOCALIZADOS DE FORMA A IMPEDIR A COMUNICAÇÃO DIRETA COM AS ÁREAS TÉCNICAS?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITENS 32.6.2 ALÍNEA "A" E 32.2.4.2
4780	POSSUI VESTIÁRIO OU LOCAL PARA GUARDA DOS PERTENCES DOS FUNCIONÁRIOS?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
8757	O LABORATÓRIO POSSUI FLUXO ADEQUADO, DE FORMA A NÃO COMPROMETER OS RESULTADOS ANALÍTICOS E A SEGURANÇA DO TRABALHADOR?				LM 7031/96 ART. 38 E 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 2º § 1º
6389	MOBILIÁRIO, DOCUMENTOS E OUTROS ITENS SÃO O ESTRITAMENTE NECESSÁRIO AOS ENSAIOS REALIZADOS?				LM 7031/96 ART. 69, ART. 77, ART. 97 INC. II C/C RDC 63/11 ART. 36
276	AS REDES HIDRÁULICA E DE ESGOTO ESTÃO LIGADAS À REDE OFICIAL EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO?				LM 7031/96 ART. 83 E ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 7
	AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INTERRUPTORES ESTÃO:				

533	Opções:				LM 7031/96 ART. 9º INC. I, ART. 29, ART. 69, ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 ART. 1º PARTE III ITEM 7.2 C/C ABNT NBR 13.534
	*EMBUTIDAS OU PROTEGIDOS EM TUBULAÇÕES ISOLANTES				
	*ÍNTEGRAS				
	*PRESAS ÀS PAREDES				
	*PRESAS AO TETO				
	*DE TAL FORMA A PERMITIR A HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES				
8760	POSSUI AS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO SATISFATÓRIAS?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 8º ITEM III E ART. 10
3571	O PISO É DE MATERIAL:				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 8º ITEM V C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2 C/C RDC 63/11 ART. 36
	Opções:				
	*DE ACABAMENTO RESISTENTE				
	*ANTIDERRAPANTE				
	*DE CORES CLARAS				
	*IMPERMEÁVEIS E FACILMENTE LAVÁVEIS				
	*EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
	*EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO				
	*COM INCLINAÇÃO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DE LAVAGEM, SE FOR O CASO				
	*AUSÊNCIA DE TRINCAS E DESCONTINUIDADES				
	*RALOS COM SISTEMA DE FECHAMENTO				
10153	AS PAREDES SÃO:				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 8º ITEM VI C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2 C/C RDC 63/11 ART. 36
	Opções:				
	*DE ACABAMENTO RESISTENTE				
	*DE CORES CLARAS				
	*IMPERMEÁVEIS OU DE FÁCIL LIMPEZA				
	*EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
	*EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO				
	*LISAS				
3573	O TETO É DE MATERIAL:				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 8º ITEM VI C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2 C/C RDC 63/11 ART. 36
	Opções:				
	*DE ACABAMENTO RESISTENTE				
	*DE COR CLARA				
	*LISOS				
	*EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
7006	POSSUI CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS DISPONDO DE:				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 PARTE III ITEM 6.2 SUBITEM B.5, C.8
	Opções:				
	*RALO COM SISTEMA DE FECHAMENTO				
	*INTERRUPTORES DE LUZ TAMPADOS				
7008	*ABERTURAS TELADAS				
	AS ÁREAS TÉCNICAS E DEMAIS SETORES DO LABORATÓRIO ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO?				LM 7031/96 ART. 29, ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2 C/C RDC 63/11 ART. 36
8762	NA SALA DE PREPARO DE REAGENTES EXISTE SISTEMA DE EXAUSTÃO?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 PARTE II UNIDADE FUNCIONAL 4 ITENS 4.1 E 4.4
8763	NA SALA DE MACROSCOPIA EXISTE SISTEMA DE EXAUSTÃO?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 PARTE II UNIDADE FUNCIONAL 4 ITEM 4.4
8764	NA SALA DE PREPARO DE REAGENTES O SISTEMA DE EXAUSTÃO É EFETIVO?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 PARTE II UNIDADE FUNCIONAL 4 ITENS 4.1 E 4.4
8765	NA SALA DE MACROSCOPIA O SISTEMA DE EXAUSTÃO É EFETIVO?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 50/02 PARTE II UNIDADE FUNCIONAL 4 ITEM 4.4

8766	OS PRODUTOS, REAGENTES E INSUMOS SÃO ARMAZENADOS DE FORMA SEGURA, DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE E SEM CONTATO DIRETO COM O PISO?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 37 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.5.4
<b>EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS</b>					
12501	<b>EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS</b>				
8783	POSSUI EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DO SERVIÇO E EM QUANTIDADE SUFICIENTE: <b>Opções:</b> *MICROSCÓPIO BINOCULAR *GELADEIRA *CENTRÍFUGA *ESTUFA *MICRÓTOMO *BANHO MARIA *HISTOTÉCNICO *PANELA DE PRESSÃO *ARQUIVO PARA LÂMINAS *ARQUIVO PARA BLOCOS *ARQUIVO PARA LAUDOS *CUBAS COM TAMPAS PARA COLORAÇÃO DE LÂMINAS *INSTRUMENTAL DE DISSECAÇÃO: PINÇA, TESOURA, BISTURI, FACAS, ETC. *CAPSULAS INDIVIDUAIS PARA PROCESSAMENTO DOS TECIDOS *RECIPIENTES PARA PARAFINA QUENTE *MOLDES PARA INCLUSÃO *OUTROS				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 2º § 4º E ART. 8º INC. XII C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.4.1 ALÍNEA "A"
7071	REALIZA E REGISTRA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS?				LM 7031/96 ART. 35 E 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 1º § 4º E ART. 16 ALÍNEA "C" C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - 5.4.1 ALÍNEA "C"
7072	OS CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ESTÃO DISPONÍVEIS?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.4.1 ALÍNEA "E"
8784	POSSUI REGISTRO DIÁRIO DO CONTROLE DA TEMPERATURA DAS GELADEIRAS, BANHOS-MARIA, ESTUFAS E OUTROS EQUIPAMENTOS E AMBIENTES QUE EXIJAM CONTROLE DA MESMA?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II E XI C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 16 ALÍNEA "C" C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.4.3
8785	POSSUI GELADEIRAS NA ÁREA TÉCNICA SINALIZADAS COM: <b>Opções:</b> *É PROIBIDO COLOCAR ALIMENTOS				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 22 INC. I E ANEXO RVFS ITEM 6.4 ALÍNEA "A"
12502	<b>PRODUTOS - LAUDOS E REGISTROS</b>				
8828	EXISTEM INSTRUÇÕES ESCRITAS PARA EMISSÃO DE LAUDOS?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 12 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.3.1
8829	O LAUDO DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO: <b>Opções:</b> *IDENTIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO *ENDEREÇO E TELEFONE DO LABORATÓRIO *NÚMERO DE REGISTRO DO LABORATÓRIO NO RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE - PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 11 *IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT) - RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.3.3 *NÚMERO DO REGISTRO DO RT NO RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL *IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE LIBEROU O EXAME *NÚMERO DO REGISTRO DO PROFISSIONAL QUE LIBEROU O EXAME NO RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE *NOME DO PACIENTE *Nº DO REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE NO LABORATÓRIO				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 11 E 12 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.3.3

	*DATA DA COLETA DA AMOSTRA				
	*DATA DA EMISSÃO DO LAUDO				
	*TIPO DE AMOSTRA				
	*NOME DO EXAME				
	*NOME DO EXAME				
	*ASSINATURA POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO				
	*OBSERVAÇÕES PERTINENTES				
7223	OS LAUDOS SÃO ASSINADOS POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR LEGALMENTE HABILITADO?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.3.2 C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 11
7224	OS LAUDOS DO LABORATÓRIO DE APOIO ESTÃO DISPONÍVEIS E SÃO ARQUIVADOS PELO PRAZO DE 5 ANOS DE FORMA A GARANTIR A SUA RASTREABILIDADE?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 36
8830	OS LAUDOS DO LABORATÓRIO DE APOIO ESTÃO DISPONÍVEIS E SÃO ARQUIVADOS PELO PRAZO DE 5 ANOS DE FORMA A GARANTIR A SUA RASTREABILIDADE?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 11 § ÚNICO
<b>PROCEDIMENTOS</b>					
12503	<b>PROCEDIMENTOS - ÁGUA</b>				
12535	HÁ REGISTROS DO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA REAGENTE PARA CADA LOTE OBTIDO, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DEFINIDOS?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 18 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.7
12629	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS DEFININDO O GRAU DE PUREZA DA ÁGUA REAGENTE UTILIZADA, SUA FORMA DE OBTENÇÃO E SEU CONTROLE DA QUALIDADE, QUANDO NECESSÁRIOS?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 12 E 18 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.7
7063	HÁ REGISTROS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA REAGENTE?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II - PM 038/99 ART. 1º ANEXO I - NTE Nº 005/99 ART. 27 ART. 2º § 4º - RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.4.1 ALÍNEA C
12630	HÁ REGISTROS DA EXECUÇÃO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RECIPIENTE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA REAGENTE?				LM 7031/96 ART 97 INC - PM 038/99 ART 1º AN. I - NTE Nº 005/99 ART 12 E 18 - RDC 302/05 ART 1º - ANEXO - ITENS 6.2.7, 5.8.1
7600	HÁ REGISTROS DA EXECUÇÃO DA LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA "F"
12504	<b>PROCEDIMENTOS - BIOSSEGURANÇA</b>				
7625	DISPONIBILIZA AOS FUNCIONÁRIOS MANUAL DE BIOSSEGURANÇA ATUALIZADO COM OS SEGUINTE ITENS:				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 23, 24, 25 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.7.1
	<b>Opções:</b>				
	<b>*NORMAS E CONDUTAS DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, QUÍMICA, FÍSICA, OCUPACIONAL E AMBIENTAL - ALÍNEA A</b>				
	<b>*INSTRUÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA - ALÍNEA B</b>				
	<b>*PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTES - ALÍNEA C</b>				
	<b>*INSTRUÇÕES DE MANUSEIO E TRANSPORTE DE AMOSTRA BIOLÓGICA - ALÍNEA D</b>				

8812	O ACESSO ÀS ÁREAS DE TRABALHO É RESTRITO ÀS PESSOAS AUTORIZADAS?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
8811	HÁ MAPAS DE RISCOS ESPECÍFICOS PARA OS DIVERSOS SETORES, VISÍVEL E DE FÁCIL ACESSO?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 3214/98 NR 9 C/C PF MTE 25/94 ART. 2º
8813	HÁ REGISTROS DO TREINAMENTO CONTINUADO EM BIOSSEGURANÇA?				LM 7031/96 ART 97 INC II - PM 038/99 ART 1º AN. I - NTE Nº 005/99 ART 26 - RDC 222/18 ART 4º e 6º INC. IX/X - RDC 302/05 ART 1º - AN. ITEM 5.2.2
8814	HÁ DISPONIBILIDADE DOS EPI'S E EPC'S RECOMENDADOS E/OU NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA DOS DIVERSOS SETORES?				LM 7031/96 ART. 38 § ÚNICO, ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 21
8815	HÁ REGISTROS DE ENTREGA DOS EPI'S AOS FUNCIONÁRIOS?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 3214/78 ART. 1º - NR 6 ITEM 6.6.1 ALÍNEA "C"
655	OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) POSSUEM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 3214/78 ART. 1º - NR 6 ITEM 6.2
8816	OS EPI'S ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 3214/78 ART. 1º - NR 6 ITENS 6.6.1 ALÍNEA "D" E 6.7.1 ALÍNEAS "B" E "C"
9306	OS EPI'S E VESTIMENTAS SÃO RETIRADOS PELOS FUNCIONÁRIOS ANTES DE SAIR DA ÁREA TÉCNICA?				LLM 7031/96 ART 77 e 97 INC II - PM 038/99 ART 1º AN. I - NTE Nº 005/99 ART 21 - PF MTE 485/05 ART 1º NR 32 ITEM 32.2.4.6.2
7641	POSSUI CAPELA DE EXAUSTÃO PARA PREPARO/MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.3.7.1.3 ALÍNEA "C"
7640	HÁ REGISTROS DE MONITORAMENTO DA EFICÁCIA DA CAPELA DE EXAUSTÃO?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
7643	HÁ REGISTROS DE AVALIAÇÃO SEMANAL DO FUNCIONAMENTO DO CHUVEIRO E LAVA-OLHOS?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.3.7.1.3 ALÍNEA "D"

7203	É PROIBIDO O USO DE ADORNOS NA ÁREA TÉCNICA?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.5
7205	É PROIBIDA A PIPETAGEM COM A BOCA E EXISTEM PIPETADORES OU PERAS?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR32 ITEM 32.10.14 C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 22 ITEM III
7206	É PROIBIDO COMER, BEBER, FUMAR E ARMAZENAR ALIMENTOS, A NÃO SER EM ÁREA ESPECÍFICA?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.5 C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 22 ITENS I E II
8822	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA O CASO DE DERRAMAMENTO DE AMOSTRAS E OUTROS ENVOLVENDO RISCO BIOLÓGICO?				LM 7031/96 ART 9º INC I , 97 INC II - RDC 302/05 ART 1º - AN. ITEM 5.7.1 ALÍNEA C - SEG. DO PAC. SERV DE SAÚDE: LIMP. DESINF. DE SUPERFÍCIES
8823	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA LIDAR COM DERRAMAMENTO ENVOLVENDO RISCO QUÍMICO?				LM 7031/96 ART 9º/I,77,97/II-PM 038/99 ART 27-RDC 302/05 ART 1º-AN.ITEM 5.7.1 ALÍNEAS A,B,C- PF MTE 485/05- NR 32 ITEM 32.3.4.1.1
7635	OS PRODUTOS QUÍMICOS VOLÁTEIS, INFLAMÁVEIS E CORROSIVOS ESTÃO SINALIZADOS E ACONDICIONADOS EM LOCAIS BEM VENTILADOS E LONGE DE FONTES DE CALOR?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.3.7.6
8824	HÁ REGISTROS DE TREINAMENTO DO PESSOAL RELATIVO A UTILIZAÇÃO DAS FISPQ?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITENS 32.3.6.1 E 32.3.6.1.1
7212	O ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS RESPEITA A INCOMPATIBILIDADE DAS PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.3.7.6.1
7214	O LABORATÓRIO POSSUI PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) ATUALIZADO E IMPLANTADO?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 3214/78 ART. 1º - NR 9 ITEM 9.2.1
7217	O ARMAZENAMENTO DE GÁS COMBUSTÍVEL É EXTERNO AO LOCAL DAS ATIVIDADES?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.2
7220	HÁ REGISTROS DAS AVALIAÇÕES PERIÓDICAS PARA VERIFICAR O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE BIOSSEGURANÇA?				LM 7031/96 ART. 38 § ÚNICO, ART. 97 INC. II C/C RDC 63/11 ART. 5º, ART. 6º, ART. 7º

12628					
	<b>PROCEDIMENTOS - CONDIÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO</b>				
4756	O TRANSPORTE DE AMOSTRAS É FEITO SOB TEMPERATURA DE SEGURANÇA, COM REGISTROS, QUANDO NECESSÁRIO?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II E XI C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.1.9
8753	HÁ CADASTRO ATUALIZADO DOS LABORATÓRIOS DE APOIO?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.9 ALÍNEA "A"
8754	OS SERVIÇOS PRESTADOS POR LABORATÓRIOS DE APOIO ESTÃO FORMALIZADOS EM CONTRATO?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.2.9 ALÍNEA "B"
8755	HÁ AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS LABORATÓRIOS DE APOIO E ESTES POSSUEM ALVARÁ SANITÁRIO?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 6.2.8.1 E 6.2.9 ALÍNEA "C"
12505	<b>PROCEDIMENTOS - GARANTIA DA QUALIDADE</b>				
7141	HÁ MANUAL DA QUALIDADE ATUALIZADO?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 18 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4
8793	HÁ REGISTROS DA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS (INCLUINDO DENTRE OUTROS, DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA, AVALIAÇÃO DO CONTROLE DA QUALIDADE, CERTIFICAÇÕES, RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA)?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4
12632	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA O CONTROLE INTERNO DE QUALIDADE (CIQ), DEFININDO A FORMA DE CONTROLE E A FREQUÊNCIA DE SUA UTILIZAÇÃO, PARA TODOS OS EXAMES?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 15, 16 E 18 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.2
8796	HÁ REGISTROS DE REVISÃO DE PELO MENOS 10% (DEZ POR CENTO) DE TODOS OS ESFREGAÇOS GINECOLÓGICOS CONSIDERADOS NEGATIVOS?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 11, 12 E 16 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.2.1 ALÍNEA "C"
8797	HÁ REGISTROS DAS AÇÕES CORRETIVAS ADOTADAS EM RAZÃO DE RESULTADOS DIVERGENTES DA REVISÃO DOS ESFREGAÇOS GINECOLÓGICOS?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 11, 12, 16 E 18 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.2.3
8798	HÁ REGISTROS DE REVISÃO DE TODOS OS ESFREGAÇOS SUSPEITOS PARA NEOPLASIA?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 16 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.2.1 ALÍNEA "C"

12633	HÁ REGISTROS DAS AÇÕES CORRETIVAS ADOTADAS EM RAZÃO DE RESULTADOS DIVERGENTES DOS ESFREGAÇOS SUSPEITOS PARA NEOPLASIA?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 11, 12 E 16 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.2.1 ALÍNEA "C"
8800	HÁ REGISTROS DE PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE (CEQ)?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 17 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.3.1
8801	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS DEFININDO A FORMA E A FREQUÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM CONTROLE EXTERNO DA QUALIDADE?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 17 E 18 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.1, "B"
8802	HÁ REGISTROS DAS INVESTIGAÇÕES DE CAUSAS E MEDIDAS CORRETIVAS ADOTADAS PARA AS NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS NO CONTROLE EXTERNO?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 17 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 9.2.3
8803	SÃO REALIZADAS AUDITORIAS INTERNAS DE TODAS AS ATIVIDADES, PERIODICAMENTE, COM ANÁLISE CRÍTICA E ESTÃO DEVIDAMENTE REGISTRADAS?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 11, 12, 15 E 18 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4
12506	<b>PROCEDIMENTOS - LIMPEZA/DESINFECÇÃO</b>				
8804	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, DE SUPERFÍCIES, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, ETC.?				LM 7031/96 ART. 29, 69 E 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.8.2
8805	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA DILUIÇÃO DOS PRODUTOS SANEANTES UTILIZADOS?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.8.2
8808	HÁ REGISTROS DE TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITENS 32.8.1 E 32.8.1.2
8809	HÁ IDENTIFICAÇÃO, NOS RECIPIENTES, DAS SOLUÇÕES PREPARADAS E UTILIZADAS NOS PROCESSOS DE LIMPEZA DE MATERIAIS?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.3.3
7192	OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA E LAVAGEM DE MATERIAL FAZEM USO SUPERVISIONADO DE EPI:				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 20 ITEM II
	Opções:				
	*LUVAS DE BORRACHA				
	*AVENTAL IMPERMEÁVEL				
	*BOTAS				
12507	<b>PROCEDIMENTOS - PROCESSOS</b>				



8786	HÁ REGISTROS DA MARCA, LOTE E VALIDADE DO KIT, REAGENTE OU SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, QUANDO DA SUA ENTRADA EM USO?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 11 E 12 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA "F"
8787	OS PRODUTOS, REAGENTES E INSUMOS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II E X C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 38 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.5.3
8788	OS PRODUTOS QUÍMICOS PASSÍVEIS DE REGISTRO/CADASTRO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO ESTÃO REGULARIZADOS NO ÓRGÃO COMPETENTE?				LM 7031/96 ART. 97 INC. VI C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 2º § 3º
8789	OS PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO ESTÃO ARMAZENADOS EM TEMPERATURA E/OU CONDIÇÕES ESPECIFICADAS PELO FABRICANTE?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II E XI C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 37 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.5.5
8791	OS REAGENTES, SOLUÇÕES E INSUMOS PREPARADOS OU ALIQUOTADOS NO LABORATÓRIO ESTÃO ROTULADOS:				LM 7031/96 ART. 97 INC. II E VI C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.5.3
	<b>Opções:</b>				
	<b>*NOME</b>				
	<b>*CONCENTRAÇÃO</b>				
	<b>*NÚMERO DO LOTE</b>				
	<b>*DATA DE PREPARAÇÃO</b>				
	<b>*VALIDADE</b>				
	<b>*INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA</b>				
	<b>*IDENTIFICAÇÃO DO PREPARADOR</b>				
<b>*CONDIÇÕES DO ARMAZENAMENTO</b>					
8792	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS DOS PROCESSOS DE PREPARO DE REAGENTES E SOLUÇÕES?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 18 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.6
7099	HÁ REGISTROS DOS PROCESSOS DE PREPARO E DO CONTROLE DA QUALIDADE DE REAGENTES, CORANTES E SOLUÇÕES?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 11, 12 E 18 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.5.3.2
12508	<b>PROCEDIMENTOS - RECEPÇÃO/COLETA</b>				
4813	O CADASTRO DO PACIENTE CONTÉM:				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 6.1.4 E 6.1.3
	<b>Opções:</b>				
	<b>*NÚMERO DE REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE GERADO PELO LABORATÓRIO</b>				
	<b>*NOME COMPLETO DO PACIENTE</b>				
	<b>*DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE</b>				
	<b>*ENDEREÇO DO PACIENTE/RESPONSÁVEL, QUANDO APLICÁVEL</b>				
	<b>*IDADE, SEXO E PROCEDÊNCIA DO PACIENTE</b>				
	<b>*NOME E CONTATO DO RESPONSÁVEL EM CASO DE MENOR DE IDADE OU INCAPACITADO</b>				
	<b>*NOME OU Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL DO SOLICITANTE</b>				
	<b>*EXAMES SOLICITADOS E TIPO DE AMOSTRA</b>				
	<b>*DATA DO EXAME</b>				
	<b>*HORARIO DO ATENDIMENTO</b>				

	<b>*HORÁRIO DE COLETA QUANDO APLICÁVEL</b> <b>*DATA PREVISTA PARA ENTREGA DOS RESULTADOS</b> <b>*INDICAÇÃO DE URGÊNCIA QUANDO APLICÁVEL</b> <b>*MEDICAMENTOS SE FOR O CASO</b> <b>*QUANDO NECESSÁRIO: INFORMAÇÕES ADICIONAIS, EM CONFORMIDADE COM O EXAME</b>				
7042	HÁ UM SISTEMA ADEQUADAMENTE IMPLANTADO PARA A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA DAS AMOSTRAS, DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS ESCRITOS?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 18 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 6.1.7 E 6.2
7049	O TRANSPORTE DE AMOSTRAS EM ÁREAS COMUNS OU DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS É FEITO EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.1.12
7589	HÁ IDENTIFICAÇÃO CLARA DE QUEM COLETOU OU RECEBEU A AMOSTRA PARA GARANTIR A RASTREABILIDADE?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 12 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.1.7.2
8770	É FORNECIDO AO PACIENTE AMBULATORIAL UM COMPROVANTE CONTENDO: <b>Opções:</b> <b>*NOME DO ESTABELECIMENTO</b> <b>*ENDEREÇO COMPLETO E TELEFONE DO ESTABELECIMENTO</b> <b>*NOME DO RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO</b> <b>*NOME DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL</b> <b>*NÚMERO DE REGISTRO DO PACIENTE NO LABORATÓRIO</b> <b>*IDADE E SEXO DO PACIENTE</b> <b>*ENDEREÇO COMPLETO E TELEFONE DO PACIENTE</b> <b>*DATA DA COLETA OU DO RECEBIMENTO DO MATERIAL</b> <b>*RELAÇÃO DOS EXAMES A SEREM REALIZADOS</b> <b>*PROCEDÊNCIA DO MATERIAL</b> <b>*DATA PROVÁVEL DA ENTREGA DOS RESULTADOS</b> <b>*NOME DO RESPONSÁVEL PELA COLETA</b>				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.1.5 C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 14
12634	HÁ ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS QUANTO À FASE PRÉ-ANALÍTICA DOS EXAMES REALIZADOS NO LABORATÓRIO (TIPO DE RECIPIENTE, QUANTIDADE DE AMOSTRA, CONSERVAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, TRANSPORTE)?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 18 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.1.9
12635	SÃO DISPONIBILIZADAS AOS PACIENTES INSTRUÇÕES ESCRITAS E /OU VERBAIS, EM LINGUAGEM ACESSÍVEL, PARA ORIENTAR O PREPARO PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART.13, ART. 18 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.1.9
8771	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA ORIENTAR O RECEBIMENTO, A COLETA E A IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS, DE ACORDO COM OS EXAMES QUE REALIZA NOS DIVERSOS SETORES?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 18 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.1.9
8772	HÁ REGISTROS PARA O CASO DE REJEIÇÃO DE AMOSTRAS?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 12 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 5.1.4 ALÍNEA "F" E 6.1.4
8773	O LABORATÓRIO QUE PRESTA SERVIÇO DE APOIO DISPONIBILIZA PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA ORIENTAR O RECEBIMENTO, A COLETA, A IDENTIFICAÇÃO E O TRANSPORTE DAS AMOSTRAS?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITENS 6.1.8 E 6.2.8.2

7694	HÁ DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA PROTEGER E FAZER CÓPIAS DE SEGURANÇA DOS REGISTROS ARMAZENADOS ELETRONICAMENTE E PREVENIR O ACESSO OU EMENDAS NÃO AUTORIZADAS NESSES REGISTROS?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 18 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.5
<b>RECURSOS HUMANOS</b>					
6950	POSSUI RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT) LEGALMENTE HABILITADO?				LM 7031/96 ART. 19 § 1º E 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 27
8768	HÁ SUPERVISÃO DO PESSOAL TÉCNICO POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR, LEGALMENTE HABILITADO, DURANTE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E SUPERVISÃO DURANTE OS PLANTÕES?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA "C"
8767	HÁ REGISTROS DA FORMAÇÃO EDUCACIONAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA CITOTÉCNICA E DE NÍVEL SUPERIOR, COMPATÍVEIS COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.2.2
7017	AS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS ESTÃO FORMALMENTE DESCRITAS E DISPONÍVEIS A TODOS OS ENVOLVIDOS NOS DIVERSOS PROCESSOS?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.5
8769	HÁ PESSOAL EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER À DEMANDA DOS SERVIÇOS?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA "A"
7016	HÁ ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DOCUMENTADA E ATUALIZADA DO LABORATÓRIO?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.8
7027	POSSUI PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), COM REVISÃO ANUAL?				LM 7031/96 ART. 74, ART. 77, ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.2.4 C/C PF MTE 3214/78 ART. 1º NR 7 ITEM 7.1.1
7022	A CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES É ASSEGURADA AO CLIENTE, POR MEIO DE PROCEDIMENTOS ESCRITOS E TERMO DE CONFIDENCIALIDADE ASSINADO PELOS FUNCIONÁRIOS?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.4 ALÍNEA "B"
7026	O PESSOAL EM TREINAMENTO CONTA COM SUPERVISÃO CONTÍNUA?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.5
12636	HÁ REGISTROS DOS TREINAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS INFORMANDO DATA, HORÁRIO, CARGA HORÁRIA, CONTEÚDO MINISTRADO, NOME E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO INSTRUTOR E NOME DOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS?				LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.9.2 C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.2.3

7025	HÁ REGISTROS DAS AVALIAÇÕES DA EFETIVIDADE DOS TREINAMENTOS?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 5.1.5
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>					
6955	AS ATIVIDADES CONSTANTES DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E DA FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC - COINCIDEM COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS OU EM CONDIÇÕES DE SEREM EXERCIDAS NO LOCAL?				LM 7031/96 ART. 19 C/C RDC 63/11, ART. 10
1029	POSSUI PROJETO ARQUITETÔNICO:				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PM 038/99 ART. 1º ANEXO I NTE Nº 005/99 ART. 2º § 1º E 2º C/C RDC 302/05 ART. 2º
	<b>Opções:</b>				
	<b>*APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES</b>				
	<b>*PROTOCOLADO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES</b>				
	<b>*ATUALIZADO</b>				
	<b>*EM CONFORMIDADE COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS</b>				
12637	HÁ CONTRATO FORMAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE AUTORIZADA, PARA O TRANSPORTE/TRATAMENTO/DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 222/18 ART. 6º INC. XI C/C DM 16.509/16 ART. 33
9720	POSSUI INSTRUMENTO ESCRITO (CONTRATO) QUE COMPROVE A TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE DO MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO COM O TRANSPORTADOR?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 20/14 ART. 7º C/C RDC 302/05 ART. 1º - ANEXO - ITEM 6.1.12
7541	POSSUI PROGRAMA DOCUMENTADO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS?				LM 7031/96 ART 69, 77, 97 INC II - PF MTE 485/05 ART 1º NR 32 ITEM 32.10.6 - RDC 222/18 ART. 6º INC VIII - RDC 52/09 ART 5º, ART 20 E INCISOS
7540	POSSUI PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC) PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 5 TR (60000 BTUS)?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PF 3523/98 ART. 6º
6383	POSSUI DOCUMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SUJEITOS AO CONTROLE DO EXÉRCITO?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C DF 3665/00 ART. 100
6382	POSSUI DOCUMENTO DE LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SUJEITOS AO CONTROLE DA POLÍCIA FEDERAL?				LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PF 1274/03 ART. 2º
11699	<b>PGRSS</b>				<b>INFORMATIVO</b>
2925	POSSUI PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS)?				LM 7031/96 Art. 22 C/C RDC ANVISA 222/2018 ART 1 C/C DM 16.509/16 ART. 3,C/C RDC 306/04 ART. 1º
	<b>Opções:</b>				
	<b>*COM CÓPIA DISPONÍVEL P/ CONSULTA DA AUTORIDADE SANITÁRIA</b>				
	<b>*PROTOCOLADO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES</b>				
	<b>*APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES</b>				
	<b>*DECLARAÇÃO DE NÃO GERADOR DE RESÍDUOS</b>				
9264	HÁ CONTRATO/COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS DA EMPRESA LEGALMENTE LICENCIADA PARA O TRANSPORTE/DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE?				RDC 222/18 E DM 16.509/16

1681	POSSUI RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORANTES?				RDC 222/18 ART.86
35	AS LIXEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO?				Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.17
	OPÇÕES:				
	*CONSTITUÍDAS DE MATERIAL LAVÁVEL				
	*PROVIDAS DE SACO PLÁSTICO NA COR ADEQUADA				
	*PROVIDAS DE TAMPAS ACIONADAS SEM CONTATO MANUAL				
	*DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM DESCRIÇÃO E SIMBOLOGIA				
	*EM QUANTIDADE SUFICIENTE				
*ÍNTEGRAS					
11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?				LM 7031/96 ART 97 INC.II, RDC 222/18 ART.11
<b>TABAGISMO</b>					
11210	POSSUI PLACA INDICATIVA DA PROIBIÇÃO DE FUMAR?				LEI 12903/98 ART.4º C/C LM 7031/96 ART.97 INC. II OU IV
11104	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE FUMAR DENTRO E NO ENTORNO DO ESTABELECIMENTO?				DF 8262/14 ART.3º C/C LM 7031/96 ART.97 INC.II OU IV