


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
	ROTEIRO PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COMPLETO- TIPO 1 E 2 -VISA	PG:	REVISÃO:	VIGENCIA:		
ID 748	RVF_DVSA_106_VS	9	set/20	31/12/2020		
COD_CNAE	DENONINAÇÃO ATIVIDADE					
8610101	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
8630501	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS					
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
<b>INFRAESTRUTURA</b>						
<b>12802</b>	<b>NA DESINFECÇÃO QUÍMICA</b>					
6839	POSSUI PONTO DE ÁGUA FRIA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 50/02 UNIDADE FUNCIONAL 5 ITENS 5.3.5;5.3.6
8848	A ÁGUA UTILIZADA NO ENXAGUE DOS PRODUTOS ATENDE AOS PADRÕES DE POTABILIDADE DEFINIDOS EM NORMA ESPECÍFICA?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C PF 2914/11, ARTS. 27, 34, 37 E 39, C/C RDC63/11 ART 57
<b>12803</b>	<b>NA EMBALAGEM</b>					
1876	POSSUI BANCADA/MESA PREFERENCIALMENTE DE COR CLARA PARA REALIZAR A INSPEÇÃO DOS INSTRUMENTAIS ANTES DA EMBALAGEM?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 15/12 ART 49 §1º
<b>12801</b>	<b>NA ESTERILIZAÇÃO</b>					
1863	POSSUI BANCADA COM TANQUE/PIA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC15/12 ART49§ 1º
1864	POSSUI PIA DE DESPEJO PARA DESCARTE DE MATERIAL ORGÂNICO:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE III, ITEM 6.2, B.6
	Opções:					
	*COM TAMPAS					
	*PROVIDO DE VÁLVULA PARA DESCARTE					
8854	A ÁGUA UTILIZADA NO PROCESSO DE GERAÇÃO DE VAPOR DAS AUTOCLAVES ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 95
2637	POSSUI JATO DE ÁGUA PRESSURIZADA COM BICOS ADAPTÁVEIS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/Crepublicação DA NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES, ITEM 5.4 E C/C RDC15/12 ART69
6043	POSSUI ÁGUA QUENTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97, II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - TABELAS, 5-APOIO TÉCNICO, 5.3-CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO
<b>12815</b>	<b>NA PREPARAÇÃO/MANIPULAÇÃO</b>					
6831	POSSUI ÁREA DE RECEPÇÃO DE ROUPA LIMPA COM 4 M2?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 50/02 UNIDADE FUNCIONAL 5
6832	POSSUI SETOR DE PREPARO DE MATERIAIS E ROUPA LIMPA COM 0,25 M2 POR LEITO COM ÁREA MÍNIMA DE 12 M2?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 50/02 UNIDADE FUNCIONAL 5
<b>12085</b>	<b>ÁREA FÍSICA GERAL DO ESTABELECIMENTO</b>					
3571	O PISO É DE MATERIAL:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE 3, ITEM 6.2, C.1
	Opções:					
	*DE ACABAMENTO RESISTENTE					
	*ANTIDERRAPANTE					
	*DE CORES CLARAS					
	*IMPERMEÁVEIS E FACILMENTE LAVÁVEIS					
	*EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
	*EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO					
	*COM INCLINAÇÃO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DE LAVAGEM, SE FOR O CASO					
	*AUSÊNCIA DE TRINCAS E DESCONTINUIDADES					
*RALOS COM SISTEMA DE FECHAMENTO						
3573	O TETO É DE MATERIAL:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE 3, ITEM 6.2, C.1
	Opções:					
	*DE ACABAMENTO RESISTENTE					
	*DE COR CLARA					
	*LISOS					
	*EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
*EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO						
10153	AS PAREDES SÃO:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE 3, ITEM 6.2, C.1
	Opções:					
	*DE ACABAMENTO RESISTENTE					
	*DE CORES CLARAS					
	*IMPERMEÁVEIS OU DE FÁCIL LIMPEZA					
	*EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
*EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO						
	*LISAS					

6801	AS BANCADAS SÃO DE MATERIAL NÃO POROSO, QUE RESISTE À LIMPEZA ÚMIDA FREQUENTE E À APLICAÇÃO DE SANEANTES?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC63/11 ART17
8838	NO CME TIPO II EXISTE UMA ÁREA EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO DE PRODUTOS CONSIGNADOS CONSTITUÍDA DE BANCADA COM DIMENSÕES QUE PERMITAM A CONFERÊNCIA DOS MATERIAIS DE FORMA A GARANTIR A SEGURANÇA DO PROCESSO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 50
1849	AS ABERTURAS ESTÃO CONFIGURADAS DE MODO A EVITAR A ENTRADA DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS (INCLUINDO RALOS COM TAMPA ROTATIVA E TELAS)?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC50/02 PARTE 3 ITEM B5 E C8
12807	O PROCESSAMENTO DE PRODUTOS SEGUE UM FLUXO DIRECIONADO SEMPRE DA ÁREA SUJA PARA A ÁREA LIMPA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC15/12 ART15
12808	O CME CLASSE I DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, BARREIRA TÉCNICA ENTRE O SETOR SUJO E OS SETORES LIMPOS.				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC15/12 ART46
12810	O CME CLASSE I DEVE POSSUIR, MINIMAMENTE, OS SEGUINTE AMBIENTES:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC15/12 ART44
	OPÇÕES:					
	* I - ÁREA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA (SETOR SUJO);					
	*II - ÁREA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO (SETOR LIMPO);					
	*III - SALA DE DESINFECÇÃO QUÍMICA, QUANDO APLICÁVEL (SETOR LIMPO);					
	*IV - ÁREA DE MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO (SETOR LIMPO);					
	* V - ÁREA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS (SETOR LIMPO)					
12809	O CME CLASSE II E A EMPRESA PROCESSADORA DEVEM POSSUIR, MINIMAMENTE, OS SEGUINTE AMBIENTES:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC15/12 ART47
	OPÇÕES :					
	* I - SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA (SETOR SUJO);					
	* II - SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO (SETOR LIMPO);					
	*III - SALA DE DESINFECÇÃO QUÍMICA, QUANDO APLICÁVEL (SETOR LIMPO);					
	* IV - ÁREA DE MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO (SETOR LIMPO);					
	*V - SALA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS (SETOR LIMPO).					
8911	OS DIVERSOS AMBIENTES POSSUEM:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC.II, C/C RDC 63/11 ARTS 35,36 E 38
	Opções:					
	*BOAS CONDIÇÕES DE VENTILAÇÃO					
	*BOAS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO					
	*AUSÊNCIA DE FIAÇÃO EXPOSTA					
	*ENCANAMENTOS COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTOS					
	*BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA					
6880	O ARMAZENAMENTO OCORRE EM LOCAL:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC.II, C/C RDC 15/12 ARTS.60 E 101
	Opções:					
	*EXCLUSIVO					
	*DE ACESSO RESTRITO					
	*QUE NÃO É DE CIRCULAÇÃO					
	*LIMPO E SECO					
	*SOB PROTEÇÃO DA LUZ SOLAR DIRETA					
6878	A SALA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E ROUPAS ESTERILIZADAS POSSUI:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC.II,C/C RDC 50/02 UF 5 APOIO TÉCNICO
	Opções:					
	*0,2 M2 POR LEITO COM O MÍNIMO 10 M2					
	*AR CONDICIONADO					
<b>EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E PRODUTOS</b>						
8844	O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO DO CME CLASSE II E DA EMPRESA PROCESSADORA ATENDEM AOS SEGUINTE ITENS:				MAIOR	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 98 C/C ART 54 INCISOS I,II E III C/C NBR7256 2005
	OPÇÕES:					
	I - MANTER TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 20 E 24º C;					
	II - GARANTIR VAZÃO MÍNIMA DE AR TOTAL DE 18,00 M3/H/M2;					
	III - MANTER UM DIFERENCIAL DE PRESSÃO POSITIVO ( INSUFLAMENTO)ENTRE OS AMBIENTES ADJACENTES, COM PRESSÃO DIFERENCIAL MÍNIMA DE 2,5 PA.					
12804	O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SALA DE DESINFECÇÃO QUÍMICA ATENDE ALÉM DO DISPOSTO NAS NORMATIZAÇÕES PERTINENTES, AOS SEGUINTE ITENS:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c PF 2616/98, ART. 1, ANEXO V, ITEM 2, C/C RDC 15/12 ART 56 ITENS I,II,III E § ÚNICO
	Opções:					
	*I - GARANTIR VAZÃO MÍNIMA DE AR TOTAL DE 18,00 M3/H/M2;					
	*II - MANTER UM DIFERENCIAL DE PRESSÃO NEGATIVO ENTRE OS AMBIENTES ADJACENTES, COM PRESSÃO DIFERENCIAL MÍNIMA DE 2,5 PA;					
	*III - PROVER EXAUSTÃO FORÇADA DE TODO AR DA SALA COM DESCARGA PARA O EXTERIOR DA EDIFICAÇÃO.					
12805	O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA ÁREA DE LIMPEZA DO CME CLASSE II E DA EMPRESA PROCESSADORA DEVEM ATENDER ALÉM DO DISPOSTO NAS NORMATIZAÇÕES PERTINENTES, OS SEGUINTE ITENS:				MAIOR	LM 7031/96 ART 32 C/C RC 15/12 ART. 52 INCISOS I,II,III,IV,§ ÚNICO (NBR 7256 2005)
	I - MANTER TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 18º E 22º C;					
	II - GARANTIR VAZÃO MÍNIMA DE AR TOTAL DE 18,00 M3/H/M2;					
	III - MANTER UM DIFERENCIAL DE PRESSÃO NEGATIVO (EXAUSTÃO) ENTRE OS AMBIENTES ADJACENTES, COM PRESSÃO DIFERENCIAL MÍNIMA DE 2,5 PA; E					
	IV - PROVER EXAUSTÃO FORÇADA DE TODO AR DA SALA COM DESCARGA PARA O EXTERIOR DA EDIFICAÇÃO.					
	PARÁGRAFO ÚNICO. O AR DE REPOSIÇÃO PODE SER PROVENIENTE DOS AMBIENTES VIZINHOS.					

6041	POSSUI UTENSÍLIOS AUXILIARES ADEQUADOS PARA A LIMPEZA:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES, ITENS 5.4 E, 11 C/C RDC63/11 ART 17
	Opções:					
	*ESCOVAS MACIAS					
	*ESCOVAS DE TAMANHOS VARIADOS (LUMENS, CREMALHEIRAS, ARTICULAÇÕES)					
	*ESPONJAS MACIAS					
	*EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
	*EM BOM ESTADO DE HIGIENE					
12827	O DESINFETANTE PARA ARTIGO SEMICRÍTICO ESTÁ SENDO UTILIZADO DE ACORDO COMO OS PARÂMETROS DEFINIDOS NO REGISTRO DO PRODUTO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 90 §1º
6045	EM RELAÇÃO AO DETERGENTE ENZIMÁTICO, ESTÃO DE ACORDO COM O PRECONIZADO PELO FABRICANTE:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES, ITEM 5.4 d
	Opções:					
	*A DILUIÇÃO					
	*O TEMPO DE AÇÃO					
<b>PROCEDIMENTOS</b>						
7305	A PREPARAÇÃO ALCOÓLICA PARA FRICÇÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS ESTÁ EM LUGAR VISÍVEL E DE FÁCIL ACESSO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 42/10 art. 6.INC.II
<b>12811</b>	<b>AREA DE DESINFECÇÃO QUÍMICA</b>					
1875	A DESINFECÇÃO QUÍMICA É REALIZADA DA FORMA DESCRITA:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C PF 2616/98, ART. 1, ANEXO V, ITEM 2 C/C RDC63/11 ART 57
	Opções:					
	*OS INSTRUMENTAIS SÃO LIMPOS					
	*OS INSTRUMENTAIS SÃO MANTIDOS COMPLETAMENTE SUBMERSOS NA SOLUÇÃO					
	*OS INSTRUMENTAIS SÃO SECOS					
	*O TEMPO DE EXPOSIÇÃO É RESPEITADO					
6048	REALIZA ADEQUADAMENTE O ENXAGUE DOS ARTIGOS?				CRÍTICO	ILM 7031/96 ART 32 C/C PF 2616/98, ART. 1º, ANEXO V, ITEM 2, C/C RDC63/11 ART 57
12828	AS SOLUÇÕES UTILIZADAS PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS ESTÃO:				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 34 C/C PF 2616/98 ART. 1, ANEXO V, ITEM 2, C/C RDC63/11 ART 57
	Opções:					
	*ACONDICIONADAS CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE (EMBALAGEM OPACA)					
	*IDENTIFICADAS COM O NOME DO PRODUTO					
	*RÓTULO COM DATA PREPARO					
6050	REALIZA DILUIÇÃO CONFORME INSTRUÇÃO DO FABRICANTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C PF 2616/98, ART. 1, ANEXO V, ITEM 2, C/C RDC63/11 ART 57
12829	OS MATERIAIS DESINFETADOS SÃO EMBALADOS DE MANEIRA SEGURA EVITANDO SUA RECONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM OU RECIPIENTE FECHADO E INDIVIDUALIZADO)?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C PF 2616/98, ART. 1, ANEXO V, ITEM 2 C/C PM 024/99, ART.1, NTE 002/99, ANEXO VIII, RVF 008 - CME ITEM 02 C/C RDC 15/12 ART 88
8868	OS PRODUTOS SEMI-CRÍTICOS UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA, ANESTESIA E INALOTERAPIA APÓS A LIMPEZA SÃO SUBMETIDOS NO MÍNIMO A DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO, COM PRODUTOS SANEANTES EM CONFORMIDADE COM A NORMATIZAÇÃO SANITÁRIA, OU TERMODESINFECÇÃO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 12, PARAG. ÚNICO
12830	AS SOLUÇÕES ATIVADAS SÃO SUBMETIDAS A UM PROCESSO DE MONITORIZAÇÃO DOS PARÂMETROS INDICADORES DE EFETIVIDADE COM REGISTRO ( CONCENTRAÇÃO, OUTROS) 1 VEZ AO DIA, ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E SUBSEQUENTES ( TURNOS)?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 90 §2º
12831	POSSUI SISTEMA DE EXAUSTÃO QUE GARANTA NÍVEIS MÍNIMOS DE CONCENTRAÇÃO DOS PRODUTOS QUÍMICOS (GLUTARALDEÍDO OU OUTRO) ABAIXO DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS NAS NORMAS.? APRESENTAR LAUDO TÉCNICO COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART.				MAIOR	LM 7031/96 art 38 §U e 77 C/C PMTE 485/05 art1º, NR 32 item 32.3.7.1.3 b,c
6049	POSSUEM OS EPIS ABAIXO:				CRÍTICO	PM 485/05, ART. 1, ANEXO I -NR-32, ITEM 32.2.4.7 C/C LM 7031/96, ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO C/C RDC 63/2011 ART. 46 e 47, C/C RDC 15/12 ART 31
	Opções:					
	*GORRO					
	*ÓCULOS COM PROTETORES LATERAIS					
	*ESCUDO/PROTETOR FACIAL					
	*MÁSCARA DESCARTÁVEL					
	*MÁSCARAS PARA VAPORES ORGÂNICOS					
	*LUVAS DE CANO LONGO (DE BORRACHA, BUTÍLICAS OU NITRÍLICAS)					
	*BOTA OU CALÇADOS FECHADOS IMPERMEÁVEIS E ANITIDERRAPANTES					
	*AVENTAL COMPATÍVEL COM O RISCO					
<b>12812</b>	<b>ÁREA DE EMBALAGEM</b>					
12832	TODAS AS EMBALAGENS DOS PRODUTOS PARA SAÚDE SUBMETIDOS À ESTERILIZAÇÃO SÃO IDENTIFICADOS POR MEIO DE RÓTULOS OU ETIQUETAS:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 83,85 e 85
	OPÇÕES:					
	* NOME DO PRODUTO					
	*LOTE					
	*DATA DA ESTERILIZAÇÃO					
	*DATA DA VALIDADE					
	*NOME DO RESPONSÁVEL PELO PREPARO					
	*LEGÍVEIS					

8858	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DO USO DE EMBALAGENS DE PAPEL KRAFT, PAPEL TOALHA, PAPEL MANILHA, PAPEL JORNAL E LÂMINAS DE ALUMÍNIO, ASSIM COMO AS EMBALAGENS TIPO ENVELOPE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE NÃO DESTINADAS AO USO EM EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO E O USO DE CAIXAS METÁLICAS SEM FUROS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 79 E 81
8859	AS EMBALAGENS UTILIZADAS PARA A ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE ESTÃO REGULARIZADAS JUNTO À ANVISA, PARA USO ESPECÍFICO EM ESTERILIZAÇÃO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 78
8860	POSSUI PLANO CONTENDO CRITÉRIOS DE AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO ARSENAL DE EMBALAGENS DE TECIDO DE ALGODÃO COM REGISTROS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 82
8861	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE UTILIZAR EMBALAGENS DE TECIDO DE ALGODÃO REPARADAS COM REMENDOS OU CERZIDAS? (SEMPRE QUE FOR EVIDENCIADA A PRESENÇA DE PERFURAÇÕES, RASGOS, DESGASTE DO TECIDO OU COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO DE BARREIRA, A EMBALAGEM DEVE TER SUA UTILIZAÇÃO SUSPensa?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 82 PARAG. ÚNICO
1883	OS PACOTES SÃO IDENTIFICADOS COM FITAS TERMOSENSÍVEIS?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES ITEM 1
4097	REALIZA O FECHAMENTO DOS PACOTES DE GRAU CIRÚRGICO POR TERMOSELAGEM (quando se aplicar, há grau cirúrgico auto-selante)				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C rdc15/12 art 80
<b>12813</b>	<b>ÁREA DE ESTERILIZAÇÃO</b>					
6589	TODOS OS ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES SÃO ESTERILIZADOS NA CME?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES ITEM 7
6066	TUDO INSTRUMENTAL QUE NÃO PERTENÇA AO SERVIÇO É PREVIAMENTE REPROCESSADO PELA CME DO MESMO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 08/09, ART. 6
6065	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE REALIZAR ATIVIDADES COMERCIAIS DE PROCESSAMENTO PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 156/06, ART. 13
6064	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAR PRODUTOS REPROCESSADOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 156/06, ART 11
6063	TODOS OS ARTIGOS CRÍTICOS (PROCEDIMENTOS INVASIVOS C/ PENETRAÇÃO DE PELE E MUCOSAS ADJACENTES, TECIDOS SUBEPITELIAIS E SISTEMA VASCULAR) SÃO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO?				CRÍTICO	NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES ITEM 1 C/C LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 15/12 ART 11
6062	SÃO REALIZADOS SOMENTE PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO AUTORIZADOS PELA LEGISLAÇÃO (VEDADA A UTILIZAÇÃO DO FORMOL EM PASTILHAS E QUÍMICA LÍQUIDA)?				CRÍTICO	NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES ITEM 1 C/C LM 7031/96, ART. 9, I
6061	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE REPROCESSAR?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 156/06 ART 8 INC I E II c/c NOTIFICAÇÃO Nº 202/08 ITEM 2
	Opções:					
	*OS LISTADOS NA RE 2605/06 *ARTIGOS QUE APRESENTAM NO RÓTULO OS DIZERES PROIBIDO REPROCESSAR					
8853	RESPEITA A PROIBIÇÃO DE UTILIZAR ESTUFAS PARA ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 92
8855	REALIZA O MONITORAMENTO DE CADA CARGA COM PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADORES QUÍMICOS (CLASSE 5 OU 6)? Verificar os controles escolhidos pelo RT.				MAIOR	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 96
8856	SÃO UTILIZADOS INDICADORES BIOLÓGICOS NAS CARGAS DE MATERIAIS IMPLANTÁVEIS SENDO A CARGA LIBERADA SOMENTE APÓS A LEITURA NEGATIVA DO INDICADOR?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 98 C/C ART 98 PARAG. ÚNICO
12833	SE A AUTOCLAVE É GRAVITACIONAL RESPEITA A CAPACIDADE MÁXIMA DE 100 LITROS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 91
6876	É REALIZADO O REGISTRO A CADA LOTE DE ESTERILIZAÇÃO COM AS SEGUINTE				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c REPUBLICAÇÃO NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES ITEM 1 C/C RDC 15/12 ART. 25
	INFORMAÇÕES:					
	Opções:					
	*NÚMERO DO LOTE E NOME DO TÉCNICO					
	*CONTEÚDO GERAL DA CARGA					
	*TEMPO DE EXPOSIÇÃO					
	*TEMPERATURA DE EXPOSIÇÃO					
	*RESULTADO DO INDICADOR QUÍMICO					
	*RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO					
PROBLEMAS DURANTE O PROCESSO						
OBSERVAÇÕES						
9146	REALIZA ESTERILIZAÇÃO DO INSTRUMENTAL DE NEUROCIRURGIA: (PARA PRIONS)				MAIOR	LM 7031/96 ART 9º E ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 57 C/C SHEA GUIDELINE 2010 VOL.31 Nº2
	Opções:					
	*AUTOCLAVE GRAVITACIONAL A 132°C POR 1 HORA *AUTOCLAVE A VÁCUO A 134°C POR 18MIN					

6057	UTILIZA O CICLO FLASH SOMENTE EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA OU NÃO PLANEJADAS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC63/11 ART 94 c/c REPUBLICAÇÃO DA REPUBLICAÇÃO NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES, ITEM 3
6058	EM CADA CICLO FLASH É REALIZADO UM IB E UM IQ INTEGRADOR ESPECÍFICO PARA ESTE TIPO DE CICLO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC63/11 ART 94 c/c REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES ITEM 3.2
6059	CADA CICLO FLASH POSSUI UM REGISTRO COMPLETO CONTENDO OS SEGUINTE DADOS:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC63/11 ART 94 c/c REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES ITEM 3.3
	OBS:SOMENTE EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU NÃO PLANEJADAS					
	Opções:					
	*DATA DO REPROCESSAMENTO					
	*ITEM ESTERILIZADO					
	*NOME DO PROFISSIONAL QUE REALIZOU A LIMPEZA					
	*PARÂMETROS DE EXPOSIÇÃO (TEMPO E TEMPERATURA)					
	*NOME DO PACIENTE					
	*NÚMERO DO CICLO					
*MOTIVO DA UTILIZAÇÃO						
*RESULTADO DOS INDICADORES						
12814	<b>ÁREA DE PREPARAÇÃO / MANIPULAÇÃO</b>					
6836	REALIZA INSPEÇÃO DE TODOS OS GRUPOS DE ARTIGOS (CIRÚRGICOS, TERMOSENSÍVEIS, VIDEOSQUIRURGIA, ETC) PARA AVALIAR A LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E INTEGRIDADE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES, ITEM 5.4 I C/C RDC 15/12 ART 76 C/C RDC 63/11 ART.57
6838	POSSUI OS SEGUINTE EPIS ABAIXO:				CRÍTICO	LM 7031/96,ART.38,§ ÚN. C/C PM 485/05,ART.1, ANEXO-I-NR-32,ITEM 32.2.4.7 C/C RDC 63/11,ART.47
	Opções:					
	*GORRO					
	*ÓCULOS COM PROTETORES LATERAIS OU ESCUDO/PROTETOR FACIAL					
	*MÁSCARA DESCARTÁVEL					
	*LUVAS					
	*PROTETOR AURICULAR					
LUVAS DE PROTEÇÃO TÉRMICA IMPERMEÁVEL PARA DESCARGA DE SECADORAS E TERMDESINFETADORAS.						
12816	<b>A ÁREA DE RECEPÇÃO E LAVAGEM DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS</b>					
6830	REALIZA A LIMPEZA DOS ARTIGOS CONFORME A LEGISLAÇÃO:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 32 C/C REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 202/2008/GVES ITEM 5.4 LETRAS: A,B,D,E - C/C INFORME TÉCNICO N: 01/09
	Opções:					
	*RETIRADA DA SUJIDADE VISÍVEL EM ÁGUA CORRENTE					
	*DESMONTA ANTES DA IMERSÃO NO ENZIMÁTICO					
	*IMERGE E PREENCHE LUMENS COM ENZIMÁTICO					
	*UTILIZA ÁGUA SOB PRESSÃO NOS ARTIGOS CANULADOS					
	*FRICCIONA COM ESPONJA NO MÍNIMO 5X NO SENTIDO PROXIMAL PARA DISTAL					
*ESCOVA LUMENS COM ESCOVA NO MÍNIMO 5X NO SENTIDO PROXIMAL PARA DISTAL						
8845	NO CME CLASSE II E NA EMPRESA PROCESSADORA, A LIMPEZA DE PRODUTOS PARA SAÚDE COM CONFORMAÇÕES COMPLEXAS É PRECEDIDA DE LIMPEZA MANUAL E COMPLEMENTADA POR LIMPEZA AUTOMATIZADA EM LAVADORA ULTRASSÔNICA PARA ARTIGOS COM DIÂMETRO INFERIOR A CINCO mm(COM CONECTOR PARA CANULADOS E QUE UTILIZE TECNOLOGIA DE FLUXO INTERMITENTE) OU OUTRO EQUIPAMENTO DE EFICIÊNCIA COMPROVADA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 32 C/C RDC 15/12 ART.67
8846	O ENXAGUE DOS PRODUTOS PARA SAÚDE É REALIZADO COM ÁGUA QUE ATENDA AOS PADRÕES DE POTABILIDADE DEFINIDOS EM NORMATIZAÇÃO ESPECÍFICA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 32 C/C RDC 15/12 ART.68
8847	O ENXAGUE FINAL DE PRODUTOS PARA SAÚDE CRÍTICOS UTILIZADOS EM CIRURGIAS DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS, OFTALMOLÓGICOS, CIRURGIAS CARDÍACAS E NEUROLÓGICAS É REALIZADO COM ÁGUA PURIFICADA? (Farmacopeia Brasileira: condutividade de máx 1,3 µS/cm).				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 32 C/C RDC 15/12 ART.68 PARAG. ÚNICO
6824	REALIZA SECAGEM IMEDIATA DAS SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA DOS ARTIGOS, ESPECIALMENTE OS CANULADOS, UTILIZANDO DISPOSITIVO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS INERTE OU AR FILTRADO, SECO E ISENTO DE ÓLEO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c NOTIFICAÇÃO 202/08 GVES ITEM 5.4 h C/C RDC 15/12 ART 69 E 70
12834	RESPEITAM A UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS NÃO ABRASIVOS E QUE NÃO LIBERAM PARTÍCULAS DURANTE A LIMPEZA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 15/12 ART 66
12835	REALIZA MONITORAMENTO DOS ARTIGOS NO PROCESSO DE LIMPEZA MANUAL E DOS EQUIPAMENTOS NO PROCESSO AUTOMATIZADO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RC 15/12 ART. 73
6813	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE RECEPÇÃO OU CIRCULAÇÃO DE TÊXTEIS LIMPOS NESTA ÁREA?				CRÍTICO	LM7031/96 ART 97 INCII C/C RDC15/12 ART 64
6808	OS PRODUTOS CONSIGNADOS OU DE PROPRIEDADE DOS MÉDICOS SÃO LAVADOS NA CME ANTES DE SUA ESTERILIZAÇÃO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RC 15/12 ART. 65
6803	É RESPEITADO ÁREA DE 0,08 M2 POR LEITO, COM ÁREA MÍNIMA DE 8 M2?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 50/02 UNIDADE FUNCIONAL 5

5930	É REALIZADO O DESCARTE DE PERFURO - CORTANTES DE MANEIRA ADEQUADA EM RECIPIENTES DE MATERIAL RÍGIDO, PROVIDOS DE TAMPA E SUPORTE PRÓPRIO, IDENTIFICADOS COM SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART 22 C/C RDC 15/12 ART. 75 C/C RDC222/18 ART86 E 87
6889	O TRANSPORTE DE PRODUTOS PARA SAÚDE A SEREM ENCAMINHADOS PARA EMPRESAS REPROCESSADORAS OU PARA CME É FEITO EM RECIPIENTE:				MAIOR	LM 7031/96 ART97 INC II C/C RDC 15/12 ART 104
	Opções:					
	*RÍGIDO					
	*LISO					
	*COM SISTEMA DE FECHAMENTO ESTANQUE					
	*CONTENDO A LISTA DE PRODUTOS A SEREM PROCESSADOS E O NOME DO SERVIÇO SOLICITANTE					
12837	O TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL RECEBIDO É REALIZADO EM RECIPIENTE FECHADO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC15/12 art103
6046	REALIZA IMERSÃO DOS PRODUTOS IMEDIATAMENTE APÓS O TÉRMINO DO PROCEDIMENTO EM ÁGUA OU SOLUÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES, ITENS 5.4.a
12838	FAZ LIMPEZA DOS ARTIGOS COM DETERGENTE ENZIMÁTICO OU OUTRA SUBSTÂNCIA COMPROVADAMENTE EFICAZ E REGULARIZADAS NO ÓRGÃO COMPETENTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES, ITEM 5.4, d
1871	POSSUI SISTEMA ADEQUADO DE SECAGEM DOS ARTIGOS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES, ITEM 5.4, h
<b>RECURSOS HUMANOS</b>						
6927	POSSUI COMITÊ DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE- CPPS ( EM SERVIÇOS QUE REALIZEM MAIS DE 500 CIRURGIAS/MÊS, EXCLUINDO PARTOS) COMPOSTO MINIMAMENTE POR:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 15/12 ART 8º
	Opções:					
	*UM REPRESENTANTE DA DIRETORIA					
	*RESPONSÁVEL PELO CME					
	*SERVIÇO DE ENFERMAGEM					
	*EQUIPE MÉDICA					
	*CCIH					
8836	O CME CLASSE II POSSUI UM RESPONSÁVEL QUE ATUA EXCLUSIVAMENTE NESTA UNIDADE DURANTE SUA JORNADA DE TRABALHO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 15/12 ART 28 PARAG. ÚNICO
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>						
8837	A QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E A CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE E MEDIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR E TERMODESINFECÇÃO E AS REQUALIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO SÃO REALIZADAS POR LABORATÓRIO CAPACITADO, COM PERIODICIDADE MÍNIMA ANUAL?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 15/12 ART. 39
6793	POSSUI QUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DE OPERAÇÃO E DESEMPENHO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA AUTOMATIZADA E NA ESTERILIZAÇÃO, COM PERIODICIDADE MÍNIMA ANUAL?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART97 INC II C/C RDC 15/12 ART.37
8835	OS REGISTROS DAS MANUTENÇÕES POSSUEM NO MÍNIMO:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 15/12 ART 40
	Opções:					
	*DATA DA INTERVENÇÃO					
	*IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO					
	*DESCRIÇÃO DO PROBLEMA DETECTADO					
	*NOME DO RESPONSÁVEL PELA IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA					
	*DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS					
	*RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DOS PARAMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS					
	*NOME DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHOU A INTERVENÇÃO					
	*NOME DO TÉCNICO QUE EXECUTOU O PROCEDIMENTO					
8522	APRESENTOU REGISTRO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (PARA SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO ABAIXO DE 5 TR) OU PMOC (PARA SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO ACIMA DE 60000 BTVS)?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC.VI,C/C PFGM3523/98 ART. 5º
8834	APRESENTOU CONTRATO FIRMADO COM EMPRESA PROCESSADORA? (CASO TERCEIRIZE O PROCESSO).				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 15/12 ART 16 PARAG. ÚNICO
8833	AS LEITORAS DE INDICADORES BIOLÓGICOS E AS SELADORAS TÉRMICAS SÃO CALIBRADAS, NO MÍNIMO, ANUALMENTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 15/12 ART 38
6893	TODAS AS ETAPAS DO PROCESSAMENTO ESTÃO DOCUMENTADAS DE FORMA A GARANTIR A RASTREABILIDADE DO PROCESSO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES ITEM 5.3
6791	TODOS OS EQUIPAMENTOS POSSUEM REGISTRO NA ANVISA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC VI

6790	A INSTITUIÇÃO POSSUI UM ÚNICO PROTOCOLO DE PROCESSAMENTO QUE É SEGUIDO PELOS SEUS PROFISSIONAIS, EQUIPE CIRÚRGICA E PRESTADORES DE SERVIÇO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART.97 INC II c/c NOTIFICAÇÃO Nº202/08 ITEM 9
<b>11699</b>	<b>PGRSS</b>					<b>INFORMATIVO</b>
1681	POSSUI RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORANTES?				MAIOR	RDC 222/18 ART. 86
35	AS LIXEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO?				MENOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 222/18, ART. 17
	OPÇÕES:					
	CONSTITUÍDAS DE MATERIAL LAVÁVEL					
	PROVIDAS DE SACO PLÁSTICO NA COR ADEQUADA					
	PROVIDAS DE TAMPAS ACIONADAS SEM CONTATO MANUAL					
	DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM DESCRIÇÃO E SIMBOLOGIA					
	EM QUANTIDADE SUFICIENTE					
ÍNTEGRAS						
11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC.II, RDC 222/18 ART.11
<b>TABAGISMO</b>						
11210	POSSUI PLACA INDICATIVA DA PROIBIÇÃO DE FUMAR?				MAIOR	LEI 12903/98 ART.4º C/C LM 7031/96 ART.97 INC. II OU IV
11104	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE FUMAR DENTRO E NO ENTORNO DO ESTABELECIMENTO?				MAIOR	DF 8262/14 ART.3º C/C LM 7031/96 ART.97 INC.II OU IV
<b>Legislação:</b>						





|

|

|

|

|

|

|