

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA CENTRO OBSTÉTRICO- VISA		PÁG :	REVISÃO:	VIGENCIA:		
ID 757	RVF_DVSA_113_VS	8	set/20	31/12/2021		
DENONINAÇÃO ATIVIDADE						
8610-1/01	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
INFRA - ESTRUTURA						
6627	O CENTRO OBSTÉTRICO POSSUI BARREIRA FÍSICA (PORTA) ENTRE CIRCULAÇÃO EXTERNA E O CENTRO OBSTÉTRICO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 50/02 ART 1º PARTE III ITEM B1.6
6626	POSSUI ÁREA PARA RECEPÇÃO DE PARTURIENTES DE DIMENSÕES ADEQUADAS (SUFICIENTE PARA RECEBER UMA MACA)?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II – UNID FUNC 4: ITEM 4.7.1
6315	POSSUI SALA/ÁREA PARA PRESCRIÇÃO PROFISSIONAL COM ÁREA MÍNIMA DE 2 M2?				MENOR	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART. 1º, ANEXO II, ITENS 2.1.8, 4.2.3
6633	POSSUI ÁREA ADEQUADA PARA ANTISSEPSIA CIRÚRGICA DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS EQUIPADAS COM:				CRÍTICO	LM 7031 ART 97 INC II C/C RDC 36/08, ART 1, ANEXO II, ITEM 4.2.4 C/C RDC 50/02 PARTE III ITEM 6 B.4 C/C RDC 63/11 ART. 52 E 53.
	Opções:					
	*LAVABO CIRÚRGICO COM BOJO DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO					
	*ÁREA DE 1,1 M² POR TORNEIRA, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 1M					
	*TORNEIRA ACIONADA SEM O COMANDO DAS MÃOS					
	*DISPENSADOR ACIONADO SEM O COMANDO DAS MÃOS PARA SOLUÇÃO DEGERMANTE E ANTI-SÉPTICA					
	*ESCOVAS EM EMBALAGEM UNITÁRIA					
	*COMPRESSAS ESTÉREIS					
6635	A ÁREA PARA INDUÇÃO ANESTÉSICA POSSUI ÁREA COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 2 MACAS (DISTÂNCIA DE 0,8 M ENTRE AS MACAS E ENTRE MACAS E PAREDES, DISTÂNCIA DE 0,6 M ENTRE AS MACAS E CABECEIRA, ESPAÇO DE 1,2M JUNTO AO PÉ DA MACA PARA MANOBRA)?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART. 1, ANEXO II, ITEM 2.1.13,4.2.8
	Opções:					
	*OXIGÊNIO					
	*ÓXIDO NITROSO					
	*AR COMPRIMIDO					
	*VÁCUO CLÍNICO					
	*ELÉTRICA DIFERENCIADA					
	*CLIMATIZAÇÃO					
6580	POSSUI ROUPARIA/ARMÁRIO FECHADO:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 50/02 item 4.7 AMBIENTES DE APOIO e RDC 36/08 ART. 1 ANEXO II item 1.2.3, 2.2.4 E 3.2.7 C/C RDC 63/11 ART 52
	Opções:					
	*DE FÁCIL LIMPEZA					
	*DE FÁCIL DESINFECÇÃO					
2196	POSSUI PISO, PAREDES E TETO CONSTITUÍDOS DE MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97. INC II c/c RDC 50/02 ART.1 GLOSSÁRIO E RDC 63/11 ART. 59
	*COM PRATELEIRAS					
2196	A ÁREA FÍSICA É SUFICIENTE PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E DÁ CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DE TRABALHO E CIRCULAÇÃO PARA A EQUIPE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART. 1, ANEXO I, ITEM 5.1
2634	OS CORREDORES DO EAS ENCONTRAM-SE LIVRES DE OBSTÁCULOS PARA CIRCULAÇÃO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART. 1, ANEXO I, ITEM 5.1
12470	O DML POSSUI TANQUE, DISPENSADORES ABASTECIDOS COM SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA, LIXEIRA COM SACO PLÁSTICO, TAMPA E PEDAL E PRATELEIRAS SUFICIENTES PARA ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS PARA LIMPEZA?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97. INC II c/c RDC 50/02 ART.1 GLOSSÁRIO E RDC 63/11 ART. 59
11314	POSSUI PISO, PAREDES E TETO CONSTITUÍDOS DE MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97. INC II c/c RDC 50/02 ART.1 PARTE III ITEM 6.2 SUBITEM C.1

13072	O PISO NÃO POSSUI RALOS NAS ÁREAS ASSISTENCIAIS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 50/02 ART 1º PARTE III ITENS B.5 E C.1 C/C RDC 63/11 ART 36
6616	O QUARTO PPP POSSUI:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II CC RDC 36/08, ART. 1, ANEXO II, ITENS 2.1.3.1, 4.2.1, 4.1.3 C/C RDC 50/02 ART 1º PARTE III ITEM B.4
	Opções:					
	*ÁREA MINIMA DE 10,50 M2 E DIMENSÃO MÍNIMA DE 3,2 M					
	*PREVISÃO DE POLTRONA PARA ACOMPANHANTE					
	*BERÇO					
	*ÁREA DE 4M2 PARA CUIDADOS DE HIGIENIZAÇÃO DO RN COM BANCADA COM PIA					
	*OXIGÊNIO					
	*SINALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM					
	*BARRA FIXA E/OU ESCADA DE LING					
*PIA DE LAVAGEM COM PONTO DE ÁGUA QUENTE E FRIA						
6665	AS ACOMODAÇÕES OFERECEM UMA CAMA HOSPITALAR REGULÁVEL OU CAMA PARA PPP POR PARTURIENTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II CC RDC 36/08, ART. 1, ANEXO I, ITEM 7.2.12
6307	O BANHEIRO DO QUARTO PPP POSSUI:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II CC RDC 36/08, ART. 1, ANEXO II, ITEM 4.2.1, 4.1.4, 4.1.4.1
	Opções:					
	*ÁREA MINIMA DE 4,8 M2					
	*DIMENSÃO MÍNIMA DE 1,7 M					
	*BOX PARA CHUVEIRO COM COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 0,90M X 1,10M					
*A ÁREA DO CHUVEIRO POSSUI BARRA DE SEGURANÇA						
6309	A BANHEIRA DO PPP POSSUI LARGURA MÍNIMA DE 0,90M E ALTURA MÁXIMA DE 0,43M?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II CC RDC 36/08, ART. 1, ANEXO II, ITEM 4.1.4.2
6310	HÁ GARANTIA DA HIGIENIZAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA DA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM? CASO NÃO SEJA POSSÍVEL, NÃO ATIVAR A HIDROMASSAGEM.				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II CC RDC 36/08, ART. 1, ANEXO II, ITEM 4.1.4.2
6314	POSSUI ÁREA PARA DEAMBULAÇÃO (PODE SER INTERNA OU EXTERNA, PREFERENCIALMENTE COBERTA PARA SER UTILIZADA EM DIA DE CHUVA OU SOL)?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II CC RDC 36/08, ART. 1, ANEXO I ITEM 4.1.7, 9,6,2, 9.9.2, ANEXO II, ITENS 1.1.6, 2.1.5
8666	HÁ ÁREA/SALA DE REANIMAÇÃO DO RECÉM NASCIDO DOTADA COM:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C PM 15/01 NTE 01/01 ANEXO III ART 1º ITENS 3.6.4.15; 3.6.4.16; 3.6.4.17
	Opções:					
	*PIA COM ÁGUA CORRENTE					
	*PONTO FIXO DE OXIGÊNIO					
	*PONTO DE AR COMPRIMIDO					
	*PONTO DE VÁCUO					
	*ASPIRADOR DE SECREÇÕES					
*CARRINHO AQUECIDO						
6577	POSSUI SALA DE EXAMES E ADMISSÃO DE PARTURIENTES? (PODE SER COMPARTILHADA ENTRE CENTRO OBSTÉTRICO E PARTO NORMAL)				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ART 1º ANEXO II ITEM 1.1.2, 2.1.2
6578	CADA SALA DE EXAMES E ADMISSÃO DE PARTURIENTES POSSUI:				CRÍTICO	LM 7031 ART 97 INC II/RDC 36 ART 1, ANEXO I ITEM 7.2, ANEXO II ITENS 2.1.2, 4.1.2
	Opções:					
	*ÁREA MÍNIMA DE DE 9M2 POR LEITO DE EXAME					
	*MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO					
	*ESCADA DE DOIS DEGRAUS					
	*ESTETOSCÓPIO CLÍNICO					
	*ESFIGMOMANOMETRO CALIBRADO					
	*FITA MÉTRICA					
	*SONAR (DETECTOR FETAL)					
	*MESA AUXILIAR					
	*FOCO DE LUZ MÓVEL					
	*INSTRUMENTAL PARA EXAME GINECOLÓGICO, INCLUINDO ESPÉCULO VAGINAL E PINÇA DE CHERON					
	*TERMÔMETRO					
	*PONTO DE ÁGUA QUENTE E FRIA					

10182	POSSUI LAVABO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ART 1º ITENS 11.2 E 11.2.3
	Opções:					
	*SUPORTES ABASTECIDOS COM SABONETE LÍQUIDO					
	*SUPORTE ABASTECIDO COM PAPEL TOALHA COM BOA PROPRIEDADE DE SECAGEM					
4472	CADA SALA DE PARTO CIRÚRGICO/CURETAGEM POSSUI 20 M² E DIMENSÃO MÍNIMA DE 3,45M ?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART. 1º, ANEXO II, ITENS 2.1.10, 4.2.5
4479	CADA SALA POSSUI UMA ÚNICA MESA OBSTÉTRICA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART. 1º, ANEXO II, ITENS 2.1.10, 4.2.5
6650	POSSUI MATERIAL ANESTÉSICO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ART 1º ANEXO I ITEM 7.4.7 C/C PM 015/01 ART 1 NTE 001/01 ANEXO II ITEM 3.6.4.9
6652	CADA SALA DE PARTO CIRÚRGICO/CURETAGEM POSSUI PONTOS DE:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART. 1, ANEXO II, ITEM 4.2.5 C/C RDC 050/02, ART 1º, PARTE III, ITEM 7.4
	Opções:					
	*OXIGÊNIO (2 PONTOS)					
	*AR COMPRIMIDO MEDICINAL (2 PONTOS)					
	*ÉLETRICA DE EMERGÊNCIA					
	*VÁCUO CLÍNICO					
*CLIMATIZAÇÃO						
4500	CADA SALA CIRÚRGICA POSSUI OS MOBILIÁRIOS:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 63/11 ART. 17 E 53
	Opções:					
	*ESCADA DE DOIS DEGRAUS					
	*BALDE COM RODÍZIO					
	*SUPORTE DE SORO					
6672	POSSUI SALA/ÁREA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA - RPA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART. 1, ANEXO I, ITEM 2.1.11
6674	A RPA POSSUI DIMENSÕES ADEQUADAS AO SERVIÇO (DISTÂNCIA ENTRE AS MACAS DE 0,8M, ENTRE MACAS E PAREDE DE 0,6M, EXCETO CABECEIRA, ESPAÇO DE 1.2M JUNTO AO PÉ DA MACA PARA MANOBRA)?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART. 1, ANEXO II, ITEM 4.2.6
6673	A RPA POSSUI NO MÍNIMO DUAS MACAS? (NO CASO DE MAIS DE UMA SALA DE PARTO CIRÚRGICO, O NÚMERO DE MACAS DEVE SER IGUAL AO NÚMERO DE SALAS)				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART. 1, ANEXO II, ITEM 4.2.6
6675	A RPA POSSUI INSTALAÇÕES DE:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART. 1, ANEXO II, ITEM 4.2.6
	Opções:					
	*ÁGUA FRIA					
	*OXIGÊNIO					
	*AR COMPRIMIDO MEDICINAL					
	*VÁCUO CLÍNICO					
*CLIMATIZAÇÃO						
10183	A RPA POSSUI POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇOS:				CRÍTICO	LM 7031 ART 97 INC II C/C RDC 36/08, ART 1, ANEXO II, ITENS 2.1.6, 2.1.7 E 4.2.2 C/C RDC 50/02 ART 1º PARTE II ITEM B.4 C/C RDC 222/18 ART 86
	Opções:					
	*UM PARA CADA 12 LEITOS					
	*COM 6 M2					
	*COM ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA					
	*COM PIA DE LAVAGEM					
*RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, COM SUPORTE E EM LOCAL APROPRIADO						
6576	POSSUI SALA PARA ACOLHIMENTO DA PARTURIENTE E SEU ACOMPANHANTE COM ÁREA MÍNIMA DE 2M2 POR PESSOA? (PODE SER COMPARTILHADA ENTRE CENTRO OBSTÉTRICO E PARTO NORMAL)				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ART 1º ANEXO II ITEM 2.1.1 E 4.1.1

13073	A SALA PARA AMIU POSSUI ÁREA MÍNIMA DE 6M ² ?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART. 1, ANEXO II, ITENS 2.1.12; 4.2.7
6656	A SALA PARA AMIU POSSUI PONTO DE: Opções: *OXIGÊNIO *AR COMPRIMIDO MEDICINAL *VÁCUO CLÍNICO *CLIMATIZAÇÃO				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART. 1, ANEXO II, ITENS 2.1.12; 4.2.7
10174	MANTÉM AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS AMBIENTES EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO, SEGURANÇA, ORGANIZAÇÃO, CONFORTO E LIMPEZA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 63/11 ART. 36
6558	A MATERNIDADE POSSUI OS AMBIENTES DE APOIO: Opções: *2.2.1 SALA DE UTILIDADES *2.2.2 BANHEIROS COM VESTIÁRIOS PARA FUNCIONÁRIOS E ACOMPANHANTES (BARREIRA) *2.2.3 SALA ADMINISTRATIVA *2.2.5 DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS *2.2.6 DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ART. 1 ANEXO II item 2.2
EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS						
7320	OS EQUIPAMENTOS E DEMAIS PRODUTOS PARA SAÚDE UTILIZADOS ESTÃO REGULARIZADOS NA ANVISA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC VI C/C RDC 63/11 ART. 6 E 54
2691	POSSUI MOBILIÁRIO DE MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO?				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 63/11 ART 52 C/C RDC 36/08 ANEXO I ITEM 7.1
3010	OS COLCHÕES, TRAVESSEIROS E MOBILIÁRIOS ALMOFADADOS SÃO REVESTIDOS DE MATERIAL: Opções: *IMPERMEÁVEL *ÍNTEGRO *LIMPO *EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 63/11 ART 56C/C RDC 36/08 ANEXO I ITEM 7.1
6662	NO SERVIÇO ESTÃO DISPONÍVEIS: Opções: *ESTETOSCÓPIO CLÍNICO ITEM 7.2.1 *ESFIGMOMANÔMETRO CALIBRADO ITEM 7.2.2 *FITA MÉTRICA ITEM 7.2.3 *SONAR (DETECTOR FETAL) ITEM 7.2.4 *MESA AUXILIAR ITEM 7.2.6 *INSTRUMENTAL PARA EXAME GINECOLÓGICO, INCLUINDO ESPÉCULO VAGINAL E PINÇA DE CHERON ITEM 7.2.8 *MATERIAL PARA ALÍVIO NÃO FARMACOLÓGICO DA DOR (BARRA FIXA OU ESCADA DE LING, BOLA DE BOBAT E/OU CAVALINHO) ITENS 7.2.9 ^a /7.2.9 ^b *FOCO DE LUZ MÓVEL ITEM 7.2.7 *INSTRUMENTAL PARA PARTO NORMAL ITEM 7.2.10 *RELÓGIO DE PAREDE COM MARCADOR DE SEGUNDOS POR AMBIENTE DE PARTO ITEM 7.2.14				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART. 1º, ANEXO I, ITEM 7.1 E 7.2
6669	O EAS QUE REALIZA PARTO NORMAL E/OU CIRÚRGICO POSSUI: Opções: *GLICOSÍMETRO ITEM 7.4.1 *MATERIAL PARA CATETERISMO VESICAL ITEM 7.4.2 *MATERIAL PARA CESARIANA ITEM 7.4.3 *MATERIAL PARA AMIU (ASPIRAÇÃO MANUAL INTRA-UTERINA) E CURETAGEM UTERINA ITEM 7.4.4 *BISTURI ELÉTRICO ITEM 7.4.5 *INSTRUMENTAL PARA HISTERECTOMIA ITEM 7.4.6 *MATERIAL ANESTÉSICO ITEM 7.4.7 *OXÍMETRO DE PULSO ITEM 7.4.8 *BOMBA DE INFUSÃO ITEM 7.4.9 *ASPIRADOR ITEM 7.4.11 *MONITOR CARDÍACO ITEM 7.4.10 *MESA PARA PARTO CIRÚRGICO ITEM 7.4.12				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART. 1º, ANEXO I, ITEM 7.4

4564	POSSUI MACRONEBULIZADOR, UMIDIFICADOR, CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO COM MÁSCARA E CATETER NASAL EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART. 1º, ANEXO I, ITEM 7.1
6343	O CENTRO OBSTÉTRICO POSSUI MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA USO OBSTÉTRICO: Opções: *OCITOCINA, MISOPROSTOL E UTEROTÔNICOS ITEM 7.4.16 a *INIBIDORES DA CONTRATILIDADE UTERINA ITEM 7.4.16 b *SULFATO DE MAGNÉSIO 20% E 50% ITEM 7.4.16 c *ANTI-HEMORRÁGICO ITEM 7.4.16 d *HIDRALAZINA 20 MG ITEM 7.4.16 e *NIFEDIPINA 10 MG ITEM 7.4.16 f *ACELERADORES DA MATURIDADE PULMONAR FETAL ITEM 7.4.16 g *ANTIBIÓTICOS ITEM 7.4.16 h *ANESTÉSICOS ITEM 7.4.16 i *ANALGÉSICOS ITEM 7.4.16 j				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 ICISO II C/C RDC 36/08, ART. 1º, ANEXO I, ITEM 7.4.16A ATÉ J
10176	POSSUI CARRO RESSUSCITADOR (DE EMERGÊNCIA) CONTENDO, NO MÍNIMO: Opções: *DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR *AMBÚ COM MÁSCARA *LARINGOSCÓPIO COMPLETO *TUBOS ENDOTRAQUEAIS COM CUFF *CÂNULAS DE GUEDEL *FIO GUIA ESTÉRIL *TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA *PINÇA DE MAGYL (RDC 63 ART.7 INCISO II - C)				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ART 1º ANEXO I ITEM 7.4.14
2713	HÁ ROTINA DE VERIFICAÇÃO DO CARRO RESSUSCITADOR COM REGISTRO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 63/11 ART 54
6671	O CARRO/MALETA DE EMERGÊNCIA POSSUI MEDICAMENTOS PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CLÍNICA; Opções: *ANTIARRÍTMICO ITEM 7.4.15 a *ANTI-HIPERTENSIVO ITEM 7.4.15 b *BARBITÚRICOS ITEM 7.4.15 c *BENZODIAZEPÍNICOS ITEM 7.4.15 d *BRONCODILATADOR ITEM 7.4.15 e *DIURÉTICO ITEM 7.4.15 f *DROGAS VASOATIVAS INCLUINDO VASODILATADOR E VASOCONSTRITOR CORONARIANOS ITEM 7.4.15 g *GLICOSE HIPERTÔNICA E ISOTÔNICA ITEM 7.4.15 h *SOLUÇÃO FISIOLÓGICA ITEM 7.4.15 i *ÁGUA DESTILADA ITEM 7.4.15 j				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART. 1, ANEXO I, ITEM 7.4.14 e 7.4.15a até j e 7.14.16a até j

10177	DISPÕE DE MATERIAL PARA ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ART 1º ANEXO I item 7.6
	Opções:					
	*CLAMPEADOR DE CORDÃO 7.6.1					
	*IDENTIFICAÇÃO DA MÃE E RN 7.6.2					
	*BALANÇA PARA RN 7.6.3					
	*ESTETOSCÓPIO CLÍNICO 7.6.4					
	*OXÍMETRO DE PULSO PARA RN 7.6.5					
	*MESA 3 FACES P/ REANIMAÇÃO C/ FONTE DE CALOR RADIANTE E ALARME DE TEMPERATURA 7.6.6					
	*P/ ASPIRAÇÃO (SONDAS TRAQUEAIS S/ VÁLVULA N° 4, 6, 8, 10, 12 E 14) 7.6.7					
	*P/ ASPIRAÇÃO (SONDAS DE ASPIRAÇÃO GÁSTRICA N° 6 E 8) 7.6.7					
	*P/ ASPIRAÇÃO (DISPOSITIVO PARA ASPIRAÇÃO DE MECÔNIO NA TRAQUÉIA) 7.6.7					
	*MÁSCARAS FACIAIS P/ RN A TERMO E PRÉ-TERMO 7.6.9					
	*P/ INTUBAÇÃO (LARINGO C/ LÂMINA RETA TAMANHOS ZERO E 1) 7.6.10					
	*P/ INTUBAÇÃO (CÂNULAS TRAQUEAIS DE DIÂMETRO UNIFORME SEM BALONETES TAMANHOS 2,5; 3,0; 3,5; 4,0MM) 7.6.10					
	*P/ CATETERISMO UMBILICAL 7.6.11					
	*ADRENALINA DILUÍDA 1:10.000 7.6.12 A					
	*SORO FISIOLÓGICO 7.6.12 B					
	*BICARBONATO DE SÓDIO A 4,2% 7.6.12 C					
	*HIDROCLORETO DE NALOXONA 7.6.12 D					
	*VITAMINA K 7.6.12 E					
*MATERIAL PARA DRENAGEM TORÁCICA E ABDOMINAL 7.6.13						
*MÁSCARAS FACIAIS P/ RN A TERMO E PRÉ-TERMO 7.6.9						
*VENTILAÇÃO (BALÃO AUTO-INFLÁVEL 500 E 750 ML, C/ RESERV OXIG ABERTO OU FECH C/ VÁL SEG COM ESCAPE ENTRE 30-40CM H2O OU MANÔMETRO						
*PLÁSTICO PARA EVITAR PERDA DO CALOR 7.6.14						
6664	POSSUI CARDIOTOCÓGRAFO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ANEXO I ITEM 7.3.1
6567	POSSUI EQUIPAMENTOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A QUE SE PROPÕEM:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 36/08 ART 1º item 4.4; 7.1 C/C RDC 63/11 ART 54
	Opções:					
	*ESTÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO					
	*EM PERFEITO FUNCIONAMENTO					
10162	TODOS OS PRODUTOS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS ESTÃO DENTRO DE PRAZO DE VALIDADE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO X
6571	ESTÃO DISPONÍVEIS PREPARAÇÕES ALCOÓLICAS:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ART 1º item 11.2.4 C/C RDC 42/10 CAP II ART 5º E 6º
	Opções:					
	*NOS PONTOS DE ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO					
	*ENTRE LEITOS					
	*EM OUTROS LOCAIS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS PELA CCIH					
	*EM LUGAR VISÍVEL E DE FÁCIL ACESSO					
	*NA ENTRADA DAS UNIDADES					
4592	OS PRODUTOS DE LIMPEZA SÃO:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART. 1, ANEXO I, ITEM 11.3
	Opções:					
	*PRÓPRIOS PARA USO HOSPITALAR					
	*COM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE					
	*UTILIZADOS SEGUNDO AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE					
11327	OS PRODUTOS QUÍMICOS ESTÃO IDENTIFICADOS COM RÓTULO COM O NOME DO PRODUTO, SUA CONCENTRAÇÃO, DATA DE FRACIONAMENTO/ATIVAÇÃO/ABERTURA E VALIDADE?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c P MTE 485/05 art. 1º anexo I item 32.3.2
1473	DISPONIBILIZA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM QUANTIDADE E DIVERSIDADE SUFICIENTE AO SERVIÇO (AVENTAIS, LUVAS DE PROCEDIMENTO, ÓCULOS, GORRO, MÁSCARA OU OUTROS)?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 38 PARAG. ÚNICO E 77 C/C PM 485/05, ART. 1, ANEXO I - NR-32, ITENS 32.2.4.5 b, e, 32.2.4.7
PROCEDIMENTOS						
6608	A ADMISSÃO DA PARTURIENTE É FEITA POR MÉDICO OU ENFERMEIRA? Opções: *MÉDICO *ENFERMEIRA				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II CC PM 015/01, ART. 1, NTE 001/01 ANEXO II, ITEM 3.4

10179	NA RECEPÇÃO À MULHER O SERVIÇO GARANTE:				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ART. 1, ANEXO I ITEM 9.5
	Opções:					
	*AMBIENTE CONFORTÁVEL PARA ESPERA 9.5.1					
	*ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO CLARA SOBRE SUA CONDIÇÃO E PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS 9.5.2					
	*AVALIAÇÃO INICIAL IMEDIATA DA SAÚDE MATERNA E FETAL, PARA DEFINIR ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 9.5.3					
	*AVALIAÇÃO DO RISCO GESTACIONAL E DEFINIÇÃO DO NÍVEL DE ASSISTÊNCIA NECESSÁRIO NA CONSULTA INICIAL 9.5.4					
	*PERMANÊNCIA DA PARTURIENTE, QUANDO NECESSÁRIA, EM AMBIENTE PARA OBSERVAÇÃO E REAVALIAÇÃO 9.5.5					
6283	O SERVIÇO POSSUI AMBIÊNCIA ACOLHEDORA E AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ART. 1, ANEXO I ITEM 9.2
4468	É GARANTIDA A PRESENÇA DE ACOMPANHANTE À GESTANTE:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ART. 1, ANEXO I ITEM 9.1
	Opções:					
	*DE LIVRE ESCOLHA DA MULHER					
	*NO ACOLHIMENTO					
	*TRABALHO DE PARTO					
	*PARTO					
*PÓS-PARTO IMEDIATO						
6287	SÃO GARANTIDAS À MULHER CONDIÇÕES DE ESCOLHA DAS DIVERSAS POSIÇÕES NO TRABALHO DE PARTO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ART. 1, ANEXO I ITEM 9.6.6
6288	NA ASSISTÊNCIA AO TRABALHO DE PARTO, O SERVIÇO REALIZA E PROPORCIONA EFETIVAS CONDIÇÕES QUE PERMITAM:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ART. 1, ANEXO I ITEM 9.6.2
	Opções:					
	*A DEAMBULAÇÃO					
	*MOVIMENTAÇÃO ATIVA DA MULHER					
6284	O SERVIÇO POSSIBILITA QUE OS PERÍODOS CLÍNICOS DO PARTO NORMAL SEJAM ASSISTIDOS NO MESMO AMBIENTE?				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ART. 1, ANEXO I ITEM 9.6.4
6289	NA ASSISTÊNCIA AO TRABALHO DE PARTO, O SERVIÇO PROPORCIONA ACESSO A MÉTODOS:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ART. 1, ANEXO I ITEM 9.6.3
	Opções:					
	*NÃO FARMACOLÓGICOS DE ALÍVIO À DOR					
	*NÃO INVASIVOS DE ALÍVIO À DOR					
	*DE ESTÍMULO À EVOLUÇÃO FISIOLÓGICA DO TRABALHO DE PARTO					
13074	NA ASSISTÊNCIA AO PARTO E PÓS-PARTO, O SERVIÇO POSSIBILITA O CONTROLE NO AMBIENTE:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ART. 1, ANEXO I ITEM 9.7.4
	Opções:					
	*DA LUMINOSIDADE					
	*DA TEMPERATURA					
	*DE RUÍDOS					
6290	NA ASSISTÊNCIA AO PARTO E PÓS-PARTO IMEDIATO O SERVIÇO:				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ART. 1, ANEXO I ITEM 9.7
	Opções:					
	*ESTIMULA QUE OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS SEJAM BASEADOS NA AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA E NOS PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS 9.7.2					
	*GARANTE QUE OS PARTOS CIRÚRGICOS, QUANDO REALIZADOS, OCORRAM EM AMBIENTE CIRÚRGICO, SOB ASSISTÊNCIA ANESTÉSICA. 9.7.11					
	*GARANTE MONITOR. ADEQUADA DA MULHER E DO RN, CONFORME PROT, VISANDO DETECÇÃO PRECOCE DE POSSÍVEIS INTERC 9.7.9					
	*ESTIMULA QUE OS PROCED ADOTADOS NO CUIDADO COM O RN SÃO BASEADOS NA AVAL. INDIVIDUALIZADA E NOS PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS 9.7.8					
	*GARANTE QUE O RN NÃO SEJA RETIRADO DO AMBIENTE DE PARTO SEM IDENTIFICAÇÃO 9.7.7					
	*ESTIMULA O ALEITAMENTO MATERNO AINDA NO AMBIENTE DE PARTO 9.7.5					
	*ESTIMULA O CONTATO IMEDIATO, PELE-A-PELE, DA MÃE COM O RN, FAVORECENDO VÍNCULO E EVITANDO PERDA DE CALOR 9.7.3					
	*GARANTE ATEND IMEDIATO AO RN REALIZ NO MESMO AMBIEN DO PARTO, S/ INTERFERIR NA INTERAÇÃO MÃE-FILHO, EXCETO IMPEDIMENT CLÍNICO					
6282	HÁ GARANTIA DA PRIVACIDADE DA PARTURIENTE E SEU ACOMPANHANTE DURANTE O TRABALHO DE PARTO?				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ART. 1, ANEXO I ITEM 9.6.1
10184	A ALTA DA SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA É FEITA PELO ANESTESIOLOGISTA?				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RES. CFM 1802/06 ART. 4º § 3º
12482	EXISTEM ORIENTAÇÕES ILUSTRATIVAS QUANTO À CORRETA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS AFIXADAS EM LOCAL PRÓXIMO AOS DISPENSADORES DE SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL?				MENOR	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 63/11 art. 08 inc II

3228	É VEDADO O USO DE CALÇADOS ABERTOS E ADORNOS NOS POSTOS DE TRABALHO?				CRITICO	LM 7031/96 ART 38 PARAG. ÚNICO E 77 C/C PM 485/05, ART. 1, ANEXO I - NR-32, ITEM 32.2.4.5 b, e
6139	OS FUNCIONÁRIOS ESTÃO IDENTIFICADOS E UTILIZAM VESTIMENTAS DE TRABALHO:				MAIOR	PM 485/05, ART. 1, ANEXO I -NR-32, ITEM 32.2.4.6 C/C LM 7031/96, ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO
	Opções:					
	*ADEQUADAS					
	*EM BOAS CONDIÇÕES DE CONFORTO					
9944	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE NÃO COMER OU GUARDAR ALIMENTOS NOS PONTOS DE ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO?				MENOR	LM 7031/96 ART 97 INC IIII c/c RDC 63/11 art. 64
RECURSOS HUMANOS						
6271	A ESCALA DOS PROFISSIONAIS:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART 1º ANEXO I ITEM 6.7
	Opções:					
	*ESTÁ EM LOCAL VISÍVEL					
	*IDENTIFICA A EQUIPE DE PLANTÃO (NOME E REGISTRO DO RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE)					
	*IDENTIFICA O HORÁRIO DE TRABALHO					
6269	HÁ SUPERVISÃO PRESENCIAL DO PESSOAL TÉCNICO POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR:				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART 1º ANEXO I ITEM 6.3D
	Opções:					
	*LEGALMENTE HABILITADO					
	*DURANTE TODO O SEU PERÍODO DE FUNCIONAMENTO					
4388	POSSUI UM AUXILIAR/TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA:				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART 1º ANEXO I ITEM 6.1
	Opções:					
	*MATERIAL					
	*TRANSPORTE					
10185	POSSUI ENFERMEIRO OBSTÉTRICO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART 1º ANEXO I ITEM 6.1 C/C PM 15/01 ANEXO II ITENS 3.5.6.3 E 3.6.4.8.2
10186	O ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE PARTO É REALIZADO POR ENFERMEIRO OBSTÉTRICO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART 1º ANEXO I ITEM 6.1 C/C PM 15/01 ANEXO II ITENS 3.5.6.3 E 3.6.4.8.2
4583	CONTA COM ANESTESIOLOGISTA (PLANTÃO PRESENCIAL) DURANTE 24 HORAS?				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART 1º ANEXO I ITEM 6.1
10187	CONTA COM ANESTESIOLOGISTA, EXCLUSIVO POR SALA, DURANTE CADA ATO CIRÚRGICO?				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RES CFM 1802/06 ART 1 INC IV C/C RDC 36/08, ART 1 ANEXO I ITEM 6.1 C/C RDC 63/11 ART 30
4569	POSSUI ENFERMAGEM EXCLUSIVA PARA SALA DE RPA?				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08 ART 1º ANEXO I ITEM 6.1 C/C RDC 63/11 ART 30
6270	POSSUI EQUIPE DIMENSIONADA DE ACORDO COM COM (INCLUSIVE COBERTURA PARA FÉRIAS, LICENÇAS, FOLGAS):				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART 1º ANEXO I ITEM 6.1
	Opções:					
	*A PROPOSTA ASSISTENCIAL					
	*O PERFIL DE DEMANDA					
6274	POSSUI PROFISSIONAIS HABILITADOS, CAPACITADOS E RESPONSÁVEIS PELAS SEGUINTE ATIVIDADES (VERIFICAR REGISTROS DE TREINAMENTO):				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC 36/08, ART 1º ANEXO I ITEM 6.6
	Opções:					
	*ATENDIMENTO HUMANIZADO Á MULHER, RN, ACOMPANHANTES, FAMILIARES E VISITANTES ALÍNEA A					
	*INDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA E BASEADA NOS PROTOCOLOS INDIVIDUAIS ALÍNEA B					
	*ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS ALÍNEA E					
*IDENTIF DE COMPLICAÇÕES OBST E NEON (HEMORRAGIA, TAQUIPNÉIA, FEBRE, ETC) P/ A IMEDIATA ASSIST OU ENCAMINHA AO SERV REFERE ALÍNEA C						
DOCUMENTAÇÃO						
13075	POSSUI NORMAS, PROCEDIMENTOS E ROTINAS TÉCNICAS (MANUAL DE NORMAS E ROTINAS):				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 36/08 ART 1º ANEXO I ITEM 4.8, 6.3c
	Opções:					
	*EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO					
	*EM CONFORMIDADE COM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS					
	*ATUALIZADO					
	*DE FÁCIL ACESSO					

6266	POSSUI FERRAMENTAS PARA RASTREABILIDADE DE TODOS OS SEUS PROCESSOS?				CRITICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 36/08 ART 1º ANEXO I ITEM 6.3f
11699	PGRSS					
1681	POSSUI RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTES?				MENOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.86
11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?				MAIOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.11
35	AS LIXEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO?				MENOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.17
	CONSTITUÍDAS DE MATERIAL LAVÁVEL					
	PROVIDAS DE SACO PLÁSTICO NA COR ADEQUADA					
	PROVIDAS DE TAMPAS ACIONADAS SEM CONTATO MANUAL					
	DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM DESCRIÇÃO E SIMBOLOGIA					
	EM QUANTIDADE SUFICIENTE					
ÍNTEGRAS						
TABAGISMO						
11104	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE FUMAR DENTRO E NO ENTORNO DO ESTABELECIMENTO?				CRITICO	DF 8262/14 ART 3º, C/C LM 7031/96 ART 97 INC II
11210	POSSUI PLACA INDICATIVA DA PROIBIÇÃO DE FUMAR?				MENOR	LE 12903/98 ART 4º C/C LM 7031/96 ART 97 INC II
Legislação:	LM 7031/96					
	RDC 50/02					
	RDC 36/08					
	RDC 63/11					