

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA							
ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA SERVIÇOS DE DIÁLISE -VISA					Pg	REVISÃO:	
ID 760	RVF_DVSA_116_VS				12	out/20	VIGENCIA:
COD_CNAE	DENOMINAÇÃO ATIVIDADE						
8440-2/03	SERVIÇOS DE DIÁLISE E NEFROLOGIA						
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO	
DOCUMENTAÇÃO							
6955	AS ATIVIDADES CONSTANTES DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (ALF) COINCIDEM COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS OU EM CONDIÇÕES DE SEREM EXERCIDAS NO LOCAL?				MENOR	LM 7031/96 ART. 19 INC. II C/C RDC 63/11, ART.10	
6962	POSSUI PROJETO ARQUITETÔNICO PROTOCOLADO OU APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 19 INC. II C/C RDC 302/05, ART.2º	
2553	O SERVIÇO APRESENTOU CONTRATOS ATUALIZADOS REFERENTES A TODOS OS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/2011 ART. 11	
10237	OS SERVIÇOS E ATIVIDADES TERCEIRIZADOS, QUANDO CABÍVEIS, ESTÃO REGULARIZADOS PERANTE A AUTORIDADE SANITÁRIA COMPETENTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/2011 ART. 11§ 1º	
10760	OS PRONTUÁRIOS DOS PACIENTES CONTÊM TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTES À EVOLUÇÃO CLÍNICA E À ASSISTÊNCIA PRESTADA AO PACIENTE?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 11	
10761	OS PRONTUÁRIOS DOS PACIENTES CONTÊM REGISTROS DE TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 11 § ÚNICO	
12993	O SERVIÇO POSSUI PLANO DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS (PGT) CONFORME NORMAS VIGENTES?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 25 C/C RDC 2/2010 ART. 6º C/C RDC 63/11 ART. 54	
12980	O PLANO DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS (PGT) CONTEMPLA:				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 2/2010 ART. 3º ITEM I, ART. 5º, ART. 6º C/C RDC 63/11 ART. 54	
	*O CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE						
	*O CONTROLE DE MEDICAMENTOS						
	*O CONTROLE DE PRODUTOS PARA SAÚDE						
	*O CONTROLE DE SANEANTES?						
10558	O SERVIÇO POSSUI REGISTROS QUE COMPROVAM A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEMPRE ACOMPANHADA POR TÉCNICO DO SERVIÇO DE DIÁLISE DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO PGT:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 35 C/C RDC 63/11 ART. 23 ITEM IX, ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º	
	Opções:						
	*MÁQUINAS DE DIÁLISE						
	*PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE DIALISADOR						
	*GERADOR DE ENERGIA						
	*DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR						
	*OXÍMETRO						
	*MONITOR CARDÍACO						
*SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE-STDH							
	*OUTROS						
10590	AS MANUTENÇÕES DAS MÁQUINAS DE DIÁLISE ESTÃO DE ACORDO COM O MANUAL DO FABRICANTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 35 C/C RDC 11/14 ART. 37 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º	
10593	HÁ REGISTRO DA CALIBRAÇÃO DOS TERMÔMETROS UTILIZADOS PARA TEMPERATURA AMBIENTE, DO(S) REFRIGERADOR(ES) E DOS PACIENTES?				MAIOR	LM 7031/96 ART 35 C/C RDC 63/11 ART. 23 INC. IX, ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º	
10595	HÁ REGISTROS DA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 Art. 24 C/C RDC 63/11 ART. 41, ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º	
8522	APRESENTOU REGISTRO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (PARA SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO ABAIXO DE 5 TR) OU PMOC (PARA SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO ACIMA DE 60.000 BTVS)?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C PF 3523/98 ART. 6º ALÍNEA "A" C/C RDC 63/2011 ART. 35	
2270	EXISTEM MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE CONTROLE INTEGRADO DE INSETOS E ROEDORES, COM COMPROVANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO POR EMPRESA COM ALVARÁ SANITÁRIO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/2011 ART. 23 VIII E 63	
10758	O SERVIÇO DE DIÁLISE DISPÕE DE MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E MONITORAMENTO DOS SEUS PROCESSOS POR MEIO DE INDICADORES OU DE OUTRAS FERRAMENTAS?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 9	

10759	FORAM APRESENTADOS REGISTROS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE E DAS SUPERFÍCIES QUE ENTRAM EM CONTATO COM O PACIENTE AO FINAL DE CADA SESSÃO?				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 14
11699	PGRSS					
2925	POSSUI PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS)?				MENOR	Lei 7031/96 art.22 C/c DM 16509/16 arts.1 e 5
	PROTOCOLADO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES					
	APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES					
	DECLARAÇÃO DE NÃO GERADOR DE RESÍDUOS					
9264	HÁ CONTRATO/COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS DA EMPRESA LEGALMENTE LICENCIADA PARA O TRANSPORTE/DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE?				MAIOR	Lei 7031/96 art.22 C/C DM 16509/16 arts.1, NA 1 ÍTEM 2.6.2
1681	POSSUI RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTES?				MENOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.86
11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?				MAIOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.11
35	AS LIXEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO?				MENOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.17
	CONSTITUÍDAS DE MATERIAL LAVÁVEL					
	PROVIDAS DE SACO PLÁSTICO NA COR ADEQUADA					
	PROVIDAS DE TAMPAS ACIONADAS SEM CONTATO MANUAL					
	DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM DESCRIÇÃO E SIMBOLOGIA					
	EM QUANTIDADE SUFICIENTE					
12981	DOCUMENTAÇÃO - PGT - ÁGUA PARA HEMODIÁLISE					
10616	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS REFERENTES AO PADRÃO DE POTABILIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO SERVIÇO DE DIÁLISE (ÁGUA POTÁVEL) EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 7º, ART. 45, ART. 49 C/C RDC 63/11 ART. 51, ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10617	AS AMOSTRAS PARA ANÁLISES DIÁRIAS DE ÁGUA POTÁVEL SÃO COLETADAS NA ENTRADA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E NA ENTRADA DO SUBSISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 47 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10618	A QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL É INSPECIONADA DIARIAMENTE, PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO D'ÁGUA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 47 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10619	AS AMOSTRAS PARA ANÁLISES DIÁRIAS DE ÁGUA POTÁVEL SÃO AVALIADAS DE ACORDO COM AS SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ORGANOLÉPTICAS, CITADAS A SEGUIR:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 47 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
	Opções:					
	*COR APARENTE (INCOLOR)					
	*TURVAÇÃO (AUSENTE)					
	*SABOR (INSÍPIDO)					
	*CLORO RESIDUAL LIVRE (EM REDE PÚBLICA MAIOR QUE 0,2 MG/L OU EM REDE ALTERNATIVA MAIOR QUE 0,5 MG/L)					
	*ODOR (INODORO)					
*PH (6,0 A 9,5)						
10620	A ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO SERVIÇO DE DIÁLISE TEM O SEU PADRÃO DE POTABILIDADE VERIFICADA MENSALMENTE EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 45, ART. 56 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10621	A ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO SERVIÇO DE DIÁLISE (ÁGUA POTÁVEL) TEM O SEU PADRÃO DE POTABILIDADE VERIFICADA MENSALMENTE, CONSTANDO A ANÁLISE DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 45, ART. 56 C/C PF MS 2914/11 ART. 1º, ART. 28 § 3º C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10622	A ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO SERVIÇO DE DIÁLISE (ÁGUA POTÁVEL) TEM O SEU PADRÃO DE POTABILIDADE VERIFICADA MENSALMENTE, CONSTANDO A ANÁLISE DE COLIFORMES TOTAIS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II; RDC 11/14 ART. 45, ART. 56; PF MS 2914/11 ART. 1º, ART. 27 § 5º, ANEXO I; RDC 63/11 ART. 54; RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º

10623	A ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO SERVIÇO DE DIÁLISE (ÁGUA POTÁVEL) TEM O SEU PADRÃO DE POTABILIDADE VERIFICADA MENSALMENTE, CONSTANDO A ANÁLISE DE COLIFORMES FECAIS?					CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 45, ART. 56 C/C PF MS 2914/11 ART. 1º ANEXO I C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10625	A ANÁLISE DA ÁGUA PARA HEMODIÁLISE É REALIZADA POR LABORATÓRIO ANALÍTICO, LICENCIADO JUNTO AO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE?					CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 5º, ART. 49 § ÚNICO C/C RDC 63/11 ART. 11 § 1º C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10626	SÃO COLETADAS AMOSTRAS DA ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE PARA FINS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS NO (S) PONTO (S) DE RETORNO DA (S) ALÇA (S) DE DISTRIBUIÇÃO – LOOP (S)?					CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 51 ITEM I C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10627	SÃO COLETADAS AMOSTRAS DA ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE PARA FINS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM UM DOS PONTOS NA(S) SALA(S) DE PROCESSAMENTO?					CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 51 ITEM II C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10628	O SERVIÇO MANTÉM DISPONÍVEL OS LAUDOS DAS ANÁLISES DO STDAH?					CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 53 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10629	OS REGISTROS DAS ANÁLISES DA ÁGUA PARA HEMODIÁLISE SÃO ARQUIVADOS POR UM PRAZO MÍNIMO DE 5 (CINCO) ANOS, PARA EFEITOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA?					MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 53 § ÚNICO C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10630	EXISTEM REGISTROS DAS MEDIDAS ADOTADAS QUANDO A CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS NA ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE FOR SUPERIOR A 50 UFC/ML?					MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 52 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
3455	A QUALIDADE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA PARA HEMODIÁLISE É VERIFICADA QUANDO OCORREM MANIFESTAÇÕES PIROGÊNICAS, BACTEREMIAS OU SUSPEITAS DE SEPTICEMIA NOS PACIENTES?					MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 52 § ÚNICO C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10631	HÁ REGISTROS DA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA MENSAL (BACTERIOLÓGICA - COLIFORMES TOTAIS AUSENTE EM 100 ML) DA ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE NA(S) SALA(S) DE PROCESSAMENTO DE DIALISADORES?					CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 49, ART 51 INC. II C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10632	HÁ REGISTROS DA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA MENSAL (BACTERIOLÓGICA - BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS ATÉ 100 UFC/ML) DA ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE NA(S) SALA(S) DE PROCESSAMENTO DE DIALISADORES?					CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 49, ART 51 INC. II C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10633	HÁ REGISTROS DA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA (ENDOTOXINA - ATÉ 0,25 EU/ML) DA ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE NA(S) SALA(S) DE PROCESSAMENTO DE DIALISADORES?					CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 49, ART 51 INC. II C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10634	HÁ REGISTROS DA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA (BACTERIOLÓGICA - COLIFORMES TOTAIS AUSENTE EM 100 ML) DA ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE NO(S) RETORNO(S) DA(S) ALÇA(S) DE DISTRIBUIÇÃO (LOOPING)?					CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 49, ART 51 INC. I C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10635	HÁ REGISTROS DA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA (BACTERIOLÓGICA - BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS ATÉ 100 UFC/ML) DA ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE NO(S) RETORNO(S) DA(S) ALÇA(S) DE DISTRIBUIÇÃO (LOOPING)?					CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 49, ART 51 INC. I C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10636	HÁ REGISTROS DA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA (ENDOTOXINA - ATÉ 0,25 EU/ML) DA ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE NO(S) RETORNO(S) DA(S) ALÇA(S) DE DISTRIBUIÇÃO (LOOPING)?					CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 49, ART 51 INC. I C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º

10637	AS AMOSTRAS DA ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE PARA FINS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS SÃO COLETADAS EM PONTO APÓS O SUBSISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 50 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10638	HÁ REGISTROS DA ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA SEMESTRAL DA ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE PARA OS SEGUINTE ANAL ITOS:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 49 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
	Opções:					
	*ALUMÍNIO (0,01mg/l)					
	*ANTIMÔNIO (0,006mg/l)					
	*ARSÊNICO (0,005mg/l)					
	*BÁRIO (0,1 mg/l)					
	*BERÍLIO (0,0004 mg/l)					
	*CÁDMIO (0,001mg/l)					
	*CÁLCIO (2 mg/l)					
	*CHUMBO (0,005mg/l)					
	*CLORO TOTAL (0,1 mg/l)					
	*COBRE (0,1 mg/l)					
	*CROMO (0,0002 mg/l)					
	*FLUORETO (0,014 mg/l)					
	*MAGNÉSIO (0,2mg/l)					
	*MERCÚRIO (4 mg/l)					
	*NITRATO (100 mg/l)					
	*POTÁSSIO (2 mg/l)					
*PRATA (8 mg/l)						
*SELÊNIO (0,005mg/l)						
*SÓDIO (0,09 mg/l)						
*SULFATO (0,002 mg/l)						
*TÁLIO (0,1 mg/l)						
*ZINCO (70 mg/l)						
10639	A ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE APRESENTA PADRÃO DE QUALIDADE ESPECIFICADO NA LEGISLAÇÃO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 49 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
531	POSSUI COMPROVANTE DE HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM INTERVALO MÁXIMO DE SEIS MESES?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/11 ART. 39 § 1º C/C RDC 6673/94 ART.1º, II
12982	DOCUMENTAÇÃO - PGT - CPHD					
10596	OS CPHD PREPARADOS EM FARMÁCIAS HOSPITAL / SERVIÇO DE DIÁLISE ATENDEM ÀS FORMULAÇÕES PRESCRITAS PELO PROFISSIONAL COMPETENTE DO SERVIÇO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 44 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10597	O SERVIÇO DE DIÁLISE POSSUI AUTORIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA LOCAL PARA A PRODUÇÃO DO CPHD?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 44 § 1º C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
12983	DOCUMENTAÇÃO - PGT - DIALISATO					
10640	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS ESTABELECCENDO QUE AS AMOSTRAS DE DIALISATO SÃO COLHIDAS NA MÁQUINA DE DIÁLISE, IMEDIATAMENTE ANTES DO DIALISADOR, NO FINAL DA SESSÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS MENSASIS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 58 § 1º C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10641	APRESENTOU CRONOGRAMA ANUAL QUE CONTEMPLE A ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA SOLUÇÃO DE DIÁLISE (DIALISATO) DE TODAS AS MÁQUINAS DE DIÁLISE?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 58 § 1º C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10642	APRESENTOU REGISTRO DAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DA SOLUÇÃO DE DIÁLISE (DIALISATO)?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 58 § 1º C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º

10643	O RESULTADO DAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS TEM O VALOR MÁXIMO DE 200 (DUZENTOS) UFC/ML?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 58 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
3453	EXISTEM REGISTROS DAS MEDIDAS ADOTADAS QUANDO A CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS FOR SUPERIOR A 50UFC/ML?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 58 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10644	EXISTE REGISTRO DE COLETA IMEDIATA DE AMOSTRA DE DIALISATO E ENVIO PARA ANÁLISE NO CASO DE O PACIENTE APRESENTAR SINAIS OU SINTOMAS TÍPICOS DE BACTEREMIA OU REAÇÕES PIROGÊNICAS DURANTE A HEMODIÁLISE, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS AÇÕES JULGADAS NECESSÁRIAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 58 § 2º C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
12984	DOCUMENTAÇÃO - PGT - STDAH					
10598	ESTÃO CONTEMPLADOS NO PLANO DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS:				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 25 PARÁGRAFO ÚNICO C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
	Opções:					
	*O SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE (STDAH)					
	*O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA HEMODIÁLISE ESTÃO CONTEMPLADOS NO PLANO DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS					
10599	A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO STDAH ESTÃO DESCRITAS NO PLANO DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 57 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10600	O STDAH É ESPECIFICADO EM PROJETO CONFORME NORMATIZAÇÃO VIGENTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 48 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º C/C RDC 33/08 ART. 2º
10601	O RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE ÁGUA POTÁVEL DO STDATH APRESENTA AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 (DOIS) DIAS, EM FUNÇÃO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 48 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º C/C RDC 33/08 ART. 2º ANEXO I ITEM 5.4 ALÍNEA "F"
10602	O RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE ÁGUA POTÁVEL DO STDATH POSSUI NO MÍNIMO DOIS COMPARTIMENTOS, DE MODO A PERMITIR AS OPERAÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 48 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º C/C RDC 33/08 ART. 2º ANEXO I ITEM 5.4 ALÍNEA "F"
10603	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS REFERENTES À MANUTENÇÃO DO STDAH INCLUINDO:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 7º C/C RDC 63/11 ART. 51, ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
	Opções:					
	*LIMPEZA SEMESTRAL DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA					
	*DESINFECÇÃO MENSAL DO STDAH					
10604	FORAM APRESENTADOS OS REGISTROS DA MANUTENÇÃO DO STDAH:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 56 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
	Opções:					
	*LIMPEZA SEMESTRAL DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL					
	*CONTROLE BACTERIOLÓGICO MENSAL DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL					
10605	SÃO REALIZADOS E REGISTRADOS OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO DO STDAH SEMPRE QUE É VERIFICADA A NÃO CONFORMIDADE COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PARA ÁGUA PARA HEMODIÁLISE:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 56 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
	Opções:					
	*LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL					
	*CONTROLE BACTERIOLÓGICO MENSAL DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL					
10606	*LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO E DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE (MENSAL)				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 57 § 2º C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
	DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO SÃO REALIZADAS E REGISTRADAS A ANÁLISE DE RESÍDUOS DOS PRODUTOS SANEANTES UTILIZADOS APÓS O PROCESSO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO STDAH?					

10607	A CONDUTIVIDADE DA ÁGUA PARA HEMODIALISE É MONITORADA CONTINUAMENTE POR CONDUTIVÍMETROS COM MECANISMO DE COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 55 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
12994	O CONDUTIVÍMETRO DE LINHA PARA MONITORAMENTO DA ÁGUA PARA HEMODIALISE TEM DISPOSITIVO DE ALARME VISUAL E AUDITIVO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 55 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10608	A CONDUTIVIDADE DA ÁGUA TRATADA É IGUAL OU MENOR QUE 10 (DEZ) MICROSIEMENS/CM, REFERENCIADA A 25° C (VINTE E CINCO GRAUS CELSIUS)?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 55 PARÁGRAFO ÚNICO C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10609	O(S) CONDUTIVÍMETRO(S) PORTÁTIL (EIS) E DE LINHA APRESENTA(M) REGISTRO(S) DE CALIBRAÇÃO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 35 C/C RDC 63/11 ART. 23 INC. IX C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10610	HÁ PROCEDIMENTO ESCRITO ESPECIFICANDO QUE DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO STDAH SÃO COLOCADOS ALERTAS JUNTO ÀS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE VEDANDO SUA UTILIZAÇÃO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 57 § 1º C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10611	O SERVIÇO DE DIÁLISE POSSUI UM TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO STDAH?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 46 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10612	O TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO STDAH APRESENTOU REGISTRO DE CAPACITAÇÃO ESPECÍFICA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PARA OPERAÇÃO DO STDAH?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 46 § 1º C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10613	O TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO STDAH PERMANECE NO SERVIÇO DURANTE AS ATIVIDADES RELATIVAS À MANUTENÇÃO DO STDAH, CONFORME DEFINIDO NO PLANO DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 46 § 2º C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
INFRAESTRUTURA						
10801	O SERVIÇO DE HEMODIÁLISE DISPÕE DE AMBIENTES COMPATÍVEIS COM A DEMANDA, CONTANDO NO MÍNIMO COM: (**NO CASO DE SERVIÇO INTRA-HOSPITALAR, PODE COMPARTILHAR COM OUTROS SETORES DO HOSPITAL, DESDE QUE PRÓXIMOS E DE FÁCIL ACESSO) Opções: *ÁREA PARA PRESCRIÇÃO MÉDICA *POSTO DE ENFERMAGEM *SALA DE RECUPERAÇÃO E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA *ÁREA PARA GUARDA DE PERTENCES DE PACIENTES *ÁREA DE REGISTRO (ARQUIVO) E ESPERA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES *SALA DE HEMODIÁLISE, COM ÁREA PARA LAVAGEM DE FÍSTULAS *SALA DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE-STDAH *CONSULTÓRIO ** *SALA DE UTILIDADES** *SANITÁRIOS PARA PACIENTES - MASCULINO E FEMININO E ADAPTADO** *SANITÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS -MASCULINO E FEMININO ** *DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA** *ALMOXARIFADO ** *ÁREA PARA GUARDA DE PERTENCES DE FUNCIONÁRIOS ** *ÁREA PARA GUARDA DE MACAS E CADEIRAS DE RODAS ** *SALA PARA HEMODIÁLISE DE PACIENTES COM SOROLOGIA POSITIVA PARA HEPATITE B, COM ÁREA PARA LAVAGEM DE FÍSTULA. (OPCIONAL)				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/2014 ART. 17
10798	O SERVIÇO MANTÉM AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS EM BOAS CONDIÇÕES DE: Opções: *CONSERVAÇÃO *SEGURANÇA *ORGANIZAÇÃO *CONFORTO *LIMPEZA				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/2011 ART. 36, ART. 42
10799	O SERVIÇO APRESENTA BOAS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO COMPATÍVEIS COM O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/2011 ART. 38

11136	O ESTABELECIMENTO ESTÁ LIVRE DE PRAGAS, INSETOS, ROEDORES E DE CONDIÇÕES QUE PROPICIEM ABRIGO E CRIATÓRIO DE ANIMAIS PREJUDICIAIS À SAÚDE, EM ESPECIAL OS MOSQUITOS TRANSMISSORES DE DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA, FEBRE AMARELA E OUTRAS DOENÇAS?				MENOR	LM 7031/96 ART.91
12985	INFRAESTRUTURA - VERIFICAÇÃO IN LOCO - ALMOXARIFADO					
10648	O CONCENTRADO POLIELETROLÍTICO PARA HEMODIÁLISE (CPHD) É ARMAZENADO EM LOCAL: Opções: *PROTEGIDO DA LUZ, DO CALOR E DA UMIDADE, CONFORME ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE *COM BOAS CONDIÇÕES DE VENTILAÇÃO E HIGIENE AMBIENTAL				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 42 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10649	O ARMAZENAMENTO DE SOLUÇÕES, MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES (ALMOXARIFADO, ARMÁRIOS) É REALIZADO EM LOCAL: Opções: *AO ABRIGO DA LUZ *COM BOA VENTILAÇÃO				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10650	AS SOLUÇÕES, MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. X C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10651	AS SOLUÇÕES, MEDICAMENTOS E ARTIGO MÉDICO-HOSPITALARES APRESENTAM REGISTRO NO MS/ANVISA, QUANDO APLICÁVEL?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. VI C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10652	HÁ REGISTROS DO CONTROLE DE TEMPERATURA AMBIENTE NO ARMAZENAMENTO DE SOLUÇÕES, MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. XI C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10653	HÁ REGISTRO DAS AÇÕES ADOTADAS NO CASO DO DESVIO DA TEMPERATURA AMBIENTE PRECONIZADA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. XI C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10654	HÁ REGISTRO DO CONTROLE DE TEMPERATURA DO(S) REFRIGERADOR(ES)?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. XI C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10657	HÁ REGISTRO DAS AÇÕES ADOTADAS NO CASO DO DESVIO DA TEMPERATURA PARA O(S) REFRIGERADOR(ES)?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. XI C/C RDC 63/11 ART.54
10658	O ALMOXARIFADO APRESENTA BOAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO SEM OBJETOS DIRETAMENTE SOBRE O PISO E COM EMPILHAMENTO ADEQUADO?				MENOR	LM 7031/96 ART 35 C/C RDC 63/11 ART. 36, ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
12981	INFRAESTRUTURA - VERIFICAÇÃO IN LOCO - SALAS DE HEMODIÁLISE					
2684	POSSUI BALANÇA ANTROPOMÉTRICA?				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II CC RDC11/2014, ART. 40
10671	ESTÁ DISPONÍVEL BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PRÓPRIA PARA CADEIRANTES E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS?				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II CC RDC11/2014, ART. 40
10672	A ÁREA PARA LAVAGEM DE FÍSTULAS CONTA COM: Opções: *CUBA PROFUNDA * SABONETE LÍQUIDO * PAPEL-TOALHA				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II CC RDC 50/2002, INC. B4 CC RDC 63/2011 ART 59
10673	AS SALAS DE HEMODIÁLISE: Opções: *SÃO EXCLUSIVAS *NÃO SERVEM DE CIRCULAÇÃO OU ACESSO A OUTROS AMBIENTES QUE NÃO PERTENCEM AO SERVIÇO				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II CC RDC11/2014, ART. 21
10676	AS SALAS DE HEMODIÁLISE CONTAM COM: Opções: *TELAS NAS JANELAS * RALOS COM TAMPA ESCAMOTEÁVEL				MENOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II CC RDC 63/2011, ART. 63
10678	OS POSTOS DE ENFERMAGEM SÃO DE FÁCIL ACESSO?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II CC RDC11/2014, ART. 22
10679	OS POSTOS DE ENFERMAGEM TÊM LOCALIZAÇÃO QUE PERMITA OBSERVAÇÃO VISUAL DE TODOS AS POLTRONAS E LEITOS?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II CC RDC11/2014, ART. 22
10680	TODOS OS POSTOS DE ENFERMAGEM POSSUEM BANCADAS COM PIA E ÁGUA CORRENTE?				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II CC RDC50/2002

10681	TODAS AS PIAS POSSUEM SABONETE LÍQUIDO?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II CC RDC63/2011 ART.59
10682	TODAS AS PIAS POSSUEM PAPEL TOALHA?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II CC RDC63/2011 ART.59
10683	AS POLTRONAS:				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II CC RDC 63/2011, ART. 56
	Opções:					
	*SÃO REVESTIDAS DE MATERIAL LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL					
	*ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA					
10684	ESTÃO DISPONÍVEIS, EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE, ISOLADORES DE PRESSÃO DESCARTÁVEIS, DE USO ÚNICO, PARA AS TOMADAS DE PRESSÃO ARTERIAL E VENOSA?				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II CC RDC63/2011 ART.39
10685	FORAM APRESENTADOS REGISTROS DE TESTES DOS NÍVEIS RESIDUAIS DO PRODUTO SANEANTE EMPREGADO NA ESTERILIZAÇÃO DOS DIALISADORES, ANTES DA SUA CONEXÃO AOS PACIENTES?				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II CC RDC 11/2014, ART. 32 PAR. 2º
10686	OS PACIENTES RECÉM ADMITIDOS NO PROGRAMA COM SOROLOGIA DESCONHECIDO PARA HEPATITE B SÃO ASSISTIDOS POR PROFISSIONAL EXCLUSIVO DURANTE TODO O PROCEDIMENTO HEMODIALÍTICO?				MENOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II CC RDC 11/2014, ART. 16
10687	OS PACIENTES RECÉM ADMITIDOS NO PROGRAMA COM SOROLOGIA DESCONHECIDO PARA HEPATITE B SÃO ASSISTIDOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II CC RDC 11/2014, ART. 16
10688	TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE ASSISTENCIAL FAZEM USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) DE ACORDO COM O RECOMENDADO NO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)?				MAIOR	LM 7031/1996 ART. 77, ART.97 INCISO II CC RDC 63/2011 ART.47 CC PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 INC. 32.2.4.7
10689	O SERVIÇO DE DIÁLISE DISPÕE DE MECANISMOS QUE GARANTAM A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS RELACIONADAS AO PROCESSO DE DIÁLISE, INCLUINDO MECANISMOS QUE GARANTAM A CONTINUIDADE DA ATENÇÃO QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE REMOÇÃO?				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II CC RDC11/2014, ART. 12
10690	ESTÃO DISPONÍVEIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, NO PRÓPRIO LOCAL OU EM ÁREA CONTÍGUA E DE FÁCIL ACESSO E EM PLENAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO?				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II CC RDC 11/2014, ART. 41
10691	ESTÃO DISPONÍVEIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA PARA ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, QUANDO FOR O CASO?				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II CC RDC 11/2014, ART. 41 PARÁGRAFO ÚNICO
10802	OS MEMBROS DA EQUIPE DE SAÚDE RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO AO PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO DIALÍTICO PERMANECEM NO AMBIENTE DE DIÁLISE DURANTE TODA A SESSÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/2014 ART. 6º
10660	O SERVIÇO ATENDE A PROIBIÇÃO DA REUTILIZAÇÃO DE RECIPIENTE PARA O ENVASE DO CPHD (EMBALAGEM PRIMÁRIA)?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 43 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
12987	INFRAESTRUTURA - VERIFICAÇÃO IN LOCO -STDAH					
10661	A SALA DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 19 PARÁGRAFO ÚNICO C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
	Opções:					
	*É EXCLUSIVA PARA ESSA ATIVIDADE					
	*DISPÕE DE ACESSO FACILITADO PARA SUA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO					
10662	*ENCONTRA-SE PROTEGIDA CONTRA INTEMPÉRIES E VETORES				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 54 INC. I C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
	O RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE É CONSTITUÍDO DE MATERIAL OPACO, LISO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, INERTE, E ISENTO DE AMIANTO?					
10663	O RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE POSSUI SISTEMA DE FECHAMENTO HERMÉTICO QUE IMPEÇA CONTAMINAÇÕES PROVENIENTES DO EXTERIOR?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 54 INC. II C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10664	O RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE PERMITE O ACESSO PARA INSPEÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 54 INC. III C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10665	O RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE POSSUI SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROLE DA ENTRADA DE ÁGUA E FILTRO DE NÍVEL BACTERIOLÓGICO NO SISTEMA DE SUSPIRO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 54 INC. IV C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10666	O RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE É DOTADO DE SISTEMA FECHADO DE RECIRCULAÇÃO CONTÍNUA DE ÁGUA 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA E A UMA VELOCIDADE QUE GARANTA REGIME TURBULENTO DE VAZÃO NO RETORNO DO "LOOP" DE DISTRIBUIÇÃO AO TANQUE, DURANTE O FUNCIONAMENTO DE TODAS AS MÁQUINAS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 54 INC. V C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º

10667	O RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE POSSUI FUNDO CÔNICO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 54 INC. VI C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10668	O RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE POSSUI, EM SUA PARTE INFERIOR, CANALIZAÇÃO DE DRENAGEM PARA POSSIBILITAR O ESGOTAMENTO TOTAL DA ÁGUA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 54 INC. VII C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10669	O RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE ESTÁ PROTEGIDO DA INCIDÊNCIA DIRETA DA LUZ SOLAR?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 54 INC. VIII C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10670	HÁ ALERTAS VEDANDO A UTILIZAÇÃO DO STDAH DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 57 § 1º C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
12988	INFRAESTRUTURA - VERIFICAÇÃO IN LOCO -SALA DE DIÁLISE PERITONEAL					
10803	O SERVIÇO DE DIÁLISE PERITONEAL DISPÕE DE AMBIENTES COMPATÍVEIS COM A DEMANDA, CONTANDO NO MÍNIMO COM: (A MODALIDADE DIÁLISE PERITONEAL PODE FUNCIONAR DE FORMA INDEPENDENTE OU COMPARTILHAR OS AMBIENTES COMUNS COM A MODALIDADE HEMODIÁLISE) (**NO CASO DE SERVIÇO INTRA-HOSPITALAR, PODE COMPARTILHAR COM OUTROS SETORES DO HOSPITAL, DESDE QUE PRÓXIMOS E DE FÁCIL ACESSO) Opções: *ÁREA PARA PRESCRIÇÃO MÉDICA *POSTO DE ENFERMAGEM *SALA DE RECUPERAÇÃO E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA *ÁREA PARA GUARDA DE PERTENCES DE PACIENTES *ÁREA DE REGISTRO (ARQUIVO) E ESPERA *SANITÁRIOS PARA PACIENTES (MASCULINO, FUNCIONÁRIOS (MASCULINO E FEMININO) *DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA *DEPÓSITO DE MATERIAL (ALMOXARIFADO) *ÁREA PARA GUARDA DE PERTENCES DE FUNCIONÁRIOS *ÁREA PARA GUARDA DE PERTENCES DE FUNCIONÁRIOS *SALA DE TREINAMENTO PARA PACIENTES *SALA PARA DIÁLISE PERITONEAL *CONSULTÓRIO ** *SALA DE UTILIDADES** *ÁREA PARA GUARDA DE MACAS E CADEIRAS DE RODAS **				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/2014 ART. 20
10732	A SALA DE DIÁLISE PERITONEAL É ÁREA EXCLUSIVA?				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 21
10733	A SALA DE DIÁLISE PERITONEAL SERVE DE CIRCULAÇÃO OU DE ACESSO A AMBIENTES QUE NÃO PERTENCEM AO SERVIÇO?				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 21
10734	O(S) POSTO(S) DE ENFERMAGEM DA SALA DE DIÁLISE PERITONEAL PERMITEM OBSERVAÇÃO VISUAL DE TODAS AS POLTRONAS?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 22
10735	A SALA DE DIÁLISE PERITONEAL POSSUI PONTO ESPECÍFICO DE DESPEJO DOS RESÍDUOS LÍQUIDOS?				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 20 PAR. 2º
10736	A SALA DE DIÁLISE PERITONEAL POSSUI: Opções: *BANCADA COM ÁGUA CORRENTE *SABONETE LÍQUIDO *PAPEL TOALHA *LIXEIRA PROVIDA DE SISTEMA DE ABERTURA SEM CONTATO MANUAL				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 INC. 32.2.4.3
10737	A SALA DE DIÁLISE PERITONEAL POSSUI ESPAÇO PARA UMA BOA CIRCULAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E PACIENTES?				MENOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 23
10738	A SALA DE DIÁLISE PERITONEAL É DOTADA DE ILUMINAÇÃO COMPATÍVEL COM O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES?				MENOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 38
10742	A DIÁLISE PERITONEAL É REALIZADA EM SISTEMA FECHADO?				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 10

10688	TODOS OS COMPONENTES DA EQUIPE ASSISTENCIAL FAZEM USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) DE ACORDO COM O RECOMENDADO NO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)?					MAIOR	LM 7031/1996 ART. 77, ART.97 INCISO II CC RDC 63/2011 ART.47 CC PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 INC. 32.2.4.7
12989	INFRAESTRUTURA - VERIFICAÇÃO IN LOCO -SALA DE PROCESSAMENTO DE DIALISADORES						
10688	OS RECIPIENTES UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE DIALISADORES PARA O SEU PROCESSAMENTO SÃO INDIVIDUALIZADOS?					CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II CC RDC11/2014, ART. 18 PAR 2 C/C RDC 36/13 ART. 8º INC. XIII C/C RDC 63/11 ART. 8º INC. III
10694	A SALA DE PROCESSAMENTO DE DIALISADORES É CONTÍGUA?					CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC11/2014 ART.18
10695	A SALA DE PROCESSAMENTO DE DIALISADORES É EXCLUSIVA?					CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART.18
10696	AS DIMENSÕES DA SALA DE PROCESSAMENTO DE DIALISADORES SÃO COMPATÍVEIS COM O NÚMERO DE POLTRONAS (8M2 PARA CADA 20 POLTRONAS)?					MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 50/2002 INC. 4.12.6 C/C RDC 11/2014 ART. 18 PAR.1º
10697	O DIMENSIONAMENTO DAS BANCADAS É ADEQUADO À DEMANDA E ÀS ATIVIDADES ENVOLVIDAS?					MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 18 PAR.1º
10698	SÃO RESPEITADAS AS BARREIRAS TÉCNICAS PARA O FLUXO DO PROCESSAMENTO DOS DIALISADORES?					CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 18 PAR 2
10699	A SALA DE PROCESSAMENTO DE DIALISADORES POSSUI SISTEMA DE EXAUSTÃO DE AR?					CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014, ART. 18 INC. I
10704	A SALA DE PROCESSAMENTO DE DIALISADORES POSSUI TODAS AS JANELAS COM TELAS E RALOS COM DISPOSITIVO DE FECHAMENTO?					MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 63/2011 ART.63
10706	OS DIALISADORES COM INDICAÇÃO NA ROTULAGEM DE "PROIBIDO REPROCESSAR" SÃO DESCARTADOS APÓS O USO?					CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014, ART. 26 INC. 1
10707	OS CAPILARES POSSUEM MEMBRANA BIOCOMPATÍVEL (POSSUI REGISTRO NA ANVISA/MS)?					CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014, ART. 27 INC. 2
10708	O RECIPIENTE DE ACONDICIONAMENTO DA SOLUÇÃO ESTERILIZANTE UTILIZADA NO PROCESSAMENTO DOS DIALISADORES É DOTADO DE CARACTERÍSTICAS QUE GARANTAM A ESTABILIDADE DA SOLUÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE?					CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014, ART. 33
10709	A SOLUÇÃO ESTERILIZANTE POSSUI TODAS AS SEGUINTE INFORMações:					MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014, ART. 33 PARÁGRAFO ÚNICO
	Opções:						
	*NOME DO PRODUTO						
	*DILUIÇÃO REALIZADA						
	*DATA DA DILUIÇÃO						
	*VALIDADE DA SOLUÇÃO						
	*IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA DILUIÇÃO						
10710	É REALIZADO O MONITORAMENTO DE PARÂMETROS INDICADORES DE EFETIVIDADE DA SOLUÇÃO ESTERILIZANTE, COMO CONCENTRAÇÃO, PH E OUTROS?					MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 32 PAR. 1º
10711	O MONITORAMENTO DE PARÂMETROS INDICADORES DE EFETIVIDADE DA SOLUÇÃO ESTERILIZANTE É REALIZADO NO MÍNIMO UMA VEZ AO DIA?					MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014, ART. 32 PAR. 1º
10712	O MONITORAMENTO DE PARÂMETROS INDICADORES DE EFETIVIDADE DA SOLUÇÃO ESTERILIZANTE É REALIZADO ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES?					MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014, ART. 32 PAR. 1º
10713	FORAM APRESENTADOS REGISTROS DA UTILIZAÇÃO DE NOVOS DIALISADORES?					CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014, ART. 35 PARÁGRAFO ÚNICO
10714	TODOS OS REGISTROS DE UTILIZAÇÃO DE NOVOS DIALISADORES SÃO ASSINADOS PELOS PACIENTES?					MENOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014, ART. 35 PARÁGRAFO ÚNICO

12996	TODOS OS DIALISADORES SÃO SUBMETIDOS A PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014, ART. 61
10716	TODOS OS DIALISADORES SÃO PROCESSADOS NO MÁXIMO 20 (VINTE) VEZES?				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014, ART. 81
10717	É REALIZADA A MEDIDA DO VOLUME INTERNO DAS FIBRAS EM TODOS OS DIALISADORES ANTES DO PRIMEIRO USO E APÓS CADA REUSO SUBSEQUENTE?				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 28
10718	TODOS OS DIALISADORES SÃO DESCARTADOS QUANDO O RESULTADO DO VOLUME INTERNO DAS FIBRAS INDICA UMA REDUÇÃO SUPERIOR A 20% DO VOLUME INICIAL, INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE REUSOS OU DO MÉTODO EMPREGADO PARA O SEU PROCESSAMENTO?				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 29 PAR. 1º
10719	TODOS OS VALORES DA MEDIDA DO VOLUME INTERNO DAS FIBRAS DO DIALISADOR, OBTIDOS DURANTE O SEU PROCESSAMENTO SÃO:				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 29 PAR. 2º
	Opções:					
	*REGISTRADOS					
	*DATADOS					
	*ASSINADOS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO					
	*MANTIDOS DISPONÍVEIS PARA CONSULTA DOS PACIENTES E DA AUTORIDADE SANITÁRIA					
	*MANTIDOS NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE					
12997	TODOS OS COMPONENTES DO REUSO FAZEM USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) DE ACORDO COM O RECOMENDADO NO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)?				MAIOR	LM 7031/1996 ART. 77, ART.97 INCISO II CC RDC 63/2011 ART.47 CC PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 INC. 32.2.4.7
12998	A SALA DE PROCESSAMENTO DE DIALISADORES E LINHAS ARTERIAIS E VENOSAS POSSUI BANCADAS ESPECÍFICAS PARA A ETAPA DE LIMPEZA:				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 18 INC. II
	Opções:					
	CONSTITUÍDAS DE MATERIAL RESISTENTE					
	PASSÍVEIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO					
	ABASTECIDAS COM ÁGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISE					
	COM ESGOTAMENTO INDIVIDUALIZADO					
	COM CUBAS PROFUNDAS, DE FORMA A IMPEDIR A TROCA DE LÍQUIDOS ENTRE AS CUBAS					
10728	A SALA DE PROCESSAMENTO DE DIALISADORES POSSUI ÁREAS ESPECÍFICAS PARA ARMAZENAMENTO DOS RECIPIENTES DE ACONDICIONAMENTO DOS DIALISADORES E LINHAS ARTERIAIS E VENOSAS?				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 17 INC. XVII
10729	OS DIALISADORES E LINHAS ARTERIAIS E VENOSAS PROCESSADOS SÃO ACONDICIONADOS EM RECIPIENTES:				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 34
	Opções:					
	*INDIVIDUALIZADOS					
	*COM TAMPA					
10730	OS DIALISADORES E LINHAS ARTERIAIS E VENOSAS POSSUEM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL, COM NOME COMPLETO DO PACIENTE OU OUTROS MECANISMOS QUE IMPEÇAM A SUA TROCA?				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 34 PARÁGRAFO ÚNICO
10731	HÁ REGISTROS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RECIPIENTES DE ACONDICIONAMENTO DOS DIALISADORES E LINHAS ARTERIAIS E VENOSAS PROCESSADOS?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 34
EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS						
10592	OS EQUIPAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE UTILIZADOS NO SERVIÇO POSSUEM REGISTRO NA ANVISA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. VI C/C RDC 11/14 ART. 37 C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
10594	O SERVIÇO DE DIÁLISE GARANTE A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DE SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II RDC 11/14 Art. 24 C/C RDC 63/11 ART. 41, ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º
	Opções:					
	*LAUDO TÉCNICO					
	*ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA					
PROCEDIMENTOS						
7305	A PREPARAÇÃO ALCOÓLICA PARA FRICÇÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS ESTÁ EM LUGAR VISÍVEL E DE FÁCIL ACESSO?				MAIOR	RDC ANVISA Nº42/2010 ART.6º INCISO II

10743	O MANUAL DE PROCEDIMENTOS E ROTINAS TÉCNICAS É DE FÁCIL ACESSO A TODA A EQUIPE?				MENOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 7
10744	OS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE ESTÃO DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 14
10745	CONSTA DOS PROCEDIMENTOS PADRÃO QUE OS DIALISADORES E LINHAS ARTERIAIS E VENOSAS DEVEM SER SUBMETIDOS AO ENXÁGUE NA MÁQUINA DE HEMODIÁLISE PARA A REMOÇÃO DA SOLUÇÃO ESTERILIZANTE IMEDIATAMENTE ANTES DO INÍCIO DA DIÁLISE?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 32
10746	CONSTA DOS PROCEDIMENTOS PADRÃO QUE DEVEM SER FEITOS TESTES, COM REGISTRO, DOS NÍVEIS RESIDUAIS DO PRODUTO SANEANTE EMPREGADO NA ESTERILIZAÇÃO DOS DIALISADORES E LINHAS ARTERIAIS E VENOSAS , ANTES DA SUA CONEXÃO AOS PACIENTES?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 32 PAR. 2º
10747	CONSTA DOS PROCEDIMENTOS PADRÃO QUE O PROFISSIONAL DO SERVIÇO DEVE APRESENTAR AO PACIENTE O DIALISADOR, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM O REGISTRO DA DATA DO PRIMEIRO USO, ANTES DE SER SUBMETIDO À HEMODIÁLISE?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 35
10748	CONSTA DOS PROCEDIMENTOS PADRÃO QUE AS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE DEVEM SER LIMPAS E DESINFETADAS?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 37
10749	CONSTA DOS PROCEDIMENTOS PADRÃO QUE OS PACIENTES RECÉM ADMITIDOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO DIALÍTICO COM SOROLOGIA DESCONHECIDA PARA HEPATITE B DEVEM SER ASSISTIDOS POR PROFISSIONAL EXCLUSIVO DURANTE TODO O PROCEDIMENTO HEMODIALÍTICO?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 16
10750	CONSTA DOS PROCEDIMENTOS PADRÃO QUE OS PACIENTES RECÉM ADMITIDOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO DIALÍTICO COM SOROLOGIA DESCONHECIDA PARA HEPATITE B DEVEM SER ASSISTIDOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS PARA ESSE TIPO DE ATENDIMENTO?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 16
10751	CONSTA DOS PROCEDIMENTOS PADRÃO QUE TODOS OS MEMBROS DA EQUIPE DE SAÚDE RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO AO PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO HEMODIALÍTICO DEVEM PERMANECER NO AMBIENTE DE DIÁLISE DURANTE TODA A SESSÃO?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 6
10752	CONSTA DOS PROCEDIMENTOS PADRÃO A PROIBIÇÃO DA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE PERITONEAL EM SISTEMA ABERTO?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 10
10753	CONSTA DOS PROCEDIMENTOS PADRÃO QUE OS RECIPIENTES UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DOS DIALISADORES E LINHAS ARTERIAIS E VENOSAS PARA O SEU PROCESSAMENTO DEVEM SER INDIVIDUALIZADOS E SEGUROS?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 18 PAR 2 C/C RDC 36/13 ART. 8º INC. XIII C/C RDC 63/11 ART. 8º INC. III
10754	CONSTA DOS PROCEDIMENTOS PADRÃO QUE OS DIALISADORES E LINHAS ARTERIAIS E VENOSAS DE PACIENTES COM SOROLOGIA POSITIVA PARA HEPATITE C (TRATADOS OU NÃO) E HIV NÃO PODEM SER PROCESSADOS?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 27 INC. III
10755	CONSTA DOS PROCEDIMENTOS PADRÃO QUE OS DIALISADORES E LINHAS ARTERIAIS E VENOSAS DE PACIENTES COM SOROLOGIA DESCONHECIDA PARA HEPATITE B, C E HIV NÃO PODEM SER PROCESSADOS?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 27 INC. IV
10757	CONSTA DOS PROCEDIMENTOS PADRÃO A LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DOS DIALISADORES E LINHAS ARTERIAIS E VENOSAS?				CRÍTICO	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC 11/2014 ART. 31
12999	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS DE TODOS OS PROCESSOS DE TRABALHO ATUALIZADOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 7º C/C RDC 63/11 ART. 51
10794	HÁ PROCEDIMENTOS ESCRITOS DE FÁCIL ACESSO A TODA A EQUIPE DE TRABALHO REFERENTES A TODOS OS PROCESSOS DE TRABALHO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 7º C/C RDC 63/11 ART. 52
10795	SÃO OBSERVADAS AS NORMATIVAS VIGENTES E EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS PARA A ELABORAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ESCRITOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 7º § ÚNICO
9394	O LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA DISPONIBILIZA PROCEDIMENTOS ESCRITOS COM RELAÇÃO À COLETA PARA OS SEGUINTE EXAMES:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/2011 ART. 23 XVIII, ART. 51
	Opções:					
	*ALUMÍNIO SÉRICO FASE PRÉ-ANALÍTICA					
	*PARATORMÔNIO FASE PRÉ-ANALÍTICA					
10610	CONSTA DOS PROCEDIMENTOS PADRÃO QUE DEVEM SER COLOCADOS ALERTAS JUNTO ÀS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE VEDANDO A UTILIZAÇÃO DO STDH DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/14 ART. 57 § 1º C/C RDC 63/11 ART. 54 C/C RDC 2/10 ART. 5º, ART. 6º

13000	O ALIMENTO OFERECIDO POSSUI BOAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS?				MAIOR	LM 7031/1996 ART.97 INCISO II C/C RDC11/2014 ART. 13
12990	PROCEDIMENTOS - TLR					
9395	FORAM APRESENTADOS REGISTROS REFERENTES AO CONTROLE DE QUALIDADE DOS TESTES LABORATORIAIS REMOTOS (TLR)?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 6.2.15.3
10774	OS TLR ESTÃO VINCULADOS A UM LABORATÓRIO CLÍNICO, POSTO DE COLETA OU SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA AMBULATORIAL OU HOSPITALAR?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 6.2.13
10775	O LABORATÓRIO CLÍNICO DISPONIBILIZA PROCEDIMENTOS DOCUMENTADOS ORIENTANDO COM RELAÇÃO ÀS SUAS FASES PRÉ-ANALÍTICA, ANALÍTICA E PÓS-ANALÍTICA, INCLUINDO:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 6.2.15.1
	Opções:					
	*SISTEMÁTICA DE REGISTRO E LIBERAÇÃO DE RESULTADOS PROVISÓRIOS					
	*PROCEDIMENTO PARA RESULTADOS POTENCIALMENTE CRÍTICOS					
10776	*SISTEMÁTICA DE REVISÃO DE RESULTADOS E LIBERAÇÃO DE LAUDOS POR PROFISSIONAL HABILITADO				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 302/05 ART. 1º ANEXO ITEM 6.2.15.4
	FORAM APRESENTADOS REGISTROS DOS TREINAMENTOS DA EQUIPE COM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA TLR?					
RECURSOS HUMANOS						
10777	O SERVIÇO DE DIÁLISE POSSUI UM RESPONSÁVEL TÉCNICO QUE ASSUME RESPONSABILIDADE POR APENAS UM SERVIÇO DE DIÁLISE? ? (NOME E CRM)				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/2014 ART. 5º § ÚNICO C/C RDC 63/2011 ART. 14
10778	O SERVIÇO DE DIÁLISE POSSUI UM RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO? (NOME E CRM)				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/2014 ART. 5º C/C RDC 63/2011 ART. 14
10792	O SERVIÇO MANTÉM DISPONÍVEL AOS TRABALHADORES MANUAL DE BIOSSEGURANÇA CONTEMPLANDO:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C RDC 63/2011 ART. 50 INC. I, II, III e IV C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.10
	Opções:					
	*NORMAS E CONDUTAS DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, QUÍMICA, FÍSICA, OCUPACIONAL E AMBIENTAL					
	*INSTRUÇÕES PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI					
	*PROCEDIMENTOS EM CASO DE INCÊNDIO E ACIDENTES					
13001	*ORIENTAÇÕES PARA MANUSEIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS PARA SAÚDE CONTAMINADOS				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 11/2014 ART. 30
	TODAS AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROCESSAMENTO DE DIALISADORES E LINHAS ARTERIAIS E VENOSAS SÃO REALIZADAS POR PROFISSIONAL COMPROVADAMENTE CAPACITADO PARA ESTA ATIVIDADE?					
10787	AS CAPACITAÇÕES SÃO REGISTRADAS CONTENDO:				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/2011 ART. 32 § ÚNICO
	Opções:					
	*DATA					
	*HORÁRIO					
	*CARGA HORÁRIA					
	*CONTEÚDO MINISTRADO					
	*NOME					
	*FORMAÇÃO DO INSTRUTOR					
*FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS						
10786	O REGISTRO DAS CAPACITAÇÕES ESTÁ DE ACORDO COM O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/2011 ART. 23 III
10785	O SERVIÇO POSSUI REGISTRO DAS CAPACITAÇÕES REALIZADAS? OBS: DIPLOMAS, CERTIFICADOS, DECLARAÇÕES, CARTAS DE RECOMENDAÇÃO OU OFICIAIS, ATESTADOS DENTRE OUTROS.				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/2011 ART. 23 III
10786	O SERVIÇO POSSUI PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, COM CRONOGRAMA DEFINIDO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/2011 ART. 32
10294	CASO O SERVIÇO POSSUA MAIS DE VINTE TRABALHADORES, FOI INSTITUÍDA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/2011 ART. 49

10791	O SERVIÇO REGISTRA E REALIZA COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT)?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/2011 ART. 49
10010	POSSUI PROGRAMA DE VACINAÇÃO, CONTENDO OS MECANISMOS DE ORIENTAÇÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO CONTRA TÉTANO, DIFTERIA, HEPATITE B E CONTRA OUTROS AGENTES BIOLÓGICOS A QUE OS TRABALHADORES POSSAM ESTAR EXPOSTOS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/2011 ART. 43
10011	O SERVIÇO DE SAÚDE GARANTE QUE OS TRABALHADORES SEJAM AVALIADOS PERIODICAMENTE EM RELAÇÃO À SAÚDE OCUPACIONAL MANTENDO REGISTROS DESTA AVALIAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 74 C/C RDC 63/2011 ART. 44
10788	O SERVIÇO POSSUI PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL- PCMSO, DE ACORDO COM O PPRA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II; RDC 63/2011 ART. 23 INC. II. ART; 50 INC. I; PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.3.5; PF MTE 3214/78 ART. 1º NR 7
10789	O SERVIÇO APRESENTOU OS REGISTROS DE IMUNIZAÇÃO DOS TRABALHADORES?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C RDC 63/2011 ART. 23 II C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.17.1
10790	O SERVIÇO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DE SOROCONVERSÃO (APÓS A VACINAÇÃO CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE B E A ADOÇÃO DO PROTOCOLO DO PNI) REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE LIMPEZA E TÉCNICA, INCLUSIVE OS QUE ATUAM NA SESSÃO DE HEMODIÁLISE E NO PROCESSAMENTO DE DIALISADORES DOS PACIENTES COM SOROLOGIA POSITIVA PARA HEPATITE B?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II; RDC 11/2004 ART. 15 § ÚNICO; PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.2.4.17.3; RDC 306/04 ART. 1º ITEM 16.2
6759	ESTÃO DISPONÍVEIS E EM FÁCIL ACESSO AS FICHAS DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NO SERVIÇO (FISPQ)?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C RDC 63/2011 ART. 46 C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITEM 32.3.4.1.1
8824	HÁ REGISTROS DE TREINAMENTO DO PESSOAL RELATIVO A UTILIZAÇÃO DAS FISPQ?				MENOR	LM 7031/96 ART. 77, ART. 97 INC. II C/C RDC 63/2011 ART. 46 C/C PF MTE 485/05 ART. 1º NR 32 ITENS 32.3.6, 32.3.6.1, 32.3.6.1.1
TABAGISMO						
11210	POSSUI PLACA INDICATIVA DA PROIBIÇÃO DE FUMAR?				MENOR	LEI 12903/98 ART.4º C/C LM 7031/96 ART.97 INC. II OU IV
11104	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE FUMAR DENTRO E NO ENTORNO DO ESTABELECIMENTO?				MAIOR	DF 8262/14 ART.3º C/C LM 7031/96 ART.97 INC.II OU IV