

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|--|---|---|---------|------------|---|
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA | | | | | |
| ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA UNIDADES DE UTI DE ADULTOS - VISA | | PG. | Revisão | VIGÊNCIA | |
| RVF DVSA 119 VS | | 17 | nov/20 | 31/12/2021 | |
| ID 763 | | DENONINAÇÃO ATIVIDADE | | | |
| 8610-1/01 | | ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | S | N | NA | LEGISLAÇÃO |
| INFRA - ESTRUTURA | | | | | |
| 7452 | A UTI ADULTO OCUPA SALA DISTINTA E EXCLUSIVA? NA MESMA SALA NÃO PODE HAVER UTI ADULTO, NEONATAL E PEDIÁTRICA. | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010 ART. 11 |
| 7908 | ESTÁ DISPONÍVEL NA ENTRADA DA UNIDADE PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DE PROFISSIONAIS E VISITANTES: Opções: *LAVATÓRIO *DISPENSADOR ABASTECIDO COM SABONETE LÍQUIDO *DISPENSADOR ABASTECIDO COM PAPEL TOALHA *PREPARAÇÕES ALCOÓLICAS a 70% | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 46 |
| 13174 | OS LEITOS SÃO CLIMATIZADOS? (PROIBIDO SPLIT E PAREDE) | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II UNIDADE FUNCIONAL 3: INTERNAÇÃO INTENSIVA ITENS 3.3.1 à 3.3.3; 3.3.5 à 3.3.7 C/C RDC 63/11 ART. 38 |
| 13208 | OS QUARTOS E ÁREA COLETIVA DA UTI POSSUEM ILUMINAÇÃO: Opções: *GERAL EM POSIÇÃO QUE NÃO INCOMODE O PACIENTE DEITADO *DE CABECEIRA DE LEITO DE PAREDE (ARANDELA) *DE EXAME NO LEITO COM LÂMPADA FLUORESCENTE NO TETO E/OU ARANDELA *DE VIGÍLIA NAS PAREDES (A 50 CM DO PISO) INCLUSIVE BANHEIROS | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE III - 7 - ITEM 7.2.1 – ILUMINAÇÃO |
| 13175 | A UTI POSSUI INCIDÊNCIA DE LUZ DE FONTE NATURAL DIRETA NO AMBIENTE? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE III - ITEM 5.3 - CONFORTO LUMINOSO A PARTIR DE FONTE NATURAL |
| 7499 | POSSUI CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO ADEQUADAS À ATIVIDADE DESENVOLVIDA? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 63/11 ART. 38 |
| 13176 | POSSUI OITO TOMADAS PARA EQUIPAMENTO BIOMÉDICO POR LEITO E ACESSO À TOMADA PARA APARELHO TRANSPORTÁVEL DE RAIOS X DISTANTE NO MÁXIMO 5M DE CADA LEITO? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE III - ITEM 7.2.1 – TOMADAS C/C RDC 63/11 ART. 41 |
| 13020 | A INSTALAÇÃO ELÉTRICA ESTÁ SEM FIAÇÃO EXPOSTA E SEM FIOS DANIFICADOS? | | | | LM 7031/96 Art. 97 inc II /C RDC 63/11 ART 36 |
| 7454 | NA ÁREA COLETIVA DE TRATAMENTO HÁ 9 M² POR LEITO, COM DISTÂNCIA DE 1M ENTRE PAREDES E LEITO E DISTÂNCIA DE 2M ENTRE LEITOS? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F 3 INTERNAÇÃO ITENS 3.3.1 à 3.3.3; 3.3.5 à 3.3.7 |
| 7455 | CASO A UTI TENHA QUARTOS E NÃO ÁREA COLETIVA, CADA QUARTO POSSUI 10 m² POR LEITO E DISTÂNCIA DE 1m ENTRE PAREDES E LEITO? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F 3 INTERNAÇÃO ITENS 3.3.1 à 3.3.3; 3.3.5 à 3.3.7 |
| 7453 | CADA LEITO POSSUI OS ITENS ABAIXO: Opções: *DOIS PONTOS DE OXIGÊNIO *DOIS PONTOS DE AR COMPRIMIDO *PONTO DE VÁCUO | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F 3 INTERNAÇÃO ITENS 3.3.1 à 3.3.3; 3.3.5 à 3.3.7 E PARTE III ITEM 7 SUBITEM 7.4 |

| | | | | | |
|-------|---|--|--|--|---|
| 7911 | POSSUI PELO MENOS UM LAVATÓRIO CADA CINCO LEITOS DE NÃO ISOLAMENTO COM: Opções: *TORNEIRAS OU COMANDOS DO TIPO QUE DISPENSEM O CONTATO DAS MÃOS QUANDO DO FECHAMENTO DA ÁGUA ABASTECIDO COM SABONETE LÍQUIDO ABASTECIDO COM PAPEL TOALHA *DISPENSADOR *DISPENSADOR | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F 3 INTERNAÇÃO ITENS 3.3.1 à 3.3.3; 3.3.5 à 3.3.7, PARTE III ITEM 6 SUBITEM B4; B 4.1 |
| 13038 | DISPONIBILIZA PREPARAÇÃO ALCOÓLICA a 70% PARA FRICÇÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS EM TODOS PONTOS DE ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO: Opções: *À BEIRA DO LEITO DO PACIENTE, DE FORMA QUE OS PROF DE SAÚDE NÃO NECESSITEM DEIXAR O LOCAL DE ASSIST E TRAT PARA HIGIENIZAR AS MÃOS 6º inc I *EM LUGAR VISÍVEL E DE FÁCIL ACESSO 6º inc II | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 42/10 Art.5º inc. I, II, IV E 6º inc. I, II |
| 3515 | POSSUI UM QUARTO DE ISOLAMENTO PARA CADA DEZ LEITOS OU FRAÇÃO? (10M² POR LEITO) | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F 3 INTERNAÇÃO ITENS 3.3.1 à 3.3.3; 3.3.5 à 3.3.7 |
| 7462 | CADA LEITO DE ISOLAMENTO POSSUI: Opções: *DOIS PONTOS DE OXIGÊNIO PARTE III ITEM 7 SUBITEM 7.4. *DOIS PONTOS DE AR COMPRIMIDO (PARTE III ITEM 7 SUBITEM 7.4.) *PONTO DE VÁCUO (PARTE III ITEM 7 SUBITEM 7.4) *10 m² POR LEITO E DISTÂNCIA DE 1m ENTRE PAREDES E LEITO PARTE II ITENS 3.3.1 à 3.3.3; 3.3.5 à 3.3.7 *CLIMATIZAÇÃO PARTE II ITENS 3.3.1 à 3.3.3; 3.3.5 à 3.3.7 *PORTA COM VISOR PARTE III ITEM 4 SUBITEM 4.3 B *8 TOMADAS E ACESSO À TOMADA PARA RAIOS X MÓVEL DISTANTE NO MÁXIMO 5M DO LEITO PARTE III ITEM 7 SUBITEM 7.2.1 | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F 3 INTERNAÇÃO ITENS 3.3.1 à 3.3.3; 3.3.5 à 3.3.7 E PARTE III ITEM 7 SUBITEM 7.4; ITEM 4 SUBITEM 4.3 B; ITEM 7 SUBITEM 7.2.1 |
| 13209 | CADA LEITO DE ISOLAMENTO POSSUI AMBIENTE ESPECÍFICO, ANTERIOR AO QUARTO COM: Opções: *PIA *TORNEIRAS OU COMANDOS DO TIPO QUE DISPENSEM O CONTATO DAS MÃOS QUANDO DO FECHAMENTO DA ÁGUA *DISPENSADOR ABASTECIDO COM SABONETE LÍQUIDO *DISPENSADOR ABASTECIDO COM PAPEL TOALHA *ARMÁRIOS ESTANQUES PARA ROUPA E MATERIAIS LIMPO E SUJO | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F 3 INTERNAÇÃO ITENS 3.3.1 à 3.3.3; 3.3.5 à 3.3.7 E PARTE III ITEM 6 SUBITEM B 1,5; B 4 |
| 3565 | POSSUI SANITÁRIOS PARA PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE (GERAL) COM: *BACIA SANITÁRIA AMBIENTES DE APOIO *LAVABO AMBIENTES DE APOIO *DISPENSADOR ABASTECIDO COM SABONETE LÍQUIDO PARTE III ITEM 6 SUBITEM B 4 *DISPENSADOR ABASTECIDO COM PAPEL TOALHA PARTE III ITEM 6 SUBITEM B 4 | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F. 3 ITEM 3.3 – AMBIENTES DE APOIO E PARTE III ITEM 6 SUBITEM B 4 |
| 7464 | POSSUI UM POSTO DE ENFERMAGEM /ÁREA DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PARA CADA ÁREA COLETIVA OU CONJUNTO DE QUARTOS? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F.3 ITENS 3.3.2 ; 3.3.3; 3.3.5 |
| 7465 | PELO MENOS UM DOS POSTOS DE ENFERMAGEM /ÁREA DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM POSSUI 6 M²? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F.3 ITENS 3.3.2 ; 3.3.3; 3.3.5 |
| 7466 | O POSTO DE ENFERMAGEM /ÁREA DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESTÁ INSTALADO DE FORMA A PERMITIR A OBSERVAÇÃO VISUAL DIRETA OU ELETRÔNICA DOS LEITOS? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F.3 ITEM 3.3 UTI – AMBIENTES DE APOIO-OBSERVAÇÃO |
| 7467 | A ÁREA DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM POSSUI BANCADA COM PIA COM: Opções: *TORNEIRAS OU COMANDOS DO TIPO QUE DISPENSEM O CONTATO DAS MÃOS QUANDO DO FECHAMENTO DA ÁGUA *DISPENSADOR ABASTECIDO COM SABONETE LÍQUIDO *DISPENSADOR ABASTECIDO COM PAPEL TOALHA | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F.3 ITENS 3.3.2 ; 3.3.3; 3.3.5 E PARTE III ITEM 6 SUBITEM B4 |

| | | | | | |
|------|---|--|--|--|---|
| 7478 | POSSUI SALA/ÁREA PARA PRESCRIÇÃO COM 1,5 M²? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F.3 ITEM 3.3.2 |
| 7482 | POSSUI SALA DE ENTREVISTAS COM 6 M²? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F.3 ITEM 3.3.8 |
| 7480 | A SALA PARA HIGIENIZAÇÃO E PREPARO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS POSSUI 4M², COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 1,5 M? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F.3 ITENS 5.3.1; 5.3.2 |
| 7481 | A SALA PARA HIGIENIZAÇÃO E PREPARO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS POSSUI POSSUI PIA DE LAVAGEM COM BANCADA E PONTO DE ÁGUA FRIA? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F.3 ITENS 5.3.1; 5.3.2 E PARTE III ITEM 6 SUBITEM B4 |
| 1078 | POSSUI DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F. 3 ITEM 3.3 – AMBIENTES DE APOIO |
| 6181 | POSSUI SALA DE UTILIDADES NA UNIDADE? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II – U.F.3 - 3.3 INTERNAÇÃO INTENSIVA - AMB. DE APOIO |
| 3560 | POSSUI SALA DE UTILIDADES EQUIPADA COM: Opções: *BANCADA COM PIA PARTE III ITEM 6 SUBITEM B 4; B6 *TORNEIRAS OU COMANDOS DO TIPO QUE DISPENSEM O CONTATO DAS MÃOS QUANDO DO FECHAMENTO DA ÁGUA PARTE III ITEM 6 SUBITEM B 4 *DISPENSADOR ABASTECIDO COM SABONETE LÍQUIDO PARTE III ITEM 6 SUBITEM B 4 * DISPENSADOR ABASTECIDO COM PAPEL TOALHA PARTE III ITEM 6 SUBITEM B 4 *HAMPER PARTE III ITEM 6 SUBITEM B 6 | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE III ITEM 6 SUBITENS B 4; B 6 |
| 7489 | POSSUI SALA DE UTILIDADES COM: Opções: *PIA DE DESPEJO COM TAMPA (PARTE III ITEM 6 SUBITEM B 6) *4,0 M² COM DIMENSÃO MÍNIMA > 1,5 M (QUANDO HOVER GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ACRESCER 2 M²) (PARTE II – UF 8 ITENS 5.3.1; 5.3.2; 8.7; 8.1.1) * AR COMPRIMIDO (NOTIFICAÇÃO 202/08 GVES ITEM 5.4 H) *TORNEIRA SOB PRESSÃO E ADAPTADOR DE LÚMEN (NOTIFICAÇÃO 202/08 GVES ITEM 5.4 E) *BUCHAS E ESCOVAS ADEQUADAS (NOTIFICAÇÃO 202/08 GVES ITEM 5.4 E) *DETERGENTE (RDC 63/11 ART 17 E 57) *RECIPIENTE PARA LIMPEZA (RDC 63/11 ART 17 E 57) | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II – UF 8 ITENS 5.3.1; 5.3.2; 8.7; 8.1.1 E PARTE III ITEM 6 SUBITEM B 6 C/C NOTIFICAÇÃO 202/08 GVES ITEM 5.4 E ,H C/C RDC 63/11 ART 17 E 57 |
| 7485 | POSSUI DML NA UNIDADE COM 2m² E DIMENSÃO MÍNIMA DE 1M ? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F.3 ITEM 3.3 - AMB. DE APOIO E UF 8 – ITEM 8.7 |
| 6535 | O DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML) POSSUI: Opções: *TANQUE OU PIA PARTE II UF 8 – ITEM 8.7 E PARTE III ITEM 6 SUBITEM B 4 *LOCAL ADEQUADO(ARMÁRIO/PRATELEIRA) PARA A GUARDA DE MATERIAIS RDC 63/11 ART 36 *DISPENSADOR ABASTECIDO COM SABONETE LÍQUIDO PARTE III ITEM 6 SUBITEM B 4 * DISPENSADOR ABASTECIDO COM PAPEL TOALHA PARTE III ITEM 6 SUBITEM B 4 | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F.3 ITEM 3.3 - AMB. DE APOIO E UF 8 – ITEM 8.7 E PARTE III ITEM 6 SUBITEM B 4 C/C RDC 63/11 ART 36 |
| 7484 | POSSUI ROUPARIA/ARMÁRIO FECHADO DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO E COM PRATELEIRA DE MATERIAL IMPERMEÁVEL? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F.3 ITEM 3.3 AMB. DE APOIO |

| | | | | | |
|-------|---|--|--|--|---|
| 7985 | POSSUI QUARTO DE PLANTÃO DENTRO DA UNIDADE COM 5 m ² E DIMENSÃO MÍNIMA DE 2M? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1°, PARTE II - U.F.3, ITEM 3.3 AMB. DE APOIO; U.F.8 ITEM 8.6.3 E PARTE III ITEM 6 SUBITEM B 4 |
| 13170 | POSSUI BANHEIRO PARA QUARTO DE PLANTÃO COM: Opções: *UMA BACIA SANITÁRIA PARA CADA 10 FUNCIONÁRIOS PARTE II U.F.8 ITEM 8.6.3 *UM LAVATÓRIO PARA CADA 10 FUNCIONÁRIOS PARTE II U.F.8 ITEM 8.6.3 *UM CHUVEIRO PARA CADA 10 FUNCIONÁRIOS PARTE II U.F.8 ITEM 8.6.3 *DISPENSADORES ABASTECIDOS COM SABONETE LÍQUIDO PARTE III ITEM 6 SUBITEM B 4 *DISPENSADORES ABASTECIDOS COM PAPEL TOALHA PARTE III ITEM 6 SUBITEM B 4 | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1°, PARTE II - U.F.3, ITEM 3.3 AMB. DE APOIO; U.F.8 ITEM 8.6.3 E PARTE III ITEM 6 SUBITEM B 4 |
| 7490 | POSSUI VESTIÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS DENTRO DA UNIDADE SEPARADOS POR SEXO? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1°, PARTE II - U.F. 3 ITEM 3.3, AMB. DE APOIO, U.F. 8 ITEM 8.6.3 |
| 7491 | CADA VESTIÁRIO POSSUI UM SANITÁRIO E UM LAVABO PARA CADA 10 FUNCIONÁRIOS? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1°, PARTE II - U.F. 8 APOIO LOG. ITEM 8.6.3 |
| 7492 | OS LAVABOS DOS VESTIÁRIOS POSSUEM DISPENSADORES ABASTECIDOS COM SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1°, PARTE III ITEM 6 SUBITEM B4.1 |
| 7493 | POSSUI SALA ADMINISTRATIVA NA UNIDADE? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1°, PARTE II - U.F.3, ITEM 3.3 AMB. DE APOIO |
| 1049 | POSSUI SALA DE ESPERA PARA ACOMPANHANTES E VISITANTES (ANEXO À UNIDADE OU NÃO)? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1°, PARTE II - U.F.3, ITEM 3.3 AMB. DE APOIO |
| 8038 | O PISO É LISO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, DE FÁCIL LIMPEZA E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1°, PARTE III ITEM 6 SUBITEM C.1 C/C RDC 63/11 ART 36 |
| 13171 | TODOS OS RALOS DAS ÁREAS MOLHADAS (EXCETO OS LIGADOS À REDE PLUVIAL) POSSUEM SIFÕES E TAMPAS COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1°, PARTE III ITEM 6 SUBITEM B5 |
| 13018 | INEXISTEM RALOS EM TODOS OS AMBIENTES ONDE OS PACIENTES SÃO EXAMINADOS OU TRATADOS? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1°, PARTE III ITEM 6 SUBITEM B5 |
| 10153 | AS PAREDES: Opções: *SÃO DE MATERIAL RESISTENTE *SÃO DE MATERIAL IMPERMEÁVEL E FACILMENTE LAVÁVEL *ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO *ESTÃO EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO *SÃO LISAS DE CORES CLARAS * | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1°, PARTE III ITEM 6 SUBITEM C.1 C/C RDC 63/11 ART 36 |
| 10154 | O TETO É DE MATERIAL: Opções: *É DE ACABAMENTO RESISTENTE *É LISO *ESTÁ EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO *ESTÁ EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO *IMPERMEÁVEL *DE FÁCIL LIMPEZA | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1°, PARTE III ITEM 6 SUBITEM C.1 C/C RDC 63/11 ART 36 |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 13019 | AS TUBULAÇÕES DAS ÁREAS CRÍTICAS E SEMICRÍTICAS DA UTI SÃO EMBUTIDAS OU PROTEGIDAS, DE TAL FORMA QUE PERMITAM A PERFEITA HIGIENIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE QUE AS RECOBRE SEM POR EM RISCO A INTEGRIDADE DA TUBULAÇÃO? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE III ITEM 6 SUBITEM C 9 |
| EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS | | | | | |
| 7369 | CADA LEITO POSSUI: Opções: *CAMA HOSPITALAR COM AJUSTE DE POSIÇÃO, GRADES LATERAIS E RODÍZIOS INC I *UM EQUIPAMENTO PARA RESSUSCITAÇÃO MANUAL DO TIPO BALÃO AUTOINFLÁVEL, COM RESERVATÓRIO E MÁSCARA FACIAL INC II *RESERVA OPERACIONAL DO ITEM ACIMA PARA CADA 02 LEITOS INC II *ESTETOSCÓPIO INC III *CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO INC IV *QUATRO BOMBAS DE INFUSÃO INC V *RESERVA OPERACIONAL DE UMA BOMBA DE INFUSÃO PARA CADA TRÊS LEITOS INC V *FITA MÉTRICA INC VI | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ARTs. 56 e 57 INCISOS |
| 7370 | CADA LEITO POSSUI EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE PERMITAM MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE: Opções: *FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ALÍNEA A *OXIMETRIA DE PULSO ALÍNEA B *FREQUÊNCIA CARDÍACA ALÍNEA C *CARDIOSCOPIA ALÍNEA D *TEMPERATURA ALÍNEA E *PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA ALÍNEA F | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 56 E 57 INCISO VII |
| 13172 | A UTI DISPÕE DISPOSITIVO PARA ELEVAR, TRANSPOR E PESAR O PACIENTE PARA SEU USO EXCLUSIVO | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ARTs.56 e 58 INC XXX |
| 13173 | POSSUI UM CARRINHO PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS PARA CADA 5 LEITOS OU FRAÇÃO, PARA USO EXCLUSIVO DA UTI? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 56 E 58 INCISO XXV |
| 7381 | CADA CARRINHO PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS POSSUI: Opções: *EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR, COM BATERIA ART 58 INC XXVI *RESSUSCITADOR MANUAL, COM RESERVATÓRIO E MÁSCARA FACIAL ART 60 *CABOS E LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO ART 60 *TUBOS/CÂNULAS ENDOTRAQUEAIS ART 60 *FIXADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL ART 60 *CÂNULAS DE GUEDEL ART 60 *FIO GUIA ESTÉRIL ART 60 *MEDICAMENTOS ART 58 INC XXV E ART 60 | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 58 INCISOS XXV, XXVI E ART. 60 |
| 7388 | A QUANTIDADE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO CARRINHO DE EMERGÊNCIA ESTÁ PADRONIZADA, DE ACORDO COM A DEMANDA DA UNIDADE? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 60 § 2º |
| 7389 | OS MATERIAIS DO CARRINHO DE EMERGÊNCIA ESTÃO DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA E BIOTIPO DO PACIENTE? (LÂMINA DE LARINGO, TUBOS ENDOTRAQUEAIS) | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 60 § 3º |
| 7392 | HÁ UMA LISTA DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O CARRINHO DE EMERGÊNCIA? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 60 § 4º |
| 7394 | GARANTE QUE OS MATERIAIS E MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O CARRINHO DE EMERGÊNCIA ESTÃO PRONTOS PARA USO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 60 § 4º |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 7374 | POSSUI UMA MACA PARA TRANSPORTE PARA CADA 10 LEITOS OU FRAÇÃO COM: Opções: *GRADES LATERAIS *SUPORTE PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS *SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART.58 INCISO XXXIII |
| 7375 | POSSUI UM EQUIPAMENTO ESPECÍFICOS PARA TRASPORTE, COM BATERIA, PARA CADA 10 LEITOS OU FRAÇÃO, PARA MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE MÚLTIPLOS PARÂMETROS: Opções: *FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA *OXIMETRIA DE PULSO *CARDIOSCOPIA *PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 58 INCISO XXXIV |
| 7376 | POSSUI UM VENTILADOR PULMONAR ESPECÍFICO PARA TRANSPORTE COM BATERIA PARA CADA 10 LEITOS OU FRAÇÃO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 58 INCISO XXXV |
| 7377 | POSSUI UMA MALETA DE TRANSPORTE CONTENDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS EMERGÊNCIAS, PARA CADA 10 LEITOS OU FRAÇÃO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 58 INCISO XXXVI |
| 7378 | POSSUI CILINDRO TRANSPORTÁVEL DE OXIGÊNIO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 58 INCISO XXXVII |
| 7371 | A UTI DISPÕE PARA SEU USO EXCLUSIVO: | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ARTs.56 e 58 |
| | Opções: | | | | |
| | MATERIAIS PARA PUNÇÃO LOMBAR INC I | | | | |
| | MATERIAIS PARA DRENAGEM LIQUÓRICA EM SISTEMA FECHADO INC II | | | | |
| | OFTALMOSCÓPIO INC III | | | | |
| | OTOSCÓPIO INC IV | | | | |
| | NEGATOSCÓPIO INC V | | | | |
| | UMA MÁSCARA FACIAL QUE PERMITE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE OXIGÊNIO PARA CADA DOIS LEITOS INC VI | | | | |
| | MATERIAIS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL EM SISTEMA ABERTO INC VII | | | | |
| | MATERIAIS DE ASPIRAÇÕOTRAQUEAL EM SISTEMA FECHADO INC VII | | | | |
| | ASPIRADOR A VÁCUO PORTÁTIL INC VIII | | | | |
| | EQUIPAMENTO PARA MENSURAR PRESSÃO DE BALONETE DE TUBO/CÂNULA ENDOTRAQUEAL INC IX | | | | |
| | VENTILÔMETRO PORTÁTIL INC X | | | | |
| | UM CAPNÓGRAFO PARA CADA 10 LEITOS INC XI | | | | |
| | UM VENTILADOR MECÂNICO MICROPROCESSADO PARA CADA DOIS LEITOS INC XII | | | | |
| | RESERVA OPERACIONAL DE UM VENTILADOR MECÂNICO MICROPROCESSADO PARA CADA 5 LEITOS INC XII | | | | |
| | DOIS CIRCUITOS COMPLETOS PARA CADA VENTILADOR MECÂNICO MICROPROCESSADO INC XII | | | | |
| UM EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO PULMONAR MECÂNICA NÃO INVASIVA PARA CADA 10 LEITOS QDO O ITEM ACIMA NÃO FIZER VENT. INVASIVO INC XII | | | | | |
| UM CONJUNTO DE MATERIAIS DE INTERFACE FACIAL PARA VENTILAÇÃO PULMONAR NÃO INVASIVA PARA CADA 5 LEITOS INC XIV | | | | | |
| MATERIAIS PARA DRENAGEM TORÁCICA EM SISTEMA FECHADO INC XV | | | | | |
| MATERIAIS PARA TRAQUEOSTOMIA INC XVI | | | | | |
| FOCO CIRÚRGICO PORTÁTIL INC XVII | | | | | |
| MATERIAIS PARA ACESSO VENOSO PROFUNDO INC XVIII | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|
| | MATERIAIS PARA FLEBOTOMIA INC XIX | | | | |
| | MATERIAIS PARA MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO VENOSA CENTRAL INC XX | | | | |
| | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA, UM PARA CADA 5 LEITOS INC XXI | | | | |
| | RESERVA OPERACIONAL DE UM EQUIPAMENTO PARA MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA, UM PARA CADA 10 LEITOS INC XXI | | | | |
| | MATERIAIS PARA PUNÇÃO PERICÁRDICA INC XXII | | | | |
| | MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO INC XXIII | | | | |
| | UM ELETROCARDÍOGRAFO PORTÁTIL PARA CADA 10 LEITOS INC XXIV | | | | |
| | UM MARCAPASSO CARDÍACO TEMPORÁRIO, ELETRODOS E GERADOR PARA CADA 10 LEITOS INC XXVII | | | | |
| | UM EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, ESPECÍFICO PARA USO HOSPITALAR, PARA CADA 5 LEITOS INC XXVIII | | | | |
| | MATERIAIS PARA CURATIVOS INC XXIX | | | | |
| | MATERIAIS PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA EM SISTEMA FECHADO INC XXX | | | | |
| | DISPOSITIVO PARA ELEVAR, TRANSPOR E PESAR O PACIENTE INC XXX | | | | |
| | UMA POLTRONA COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, DESTINADA À ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES PARA CADA 5 LEITOS OU FRAÇÃO INC XXXII | | | | |
| | UM CARRINHO PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS PARA CADA 5 LEITOS OU FRAÇÃO INC XXV | | | | |
| 7970 | CADA MALETA DE TRANSPORTE POSSUI: Opções: *RESSUSCITADOR MANUAL, COM RESERVATÓRIO E MÁSCARA FACIAL *CABOS E LÂMINAS DE LARINGOSCÓPIO *TUBOS/CÂNULAS ENDOTRAQUEAIS *FIXADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL *CÂNULAS DE GUEDEL *FIO GUIA ESTÉRIL *MEDICAMENTOS | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 60 |
| 7972 | A QUANTIDADE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DA MALETA DE TRANSPORTE ESTÁ PADRONIZADA, DE ACORDO COM A DEMANDA DA UNIDADE? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 60 § 2º |
| 7973 | OS MATERIAIS DA MALETA DE TRANSPORTE ESTÃO DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA E BIOTIPO DO PACIENTE? (LÂMINA DE LARINGO, TUBOS ENDOTRAQUEAIS) | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 60 § 3º |
| 8006 | HÁ UMA LISTA DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A MALETA DE TRANSPORTE? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 60 § 4º |
| 7975 | GARANTE QUE OS MATERIAIS E MEDICAMENTOS QUE COMPÕE A MALETA DE TRANSPORTE ESTÃO PRONTOS PARA USO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 60 § 4º |
| 13025 | HÁ ROTINA DE VERIFICAÇÃO DO MATERIAL DE EMERGÊNCIA (DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, LARINGOS E LÂMINAS, BALA DE OXIGÊNIO, ASPIRADOR, ETC) COM REGISTRO DE SUA EXECUÇÃO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART. 54 |
| 7372 | POSSUI RELÓGIOS E CALENDÁRIOS POSICIONADOS DE FORMA A PERMITIR VISUALIZAÇÃO EM TODOS OS LEITOS? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 58 INCISO XXXVIII |
| 7373 | POSSUI REFRIGERADOR DE USO EXCLUSIVO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS COM: Opções: *TEMPERATURA INTERNA DE 2 A 8ºC *MONITORIZAÇÃO DE TEMPERATURA *REGISTRO DE TEMPERATURA | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 58 INCISO XXXIX |
| 13028 | OS PRODUTOS PARA SAÚDE ESTÃO REGULARIZADOS NO ÓRGÃO COMPETENTE? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO X E VI C/C RDC 07/2010, ART. 51 |
| 13192 | OS PRODUTOS PARA SAÚDE ESTÃO ÍNTEGROS, LIMPOS E PRONTOS PARA O USO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO VI C/C RDC 07/2010, ART. 54 |

| | | | | | |
|-------|---|--|--|--|---|
| 13193 | POSSUI MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DO SERVIÇO E EM QUANTIDADE SUFICIENTE À DEMANDA? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO VI C/C RDC 07/2010, ART. 50 |
| 13194 | OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS ESTÃO DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA E BIOTIPO DOS PACIENTES? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO VI C/C RDC 07/2010, ART.56 |
| 13196 | POSSUI DISPOSITIVOS QUE PERMITAM A PRIVACIDADE DOS PACIENTES (BIOMBOS)? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 24 INC I E ART 50 C/C C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F.3 ITEM 3.3 UTI – AMBIENTES DE APOIO-OBSERVAÇÃO |
| 7412 | POSSUI VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO E FLUXÔMETROS EM QUANTIDADE SUFICIENTE? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 50 C/C RDC 63/11 ART 17 |
| 13031 | POSSUI ENXOVAL (ROUPAS DE CAMA, CAMISOLAS, ETC) NECESSÁRIO À OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ACORDO COM A DEMANDA, MODALIDADE DE ASSISTÊNCIA PRESTADA? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 50 C/C RDC 63/11 ART 17 |
| 10432 | TODOS OS MÓVEIS ALMOFADADOS, INCLUINDO OS COLCHÕES, COLCHONETES , ESTÃO REVESTIDOS DE MATERIAL LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL, COM TODAS AS FACES ÍNTEGRAS? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11, ART. 56 |
| 13197 | ESTÁ DISPONÍVEL NA UTI PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DE PACIENTES E PROFISSIONAIS: Opções: *AVENTAL PLUMBÍFERO *PROTETOR DE TIREÓIDE *BIOMBO BARITADO | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC. III C/C PF 453/98 ART. 1º REG. TEC.ITEM 4.27 e 4.26 a |
| 13200 | NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS COM RX MÓVEL É ADOTADA UMA DAS SEGUINTE MEDIDAS: * OS DEMAIS PACIENTES QUE NÃO PUDEREM SER REMOVIDOS DO AMBIENTE SÃO PROTEGIDOS POR BARREIRA PROTETORA (PROTEÇÃO DE CORPO INTEIRO) COM, NO MÍNIMO, 0,5 MM EQUIVALENTES DE CHUMBO (BIOMBOS PLUMBÍFEROS HORIZONTAIS). ALÍNEA A * OS DEMAIS PACIENTES QUE NÃO PUDEREM SER REMOVIDOS DO AMBIENTE SÃO POSICIONADOS DE MODO QUE NENHUMA PARTE DO CORPO ESTEJA A MENOS DE 2 METROS DO CABEÇOTE OU DO RECEPTOR DE IMAGEM. ALÍNEA B | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC. III C/C PF 453/98 ART. 1º REG. TEC.ITEM 4.27 |

| PROCEDIMENTOS | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|---|
| 7364 | <p>ESTÃO GARANTIDOS À BEIRA DO LEITO OS RECURSOS ABAIXO (PRÓPRIO OU TERCEIRIZADO):</p> <p>Opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> *ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL INC I *TERAPIA NUTRICIONAL (ENTERAL E PARENTERAL) INC II *ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA INC III *ASSISTÊNCIA FONOAUDIÓLOGA INC IV *ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA INC V *ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA INC VI *ASSISTÊNCIA SOCIAL INC VII *ASSISTÊNCIA CLÍNICA VASCULAR INC VIII *ASSISTÊNCIA DE TERAPIA OCUPACIONAL INC IX *ASSISTÊNCIA CLÍNICA CARDIOVASCULAR INC X *ASSISTÊNCIA CLÍNICA NEUROLÓGICA INC XI *ASSISTÊNCIA CLÍNICA ORTOPÉDICA INC XII *ASSISTÊNCIA CLÍNICA UROLÓGICA INC XIII *ASSISTÊNCIA CLÍNICA GASTROENTEROLÓGICA INC XIV *ASSISTÊNCIA CLÍNICA NEFROLÓGICA, INCLUINDO HEMODIÁLISE INC XV *ASSISTÊNCIA CLÍNICA HEMATOLÓGICA INC XVI *ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA INC XVII *ASSISTÊNCIA OFTALMOLÓGICA INC XVIII *ASSIST OTORRINOLARINGOLÓGICA INC XIX *ASSISTÊNCIA CLÍNICA DE INFECTOLOGIA INC XX *ASSISTÊNCIA CLÍNICA GINECOLÓGICA INC XXI *ASSISTÊNCIA CIRÚRGICA GERAL XXII *LABORATÓRIO CLÍNICO, INCLUINDO MICROBIOLOGIA E HEMOGASOMETRIA INC XXIII *SERVIÇO DE RADIOGRAFIA MÓVEL INC XXIV *SERVIÇO DE ULTRASSONOGRRAFIA PORTÁTIL INC XXV *SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E BAIXA INC XXVI | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 18 INCISOS I a XXVIII |
| 7365 | <p>O HOSPITAL ONDE A UTI ESTÁ INSERIDA DISPÕE EM SUA ESTRUTURA HOSPITALAR:</p> <p>Opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> *CENTRO CIRÚRGICO INC I *SERVIÇO RADIOLÓGICO CONVENCIONAL INC II *SERVIÇO DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA INC III | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II c/c RDC 07/2010, ART. 19 |
| 7365 | <p>É GARANTIDO ACESSO NO HOSPITAL ONDE A UTI ESTÁ INSERIDA OU EM OUTRO ESTABELECIMENTO POR MEIO DE ACESSO FORMALIZADO:</p> <p>Opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> *CIRURGIA CARDIOVASCULAR INC I *CIRURGIA VASCULAR INC II *CIRURGIA NEUROLÓGICA INC III *CIRURGIA ORTOPÉDICA INC IV *CIRURGIA UROLÓGICA INC V *CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL INC VI *RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA INC VII *RESSONÂNCIA MAGNÉTICA INC VIII *TOMOGRRAFIA COMPUTADORIZADA INC IX *ANATOMIA PATOLÓGICA INC X *EXAME COMPROBATÓRIO DE FLUXO SANGUÍNEO ENCEFÁLICO INC XI | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 20 |
| 7326 | <p>TODO PACIENTE INTERNADO POSSUI ASSISTÊNCIA INTEGRAL E INTERDISCIPLINAR?</p> | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 21 |
| 7327 | <p>A ASSISTÊNCIA INTERDISCIPLINAR:</p> <p>Opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> *ESTÁ INTEGRADA ÀS DEMAIS ATIVIDADES PRESTADAS AO PACIENTE CAPUT *É DISCUTIDA CONJUNTAMENTE PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CAPUT *ESTÁ REGISTRADA NO PRONTUÁRIO §U | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 23 |
| 7328 | <p>A EVOLUÇÃO DO ESTADO CLÍNICO, AS INTERCORRÊNCIAS E OS CUIDADOS PRESTADOS ESTÃO REGISTRADOS PELA EQUIPE MÉDICA, DE ENFERMAGEM E DE FISIOTERAPIA NO PRONTUÁRIO DO PACIENTE?</p> | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 22 |
| 7327 | <p>O REGISTRO DA ASSISTÊNCIA INTERDISCIPLINAR NO PRONTUÁRIO:</p> <p>Opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> *ESTÁ LEGÍVEL *ESTÁ DATADO E ASSINADO *CONTÉM Nº DO REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 23 § U |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|
| 7331 | TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA UNIDADE ASSEGURAM: Opções: *PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE E PRIVACIDADE DO PACIENTE INC I *FORNECIMENTO DE ORIENTAÇÕES AO PACIENTE E FAMILIARES SOBRE O ESTADO DE SAÚDE E A ASSISTÊNCIA A SER PRESTADA ATÉ A ALTA INC II *AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE INC III *PROMOÇÃO DE AMBIÊNCIA ACOLHEDORA INC IV *INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ATENÇÃO AO PACIENTE, QUANDO PERTINENTE INC V | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 24 |
| 7333 | O PACIENTE CONSCIENTE É INFORMADO QUANTO AOS PROCEDIMENTOS A QUE SERÁ SUBMETIDO E SOBRE OS CUIDADOS REQUERIDOS PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 26 |
| 7334 | O RESPONSÁVEL LEGAL PELO PACIENTE É INFORMADO SOBRE AS CONDUTAS CLÍNICAS E PROCEDIMENTOS QUE O MESMO SERÁ SUBMETIDO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 26 §U |
| 7415 | O PACIENTE GRAVE É TRANSPORTADO COM ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO: Opções: *MÉDICO COM HABILIDADE COMPROVADA PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA *ENFERMEIRO COM HABILIDADE COMPROVADA PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 29 |
| 7416 | NO TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR, OS DADOS DO PRONTUÁRIO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE DESTINO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 30 |
| 7417 | O PACIENTE, NA TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR, É ENCAMINHADO COM RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 32 |
| 7418 | O RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA DEVE CONTER OS DADOS REFERENTES À INTERNAÇÃO INCLUINDO: | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 32 INCISO I E II |
| | opções: | | | | |
| | *MOTIVO DE INTERNAÇÃO NA UTI | | | | |
| | *DIAGNÓSTICO DE BASE | | | | |
| | *REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INVASIVOS | | | | |
| | *INTERCORRÊNCIAS | | | | |
| | *TRANSFUSÕES DE SANGUE E HEMODERIVADOS | | | | |
| | *TEMPO DE PERMANÊNCIA EM ASSIST VENT MECÂNICA INVASIVA E NÃO INVASIVA | | | | |
| | *REALIZAÇÃO DE DIÁLISE | | | | |
| *EXAMES DIAGNÓSTICOS | | | | | |
| 7419 | O RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA CONTEM DADOS REFERENTE À ALTA E AO PREPARATÓRIO PARA A TRANSFERÊNCIA, INCLUINDO: *PRESCRIÇÃO MÉDICA DO DIA COM APRAZAMENTO *PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM DO DIA COM APRAZAMENTO E CUIDADOS ADMINISTRADOS ANTES DA TRANSFERÊNCIA *PERFIL DE MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA DAS ÚLTIMAS 24 H *EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO DAS ÚLTIMAS 24 H *BALANÇO HÍDRICO DAS ÚLTIMAS 24 H *SINAIS VITAS DAS ÚLTIMAS 24 H | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 32 INCISO III |

| | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|
| 7422 | O SERVIÇO BUSCA A MINIMIZAÇÃO E REDUÇÃO DOS EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS A: Opções: *PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO OU REABILITAÇÃO DO PACIENTE INC I *MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS INC II *PRODUTOS PARA SAÚDE INC III *EQUIPAMENTOS INC III *SANGUE E HEMOCOMPONENTES INC IV *SANEANTES INC V *OUTROS PRODUTOS SUBMETIDOS AO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA INC VI | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 34 |
| 7423 | HÁ DEFINIÇÃO E MONITORAMENTO DE INDICADORES DA AVALIAÇÃO DA PREVENÇÃO OU REDUÇÃO DOS EVENTOS ADVERSOS PERTINENTES À UNIDADE? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 35 INCISO I |
| 7424 | COLETA, ANALISA, ESTABELECE AÇÕES CORRETIVAS E NOTIFICA EVENTOS ADVERSOS E QUEIXAS TÉCNICAS? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 35 INCISO II |
| 7426 | RECEBE DIARIAMENTE VISITA DA CCIH PARA FINS DE BUSCA ATIVA? VER ANOTAÇÕES NOS PRONTUÁRIOS | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01, ART. 1, NTE 001/01, ANEXO I, RVFS CCIH ANEXO IV, ITEM 4.7.1 |
| 7427 | CUMPRE AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO DEFINIDAS PELO PROGRAMA DE CONTROLE DE INFECÇÃO DA INSTITUIÇÃO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 37 |
| 7429 | A EQUIPE DA UTI COLABORA COM A CCIH NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS INFECÇÕES E NO MONITORAMENTO DOS MICRORGANISMOS MULTIRRESISTENTES NA UNIDADE? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 40 |
| 7432 | AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS INFECÇÕES SÃO BASEADAS NA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DA UNIDADE? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 42 |
| 7434 | A EQUIPE DA UTI ADERE E COLABORA NO ESTÍMULO AO EFETIVO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE PRECAUÇÃO: Opções: *PADRÃO *PARA GOTÍCULAS *PARA CONTATO *PARA AEROSSOL | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 43 |
| 7435 | A EQUIPE DA UTI ORIENTA OS VISITANTES E ACOMPANHANTES QUANTO ÀS AÇÕES QUE VISAM A PREVENÇÃO E CONTROLE DAS INFECÇÕES, BASEADAS NAS RECOMENDAÇÕES DA CCIH? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 44 |
| 7441 | HÁ ESTÍMULO À ADEÇÃO ÀS PRÁTICAS DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PELOS PROFISSIONAIS E VISITANTES POR PARTE DO: Opções: *RESPONSÁVEL TÉCNICO *COORDENADOR DE ENFERMAGEM *COORDENADOR DE FISIOTERAPIA | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 47 |
| 7442 | HÁ MONITORAMENTO E REGISTRO DE AVALIAÇÕES DO DESEMPENHO E DO PADRÃO DE FUNCIONAMENTO GLOBAL DA UTI E DOS EVENTOS QUE POSSAM INDICAR NECESSIDADE DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA, COM OBJETIVO DE ESTABELECE MEDIDAS DE CONTROLE OU REDUÇÃO DOS MESMOS? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 48 |
| 7443 | É CALCULADO ÍNDICE DE GRAVIDADE / ÍNDICE PROGNÓSTICO DOS PACIENTES INTERNADOS NA UTI POR MEIO DE SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE SEVERIDADE DA DOENÇA RECOMENDADO POR LITERATURA ESPECÍFICA? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 48 § 1º |
| 7444 | O RT DA UNIDADE CORRELACIONA O MORTALIDADE GERAL DE SUA UNIDADE COM A MORTALIDADE GERAL ESPERADA, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE GRAVIDADE ESPERADO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 48 § 2º |

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|---|
| 13201 | <p>MONITORA OS SEGUINTE INDICADORES:</p> <p>Opções:</p> <p>*TAXA DE MORTALIDADE ABSOLUTA INC I</p> <p>*TAXA DE MORTALIDADE ESTIMADA INC I</p> <p>*TEMPO DE PERMANÊNCIA NA UTI INC II</p> <p>*TAXA DE REINTERNAÇÃO EM 24 HORAS INC III</p> <p>*DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA INC IV</p> <p>*TAXA DE UTILIZAÇÃO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INC V</p> <p>*DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DA CORRENTE SANGUÍNEA RELACIONADA AO ACESSO VASCULAR CENTRAL INC VI</p> <p>*TAXA DE UTILIZAÇÃO DE CATETER VENOSO CENTRAL INC VII</p> <p>*DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO RELACIONADA A CATETER VESICAL INC VIII</p> | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 48 § 3º C/C IN 04/10 ART 1º |
| 13202 | FORAM ESTABELECIDAS MEDIDAS DE CONTROLE OU REDUÇÃO NO MONITORAMENTO E REGISTRO DE AVALIAÇÕES DO DESEMPENHO E DO PADRÃO DE FUNCIONAMENTO GLOBAL DA UTI E DOS EVENTOS QUE POSSAM INDICAR NECESSIDADE DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 48 |
| 7446 | AS AVALIAÇÕES DO DESEMPENHO E DO PADRÃO DE FUNCIONAMENTO GLOBAL DA UTI E DOS EVENTOS QUE POSSAM INDICAR NECESSIDADE DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA ESTÃO EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO E SÃO DISPONIBILIZADOS À VISA? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 48 § 4º |
| 7447 | OS PACIENTES SÃO AVALIADOS POR MEIO DE UM SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE NECESSIDADES DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM RECOMENDADO PELA LITERATURA CIENTÍFICA ESPECIALIZADA? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 49 |
| 7448 | O ENFERMEIRO COORDENADOR DA UTI CORRELACIONA AS NECESSIDADES DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM O QUANTITATIVO DE PESSOAL DISPONÍVEL , DE ACORDO COM UM INSTRUMENTO DE MEDIDA UTILIZADO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 49 §1º |
| 7449 | OS REGISTROS DOS DADOS DAS AVALIAÇÕES DE NECESSIDADES DE CUIDADOS DA ENFERMAGEM ESTÃO DISPONÍVEIS MENSALMENTE, EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 49 §2º |
| RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| 7336 | AS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DE TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA UNIDADE ESTÃO FORMALMENTE DESIGNADAS, DESCRITAS E DIVULGADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA UTI? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 12 |
| 7337 | POSSUI MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 13 |
| 7338 | <p>O MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO:</p> <p>Opções:</p> <p>*ESTÁ FORMALMENTE DESIGNADO</p> <p>*POSSUI TÍTULO DE ESPECIALISTA CONFORME ESTABELECIDO PELO CFM - ART. 13 §1º</p> <p>*É RESPONSÁVEL TÉCNICO EM NO MÁXIMO 2 UTIS - ART. 13 §3º</p> | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 13 |
| 7339 | O MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO POSSUI SUBSTITUTO FORMALMENTE DESIGNADO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 13 |
| 7340 | POSSUI ENFERMEIRO COORDENADOR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 13 |
| 7341 | <p>O ENFERMEIRO COORDENADOR:</p> <p>Opções:</p> <p>*ESTÁ FORMALMENTE DESIGNADO</p> <p>*POSSUI TÍTULO DE ESPECIALISTA CONFORME ESTABELECIDO PELO COFEN - ART. 13 §1º</p> <p>*É COORDENADOR DE NO MÁXIMO 2 UTIS - ART. 13 §3º</p> | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 13 |
| 7342 | O ENFERMEIRO COORDENADOR POSSUI SUBSTITUTO FORMALMENTE DESIGNADO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 13 |
| 7343 | POSSUI FISIOTERAPEUTA COORDENADOR DA EQUIPE DE FISIOTERAPIA? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 13 |
| 7344 | O FISIOTERAPEUTA COORDENADOR POSSUI SUBSTITUTO FORMALMENTE DESIGNADO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 13 |

| | | | | | |
|------|---|--|--|--|---|
| 7345 | O FISIOTERAPEUTA COORDENADOR: Opções: *ESTÁ FORMALMENTE DESIGNADO *POSSUI TÍTULO DE ESPECIALISTA CONFORME ESTABELECIDO PELO CREFITO E ASSOBRAFIR - ART. 13 §1º *É COORDENADOR DE NO MÁXIMO 2 UTIS – ART. 13 §3º | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 13 |
| 7346 | POSSUI MÉDICO DIARISTA: Opções: *UM PARA CADA 10 LEITOS OU FRAÇÃO NO TURNO MATUTINO *UM PARA CADA 10 LEITOS OU FRAÇÃO NO TURNO VESPERTINO *COM TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA INTENSIVA | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 14 INCISO I |
| 7349 | POSSUI UM MÉDICO PLANTONISTA PARA CADA DEZ LEITOS OU FRAÇÃO, POR TURNO DE TRABALHO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 14, INCISO II |
| 7351 | POSSUI UM ENFERMEIRO ASSISTENCIAL PARA CADA DEZ LEITOS OU FRAÇÃO, POR TURNO DE TRABALHO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 14 INCISO II |
| 7352 | POSSUI UM FISIOTERAPEUTA PARA CADA DEZ LEITOS OU FRAÇÃO NOS TURNOS: Opções: *MATUTINO *VESPERTINO *NOTURNO *TOTALIZANDO 18 HORAS DIÁRIAS DE ATUAÇÃO | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 14 INCISO IV |
| 7354 | POSSUI UM TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA CADA DOIS LEITOS, POR TURNO DE TRABALHO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 14 INCISO V |
| 7357 | POSSUI UM AUXILIAR ADMINISTRATIVO EXCLUSIVO DA UNIDADE? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 14 INCISO VI |
| 7358 | POSSUI FUNCIONÁRIOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA, EXCLUSIVOS DA UNIDADE, EM CADA TURNO DE TRABALHO? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 14 INCISO VII |
| 7895 | OS MÉDICOS PLANTONISTAS, ENFERMEIROS ASSISTENCIAIS, FISIOTERAPEUTAS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM ESTÃO DISPONÍVEIS EM TEMPO INTEGRAL PARA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES INTERNADOS NA UTI DURANTE O HORÁRIO EM QUE ESTÃO ESCALADOS PARA TAL? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 15 |
| 7359 | A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ESTÁ: Opções: *LEGALMENTE HABILITADA *DIMENSIONADA QUALITATIVA E QUANTITATIVAMENTE DE ACORDO COM O PERFIL ASSISTENCIAL, DEMANDA DA UNIDADE E LEGISLAÇÃO VIGENTE | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 14 |
| 7361 | A EQUIPE DA UTI PARTICIPA DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA CONTEMPLANDO: Opções: *NORMAS E ROTINAS TÉCNICAS DESENVOLVIDAS NA UNIDADE INC I *INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS INC II *GERENCIAMENTO DOS RISCOS INERENTES ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE E SEGURANÇA DE PACIENTES E PROFISSIONAIS INC III *PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA INC IV | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010 ART. 17 |
| 7362 | AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA ESTÃO REGISTRADAS COM: Opções: *DATA *CARGA HORÁRIA *NOME E A CAPACITAÇÃO OU FORMAÇÃO DO INSTRUTOR *NOME E A CAPACITAÇÃO OU FORMAÇÃO DOS PARTICIPANTES | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010 ART. 17 §1º C/C RDC 63/11 ART 32 § U |
| 7363 | AO SEREM ADMITIDOS NA UTI OS PROFISSIONAIS RECEBEM CAPACITAÇÃO PARA ATUAR NA UNIDADE? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 07/2010, ART. 17 §2º |

| | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|
| 7360 | TODOS OS PROFISSIONAIS ESTÃO IMUNIZADOS CONTRA: Opções: *DIFTERIA *HEPATITE B *TÉTANO *OUTROS AGENTES BIOLÓGICOS A QUE OS TRABALHADORES ESTÃO OU PODERÃO ESTAR EXPOSTOS PARA OS QUAIS EXISTEM VACINAS EFICAZES | | | | LM 7031/96 ART 38 E 77 C/C PORTARIA MTE 485/05 ART 1º NR 32 ITENS 32.2.4.17.1 e 32.2.4.17.2 C/C RDC 07/2010, ART.16 |
| 7470 | DISPONIBILIZA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) EM QUANTIDADE SUFICIENTE E COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS TRABALHADORES (AVENTALS, LUVAS DE PROCEDIMENTO, ÓCULOS, GORRO, MÁSCARA, ETC)? | | | | LM 7031/96 ART.38 § U E 77 C/C PORTARIA MTE 485/05 ART 1º NR 32 ITEM 32.2.4.7 C/C RDC 63/11 ART 47 |
| 500 | OS FUNCIONÁRIOS/PROFISSIONAIS FAZEM USO CORRETO DOS UNIFORMES EPI ESPECÍFICOS ÀS ATIVIDADES POR ELES EXERCIDAS? | | | | LM 7031/96 ART 38 § U, 77 E 97 INCISO II C/C PORTARIA GM Nº 3214/78 ART 1º, NR 6 ITEM 6.7.1A |
| 13203 | TODOS OS PROFISSIONAIS DA UTI COM POSSIBILIDADE DE EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS, FÍSICOS OU QUÍMICOS UTILIZAM DURANTE SUAS ATIVIDADES LABORAIS VESTIMENTA PARA O TRABALHO ADEQUADA E EM CONDIÇÕES DE CONFORTO, FORNECIDAS PELO EMPREGADOR? | | | | LM 7031/96 ART.38 § U E 77 C/C PORTARIA MTE 485/05 ART 1º NR 32 ITENS 32.2.4.6 e 32.2.4.6.1 U C/C RDC 63/11 ART 46 |
| 13204 | A HIGIENIZAÇÃO DAS VESTIMENTAS PARA O TRABALHO UTILIZADAS NA UTI É FEITA PELO EMPREGADOR E ESTE DISPONIBILIZA LOCAIS APROPRIADOS PARA FORNECIMENTO DE VESTIMENTAS LIMPAS E DEPOSIÇÃO DAS USADAS? | | | | LM 7031/96 ART.38 § U E 77 C/C PORTARIA MTE 485/05 ART 1º NR 32 ITENS 32.2.4.6.3 e 32.2.4.6.4 U C/C RDC 63/11 ART 46 |
| 13205 | É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE USO DE ADORNOS? | | | | LM 7031/96 ART. 9º INCISO I, 38 E 97 INC II C/C PORTARIA MTE Nº 485/05 ART 1º, ANEXO I - NR 32, ITEM 32.2.4.5 B |
| DOCUMENTAÇÃO | | | | | |
| 13184 | ESTÁ INSCRITO E MANTÉM SEUS DADOS ATUALIZADOS NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – CNES? (O HOSPITAL ONDE A UTI SE ENCONTRA OU A UTI TERCEIRIZADA) | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART 13 |
| 7312 | A UTI POSSUI REGISTRO: Opções: *DAS NORMAS INSTITUCIONAIS *DAS ROTINAS DOS PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS REALIZADOS NA UNIDADE *DAS ROTINAS DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA UNIDADE | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010 ART. 8º C/C RDC 63/11 ART 51 |
| 7313 | AS ROTINAS DOS PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA UTI SÃO: Opções: *ELABORADAS EM CONJUNTO C/ SETORES ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE GRAVE, NO QUE FOR PERTINENTE, EM ESPECIAL COM A CCIH INC I *APROVADAS E ASSINADAS PELO RT (INC II) *APROVADAS E ASSINADAS PELO COORDENADOR DE ENFERMAGEM (INC II) *APROVADAS E ASSINADAS PELO COORDENADOR DE FISIOTERAPIA (INC II) *REVISADAS ANUALMENTE OU SEMPRE QUE HOUVER INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS (INC III) *DISPONIBILIZADAS PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE (INC IV) | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010 ART. 8º C/C RDC 63/11 ART 51 |
| 7315 | A UTI POSSUI REGISTRO DAS NORMAS INSTITUCIONAIS E DAS ROTINAS RELACIONADAS À BIOSSEGURANÇA? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010 ART. 9º INCISO C/C RDC 63/11 ART 51 |

| | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|
| 13206 | AS NORMAS INSTITUCIONAIS E AS ROTINAS RELACIONADAS À BIOSSEGURANÇA CONTEMPLAM: Opções: *CONDUTAS DE SEGURANÇA BIOLÓGICA (INC I) *CONDUTAS DE SEGURANÇA QUÍMICA (INC I) *CONDUTAS DE SEGURANÇA FÍSICA (INC I) *CONDUTAS DE SEGURANÇA OCUPACIONAL (INC I) *CONDUTAS DE SEGURANÇA AMBIENTAL (INC I) *INSTRUÇÕES DE USO DOS EPI E EPC (INC II) *PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTES (INC III) *MANUSEIO E TRANSPORTE DE MATERIAL E AMOSTRA BIOLÓGICA (INC IV) | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010 ART. 9º C/C RDC 63/11 ART 51 |
| 7332 | HÁ NORMATIZAÇÃO DA PRESENÇA DE ACOMPANHANTES NA UTI COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010 ART. 25 |
| 7335 | POSSUI CRITÉRIOS DE ADMISSÃO E ALTA NA UTI: Opções: *REGISTRADOS *ASSINADOS PELO RT *DIVULGADOS PARA TODA INSTITUIÇÃO *QUE ATENDAM A LEGISLAÇÃO *QUE ATENDAM A NORMAS INSTITUCIONAIS VIGENTES | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 27 |
| 7317 | POSSUI INVENTÁRIO DOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DA UNIDADE? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II E 113 § 2 C/C RDC 63/11 ART. 54 |
| 13185 | ESTÃO NA UNIDADE INSTRUÇÕES ESCRITAS DE USO DOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS OU MANUAIS DO FABRICANTE EM PORTUGUÊS? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 52 |
| 7323 | HÁ CONTRATO FORMAL ENTRE O HOSPITAL E A EMPRESA CONTRATANTE DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TERCEIRIZADOS? | | | | LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 07/2010, ART. 53 |
| 7324 | SÃO REALIZADAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS: Opções: *DOS EQUIPAMENTOS EM USO *DOS EQUIPAMENTOS EM RESERVA OPERACIONAL *COM PERIODICIDADE ESTABELECIDADA PELO FABRICANTE OU ENGENHARIA CLÍNICA DA INSTITUIÇÃO | | | | LM 7031/.96, art. 35 C/C RDC 07/2010, ART. 55 |
| 7325 | SÃO MANTIDAS NA UTI: Opções: *CÓPIAS DO CALENDÁRIO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS *REGISTROS DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS | | | | LM 7031/.96, art. 35 C/C RDC 07/2010, ART. 55 § U |
| 13181 | O SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA (GERADOR) DA INSTITUIÇÃO, NO QUE SE REFERE À UTI, ATENDE AO DISPOSTO NO ITEM SISTEMA DE EMERGÊNCIA DO ITEM 7.2.1 DA PARTE III DA RDC 50/02, COMPROVADO POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO, ACOMPANHADO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II E 113 §2º C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE III - 7 - INSTAL PRED ORDIN E ESP, ITEM 7.2.1 – SIST EMERGÊNCIA |
| 13207 | ESTÃO PROVIDOS DE SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA: Opções: *POSTO DE ENFERMAGEM *ÁREA DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM *ÁREA COLETIVA DE TRATAMENTO *QUARTOS | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - U.F 3 INTERNAÇÃO ITENS 3.3.1 à 3.3.3; 3.3.5 à 3.3.7 E PARTE III - 7 - INSTAL PRED ORDIN E ESP, ITEM 7.2.1 – SIST EMERGÊNCIA |
| 13065 | POSSUI REGISTRO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE EMERGÊNCIA? | | | | LM 7031/96 ART 35 E 113 §2º C/C RDC 63/11 ART 23 INC VII |

| | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|
| 13182 | POSSUI LAUDO TÉCNICO, EMITIDO POR PROFISSIONAL HABILITADO, ACOMPANHADO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) QUE COMPROVE QUE O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UNIDADE ATENDE AO DISPOSTO NO ITEM 7.5.1 DA PARTE III - 7 - INSTALAÇÕES PREDIAIS ORDINÁRIAS E ESPECIAIS DA RDC 050/02? | | | | LM 7031/96 ART 97 INC II E 113 §2º C/C RDC 050/02 ART 1º, PARTE II - UNIDADE FUNCIONAL 3: INTERNAÇÃO INTENSIVA E PARTE III - 7 - INST PREDIAIS ORD E ESPECIAIS, ITEM 7.5.1 |
| 13183 | POSSUI REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PMOC PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UTI? | | | | LM 7031/96 ART 35 C/C PF 3523/98 ART. 6º ALÍNEA C |

TABAGISMO

| | | | | | |
|-------|---|--|--|--|---|
| 11104 | É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE FUMAR DENTRO E NO ENTORNO DO ESTABELECIMENTO? | | | | DF 8262/14 ART 3º, C/C LM 7031/96 ART 97 INC VI |
| 11210 | POSSUI PLACA INDICATIVA DA PROIBIÇÃO DE FUMAR? | | | | LEI 12903/98 ART 4º C/C LM 7031/96 ART 97 INC VI |
| | | | | | |

Legislação:

- RDC 07/10
- LM 7031/96
- RDC 63/11
- PF 3523/98
- PORTARIA MTE 485/05 ART 1º NR 32
- RDC 36/13
- RDC 42/10
- RDC 50/02
- DF 8262/14
- LEI 12903/98