


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
	ROTEIRO DE INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL MOVEIS - VISA RVF_DVSA_125_VS	PÁGINA: 02	REVISÃO: JULHO 2021	VIGENCIA: 31/12/2022		
	ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA ATIVIDADES:					
	COD_CNAE	DENONINAÇÃO ATIVIDADE				
8610.1/01	Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências					
8610.1/02	Atividades de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS						
13808	O ESTABELECIMENTO CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE PREVENÇÃO AO COVID-19, APLICÁVEIS ÀS SUAS ATIVIDADES?				INFORMATIVO	Art. Indefinido
EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS						
13504	O EQUIPAMENTO POSSUI CABO DISPARADOR COM COMPRIMENTO MINIMO DE 2 (DOIS) METROS, NOS EQUIPAMENTOS MOVEIS?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 2, INC. VIII
PROCEDIMENTOS						
13488	O SERVICO POSSUI PROTOCOLO ESPECIFICO PARA PROCEDIMENTOS EM LEITOS HOSPITALARES OU AMBIENTES COLETIVOS DE INTERNACAO, TAIS COMO UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA E BERCARIOS, PARA USO DOS EQUIPAMENTOS MOVEIS?				MAIOR	RDC 330/19 - ART. 60
13503	OS EQUIPAMENTOS MOVEIS SAO UTILIZADOS SOMENTE QUANDO FOR INEXEQUIVEL OU CLINICAMENTE INACEITAVEL A TRANSFERENCIA DO PACIENTE PARA INSTALACAO COM EQUIPAMENTO FIXO?				MAIOR	RDC 330/19 - ART. 60
13489	OS PACIENTES QUE NAO PUDEREM SER REMOVIDOS DO AMBIENTE SAO PROTEGIDOS DA RADIACAO ESPALHADA POR BARREIRA PROTETORA (PROTECAO DE CORPO INTEIRO) COM, NO MINIMO, 0,5 MM (CINCO DECIMOS DE MILIMETRO) EQUIVALENTES DE CHUMBO?				CRÍTICO	RDC 330/19 - ART. 60
13465	O SERVICO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE CONTATO TELAFILME?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13467	O SERVICO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE VEDACAO DA CAMARA ESCURA?				MAIOR	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13469	O SERVICO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE DIFERENCA DE SENSIBILIDADE ENTRE AS PLACAS DE FOSFORO, PARA RECEPTORES DE IMAGEM DE MESMO TAMANHO (CR)?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13470	O SERVICO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE EXATIDAO DO INDICADOR DE DOSE DO DETECTOR (QUANDO DISPONIVEL) (CR /DR) ?				MAIOR	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13471	O SERVICO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE DISTORCAO GEOMETRICA (CR/DR, INCLUSIVE DIGITALIZÇÃO)?				MAIOR	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I

13472	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE EFETIVIDADE DO CICLO DE APAGAMENTO (CR/DR)?				MAIOR	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13473	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE LUMINÂNCIA DO MONITOR PARA DIAGNÓSTICO OU LAUDO (CR/DR)?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I

