


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
	ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA O SERVIÇO DE MAMOGRAFIA - VISA			PÁGINA:	REVISÃO: JULHO	VIGENCIA: 31/12/2022
	RVF_DVSA_123_VS			03	2021	
	ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA ATIVIDADES:					
COD_CNAE	DENONINAÇÃO ATIVIDADE					
8640-2/05	Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS						
13808	O estabelecimento cumpre todos os requisitos de prevenção ao covid-19, aplicáveis às suas atividades?				INFORMATIVO	Art. Indefinido
PROCEDIMENTOS						
13401	O serviço participa do Programa Estadual de Controle de Qualidade em Mamografia - PECQMamo?				Crítico	Res. SES/MG no 6711/19
13402	O serviço enviou, no ultimo monitoramento, a imagem referente ao PECQMamo?				Crítico	Res. SES/MG nº 6711/19
13404	O serviço participa do Programa Nacional de Controle de Qualidade em Mamografia - PNQM?				Maior	Portaria de consolidação nº 5/17
13405	E realizado semestralmente o teste de aceitação ou de constância no aparelho de mamografia que funciona em unidades itinerantes (caso couber)?				Maior	IN 92/2021 ANVISA - art. 7 - paragrafo 1
13406	O serviço de mamografia que funciona em unidades itinerantes realiza a avaliação da qualidade da imagem diariamente? (Pode ser realizada por profissionais do próprio serviço, desde que treinados e legalmente habilitados para tais funções)				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7 - paragrafo 2
13407	O serviço realiza diariamente o teste de Sensitometria da processadora?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13408	O serviço realiza diariamente o teste de Temperatura do sistema de processamento?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13409	O serviço realiza mensalmente o teste de Qualidade da imagem?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13410	O serviço realiza anualmente o teste de Integridade dos chassis e cassetes ?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13411	O serviço realiza anualmente o teste de Valor representativo de dose glandular media?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13412	O serviço realiza anualmente o teste de Exatidão do indicador da tensão do tubo?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I

13413	O serviço realiza anualmente o teste de Reprodutibilidade da tensão do tubo ?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13414	O serviço realiza anualmente o teste de Tempo máximo de exposição (para um simulador de 4,5 cm de PMMA) (NR) ?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13415	O serviço realiza anualmente o teste de Reprodutibilidade do controle automático de exposição (CAE) ?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13416	O serviço realiza anualmente o teste de Compensação do CAE para diferentes espessuras?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13417	O serviço realiza anualmente o teste de Rendimento do tubo?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13418	O serviço realiza anualmente o teste de Camada Semirredutora (CSR) ?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13419	O serviço realiza anualmente o teste de Resolução espacial ?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13420	O serviço realiza anualmente o teste de Exatidão do sistema de colimação ?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13421	O serviço realiza anualmente o teste de Sistema de compressão automático ?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13422	O serviço realiza anualmente o teste de Alinhamento da bandeja de compressão ?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13423	O serviço realiza anualmente o teste de Indicação da espessura da mama comprimida?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13424	O serviço realiza anualmente o teste de Contato tela-filme?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13425	O serviço realiza anualmente o teste de Artefatos na imagem?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13426	O serviço realiza anualmente o teste de Vedação da câmara escura ?				Maior	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13427	O serviço realiza anualmente o teste de Uniformidade da imagem ?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13428	O serviço realiza anualmente o teste de Diferença de sensibilidade entre as placas de fosforo de mesmo tamanho?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13429	O serviço realiza anualmente o teste de Razão contraste ruído (CNR) ?				Maior	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13430	O serviço realiza anualmente o teste de Efetividade do ciclo de apagamento ?				Maior	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13431	O serviço realiza anualmente o teste de Integridade dos acessórios e equipamentos de proteção individual?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I

13432	O serviço realiza anualmente o teste de Uniformidade da Luminância dos monitores e negatoscopios para diagnostico ou laudo (NR)?				Maior	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13433	O serviço realiza anualmente o teste de Iluminância da sala de laudos?				Maior	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
<b>EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS</b>						
13436	O equipamento de mamografia possui controle automático de exposição?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art.2 - INC. VIII
13437	No painel de controle do aparelho enquanto ocorre a emissão de raios X, existe a indicação por sinal sonoro e luminoso?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 5
13438	O equipamento de mamografia possui no seu painel de controle a indicação dos parâmetros básicos (Tensão (kVp), Corrente (mA) e Tempo (s) ou o produto corrente x tempo (mas)?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 6, INC. III
13439	o equipamento de mamografia possui um sistema automático de compressão?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 6, INC. IV
13440	O equipamento possui bandeja de compressão em plenas condições de uso?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 6, INC. V
13441	O serviço possui apenas 1 (um) equipamento de mamografia instalado na sala?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 6, INC. X
13442	O serviço quando realiza diagnostico e laudos por meio de filme utiliza negatoscopios específicos para mamografia?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 6, INC. XI
13443	O serviço utiliza monitor para diagnostico e laudos específico para mamografia?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 6, INC. XII
13444	Existem processadoras específicas e exclusivas para mamografia?(quando couber)				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 6, INC. XIII
13479	O serviço realiza quadrianualmente o teste de levantamento radiometrico?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I
13480	O serviço realiza quadrianualmente o teste de radiacao de fuga do cabecote?				Crítico	IN 92/2021 ANVISA - art. 7, – Anexo I





