


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
	ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA O SERVIÇO DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL - VISA		PÁGINA:	REVISÃO: Julho	VIGENCIA: 31/12/2022	
	RVF_DVSA_124_VS		03	2021		
	ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA ATIVIDADES:					
COD_CNAE	DENOMINAÇÃO ATIVIDADE					
8610.1/01	Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências					
8610.1/02	Atividades de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências					
8640.2/05	Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia					
8640.2/13	Serviços de litotripsia					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS						
13808	O ESTABELECIMENTO CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE PREVENÇÃO AO COVID-19, APLICÁVEIS ÀS SUAS ATIVIDADES?				INFORMATIVO	Art. Indefinido
INFRAESTRUTURA						
13447	A SALA POSSUI APENAS 1 (UM) EQUIPAMENTO INSTALADO?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 11, INC. VI.
PROCEDIMENTOS						
13451	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE INTEGRIDADE DOS CHASSIS E CASSETES?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13452	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DOSE?				MAIOR	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13454	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE EXATIDAO DO INDICADOR DE TENSAO DO TUBO?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13455	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE REPRODUTIBILIDADE DA TENSAO DO TUBO?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13456	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE EXATIDAO DO TEMPO DE EXPOSICAO?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13457	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE REPRODUTIBILIDADE DO TEMPO DE EXPOSICAO?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13458	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE REPRODUTIBILIDADE DO KERMA NO AR (NR)?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13459	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE LINEARIDADE DO KERMA NO AR COM O PRODUTO CORRENTE TEMPO (NR)?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13460	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE REPRODUTIBILIDADE DO CONTROLE AUTOMATICO DE EXPOSICAO?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13461	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE COMPENSACAO DO CONTROLE AUTOMATICO DE EXPOSICAO PARA DIFERENTES ESPESSURAS?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13462	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE RENDIMENTO DO TUBO (R)?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I

13463	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE CAMADA SEMIRREDUTORA (CSR)?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13464	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE RESOLUÇÃO ESPACIAL?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13465	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE CONTATO TELAFILME?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13466	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE ARTEFATOS NA IMAGEM?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13467	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE VEDACÃO DA CÂMERA ESCURA?				MAIOR	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13468	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE UNIFORMIDADE DA IMAGEM?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13469	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE DIFERENÇA DE SENSIBILIDADE ENTRE AS PLACAS DE FÓSFORO, PARA RECEPTORES DE IMAGEM DE MESMO TAMANHO (CR)?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13470	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE EXATIDÃO DO INDICADOR DE DOSE DO DETECTOR (CR/DR)?				MAIOR	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13471	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE DISTORÇÃO GEOMÉTRICA (CR/DR, INCLUSIVE DIGITALIZAÇÃO)?				MAIOR	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13472	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE EFETIVIDADE DO CICLO DE APAGAMENTO (CR/DR)?				MAIOR	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13473	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE LUMINÂNCIA DO MONITOR PARA DIAGNÓSTICO OU LAUDO (CR/DR)?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13474	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE LUMINÂNCIA DO NEGATÓSCOPIO PARA DIAGNÓSTICO OU LAUDO?				MAIOR	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13475	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE UNIFORMIDADE DA LUMINÂNCIA DOS MONITORES E NEGATÓSCOPIOS PARA DIAGNÓSTICO OU LAUDO?				MAIOR	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13476	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE ILUMINÂNCIA DA SALA DE LAUDOS ?				MAIOR	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13477	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE INTEGRIDADE DOS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL?				MAIOR	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13478	O SERVIÇO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE QUALIDADE DA IMAGEM?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13479	O SERVIÇO REALIZA QUADRIANUALMENTE O TESTE DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I

13480	O SERVIÇO REALIZA QUADRIANUALMENTE O TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGA DO CABECOTE?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
<b>EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS</b>						
13482	O EQUIPAMENTO POSSUI SINAL SONORO E LUMINOSO LOCALIZADO NO PAINEL DE CONTROLE DO APARELHO ENQUANTO DURAR A EXPOSIÇÃO RADIOGRÁFICA?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 7º
13483	ESTA DISPONÍVEL NO COMANDO, PROTOCOLO DE TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS, ESPECIFICANDO, PARA CADA EXAME REALIZADO NO EQUIPAMENTO, AS SEGUINTE INFORMACOES: tipo de exame e técnica radiográfica; controle automático de exposição, quando aplicáveis; tamanho e tipo de receptor de imagem; distância foco-receptor; tipo e posicionamento da blindagem a ser usada no paciente?				MENOR	IN 90/2021 ANVISA - ART. 8º
13485	O EQUIPAMENTO POSSUI INDICAÇÃO NO PAINEL DOS PARÂMETROS BÁSICOS (TENSÃO (KVP), CORRENTE (mA) E TEMPO (S) OU O PRODUTO CORRENTE X TEMPO (MAS))?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 11, INC. IV
13486	O EQUIPAMENTO POSSUI MESA BUCKY OU BUCKY MURAL COM GRADE ANTIDIFUSORA ?				MAIOR	IN 90/2021 ANVISA - ART. 11, INC. V
13487	O EQUIPAMENTO MOVEL POSSUI CABO DISPARADOR COM MÍNIMO DE 2 (DOIS) METROS?				MAIOR	IN 90/2021 ANVISA - ART. 2, INC. VIII
13526	O SERVIÇO REALIZA SEMESTRALMENTE O TESTE DE EXATIDÃO DO INDICADOR DE CAMPO LUMINOSO ?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13527	O SERVIÇO REALIZA SEMESTRALMENTE O TESTE DE ALINHAMENTO DO EIXO CENTRAL DO FEIXE DE RAIOS X ?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I
13528	O SERVIÇO REALIZA SEMESTRALMENTE O TESTE DE ALINHAMENTO DE GRADE ?				CRÍTICO	IN 90/2021 ANVISA - ART. 12, INC. III, Anexo I



