


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
	ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA O SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MEDICA VISA	PÁGINA: 03	REVISÃO: JULHO 2021	VIGENCIA: 31/12/2022		
	RVF_DVSA_126_VS					
	ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA ATIVIDADES:					
COD_CNAE	DENONINAÇÃO ATIVIDADE					
8610.1/01	Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências					
8610.1/02	Atividades de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências					
8640.2/04	Serviços de tomografia					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS						
13808	O ESTABELECIMENTO CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE PREVENÇÃO AO COVID-19, APLICÁVEIS ÀS SUAS ATIVIDADES?				INFORMATIVO	Art. Indefinido
PROCEDIMENTOS						
13505	O SERVICO POSSUI PROTOCOLO PEDIATRICO?				CRÍTICO	IN 93/21 ARTIGO 2º-INC. VIII - ART 4 INC II
13809	O EQUIPAMENTO POSSUI MODULAÇÃO AUTOMÁTICA DE CORRENTE? (PARA EQUIPAMENTOS COMERCIALIZADOS APÓS 31/05/2021)				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 4, INC. I.
13810	O EQUIPAMENTO POSSUI TECNOLOGIA HELICOIDAL? (PARA EQUIPAMENTOS COMERCIALIZADOS APÓS 31/05/2021)				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 2, INC. IX.
13811	O EQUIPAMENTO POSSUI INDICAÇÃO DE CTDIW OU CTDIVOL E DLP? (PARA EQUIPAMENTOS COMERCIALIZADOS APÓS 31/05/2021)				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 4, INC. III.
13812	O EQUIPAMENTO POSSUI RELATÓRIO DE DOSE EM FORMATO DICOM? (PARA EQUIPAMENTOS COMERCIALIZADOS APÓS 31/05/2021)				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 4, INC. IV.
13813	O EQUIPAMENTO POSSUI DISPOSITIVO QUE PERMITA AO OPERADOR INTERROMPER, A QUALQUER INSTANTE, QUALQUER AQUISIÇÃO DE DURAÇÃO MAIOR QUE 0,5 s (CINCO DÉCIMOS DE SEGUNDO)?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 2, INC. IV.
13814	O EQUIPAMENTO POSSUI INDICAÇÃO VISUAL, NO PAINEL DE CONTROLE, DOS PARÂMETROS DE TÉCNICA, INCLUINDO ESPESSURA DE CORTE, COLIMAÇÃO E INCREMENTO DE VARREDURA, ANTES DO INÍCIO DE UMA SÉRIE?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 2, INC. V.
13815	O EQUIPAMENTO POSSUI MEIOS PARA AJUSTAR OS NÚMEROS DE CT, DE MODO QUE OS DADOS DE CALIBRAÇÃO NO FANTOMA COM ÁGUA OU MATERIAL EQUIVALENTE PRODUZAM NÚMEROS IGUAIS A 0 (ZERO)?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 2, INC. VI.
13506	O SERVICO REALIZA SEMANALMENTE O TESTE DE EXATIDAO DO NUMERO DE CT (NR)?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 1, ANEXO 1.
13507	O SERVICO REALIZA SEMANALMENTE O TESTE DE UNIFORMIDADE DO NÚMERO DE CT?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 1, ANEXO 1.

13508	O SERVICO REALIZA SEMANALMENTE O TESTE DE RUIDO?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 1, ANEXO 1.
13509	O SERVICO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DOSE?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 1, ANEXO 1.
13464	O SERVICO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE RESOLUCAO ESPACIAL?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 1, ANEXO 1.
13510	O SERVICO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE EXATIDAO DA ESPESSURA DO CORTE (NR)?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 1, ANEXO 1.
13816	O SERVICO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE EXATIDAO DO INDICADOR DO DESLOCAMENTO DA MESA)?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 1, ANEXO 1.
13817	O SERVICO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE EXATIDAO DO INDICADOR DO POSICIONAMENTO DA MESA)?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 1, ANEXO 1.
13473	O SERVICO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE LUMINANCIA DO MONITOR PARA DIAGNOSTICO OU LAUDO?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 1, ANEXO 1.
13474	O SERVICO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE LUMINANCIA DO NEGATOSCOPIO PARA DIAGNOSTICO OU LAUDO?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 1, ANEXO 1.
13500	O SERVICO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE ILUMINANCIA DA SALA DE LAUDOS?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 1, ANEXO 1.
13477	O SERVICO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE INTEGRIDADE DOS ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 1, ANEXO 1.
13514	O SERVICO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE COINCIDENCIA ENTRE OS INDICADORES LUMINOSOS DO PLANO EXTERNO E INTERNO E DO PLANO IRRADIADO?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 1, ANEXO 1.
13515	O SERVICO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE UNIFORMIDADE DA LUMINANCIA DOS MONITORES E NEGATOSCOPIOS PARA DIAGNOSTICO?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 1, ANEXO 1.
13516	O SERVICO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE VERIFICACAO DE AUSENCIAV DE ARTEFATOS NA IMAGEM?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 1, ANEXO 1.
13517	O SERVICO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE EXATIDAO DO INDICADOR DE DOSE EM TC (QUANDO APLICAVEL)?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 1, ANEXO 1.
13518	O SERVICO REALIZA ANUALMENTE O TESTE DE COMPENSACAO DO SISTEMA DE MODULACAO DE CORRENTE PARA DIFERENTES ESPESSURAS (QUANDO APLICAVEL)?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 1, ANEXO 1.

13519	O SERVICO REALIZA QUADRIANUALMENTE O TESTE DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICO ?				CRÍTICO	IN 93/2021 ANVISA - ART. 1, ANEXO 1.
-------	---	--	--	--	---------	--------------------------------------

