

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA**

ROTEIRO DE VISTORIA FISCAL PARA CENTRO CIRÚRGICO HOSPITALAR - VISA

PÁGINA:
14REVISÃO:
NOVEMBRO 2022

VIGENCIA: 31/12/2025

ID: 756	RVF_DVSA_112_VS					
COD_CNAE	DENONINAÇÃO ATIVIDADE					
8610-1/02	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
INFRAESTRUTURA						
4371	A UNIDADE É ISOLADA DA CIRCULAÇÃO GERAL?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, PARTE II, 3 -F.4 ITEM 4.6 AMBIENTES DE APOIO C/C RDC 63/11 ART.21
4906	AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ESTABELECIMENTO SE ENCONTRAM LIVRES DE OBJETOS EM DESUSO OU ESTRANHOS AO AMBIENTE, BEM COMO DE ANIMAIS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 69 C/C RDC 63/11 ART.36
1069	POSSUI DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML)?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, PARTE II, 3 - U.F.4 ITEM 4.6 AMBIENTES DE APOIO
3625	POSSUI DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONTENDO, NO MÍNIMO:				MENOR	LM 7031/96 ART97, INC.II RDC 50/02, PTE II,ITEM 3 UNID FUNC. 8 LIMPEZA E ZELADORIA, PTE III ITEM 6 B.PROJETO BASICO B.5 E RDC 063/2011 ART17
	OPÇÕES:					
	* TANQUE OU PIA					
	* LOCAL ADEQUADO(ARMÁRIO/PRATELEIRA) PARA A GUARDA DE MATERIAIS					
	* LIXEIRA COM TAMPA, PEDAL E SACO PLÁSTICO					
	* DISPENSADOR ABASTECIDO COM TOALHA DE MÃO DESCARTÁVEL					
	* DISPENSADOR ABASTECIDO COM SABONETE LÍQUIDO					
1049	POSSUI SALA DE ESPERA PARA ACOMPANHANTES COM SANITÁRIO (ANEXO À UNIDADE OU NÃO)?				MENOR	LM 7031/96 Art. 97 INCISO II C/C RDC 050/2002 PARTE II 3 UNIDADE FUNCIONAL 4 ITEM 4.6 AMBIENTES DE APOIO

1050	POSSUI ÁREA PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS?				MENOR	LM 7031/96 Art. 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 UNIDADE FUNCIONAL 4 , ITEM 4.6 AMBIENTES DE APOIO
1627	EXISTE BARREIRA FÍSICA ENTRE CIRCULAÇÃO EXTERNA E O CENTRO CIRÚRGICO?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art. 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 UNIDADE FUNCIONAL 4, ITEM 4.6 C/C RDC 63/11 ART.21
3674	POSSUI VESTIÁRIO PARA USO DE FUNCIONÁRIOS, CONTENDO:				MAIOR	LM 7031/96 Art. 97 INCISO II -RDC 050/2002, PARTE II - 3 UNIDADE FUNCIONAL 4 ITEM 4.6 E RDC 063/2011 ARTS. 17 E 59
	OPÇÕES:					
	* LOCAL ADEQUADO PARA A GUARDA DE PERTENCES DOS FUNCIONÁRIOS					
	* LAVABO					
	* SABÃO LÍQUIDO					
	* TOALHA DE MÃO DESCARTÁVEL					
	* LIXEIRA IDENTIFICADA COM TAMPA PROVIDA DE ABERTURA SEM CONTATO MANUAL E SACO PLÁSTICO					
	* HAMPER					
1630	POSSUI SALA DE ESTAR/DESCANSO PARA A EQUIPE (MÉDICA E DE ENFERMAGEM)?				MENOR	LM 7031/96, Art. 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 UNIDADE FUNCIONAL 4 , ITEM 4.6 AMBIENTES DE APOIO
1640	POSSUI ARSENAL DE MATERIAL ESTERILIZADO?				MAIOR	LM 7031/96, Art. 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 UNIDADE FUNCIONAL 4 , ITEM 4.6 AMBIENTES DE APOIO
13057	AS CONDIÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO DO SETOR SÃO ADEQUADAS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 50/02 PARTE III , ITEM 7.5 -NBR 7256/2005 C/C RDC 063/2011, ART. 38

10153	AS PAREDES SÃO:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97, II C/C RDC 63/11, ARTS. 36 E 42
	OPÇÕES:					
	* DE ACABAMENTO RESISTENTE					
	* IMPERMEÁVEIS E DE FÁCIL LIMPEZA					
	* EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
	* EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO					
	* LISAS					
	* DE CORES CLARAS					
12523	O PISO É DE MATERIAL:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97, II C/C RDC 63/11, ARTS. 36 E 42
	OPÇÕES:					
	* DE ACABAMENTO RESISTENTE					
	* ANTIDERRAPANTE					
	* DE CORES CLARAS					
	* IMPERMEÁVEIS E FACILMENTE LAVÁVEIS					
	* EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
	* EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO					
	* COM INCLINAÇÃO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DE LAVAGEM, SE FOR O CASO					
	* AUSÊNCIA DE TRINCAS E DESCONTINUIDADES					
* RALOS COM SISTEMA DE FECHAMENTO						
3573	O TETO É DE MATERIAL:				MAIOR	LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C RDC 63/11, ARTS. 36 E 42
	OPÇÕES:					
	* DE ACABAMENTO RESISTENTE					
	* DE COR CLARA					
	* LISO					
	* LAVÁVEL					
	* EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO					
	* EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					

14423	INEXISTEM RALOS NAS ÁREAS ONDE PACIENTES SÃO EXAMINADOS OU TRATADOS?				MAIOR	LM 7031/96 Art. 97 INCISO II - RDC 050/2002 PARTE III 6 CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE CONTROLE DE INFECÇÃO B.5 E RDC 063/2011, ART.63
3084	AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VISÍVEIS ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96, ART 69 -PM 015/01 ART 1 NTE 001/01 ANEXO I ITEM 3.12.6 C/C RDC 63/11 ART.17, 23 INC VII,35, 36 E 42
1644	POSSUI SALA DE UTILIDADES (EXPURGO)?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - ITEM 4.6 AMBIENTES DE APOIO
1068	A SALA DE UTILIDADES (EXPURGO) POSSUI, NO MÍNIMO:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INCISO II - REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA GERÊNCIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 202/2008/GVES, C/C RDC 63/11 ART. 7 ALINEA C, 17, 53 E 57.
	OPÇÕES:					
	* BANCADA DE SERVIÇO COM PIA					
	* PIA PARA DESPEJO PARA DESCARTE DE MATERIAL ORGÂNICO					
	* RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE					
	* LIXEIRA COM TAMPA, PEDAL E SACO PLÁSTICO					
	* TOALHA DE MÃO DESCARTÁVEL					
	* SABÃO LÍQUIDO					
	* TORNEIRA SOB PRESSÃO					
	* UTENSÍLIOS ADEQUADOS(BUCHAS, ESCOVAS, LUPA ILUMINADA)					
	* DETERGENTE NEUTRO OU ENZIMÁTICO					
	* AR COMPRIMIDO					
* AGUA QUENTE CANALIZADA						
1075	POSSUI COPA? (APLICAR ROTEIRO ESPECÍFICO)				MENOR	LM 7031/96, Art. 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 UNIDADE FUNCIONAL 4 , ITEM 4.6 AMBIENTES DE APOIO

1634	POSSUI ÁREA PARA ESCOVAÇÃO DE MÃOS DOS PROFISSIONAIS CONTENDO, NO MÍNIMO:				CRÍTICO	LM 7031/96, Art. 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 UNIDADE FUNCIONAL 4, ITEM 4.6.3 E RDC 063/2011, ART. 17
	OPÇÕES:					
	* LAVABO CIRÚRGICO COM BOJO DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO					
	* TORNEIRA ACIONADA SEM O COMANDO DAS MÃOS					
	* DISPENSADOR ACIONADO SEM O COMANDO DAS MÃOS PARA SOLUÇÃO DEGERMANTE E ANTI-SÉPTICA					
	* ESCOVAS DESCARTÁVEIS PARA DEGERMAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA DEVIDAMENTE REGULARIZADAS JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE					
	* COMPRESSAS ESTÉREIS					
	* LIXEIRA ACIONADA POR PEDAL					
EQUIPAMENTOS / MEDICAMENTOS / PRODUTOS						
1666	POSSUI CILINDRO PORTÁTIL DE OXIGÊNIO?				CRÍTICO	LM7031/96 ART. 97 INC. II C/C RDC 63/11 ARTS. 17 E 58
4256	POSSUI REDE ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.17 E RDC 063/2011, ART. 41
8186	UTILIZA SOMENTE MEDICAMENTOS, SOLUÇÕES, DESINFETANTES E GERMICIDAS:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97. INCISO X C/C RDC 063/2011, ART. 17
	OPÇÕES:					
	* COM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE					
	* DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE					
3566	HÁ GUARDA DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES:				MAIOR	LM 7031/96 Art. 97 INCISO II - C/C RDC 063/2011 ART 17 E 36
	OPÇÕES:					
	* EM LOCAL EXCLUSIVO					
	* EM LOCAL ADEQUADO					
	* ISENTA DE UMIDADE					
	* DE FÁCIL LIMPEZA					
	* DE FÁCIL DESINFECÇÃO					

1098	AS ALMOTOLIAS SÃO:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART.57
	OPÇÕES:					
	* HIGIENIZADAS					
	* IDENTIFICADAS					
	* POSSUEM DATA DE ENVASE					
	* DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE					
	* TAMPADAS					
2041	EXISTEM CAPOTES ESTÉREIS:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97. INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 53 E ART. 46, § 2º
	OPÇÕES:					
	* EM NÚMERO SUFICIENTE					
	* EM BOAS CONDIÇÕES DE USO					
2692	POSSUI EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA REALIZAR OS PROCEDIMENTOS A QUE SE PROPÕE E OS MESMOS ESTÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 32 PARÁGRAFO ÚNICO C/C RDC 63/11 ART. 17
12969	SALA DE CIRURGIA			INFORMATIVO		
3488	POSSUI CAPNÓGRAFO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER À DEMANDA DA UNIDADE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.6 E RESOLUÇÃO CFM 2174/2017, ART. 3º, INCISO III
3517	POSSUI UM MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER À DEMANDA DA UNIDADE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.12 E RDC 63/11 ARTS. 17 E 58 C/C RESOLUÇÃO CFM 2174/2017, ART. 3º, INCISO I ALÍNEA B
5005	POSSUI ÓXIDO NITROSO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RESOLUÇÃO DO CFM 2174/2017, ART.4º, ALÍNEA D C/C RDC 63/11 ART. 17

5006	POSSUI TELETERMÔMETRO? (CIRURGIAS CARDÍACAS)				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.11 E RDC 63/11 ARTS. 17 E 58 C/C RESOLUÇÃO DO CFM 2174/2017, ART.3º, ALINEA C
5007	POSSUI EQUIPAMENTO PARA PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA (PIA) CASO REALIZE CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE CARDÍACA OU NEUROLÓGICA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.10 E RDC 63/11 ARTS. 17 E 58 C/C RESOLUÇÃO DO CFM 2174/2017, ART.4º, ALINEA C
13056	POSSUI EQUIPAMENTO PARA PRESSÃO INTRACRANIANA (PIC) CASO REALIZE CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE NEUROLÓGICA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.10 C/C RDC 63/11 ART. 1, ARTS. 17, 53 E 58
1648	A SALA CIRÚRGICA POSSUI DIMENSIONAMENTO ADEQUADO: MÍNIMO DE 20 M2 PARA CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (OTORRINOLARINGOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA), 25 M2 PARA CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (GERAL) E 36M2 PARA CIRURGIAS DE GRANDE PORTE (CARDIOLOGIA, NEUROLOGIA)				CRÍTICO	LM 7031/96, Art. 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 UNIDADE FUNCIONAL 4 -, ITEM 4.6 SUBITEM 4.6.4; 4.6.5; 4.6.8
2035	AS SALAS SÃO CLIMATIZADAS CONFORME DETERMINA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 50/02 PARTE III , ITEM 7.5 -NBR 7256/2005 C/C RDC 063/2011, ART. 38
1653	CADA SALA É DOTADA DE UMA ÚNICA MESA CIRÚRGICA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 50/02 ART 1º UF 4 ITEM 4.6 SUBITEM 4.6.4; 4.6.5; 4.6.8
1649	POSSUI PORTA COM VISOR?				MENOR	LM 7031/96 ART 97 INC II - RDC 63/11 ART 17
1652	AS SALAS CIRÚRGICAS POSSUEM FONTES FIXAS:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.3 E RDC 63/11 ARTS. 17 E 53 C/C RESOLUÇÃO DO CFM 2174/2017, ART.3º, INC IV ANEXO VI
	OPÇÕES:					
	* DE OXIGÊNIO					
	* DE AR COMPRIMIDO					
	* DE VÁCUO					

1656	POSSUI FOCO CIRÚRGICO DE TETO? (EXCETO EM SALAS EXCLUSIVAS PARA CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS E DE OTORRINO)				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ARTS. 17 E 53
13055	POSSUI CARRO DE ANESTESIA COM MATERIAL COMPLETO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1.º ANEXO I ITEM 3.9.4.1 E RDC 63/11 ARTS. 17, 53 E 58 C/C RESOLUÇÃO DO CFM 2174/2017, ART.3º, INC IV ANEXO VI E VIII
1654	POSSUI MESA PARA INSTRUMENTAL E MESAS AUXILIARES MÓVEIS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART. 17
2236	POSSUI SUPORTE DE SORO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART. 17
1658	POSSUI SUPORTE COM HAMPER?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART. 17
1662	POSSUI APARELHO DE VENTILAÇÃO CICLADO A VOLUME E PRESSÃO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITENS 3.9.4.18; 3.9.4.19 E RDC 63/11 ARTS. 17, 53 E 58 C/C RESOLUÇÃO DO CFM 2174/2017, ART.3º, INC VI
1663	POSSUI MONITOR CARDÍACO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.8 E RDC 63/11 ARTS. 17, 53 E 58 C/C RESOLUÇÃO DO CFM 2174/2017, ART.3º, INC VI
1664	POSSUI OXÍMETRO DE PULSO COM ALARME?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.8 E RDC 63/11 ARTS. 17, 53 E 58 C/C RESOLUÇÃO DO CFM 2174/2017, ART.3º, INC VI

1573	POSSUI BISTURI ELÉTRICO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART. 17
1659	BALDE PARA DESCARTE DE RESÍDUOS CIRÚRGICOS?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART. 17
1665	POSSUI RELÓGIO DE PAREDE?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART. 17
1263	ASPIRADOR CONTÍNUO ELÉTRICO PORTÁTIL?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ARTS. 17, 53 E 58 C/C RESOLUÇÃO DO CFM 2174/2017, ART.3º, INC VI
1206	POSSUI NEGATOSCÓPIO?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART. 17
11769	SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA				INFORMATIVO	
14424	A RPA POSSUI PARA RESERVA, DISPONÍVEIS NA UNIDADE: OPÇÕES: * CILINDRO DE OXIGÊNIO				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/2011 ARTS. 53 e 58
1668	POSSUI SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA - RPA ATENDENDO À LEGISLAÇÃO VIGENTE? OPÇÕES: * COM UMA OU MAIS MACAS * DISTÂNCIA ENTRE AS MACAS DE 0,8M E DAS PAREDES DE 0,6M				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 50 50/02 U.F.4 ITEM 4.6 SUBITEM 4.6.7
1669	A RPA POSSUI NÚMERO DE LEITOS IGUAL AO NÚMERO DE SALAS MAIS UM?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 50/02 U.F.4 ITEM 4.6 SUBITEM 4.6.7
1670	É RESPEITADO O DISTANCIAMENTO MÍNIMO DE 0,80 M ENTRE OS LEITOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 50/02 U.F.4 ITEM 4.6 SUBITEM 4.6.7
1671	A RPA É DOTADA A CADA LEITO DE: OPÇÕES: * PONTO DE ÁGUA FRIA PARA A UNIDADE * SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA (GERADOR) DE ENERGIA PARA A UNIDADE * PONTO DE OXIGÊNIO * PONTO DE VÁCUO * PONTO DE AR COMPRIMIDO				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 50/02 U.F.4 ITEM 4.6 SUBITEM 4.6.7 C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4. E RDC 063/2011, ARTS. 53 E 58

1672	A RPA POSSUI:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II - PM 015/01 ART 1º ANEXO I ITENS 3.9.4.5, 3.9.4.16, 3.9.4.1, 3.9.4.8 -RDC 063/2011 ARTS 53 E 58
	OPÇÕES:					
	* FLUXÔMETRO					
	* MACA DE TRANSPORTE COM CILINDRO DE OXIGÊNIO					
	* MESA/BANCADA PARA INSTRUMENTAL					
	* ASPIRADOR PORTÁTIL					
	* CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL COM SUPORTE PARA TRANSPORTE					
	* FOCO AUXILIAR					
	* HAMPER					
	* UMIDIFICADOR					
* MONITOR CARDÍACO						
1673	A RPA POSSUI:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II - PM 015/01 ART 1º ANEXO I ITENS 3.9.4.9, 3.9.4.7, 3.9.4.4 - RDC 63/2011 ART.53 E 58
	OPÇÕES:					
	* MACA COM GRADE E RODA					
	* TERMÔMETRO					
	* ESTETOSCÓPIO					
	* ESFIGMOMANOMETRO					
	* SUPORTE PARA SORO					
	* LIXEIRA COM TAMPA, PEDAL E SACO PLÁSTICO					
	* MATERIAL COMPLETO PARA INTUBAÇÃO DE VÁRIOS TAMANHOS, ACONDICIONADA ADEQUADAMENTE E COM DATA DE VALIDADE					
	* OXÍMETRO DE PULSO					

4561	POSSUI UM POSTO/BANCADA/MESA DE ENFERMAGEM COM VISUALIZAÇÃO ADEQUADA DE TODA A SALA PARA CADA 12 LEITOS DE RPA?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 50/02 U.F.4 ITEM 4.6 SUBITEM 4.6.6
4893	O POSTO DE ENFERMAGEM POSSUI:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 50/02 U.F.4 ITEM 4.6 SUBITEM 4.6.6 E RDC 63/11 ART. 59
	OPÇÕES:					
	* LAVATÓRIO					
	* TORNEIRA ACIONADA SEM O COMANDO DAS MÃOS					
	* DISPENSADOR DE SABÃO LÍQUIDO					
	* SUPORTE PARA PAPEL TOALHA					
	* RECIPIENTE RÍGIDO PARA PÉRFURO-CORTANTES					
	* BANCADA LAVÁVEL PARA PREPARO DE MEDICAMENTOS					
	* ÁREA PARA PRESCRIÇÃO					
	* LIXEIRA COM TAMPA A PEDAL E SACO PLÁSTICO					
4496	POSSUI CARRO RESSUSCITADOR COM:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11, ART. 58 E ART. 7º, INCISO II, ALÍNEA C, C/C RES.CFM 2174/2017 ART. 3º INCISO IV ANEXO VIII,IX e VI ITEM 2
	OPÇÕES:					
	* MEDICAMENTOS					
	* DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR					
	* AMBU COM MÁSCARA					
	* LARINGOSCÓPIO COMPLETO					
	* TUBOS ENDOTRAQUEAIS COM CUFF					
	* CÂNULAS DE GUEDEL					
	* CONECTORES					
	* FIO GUIA ESTÉRIL					
	* TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA					
	* TODOS ESSES MATERIAIS DEVERÃO ESTAR ADAPTADOS PARA USO NEONATAL					
	* TODOS ESSES MATERIAIS DEVERÃO ESTAR ADAPTADOS PARA USO MATERNO					
	* TODOS ESSES MATERIAIS ESTÃO PRONTOS PARA USO					

RECURSOS HUMANOS						
1910	DISPÕE DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRÚRGICO:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.20 C/C RDC 63/11 ART.30
	OPÇÕES:					
	* MÉDICOS CIRURGIÕES					
	* ANESTESISTAS					
	* ENFERMEIROS					
	* TÉCNICOS DE ENFERMAGEM					
3682	POSSUI UM MÉDICO ANESTESISTA EXCLUSIVO POR SALA DURANTE CADA ATO CIRÚRGICO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RE CFM 2174/17 ART 1º INC IV C/C RDC 63/11 ART.30
1770	POSSUI ESCALA DE FUNCIONÁRIOS EM LOCAL VISÍVEL?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/2011, ART. 30
1727	OS FUNCIONÁRIOS FAZEM USO DE VESTUÁRIO ADEQUADO:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 63/11 ART. 46, E ART. 47
	OPÇÕES:					
	* JALECO OU AVENTAL DE COR CLARA					
	* PROTEÇÃO PARA OS CABELOS					
	* CALÇADO FECHADO					
	* EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
	* EM BOM ESTADO DE LIMPEZA					
	* FORNECIDO EM NÚMERO SUFICIENTE					
DOCUMENTAÇÃO						
1167	POSSUI MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DE TODOS OS SEUS PROCESSOS DE TRABALHO:				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 51
	OPÇÕES:					
	* ASSINADO PELO RT					
	* ATUALIZADO					
	* EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO A TODA EQUIPE					
	* EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO					
	* EM CONFORMIDADE COM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS					

3843	EXISTE UM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DE FORMA PERMANENTE, EM CONFORMIDADE COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 32 E 32, § Único
11509	POSSUI REGISTROS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 31 E 31,§ Único
8977	POSSUI PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REGISTRO DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 23, INCISO IX
11704	POSSUI PRONTUÁRIO COM REGISTROS RELATIVOS A IDENTIFICAÇÃO E A TODOS OS PROCEDIMENTOS PRESTADOS AO PACIENTE?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 26
3021	OS PRONTUÁRIOS ESTÃO PREENCHIDOS COM AS SEGUINTE INFORMações:				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 Arts. 26 E PM 015/01, ART. 1, NTE 001/01, ANEXO I, ITEM 3.21.2
	OPÇÕES:					
	* HISTÓRIA CLÍNICA					
	* DIAGNÓSTICO					
	* EVOLUÇÃO DIÁRIA					
	* SOLICITAÇÕES E ANOTAÇÕES DIVERSAS					
2067	POSSUI OS DOCUMENTOS DE REGISTROS CIRÚRGICOS:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/11 ART.26
	OPÇÕES:					
	* FOLHAS DE SALA					
	* FICHAS DE ANESTESIA					
	* DEVIDAMENTE PREENCHIDAS					
	* ASSINADAS					
	* CARIMBADAS					
	* DATADAS					
* IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELAS INFORMações						

8506	POSSUI LAUDO TÉCNICO QUE DEMONSTRE QUE O SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA (GERADOR):				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1º ANEXO I ITEM 3.9.4.17 E RDC 063/2011, ART. 41
	OPÇÕES:					
	* É ASSINADO POR PROFISSIONAL HABILITADO					
	* É ACOMPANHADO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)					
	* ATENDE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA AO SERVIÇO (NBR 13534 E RDC 50)					
11699	PGRSS			INFORMATIVO		
1681	POSSUI RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORANTES?				MENOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.86
11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?				MAIOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.11
35	AS LIXEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO?				MENOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.17
	OPÇÕES:					
	* CONSTITUÍDAS DE MATERIAL LAVÁVEL					
	* PROVIDAS DE SACO PLÁSTICO NA COR ADEQUADA					
	* PROVIDAS DE TAMPAS ACIONADAS SEM CONTATO MANUAL					
	* DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM DESCRIÇÃO E SIMBOLOGIA					
	* EM QUANTIDADE SUFICIENTE					
* ÍNTEGRAS						