


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
	ROTEIRO DE VISTORIA FISCAL PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO COMPLETO- TIPO 1 E 2 - VISA	PÁGINA: 17	REVISÃO: NOVEMBRO 2022	VIGENCIA: 31/12/2025		
	ID: 748	RVF_DVSA_106_VS				
COD_CNAE	DENONINAÇÃO ATIVIDADE					
8610-1/02	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
8610-1/01	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
8630-5/01	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS					
8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
INFRAESTRUTURA						
12802	NA DESINFECÇÃO QUÍMICA					
6839	POSSUI PONTO DE ÁGUA FRIA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 50/02 UNIDADE FUNCIONAL 5 ITENS 5.3.5;5.3.6 ART.1º GLOSSÁRIO
8848	A ÁGUA UTILIZADA NO ENXAGUE DOS PRODUTOS ATENDE AOS PADRÕES DE POTABILIDADE DEFINIDOS EM NORMA ESPECÍFICA?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C PF 2914/11, ARTS. 27, 34, 37 E 39, C/C RDC63/11 ART 57
12803	NA EMBALAGEM					
1876	POSSUI BANCADA/MESA PREFERENCIALMENTE DE COR CLARA PARA REALIZAR A INSPEÇÃO DOS INSTRUMENTAIS ANTES DA EMBALAGEM?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 15/12 ART 49 §1º
12801	NA LIMPEZA					
1863	POSSUI BANCADA COM TANQUE/PIA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC15/12 ART49§ 1º
1864	POSSUI PIA DE DESPEJO PARA DESCARTE DE MATERIAL ORGÂNICO:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE III, ITEM 6.2, B.6
	OPÇÕES:					
	* COM TAMPA					
	* PROVIDO DE VÁLVULA PARA DESCARTE					

8854	A ÁGUA UTILIZADA NO PROCESSO DE GERAÇÃO DE VAPOR DAS AUTOCLAVES ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 95
2637	POSSUI JATO DE ÁGUA PRESSURIZADA COM BICOS ADAPTÁVEIS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/Crepublicação DA NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES, ITEM 5.4 E C/C RDC15/12 ART69
6043	POSSUI ÁGUA QUENTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97, II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE II, 3 - TABELAS, 5- APOIO TÉCNICO, 5.3- CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO
12815	NA PREPARAÇÃO/MANIPULAÇÃO					
6831	POSSUI ÁREA DE RECEPÇÃO DE ROUPA LIMPA COM 4 M2?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 50/02 UNIDADE FUNCIONAL 5
6832	POSSUI SETOR DE PREPARO DE MATERIAIS E ROUPA LIMPA COM 0,25 M2 POR LEITO COM ÁREA MÍNIMA DE 12 M2?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 50/02 UNIDADE FUNCIONAL 5
12085	ÁREA FÍSICA GERAL					
3571	O PISO É DE MATERIAL:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE 3, ITEM 6.2, C.1
	OPÇÕES:					
	* DE ACABAMENTO RESISTENTE					
	* RALOS COM SISTEMA DE FECHAMENTO					
	* DE CORES CLARAS					
	* EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
	* EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO					
	* COM INCLINAÇÃO PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DE LAVAGEM, SE FOR O CASO					
* AUSÊNCIA DE TRINCAS E DESCONTINUIDADES						
3573	O TETO É DE MATERIAL:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE 3, ITEM 6.2, C.1
	OPÇÕES:					
	* DE ACABAMENTO RESISTENTE					
	* DE COR CLARA					
	* LISO					
	* LAVÁVEL					
	* EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO					
	* EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					

10153	AS PAREDES SÃO:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 50/02, ART. 1, RT, PARTE 3, ITEM 6.2, C.1
	OPÇÕES:					
	* DE ACABAMENTO RESISTENTE					
	* IMPERMEÁVEIS E DE FÁCIL LIMPEZA					
	* EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
	* EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO					
	* LISAS					
* DE CORES CLARAS						
6801	AS BANCADAS SÃO DE MATERIAL NÃO POROSO, QUE RESISTE À LIMPEZA ÚMIDA FREQUENTE E À APLICAÇÃO DE SANEANTES?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC63/11 ART17
8838	NO CME TIPO II EXISTE UMA ÁREA EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO DE PRODUTOS CONSIGNADOS CONSTITUÍDA DE BANCADA COM DIMENSÕES QUE PERMITAM A CONFERENCIA DOS MATERIAIS DE FORMA A GARANTIR A SEGURANÇA DO PROCESSO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 50
1849	AS ABERTURAS ESTÃO CONFIGURADAS DE MODO A EVITAR A ENTRADA DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC50/02 PARTE 3 ITEM B5 E C8
12807	O PROCESSAMENTO DE PRODUTOS SEGUE UM FLUXO DIRECIONADO SEMPRE DA ÁREA SUJA PARA A ÁREA LIMPA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC15/12 ART15
12808	O CME CLASSE I DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, BARREIRA TÉCNICA ENTRE O SETOR SUJO E OS SETORES LIMPOS.				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC15/12 ART46
12810	O CME CLASSE I DEVE POSSUIR, MINIMAMENTE, OS SEGUINTE AMBIENTES:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC15/12 ART44
	OPÇÕES:					
	* I - ÁREA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA (SETOR SUJO);					
	*II - ÁREA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO (SETOR LIMPO);					
	*III - SALA DE DESINFECÇÃO QUÍMICA, QUANDO APLICÁVEL (SETOR LIMPO);					
	*IV - ÁREA DE MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO (SETOR LIMPO);					
* V - ÁREA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS (SETOR LIMPO)						

12809	O CME CLASSE II E A EMPRESA PROCESSADORA DEVE POSSUIR, MINIMAMENTE, OS SEGUINTE AMBIENTES:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC15/12 ART47
	OPÇÕES:					
	* I - SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA (SETOR SUJO);					
	* II - SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO (SETOR LIMPO);					
	*III - SALA DE DESINFECÇÃO QUÍMICA, QUANDO APLICÁVEL (SETOR LIMPO);					
	* IV - ÁREA DE MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO (SETOR LIMPO);					
	* IV - ÁREA DE MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO (SETOR LIMPO);					
8911	OS DIVERSOS AMBIENTES POSSUEM:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC.II, C/C RDC 63/11 ARTS 35,36 E 38
	OPÇÕES:					
	* BOAS CONDIÇÕES DE VENTILAÇÃO					
	* BOAS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO					
	* AUSÊNCIA DE FIAÇÃO EXPOSTA					
	* ENCANAMENTOS COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTOS					
	* BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA					
6880	O ARMAZENAMENTO OCORRE EM LOCAL:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC.II, C/C RDC 15/12 ARTS.60 E 101
	OPÇÕES:					
	* EXCLUSIVO					
	* DE ACESSO RESTRITO					
	* QUE NÃO É DE CIRCULAÇÃO					
	* LIMPO E SECO					
	* SOB PROTEÇÃO DA LUZ SOLAR DIRETA					
6878	A SALA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E ROUPAS ESTERILIZADAS POSSUI:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC.II,C/C RDC 50/02 UF 5 APOIO TÉCNICO
	OPÇÕES:					
	* 0,2 M2 POR LEITO COM O MÍNIMO 10 M2					
	* AR CONDICIONADO					
EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS						

8844	<p>O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇÃO DO CME CLASSE II E DA EMPRESA PROCESSADORA ATENDE AOS SEGUINTE ITENS:</p> <p>OPÇÕES:</p> <p>* I - MANTER TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 20 E 24º C;</p> <p>* II - GARANTIR VAZÃO MÍNIMA DE AR TOTAL DE 18,00 M3/H/M2;</p> <p>* III - MANTER UM DIFERENCIAL DE PRESSÃO POSITIVO (INSUFLAMENTO)ENTRE OS AMBIENTES ADJACENTES, COM PRESSÃO DIFERENCIAL MÍNIMA DE 2,5 PA.</p>				MAIOR	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 98 C/C ART 54 INCISOS I,II E III C/C NBR7256 2005
12804	<p>O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SALA DE DESINFECÇÃO QUÍMICA ATENDE ALÉM DO DISPOSTO NAS NORMATIZAÇÕES PERTINENTES, AOS SEGUINTE ITENS:</p> <p>OPÇÕES:</p> <p>*I - GARANTIR VAZÃO MÍNIMA DE AR TOTAL DE 18,00 M3/H/M2;</p> <p>*II - MANTER UM DIFERENCIAL DE PRESSÃO NEGATIVO ENTRE OS AMBIENTES ADJACENTES, COM PRESSÃO DIFERENCIAL MÍNIMA DE 2,5 PA;</p> <p>*III - PROVER EXAUSTÃO FORÇADA DE TODO AR DA SALA COM DESCARGA PARA O EXTERIOR DA EDIFICAÇÃO</p>				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c PF 2616/98, ART. 1, ANEXO V, ITEM 2, C/C RDC 15/12 ART 56 ITENS I,II,II E § ÚNICO
12805	<p>O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA ÁREA DE LIMPEZA DO CME CLASSE II E DA EMPRESA PROCESSADORA DEVE ATENDER ALÉM DO DISPOSTO NAS NORMATIZAÇÕES PERTINENTES, AOS SEGUINTE ITENS:</p> <p>OPÇÕES:</p> <p>*I - GARANTIR VAZÃO MÍNIMA DE AR TOTAL DE 18,00 M3/H/M2;</p> <p>*II - MANTER UM DIFERENCIAL DE PRESSÃO NEGATIVO ENTRE OS AMBIENTES ADJACENTES, COM PRESSÃO DIFERENCIAL MÍNIMA DE 2,5 PA;</p> <p>*III - PROVER EXAUSTÃO FORÇADA DE TODO AR DA SALA COM DESCARGA PARA O EXTERIOR DA EDIFICAÇÃO</p>				MAIOR	LM 7031/96 ART 32 C/C RC 15/12 ART. 52 INCISOS I,II,III,IV,§ ÚNICO (NBR 7256 2005)

6041	POSSUI UTENSÍLIOS AUXILIARES ADEQUADOS PARA A LIMPEZA:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES, ITENS 5.4 E, 11 C/C RDC63/11 ART 17
	OPÇÕES:					
	* ESCOVAS MACIAS					
	* ESPONJAS MACIAS					
	* EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE					
	* ESCOVAS DE TAMANHOS VARIADOS (LUMENS, CREMALHEIRAS E ARTICULAÇÕES)					
12827	O DESINFETANTE PARA ARTIGO SEMICRÍTICO ESTÁ SENDO UTILIZADO DE ACORDO COM O PRECONIZADO PELO FABRICANTE DEFINIDOS NO REGISTRO DO PRODUTO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 90 §1º
6045	UTILIZA O DETERGENTE ENZIMATICO DE ACORDO COM O PRECONIZADO PELO FABRICANTE EM RELAÇÃO A:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES, ITEM 5.4 d
	OPÇÕES:					
	* A DILUIÇÃO					
	* O TEMPO DE AÇÃO					
	* TROCA DA SOLUÇÃO					
PROCEDIMENTOS						
7305	A PREPARAÇÃO ALCOÓLICA PARA FRICÇÃO ANTisséptica DAS MÃOS ESTÁ EM LUGAR VISÍVEL E DE FÁCIL ACESSO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 42/10 art. 6.INC.II
12811	AREA DE DESINFECÇÃO QUÍMICA					
1875	A DESINFECÇÃO QUÍMICA É REALIZADA DA FORMA DESCRITA:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C PF 2616/98, ART. 1, ANEXO V, ITEM 2 C/C RDC63/11 ART 57
	OPÇÕES:					
	* OS INSTRUMENTAIS SÃO LIMPOS					
	* OS INSTRUMENTAIS SÃO SECOS					
	* OS INSTRUMENTAIS SÃO MANTIDOS COMPLETAMENTE SUBMERSOS NA SOLUÇÃO					
	* O TEMPO DE EXPOSIÇÃO É RESPEITADO					
6048	REALIZA ADEQUADAMENTE O ENXAGUE DOS ARTIGOS?				CRÍTICO	ILM 7031/96 ART 32 C/C PF 2616/98, ART. 1º, ANEXO V, ITEM 2, C/C RDC63/11 ART 57

12828	AS SOLUÇÕES UTILIZADAS PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS ESTÃO:				CRITICO	LM 7031/96, ART. 34 C/C PF 2616/98 ART. 1, ANEXO V, ITEM 2 , C/C RDC63/11 ART 57
	OPÇÕES:					
	* V - ÁREA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS (SETOR LIMPO)					
	* IDENTIFICADAS COM O NOME DO PRODUTO					
	* RÓTULO COM DATA PREPARO					
6050	REALIZA DILUIÇÃO CONFORME INSTRUÇÃO DO FABRICANTE?				CRITICO	LM 7031/96 ART 32 C/C PF 2616/98, ART. 1, ANEXO V, ITEM 2, C/C RDC63/11 ART 57
12829	OS MATERIAIS DESINFETADOS SÃO EMBALADOS DE MANEIRA SEGURA EVITANDO SUA RECONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM OU RECIPIENTE FECHADO E INDIVIDUALIZADO)?				CRITICO	LM 7031/96 ART 32 C/C PF 2616/98, ART. 1, ANEXO V, ITEM 2 C/C PM 024/99, ART.1, NTE 002/99, ANEXO VIII, RVF 008 - CME ITEM 02 C/C RDC 15/12 ART 88
12830	AS SOLUÇÕES ATIVADAS SÃO SUBMETIDAS A UM PROCESSO DE MONITORIZAÇÃO DOS PARÂMETROS INDICADORES DE EFETIVIDADE COM REGISTRO (CONCENTRAÇÃO, OUTROS) 1 VEZ AO DIA, ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E SUBSEQUENTES (TURNOS)?				CRITICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 90 §2º
12831	POSSUI SISTEMA DE EXAUSTÃO QUE GARANTA NÍVEIS MÍNIMOS DE CONCENTRAÇÃO DOS PRODUTOS QUÍMICOS (GLUTARALDEIDO OU OUTRO) ABAIXO DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS NAS NORMAS.? APRESENTAR LAUDO TÉCNICO COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART?				MAIOR	LM 7031/96 art 38 §U e 77 C/C PMTE 485/05 art1º, NR 32 item 32.3.7.1.3 b,c
6049	POSSUEM OS EPIS ABAIXO:				CRITICO	PM 485/05, ART. 1, ANEXO I -NR-32, ITEM 32.2.4.7 C/C LM 7031/96, ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO C/C RDC 63/2011 ART. 46 e 47 , C/C RDC 15/12 ART 31
	OPÇÕES:					
	* GORRO					
	* ÓCULOS COM PROTETORES LATERAIS					
	* ESCUDO/PROTETOR FACIAL					
	* MÁSCARA DESCARTÁVEL					
	* MÁSCARAS PARA VAPORES ORGÂNICOS					
	* LUVAS DE CANO LONGO (DE BORRACHA, BUTÍLICAS OU NITRÍLICAS)					
	* BOTA OU CALÇADOS FECHADOS IMPERMEÁVEIS E ANITIDERRAPANTES					
* AVENTAL COMPATÍVEL COM O RISCO						

12812	ÁREA DE EMBALAGEM					
12832	TODAS AS EMBALAGENS DOS PRODUTOS PARA SAÚDE SUBMETIDOS À ESTERILIZAÇÃO SÃO IDENTIFICADOS POR MEIO DE RÓTULOS OU ETIQUETAS:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 83,85 e 85
	OPÇÕES:					
	* NOME DO PRODUTO					
	*LOTE					
	*DATA DA ESTERILIZAÇÃO					
	*DATA DA VALIDADE					
	*NOME DO RESPONSÁVEL PELO PREPARO					
	*LEGÍVEIS					
8858	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DO USO DE EMBALAGENS DE PAPEL KRAFT, PAPEL TOALHA, PAPEL MANILHA, PAPEL JORNAL E LÂMINAS DE ALUMÍNIO, ASSIM COMO AS EMBALAGENS TIPO ENVELOPE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE NÃO DESTINADAS AO USO EM EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO E O USO DE CAIXAS METÁLICAS SEM FUROS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 79 E 81
8859	AS EMBALAGENS UTILIZADAS PARA A ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE ESTÃO REGULARIZADAS JUNTO À ANVISA, PARA USO ESPECIFICO EM ESTERILIZAÇÃO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 78
8860	POSSUI PLANO CONTENDO CRITÉRIOS DE AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO ARSENAL DE EMBALAGENS DE TECIDO DE ALGODÃO COM REGISTROS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 82
8861	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE UTILIZAR EMBALAGENS DE TECIDO DE ALGODÃO REPARADAS COM REMENDOS OU CERZIDAS? (SEMPRE QUE FOR EVIDENCIADA A PRESENÇA DE PERFURAÇÕES, RASGOS, DESGASTE DO TECIDO OU COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO DE BARREIRA, A EMBALAGEM DEVE TER SUA UTILIZAÇÃO SUSPensa				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 82 PARAG. ÚNICO
1883	OS PACOTES SÃO IDENTIFICADOS COM FITAS TERMOSENSÍVEIS?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES ITEM 1
4097	REALIZA O FECHAMENTO DOS PACOTES DE GRAU CIRÚRGICO POR TERMOSELAGEM?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C rdc15/12 art 80

12813	ÁREA DE ESTERILIZAÇÃO					
6589	TODOS OS ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES SÃO ESTERILIZADOS NA CME?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES ITEM 7
6066	TODO INSTRUMENTAL QUE NÃO PERTENÇA AO SERVIÇO É PREVIAMENTE REPROCESSADO PELA CME DO MESMO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 08/09, ART. 6
6065	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE REALIZAR ATIVIDADES COMERCIAIS DE PROCESSAMENTO PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 156/06, ART. 13
6064	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAR PRODUTOS REPROCESSADOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 156/06, ART 11
6063	TODOS OS ARTIGOS CRÍTICOS (PROCEDIMENTOS INVASIVOS C/ PENETRAÇÃO DE PELE E MUCOSAS ADJACENTES, TECIDOS SUBEPITELIAIS E SISTEMA VASCULAR) SÃO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO?				CRÍTICO	NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES ITEM 1 C/C LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 15/12 ART 11
6062	SÃO REALIZADOS SOMENTE PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO AUTORIZADOS PELA LEGISLAÇÃO (VEDADA A UTILIZAÇÃO DO FORMOL EM PASTILHAS E QUÍMICA LÍQUIDA)?				CRÍTICO	NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES ITEM 1 C/C LM 7031/96, ART. 9, I
6061	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE REPROCESSAR?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 156/06 ART 8 INC I E II c/c NOTIFICAÇÃO Nº 202/08 ITEM 2
8853	RESPEITA A PROIBIÇÃO DE UTILIZAR ESTUFAS PARA ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 92
8855	REALIZA O MONITORAMENTO DE CADA CARGA COM PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADORES QUÍMICOS (CLASSE 5 OU 6)?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 96
8856	SÃO UTILIZADOS INDICADORES BIOLÓGICOS NAS CARGAS DE MATERIAIS IMPLANTÁVEIS SENDO A CARGA LIBERADA SOMENTE APÓS A LEITURA NEGATIVA DO INDICADOR?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 98 C/C ART 98 PARAG. ÚNICO
12833	SE A AUTOCLAVE É GRAVITACIONAL RESPEITA A CAPACIDADE MÁXIMA DE 100 LITROS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 32 C/C RDC 15/12 ART. 91

6876	É REALIZADO O REGISTRO A CADA LOTE DE ESTERILIZAÇÃO COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c REPUBLICAÇÃO NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES ITEM 1 C/C RDC 15/12 ART. 25
	OPÇÕES:					
	* NÚMERO DO LOTE E NOME DO TÉCNICO					
	* CONTEÚDO GERAL DA CARGA					
	* TEMPO DE EXPOSIÇÃO					
	* TEMPERATURA DE EXPOSIÇÃO					
	* RESULTADO DO INDICADOR QUÍMICO					
	* RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO					
	*PROBLEMAS DURANTE O PROCESSO					
	* OBSERVAÇÕES					
9146	REALIZA ESTERILIZAÇÃO DO INSTRUMENTAL DE NEUROCIRURGIA (PARA PRIONS):				MAIOR	LM 7031/96 ART 9º E ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 57 C/C SHEA GUIDELINE 2010 VOL.31 Nº2
	OPÇÕES:					
	* AUTOCLAVE GRAVITACIONAL A 132°C POR 1 HORA					
	* AUTOCLAVE A VÁCUO A 134°C POR 18MIN					
6057	UTILIZA O CICLO FLASH SOMENTE EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA OU NÃO PLANEJADAS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC63/11 ART 94 c/c REPUBLICAÇÃO DA REPUBLICAÇÃO NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES, ITEM 3
6058	EM CADA CICLO FLASH É REALIZADO UM IB E UM IQ INTEGRADOR ESPECÍFICO PARA ESTE TIPO DE CICLO?				CRITICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC63/11 ART 94 c/c REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES ITEM 3.2

6059	CADA CICLO FLASH POSSUI UM REGISTRO COMPLETO CONTENDO OS SEGUINTE DADOS: OBS: SOMENTE EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU NÃO PLANEJADAS					MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC63/11 ART 94 c/c REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES ITEM 3.3
	OPÇÕES:						
	* DATA DO REPROCESSAMENTO						
	* ITEM ESTERILIZADO						
	* NOME DO PROFISSIONAL QUE REALIZOU A LIMPEZA						
	* PARÂMETROS DE EXPOSIÇÃO (TEMPO E TEMPERATURA)						
	* NOME DO PACIENTE						
	* NÚMERO DO CICLO						
	* MOTIVO DA UTILIZAÇÃO						
* RESULTADO DOS INDICADORES							
12814	ÁREA DE PREPARAÇÃO / MANIPULAÇÃO						
6836	REALIZA INSPEÇÃO DE TODOS OS GRUPOS DE ARTIGOS (CIRÚRGICOS, TERMOSENSÍVEIS, VIDEOCIRURGIA, ETC) PARA AVALIAR A LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E INTEGRIDADE?					CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES, ITEM 5.4 I C/C RDC 15/12 ART 76 C/C RDC 63/11 ART.57
6838	POSSUI OS SEGUINTE EPIS ABAIXO:					CRÍTICO	LM 7031/96,ART.38,§ ÚN. C/C PM 485/05,ART.1, ANEXO I-NR-32,ITEM 32.2.4.7 C/C RDC 63/11,ART.47
	OPÇÕES:						
	* GORRO						
	* ÓCULOS COM PROTETORES LATERAIS						
	* ESCUDO/PROTETOR FACIAL						
	* MÁSCARA DESCARTÁVEL						
	* LUVAS DE PROCEDIMENTOS						
	* PROTETOR AURICULAR						
	* LUVAS DE PROTEÇÃO TÉRMICA IMPERMEÁVEL PARA DESCARGA DE SECADORAS E TERMODESINFETADORAS.						
12816	NA RECEPÇÃO E LAVAGEM DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS						

6830	<p>REALIZA A LIMPEZA DOS ARTIGOS CONFORME A LEGISLAÇÃO:</p> <p>OPÇÕES:</p> <p>* RETIRADA DA SUJIDADE VISÍVEL EM ÁGUA CORRENTE</p> <p>* DESMONTA ANTES DA IMERSÃO NO ENZIMÁTICO</p> <p>* IMERGE E PREENCHE LUMENS COM ENZIMÁTICO</p> <p>* UTILIZA ÁGUA SOB PRESSÃO NOS ARTIGOS CANULADOS</p> <p>* FRICCIONA COM ESPONJA NO MÍNIMO 5X NO SENTIDO PROXIMAL PARA DISTAL</p> <p>* ESCOVA LUMENS COM ESCOVA NO MÍNIMO 5X NO SENTIDO PROXIMAL PARA DISTAL</p>				CRÍTICO	LM 7031/96 ART32- REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA GCSVS Nº202/2008/GVES ITEM 5.4 LETRAS:A,B,D,E-C/C INFORME TÉCNICO N: 01/09
8845	NO CME CLASSE II E NA EMPRESA PROCESSADORA, A LIMPEZA DE PRODUTOS PARA SAÚDE COM CONFORMAÇÕES COMPLEXAS É PRECEDIDA DE LIMPEZA MANUAL E COMPLEMENTADA POR LIMPEZA AUTOMATIZADA EM LAVADORA ULTRASSÔNICA OU OUTRO EQUIPAMENTO DE EFICIÊNCIA COMPROVADA? (PARA PRODUTOS PARA SAÚDE CUJO LÚMEN TENHA DIÂMETRO INTERNO INFERIOR A CINCO MILÍMETROS É OBRIGATÓRIO QUE A FASE AUTOMATIZADA DA LIMPEZA SEJA FEITA EM LAVADORA ULTRASSÔNICA COM CONECTOR PARA CANULADOS E QUE UTILIZE TECNOLOGIA DE FLUXO INTERMITENTE.)				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 32 C/C RDC 15/12 ART.67
8846	O ENXAGUE DOS PRODUTOS PARA SAÚDE É REALIZADO COM ÁGUA QUE ATENDA AOS PADRÕES DE POTABILIDADE DEFINIDOS EM NORMATIZAÇÃO ESPECÍFICA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 32 C/C RDC 15/12 ART.68
14417	É REALIZADO O MONITORAMENTO E REGISTRO DA QUALIDADE DA ÁGUA COM PERIODICIDADE DEFINIDA COMO A MENSURAÇÃO DA DUREZA DA ÁGUA, PH, ÍONS CLORETO, COBRE, FERRO, MANGANÊS E A CARGA MICROBIANA NOS PONTOS DE ENXAGUE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 32 C/C RDC 15/12 ART.74

8847	O ENXAGUE FINAL DE PRODUTOS PARA SAÚDE CRÍTICOS UTILIZADOS EM CIRURGIAS DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS, OFTALMOLÓGICOS, CIRURGIAS CARDÍACAS E NEUROLÓGICAS É REALIZADO COM ÁGUA PURIFICADA? (FARMACOPÉIA BRASILEIRA: (CONDUTIVIDADE DE MÁX 1,3 µS/CM) ?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 32 C/C RDC 15/12 ART.68 PARAG. ÚNICO
6824	REALIZA SECAGEM IMEDIATA DAS SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA DOS ARTIGOS, ESPECIALMENTE OS CANULADOS, UTILIZANDO DISPOSITIVO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS INERTE OU AR FILTRADO, SECO E ISENTO DE ÓLEO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c NOTIFICAÇÃO 202/08 GVES ITEM 5.4 h C/C RDC 15/12 ART 69 E 70
12834	RESPEITAM A UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS NÃO ABRASIVOS E QUE NÃO LIBERAM PARTÍCULAS DURANTE A LIMPEZA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 15/12 ART 66
12835	REALIZA MONITORAMENTO DOS ARTIGOS NO PROCESSO DE LIMPEZA MANUAL E DOS EQUIPAMENTOS NO PROCESSO AUTOMATIZADO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RC 15/12 ART. 73
14418	REALIZA MONITORAMENTO DOS ARTIGOS NO PROCESSO DE SELAMENTO?				CRÍTICO	LM7031/96 ART 97 INCII C/C RDC15/12 ART 37
6813	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE RECEPÇÃO OU CIRCULAÇÃO DE TÊXTEIS LIMPOS NESTA ÁREA?				CRÍTICO	LM7031/96 ART 97 INCII C/C RDC15/12 ART 64
6808	OS PRODUTOS CONSIGNADOS OU DE PROPRIEDADE DOS MÉDICOS SÃO LAVADOS NA CME ANTES DE SUA ESTERILIZAÇÃO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RC 15/12 ART. 65
6803	É RESPEITADO ÁREA DE 0,08 M2 POR LEITO, COM ÁREA MÍNIMA DE 8 M2?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC 50/02 UNIDADE FUNCIONAL 5

5930	É REALIZADO O DESCARTE DE PERFURO - CORTANTES DE MANEIRA ADEQUADA EM RECIPIENTES DE MATERIAL RÍGIDO, PROVIDOS DE TAMPA E SUPORTE PRÓPRIO, IDENTIFICADOS COM SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE?				MAIOR	LM 7031/96 ART 22 C/C RDC 15/12 ART. 75 C/C RDC222/18 ART86 E 87
6889	O TRANSPORTE DE PRODUTOS PARA SAÚDE A SEREM ENCAMINHADOS PARA EMPRESAS REPROCESSADORAS OU PARA CME É FEITO EM RECIPIENTE:				MAIOR	LM 7031/96 ART97 INC II C/C RDC 15/12 ART 104
	OPÇÕES:					
	* RÍGIDO					
	* LISO					
	* COM SISTEMA DE FECHAMENTO ESTANQUE					
	* CONTENDO A LISTA DE PRODUTOS A SEREM PROCESSADOS E O NOME DO SERVIÇO SOLICITANTE					
12837	O TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL RECEBIDO É REALIZADO EM RECIPIENTE FECHADO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c RDC15/12 art103
6046	REALIZA IMERSÃO DOS PRODUTOS IMEDIATAMENTE APÓS O TERMINO DO PROCEDIMENTO EM ÁGUA OU SOLUÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO OU PRIMER?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES, ITENS 5.4.a
12838	FAZ LIMPEZA DOS ARTIGOS COM DETERGENTE ENZIMÁTICO OU OUTRA SUBSTÂNCIA COMPROVADAMENTE EFICAZ E REGULARIZADAS NO ÓRGÃO COMPETENTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES, ITEM 5.4, d
8868	OS PRODUTOS SEMI-CRÍTICOS UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA, ANESTESIA E INALOTERAPIA APÓS A LIMPEZA SÃO SUBMETIDOS NO MÍNIMO A DESINFECÇÃO DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO, COM PRODUTOS SANEANTES EM CONFORMIDADE COM A NORMATIZAÇÃO SANITÁRIA, OU TERMODESINFECÇÃO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 32 C/C RDC 15/12 ART 12, PARAG. ÚNICO

1871	POSSUI SISTEMA ADEQUADO DE SECAGEM DOS ARTIGOS?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c REPUBLICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES, ITEM 5.4, h
RECURSOS HUMANOS						
6927	POSSUI COMITÊ DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE- CPPS (EM SERVIÇOS QUE REALIZEM MAIS DE 500 CIRURGIAS/MÊS, EXCLUINDO PARTOS) COMPOSTO MINIMAMENTE POR:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 15/12 ART 8º
	OPÇÕES:					
	* UM REPRESENTANTE DA DIRETORIA					
	* RESPONSÁVEL PELO CME					
	* SERVIÇO DE ENFERMAGEM					
	* EQUIPE MÉDICA					
	* CCIH					
8836	O CME CLASSE II POSSUI UM RESPONSÁVEL QUE ATUA EXCLUSIVAMENTE NESTA UNIDADE DURANTE SUA JORNADA DE TRABALHO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 15/12 ART 28 PARAG. ÚNICO
DOCUMENTAÇÃO						
8837	A QUALIFICAÇÃO TÉRMICA E A CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE E MEDIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR E TERMODESINFECÇÃO E AS REQUALIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO SÃO REALIZADAS POR LABORATÓRIO CAPACITADO, COM PERIODICIDADE MÍNIMA ANUAL?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 15/12 ART. 39
6793	POSSUI QUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DE OPERAÇÃO E DESEMPENHO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA AUTOMATIZADA E NA ESTERILIZAÇÃO, COM PERIODICIDADE MÍNIMA ANUAL?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART97 INC II C/C RDC 15/12 ART.37

8835	OS REGISTROS DAS MANUTENÇÕES POSSUEM NO MÍNIMO:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 15/12 ART 40
	OPÇÕES:					
	* DATA DA INTERVENÇÃO					
	* IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO					
	* DESCRIÇÃO DO PROBLEMA DETECTADO					
	* NOME DO RESPONSÁVEL PELA IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA					
	* DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS					
	* RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DOS PARAMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS					
	* NOME DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHOU A INTERVENÇÃO					
* NOME DO TÉCNICO QUE EXECUTOU O PROCEDIMENTO						
8522	APRESENTOU REGISTRO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (PARA SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO ABAIXO DE 5 TR) OU PMOC (PARA SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO ACIMA DE 60.000 BTVS)?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC.VI,C/C PFGM3523/98 ART. 5º
8834	APRESENTOU CONTRATO OU NOTA FISCAL COM EMPRESA PROCESSADORA? (CASO TERCEIRIZE O PROCESSO).				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 15/12 ART 16 PARAG. ÚNICO
8833	AS LEITORAS DE INDICADORES BIOLÓGICOS E AS SELADORAS TÉRMICAS SÃO CALIBRADAS, NO MÍNIMO, ANUALMENTE?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 15/12 ART 38
6893	TODAS AS ETAPAS DO PROCESSAMENTO ESTÃO DOCUMENTADAS DE FORMA A GARANTIR A RASTREABILIDADE DO PROCESSO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II c/c NOTIFICAÇÃO Nº 202/2008 GVES ITEM 5.3 C/C RDC 15/12 ART 25
6791	TODOS OS EQUIPAMENTOS POSSUEM REGISTRO NA ANVISA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC VI

6790	A INSTITUIÇÃO POSSUI UM ÚNICO PROTOCOLO DE PROCESSAMENTO QUE É SEGUIDO PELOS SEUS PROFISSIONAIS, EQUIPE CIRÚRGICA E PRESTADORES DE SERVIÇO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART.97 INC II c/c NOTIFICAÇÃO Nº202/08 ITEM 9
14419	OS EXPLANTES SÃO DESCARTADOS ADEQUADAMENTE E QUANDO ENTREGUES AOS PACIENTES POR SOLICITAÇÃO FORMAL.. O TERMO DE RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE É ASSINADO E A EMBALAGEM ROMPIDA ANTES DA ENTREGA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART.97 INC II c/c RDC 15/12 ART 110 E 110 § 2º
14420	OS PROTOCOLOS DE PROCESSAMENTO ESTÃO VALIDADOS(QUALIFICADOS) E ASSINADOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART.97 INC II c/c RES 2606 ART. 6º
14421	SÃO MONITORADOS OS EVENTOS ADVERSOS ASSOCIADOS AOS PRODUTOS REPROCESSADOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART.97 INC II c/c RES 2606 ART. 14º
11699	PGRSS					
1681	POSSUI RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTES?				MAIOR	RDC 222/18 ART. 86
35	AS LIXEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO?				MENOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 222/18, ART. 17
11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC.II, RDC 222/18 ART.11
TABAGISMO						
8836	O CME CLASSE II POSSUI UM RESPONSÁVEL QUE ATUA EXCLUSIVAMENTE NESTA UNIDADE DURANTE SUA JORNADA DE TRABALHO?				MAIOR	DF 8262/14 ART.3º C/C LM 7031/96 ART.97 INC.II OU IV
11210	POSSUI PLACA INDICATIVA DA PROIBIÇÃO DE FUMAR?				MENOR	LEI 12903/98 ART.4º C/C LM 7031/96 ART.97 INC. II OU IV