

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
	<b>ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO - VISA</b>	PÁ	REVISÃ	<b>VIGENCIA:</b> <b>O: JUN 2020</b> <b>31/12/2021</b>		
		GI	NA			
<b>ID 723</b>	<b>RVF_DVSA_83_VS</b>	:	6			
<b>CNAE/CBO</b>	<b>DENONINAÇÃO ATIVIDADE</b>					
8630-5/04	ATIVIDADE ODONTOLOGICA					
8640-2/04	SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA					
8640-2/05	SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA					
2232-40	CIRURGIÃO DENTISTA - ORTOPEDISTA E ORTODONTISTA					
2232-44	CIRURGIÃO DENTISTA - PATOLOGISTA BUCAL					
2232-48	CIRURGIÃO DENTISTA - PERIOONTISTA					
2232-52	CIRURGIÃO DENTISTA - PROTESIOLÓGO BUCOMAXILOFACIAL					
2232-56	CIRURGIÃO DENTISTA - PROTESISTA					
2232-60	CIRURGIÃO DENTISTA - RADIOLOGISTA					
2232-64	CIRURGIÃO DENTISTA - REABILITADOR ORAL					
2232-68	CIRURGIÃO DENTISTA - TRAUMATOLOGISTA BUCOMAXILOFACIAL					
2232-72	CIRURGIÃO DENTISTA DE SAUDE COLETIVA					
2232-76	CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGIA DO TRABALHO					
2232-80	CIRURGIÃO DENTISTA - DENTISTICA					
2232-84	CIRURGIÃO DENTISTA - DISFUNÇÃO TEMPORAMANIBULAR E DOR OROFACIL					
2232-88	CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS					
2232-93	CIRURGIÃO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA					
2232-08	CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL					
2232-04	CIRURGIÃO DENTISTA - AUDITOR					
2232-12	CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTISTA					
2232-16	CIRURGIÃO DENTISTA - EPIDEMIOLOGISTA					
2232-20	CIRURGIÃO DENTISTA - ESTOMATOLOGISTA					
2232-24	CIRURGIÃO DENTISTA - IMPLANTODONTISTA					
2232-28	CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOGERIATRIA					
2232-32	CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGISTA LEGAL					
2232-36	CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOPIEDIATRIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
INFRA - ESTRUTURA						
3165	AS DIMENSÕES DA CÂMARA ESCURA SÃO PROPORCIONAIS A QUANTIDADE E AO FLUXO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO E ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA?				MENOR	LM 7031/96 e PF 453/98
1447	AS PAREDES DA CÂMARA ESCURA POSSUEM REVESTIMENTO RESISTENTE, JUNTO AOS LOCAIS ONDE POSSAM OCORRER RESPINGOS DAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS?				MENOR	LM 7031/96 e PF 453/98
1448	CÂMARA ESCURA POSSUI PISO ANTICORROSIVO, IMPERMEÁVEL E ANTIDERRAPANTE?				MENOR	LM 7031/96 e PF 453/98
1449	NA CÂMARA ESCURA EXISTE VEDAÇÃO COMPLETA CONTRA A ENTRADA DE LUZ?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3167	NA CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO MANUAL ESTÃO DISPONÍVEIS:				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
	OPÇÕES:					
	*CRONÔMETRO					
	*TERMÔMETRO					
	*TABELA DE TEMPOS DE REVELAÇÃO					
3141	LABORATÓRIO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL:				MAIOR	LM 7031/96 e PF 453/98
1891	POSSUI SISTEMA DE EXAUSTÃO?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98

1450	OS INTERRUPTORES DE LUZ CLARA ESTÃO POSICIONADOS DE FORMA A EVITAR ACIONAMENTO ACIDENTAL?				MENOR	LM 7031/96 e PF 453/98
3166	EXISTE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA LOCALIZADO A DISTÂNCIA NÃO INFERIOR A 1,2M DO PONTO DE MANIPULAÇÃO (LÂMPADA DE SEGURANÇA MÁXIMO DE 15W)?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2166	O EQUIPAMENTO DE RX INTRA-ORAL ESTÁ INSTALADO EM AMBIENTE (CONSULTÓRIO OU SALA) COM DIMENSÕES SUFICIENTES PARA PERMITIR À EQUIPE MANTER-SE A DISTÂNCIA DE, PELO MENOS 2M DO CABEÇOTE E DO PACIENTE?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
1442	AS SALAS DE LAUDOS POSSUEM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DE ESCURECIMENTO, SENDO SUA ILUMINAÇÃO PLANEJADA DE MODO A NÃO CAUSAR REFLEXOS NOS NEGATOSCÓPIOS QUE POSSAM PREJUDICAR A AVALIAÇÃO DAS IMAGENS?				MAIOR	LM 7031/96 e PF 453/98
11136	O ESTABELECIMENTO ESTÁ LIVRE DE PRAGAS, INSETOS, ROEDORES E DE CONDIÇÕES QUE PROPICIEM ABRIGO E CRIATÓRIO DE ANIMAIS PREJUDICIAIS À SAÚDE, EM ESPECIAL OS MOSQUITOS TRANSMISSORES DE DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA, FEBRE AMARELA E OUTRAS DOENÇAS?				MENOR	LM 7031/96 e PF 453/98
2169	EXISTE EM LOCAL VISÍVEL A ORIENTAÇÃO:"PACIENTE, EXIJA E USE CORRETAMENTE VESTIMENTA PLUMBÍFERA PARA SUA PROTEÇÃO DURANTE EXAME RADIOGRÁFICO"?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3157	EXISTE SINALIZAÇÃO LUMINOSA VERMELHA ACIMA DA FACE EXTERNA DAS PORTAS DE ACESSO AS SALAS DE RX, ACOMPANHADA DA ADVERTÊNCIA: "QUANDO A LUZ VERMELHA ESTIVER ACESA, A ENTRADA É PROIBIDA"? A SINALIZAÇÃO LUMINOSA DEVE SER ACIONADA DURANTE OS PROCEDIMENTOS RADIOLÓGICOS.				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3158	EXISTEM, EM LOCAIS VISÍVEIS AO PÚBLICO EM GRAL, AVISOS DO TIPO: "MULHERES GRÁVIDAS OU COM SUSPEITA DE GRAVIDEZ: FAVOR INFORMAREM AO MÉDICO OU AO TÉCNICO ANTES DO EXAME"				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3159	EXISTE, NA FACE EXTERNA DAS PORTAS DE ACESSO AS SALAS DE RX SINALIZAÇÃO VISÍVEL CONTENDO SIMBOLO INTERNACIONAL DA RADIAÇÃO IONIZANTE ACOMPANHADO DA INSCRIÇÃO " RAIOS X" ENTRADA RESTRITA" OU "RAIOS X, ENTRADA PROIBIDA A PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3160	EXISTE EM TAMANHO VISÍVEL O AVISO:" NESTA SALA SOMENTE PODE PERMANECER UM PACIENTE DE CADA VEZ"?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3161	EXISTE EM LOCAL VISÍVEL A ORIENTAÇÃO:" NÃO É PERMITIDA A PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTES NA SALA DURANTE O EXAME RADIOLÓGICO, SALVO QUANDO ESTRITAMENTE NECESSÁRIO E AUTORIZADO"?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3162	EXISTE EM LOCAL VISÍVEL A ORIENTAÇÃO:" ACOMPANHANTE QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DE PACIENTE EXIJA E USE CORRETAMENTE VESTIMENTA PLUMBÍFERA PARA SUA PROTEÇÃO"?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2167	EXISTE NA PORTA DE ACESSO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA PRESENÇA DE RADIAÇÃO E A ADVERTÊNCIA DE ACESSO RESTRITO?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
1411	EXISTE EM LOCAL VISÍVEL A ORIENTAÇÃO: "ACOMPANHANTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DE PACIENTE, EXIJA E USE CORRETAMENTE VESTIMENTA PLUMBÍFERA PARA SUA PROTEÇÃO"?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
1410	EXISTE EM LOCAL VISÍVEL A ORIENTAÇÃO: "NÃO É PERMITIDA A PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTES NA SALA DURANTE O EXAME RADIOLÓGICO, SALVO QUANDO ESTRITAMENTE NECESSÁRIO E AUTORIZADO"?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3168	EXISTE EM LOCAL VISÍVEL A ORIENTAÇÃO: "PACIENTE, EXIJA E USE CORRETAMENTE VESTIMENTA PLUMBÍFERA PARA SUA PROTEÇÃO DURANTE O EXAME RADIOGRÁFICO".				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
1421	A CABINE PERMITE AO OPERADOR, NA POSIÇÃO DE DISPARO, EFICAZ COMUNICAÇÃO E OBSERVAÇÃO VISUAL DO PACIENTE (SISTEMA ELETRÔNICO OU VISOR PLUMBÍFERO)?				MAIOR	LM 7031/96 e PF 453/98

2171	O CABEÇOTE APRESENTA-SE ESTÁVEL E ÍNTEGRO, SEM MOVIMENTO FALSO, SEM RACHADURAS E SEM VAZAMENTO DE ÓLEO?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2172	O LOCALIZADOR POSSUI EXTREMIDADE DE SAÍDA ABERTA?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2173	O COMPRIMENTO DO LOCALIZADOR SATISFAZ O REQUISITO DE DISTÂNCIA FOCO-PELE?(MÍNIMO DE 18 CM PARA TENSÃO MENOR OU IGUAL A 60 KV; MÍNIMO DE 20 CM PARA TENSÃO ENTRE 60 E 70 KV; 24 CM PARA TENSÃO MAIOR OU IGUAL A 70 KV)				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2177	O CABO DO BOTÃO DISPARADOR É MAIOR OU IGUAL A 2M (QUANDO NÃO HÁ CABINE OU BIOMBO)?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2179	O SISTEMA DE DISPARO COM RETARDO ESTÁ DESATIVADO?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2180	POSSUI NEGATOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO INTENSA E UNIFORME?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2183	A CÂMARA DE REVELAÇÃO PORTÁTIL É REVESTIDA DE MATERIAL OPACO?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2185	EXISTE CRONÔMETRO E TERMÔMETRO PARA O REVELADOR E TABELA DE TEMPO/TEMPERATURA DE REVELAÇÃO?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2263	EXISTEM, NAS SALAS DE EXAMES, VESTIMENTAS PLUMBÍFERAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2264	AS VESTIMENTAS PLUMBÍFERAS ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2259	AS SOLUÇÕES QUÍMICAS SÃO TROCADAS COM FREQUÊNCIA?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2260	AS SOLUÇÕES QUÍMICAS SÃO ARMAZENADAS ADEQUADAMENTE?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2252	OS FILMES E AS SOLUÇÕES DE PROCESSAMENTO ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2261	OS FILMES ESTÃO ARMAZENADOS PROTEGIDOS DO CALOR, UMIDADE, RADIAÇÃO E VAPORES QUÍMICOS?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2262	A TEMPERATURA DO REVELADOR É VERIFICADA ANTES DA REVELAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 e PF 453/98
1423	NAS SALAS DE EXAME EXISTE SOMENTE UM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X INSTALADO?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
<b>PROCEDIMENTOS</b>						
2174	OS INDICADORES DE TENSÃO (KV), TEMPO E CORRENTES(MA OU MAS) SÃO CLAROS?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2176	O SISTEMA DE DURAÇÃO DE EXPOSIÇÃO É ELETRÔNICO, NÃO PERMITE EXPOSIÇÃO COM DURAÇÃO MAIOR QUE 5S E EMITE SINAL SONORO E LUMINOSO DURANTE A EXPOSIÇÃO?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2265	AS VESTIMENTAS PLUMBÍFERAS ESTÃO ACONDICIONADAS SOB SUPERFÍCIES HORIZONTAL OU EM SUPORTE PRÓPRIO DE FORMA A PRESERVAR SUA INTEGRIDADE?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2195	NO PROCESSAMENTO MANUAL É OBEDECIDO O TEMPO DE REVELAÇÃO, EVITANDO A INSPEÇÃO VISUAL DURANTE O PROCESSO?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2156	TODAS AS PESSOAS QUE TRABALHAM COM RADIAÇÃO SÃO MONITORADAS?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
1387	O LABORATÓRIO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL RESPONSÁVEL PELOS DOSÍMETROS É CREDENCIADO PELO CNEN?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2158	OS DOSÍMETROS SÃO TROCADOS MENSALMENTE?				MAIOR	LM 7031/96 e PF 453/98
2159	O PESSOAL MONITORADO É INFORMADO MENSALMENTE DOS VALORES DAS DOSES REGISTRADAS?				MENOR	LM 7031/96 e PF 453/98
2161	OS RESULTADOS DE DOSES EFETIVAS ELEVADAS ESTÃO ASSENTADOS?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2163	DURANTE A AUSÊNCIA DO USUÁRIO OS DOSÍMETROS SÃO GUARDADOS EM LOCAL SEGURO, ADEQUADO E JUNTO AO DOSÍMETRO PADRÃO?				MAIOR	LM 7031/96 e PF 453/98

3156	OS PROFISSIONAIS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS UTILIZAM SEMPRE OS DOSÍMETROS INDIVIDUAIS POSICIONADOS NA REGIÃO MAIS EXPOSTA DO TRONCO E CASO USE AVENTAL PLUMBÍFERO ESTE ESTÁ SOBRE O MESMO? (OBRIGATÓRIO PARA RX EXTRA-ORAL E DISPENSÁVEL A CRITÉRIO DA VISA, PARA RX INTRA-ORAL)				MAIOR	LM 7031/96 e PF 453/98
3169	OS EXAMES RADIOLÓGICOS SÃO REALIZADOS APENAS COM A INDICAÇÃO DE UM CIRURGIÃO DENTISTA?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3170	OS EXAMES RADIOLÓGICOS ESTÃO ASSENTADOS COM DATA DE REALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E TIPO DE PROCEDIMENTO RADIOLÓGICO REALIZADO?				MAIOR	LM 7031/96 e PF 453/98
2198	AS PORTAS DAS SALAS DE EXAMES PERMANECEM FECHADAS DURANTE AS EXPOSIÇÕES?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3171	CASO EXISTA MAIS DE UM EQUIPAMENTO INSTALADO POR SALA, APENAS UM EXAME RADIOLÓGICO É REALIZADO POR VEZ?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2199	É PROIBIDA A PERMANÊNCIA DE PESSOAS ESTRANHAS AO EXAME NA SALA DE RAIOS X?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2202	O PACIENTE USA AVENTAL PLUMBÍFERO E PROTETOR DE TIREOIDE?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2220	NA POSIÇÃO DE DISPARO O OPERADOR PROTEGE-SE ADEQUADAMENTE?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2224	O TÉCNICO VISUALIZA O PACIENTE DURANTE OS DISPAROS?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2228	QUANDO NECESSÁRIO QUEM SEGURA O PACIENTE É O ACOMPANHANTE?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2232	O ACOMPANHANTE USA, OBRIGATORIAMENTE, AVENTAL PLUMBÍFERO?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2237	FAZ USO DE PRENDEDORES DE FILME E DE BITE WING E DISPOSITIVO DE ALINHAMENTO (POSICIONADORES)?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2240	O OPERADOR UTILIZA TABELA DE TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3153	EXISTEM PROCEDIMENTOS PARA OS CASOS DE EXPOSIÇÕES ACIDENTAIS?				MAIOR	LM 7031/96 e PF 453/98
<b>RECURSOS HUMANOS</b>						
3144	O RT POSSUI CERTIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA A PRÁTICA EMITIDA POR ÓRGÃO COMPETENTE?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3143	FOI FEITA A NOMEAÇÃO DE UM RT COM FORMAÇÃO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3149	O SERVIÇO POSSUI SUBSTITUTO NO CASO DA AUSÊNCIA DO RT?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3145	FOI FEITO NOMEAÇÃO DE UM SPR (SUPERVISOR DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA)?				MENOR	LM 7031/96 e PF 453/98
2155	TÉCNICO CREDENCIADO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3150	TODAS AS PESSOAS QUE TRABALHAM COM RADIAÇÃO SÃO MAIORES DE 18 ANOS?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3151	OS ESTAGIÁRIOS EM TREINAMENTO NO SERVIÇO SÃO MAIORES DE 16 ANOS?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3152	TUDO O PESSOAL OCUPACIONALMENTE EXPOSTO ESTÁ PROVIDO DE CONTROLE DE SAÚDE OCUPACIONAL?				MAIOR	LM 7031/96 e PF 453/98
1384	NOS ASSENTAMENTOS DOS TREINAMENTOS REALIZADOS CONSTAM OS DADOS RELATIVOS AO PROGRAMA, TAIS COMO CARGA HORÁRIA, CONTEÚDO, PERÍODO E IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES?				MAIOR	LM 7031/96 e PF 453/98
3154	O CONTEÚDO DO ÚLTIMO PROGRAMA DE TREINAMENTO ESTÁ DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE?				MAIOR	LM 7031/96 e PF 453/98
3155	EXISTE INSTRUÇÕES A SEREM FORNECIDAS POR ESCRITO A EQUIPE VISANDO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA?				MAIOR	LM 7031/96 e PF 453/98
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>						
6955	AS ATIVIDADES CONSTANTES DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E DA FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC - COINCIDEM COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS OU EM CONDIÇÕES DE SEREM EXERCIDAS NO LOCAL?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
1366	EXISTE UM EXEMPLAR DA PORTARIA 453/98 NO SERVIÇO, ACESSÍVEL A TODOS?				MENOR	LM 7031/96 e PF 453/98

2152	RELATÓRIO TÉCNICO DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO ATUALIZADO?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
2154	RELATÓRIO TÉCNICO DE TESTES DE CONSTÂNCIA ATUALIZADO?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3164	EXISTE TABELAS DE EXPOSIÇÃO ELABORADAS PELO RT JUNTO AO PAINEL DE CONTROLE DE CADA EQUIPAMENTO DE RX?				MENOR	LM 7031/96 e PF 453/98
1422	A TERMINOLOGIA E OS VALORES DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO CONSTAM DO PAINEL DE CONTROLE, EM LINGUAGEM OU SIMBOLOGIA INTERNACIONALMENTE ACEITA E COMPREENSÍVEL AO USUÁRIO?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3142	POSSUI RELATÓRIO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL ATUALIZADO?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
3589	REALIZA E REGISTRA LIMPEZA SEMESTRAL DAS CAIXAS D' ÁGUA?				MENOR	LM 7031/96 e PF 453/98
11816	REALIZA DESINSETIZAÇÃO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, QUE POSSUA ALVARÁ SANITÁRIO ATUALIZADO?				MENOR	LM 7031/96 e PF 453/98
2182	EXISTE PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RX E PROCESSADORAS?				CRITICO	LM 7031/96 e PF 453/98
11699	<b>PGRSS</b>					INFORMATIVO
2925	POSSUI PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS)?				CRITICO	LM 7031/96 Art. 22 C/C RDC ANVISA 222/2018 ART 1 C/C DM 16.509/16 ART. 3
	Opções:					
	*PROTOCOLADO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES					
	*APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES					
	*DECLARAÇÃO DE NÃO GERADOR DE RESÍDUOS					
9264	HÁ CONTRATO/COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS DA EMPRESA LEGALMENTE LICENCIADA PARA O TRANSPORTE/DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE?				MAIOR	RDC 222/18 E DM 16.509/16
1681	POSSUI RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTES?				MAIOR	RDC 222/18 ART.86
35	AS LIXEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO?				MENOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.17
	OPÇÕES:					
	*CONSTITUÍDAS DE MATERIAL LAVÁVEL					
	*PROVIDAS DE SACO PLÁSTICO NA COR ADEQUADA					
	*PROVIDAS DE TAMPAS ACIONADAS SEM CONTATO MANUAL					
	*DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM DESCRIÇÃO E SIMBOLOGIA					
	*EM QUANTIDADE SUFICIENTE					
	*ÍNTEGRAS					
11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC.II, RDC 222/18 ART.11
<b>TABAGISMO</b>						
11210	POSSUI PLACA INDICATIVA DA PROIBIÇÃO DE FUMAR?				MAIOR	LEI 12903/98 ART.4º C/C LM 7031/96 ART.97 INC. II OU IV
11104	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE FUMAR DENTRO E NO ENTORNO DO ESTABELECIMENTO?				MENOR	DF 8262/14 ART.3º C/C LM 7031/96 ART.97 INC.II OU IV
Legislação:	LM 7031/96 PF 453/98					