

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA****ROTEIRO DE VISTORIA FISCAL PARA SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO EXTRAORAL - VISA****PÁGINA:**  
03**REVISÃO:** JULHO  
2023**VIGENCIA:** 31/12/2026

<b>ID: 821</b>	<b>RVF_DVSA_151_VS</b>					
<b>COD_CNAE</b>	<b>DENONINAÇÃO ATIVIDADE</b>					
<b>8640-2/04</b>	<b>SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA</b>					
<b>8630-5/04</b>	<b>ATIVIDADE ODONTOLÓGICA</b>					
<b>8640-2/05</b>	<b>SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>NA</b>	<b>CAT_RISCO</b>	<b>LEGISLAÇÃO</b>
<b>INFRAESTRUTURA</b>						
15409	A emissão de raios X, enquanto durar a exposição radiográfica, é indicada por sinal sonoro e luminoso localizado no painel de controle do aparelho e por sinal luminoso do lado externo da(s) porta(s) de acesso `a sala de exames?				CRÍTICO	IN 94/2021 - art. 3°
15410	Está disponível no comando do equipamento de radiografia extraoral os protocolos rotineiramente utilizados nos procedimentos e os possivelmente realizados no serviço?				CRÍTICO	IN 94/2021 - art. 4°
15411	O serviço possui apenas um equipamento instalado por sala?				CRÍTICO	IN 94/2021 - art. 5° - inciso IV
15412	O equipamento possui indicação no painel de controle dos parametros básicos (Tensão (kVp), Corrente (mA) e Tempo (s) ou o Produto corrente x tempo (mAs)?				CRÍTICO	IN 94/2021 - art. 5° - inciso III
<b>PROCEDIMENTOS</b>						
15413	O serviço realiza processamento automático?				CRÍTICO	IN 94/2021 - art. 5° - inciso V
13418	O serviço realiza anualmente o teste de Camada Semirreutora (CSR) ?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (G)
15414	O serviço realiza anualmente o teste de Exatidão da tensão do tubo ?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (G)
13413	O serviço realiza anualmente o teste de Reprodutibilidade da tensão do tubo ?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (G)

15415	O serviço realiza anualmente o teste de Exatidão do tempo de exposição ?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (G)
15416	O serviço realiza anualmente o teste de Reprodutibilidade da taxa de kerma no ar ?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (G)
15417	O serviço realiza anualmente o teste de Tamanho de Campo?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (G)
13425	O serviço realiza anualmente o teste de Artefatos na imagem?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (G)
15418	O serviço realiza anualmente o teste de Efetividade do ciclo de apagamento?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (CR)
15419	O serviço realiza anualmente o teste de Luminância dos negatoscópios para diagnóstico e laudo ?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (G)
15420	O serviço realiza anualmente o teste de Iluminância da sala de laudos ?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (G)
15421	O serviço realiza anualmente o teste de Integridade dos acessórios e equipamentos de proteção individual ?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (G)
15422	O serviço realiza anualmente o teste de Reprodutibilidade do tempo de exposição ?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (G)
15423	O serviço realiza anualmente o teste de Vedação da câmara escura ?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (C)
15424	O serviço realiza anualmente o teste de Contato tela-filme ?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (C)
13427	O serviço realiza anualmente o teste de Uniformidade da imagem ?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (G)
15425	O serviço realiza anualmente o teste de Luminância do monitor para diagnóstico ?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (CR/DR/P/CEF/TFC)
15426	O serviço realiza anualmente o teste de Uniformidade da Luminância dos Monitores e Negatoscópios utilizados para diagnóstico ?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (CR/DR/P/CEF/TFC)

15427	O serviço realiza anualmente o teste de Valor indicado do número de CT ?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (TFC)
15428	O serviço realiza anualmente o teste de Uniformidade do número de CT ?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (TFC)
15429	O serviço realiza anualmente o teste de Ruído ?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (TFC)
15430	O serviço realiza anualmente o teste de Valores representativos de dose ?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (P/CEF/TFC)
15431	O serviço realiza anualmente o teste de Exatidão do Indicador de Dose (quando aplicável) ?				CRÍTICO	IN 94/2021 – Anexo I (P/CEF/TFC)