


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
	<b>ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA - VISA</b>	PÁ	REVISÃO:	<b>VIGENCIA:</b>  <b>31/12/2021</b>		
		GI	O: JUN			
ID 723	RVF_DVSA_83_VS	NA	2020			
		:	6			
CNAE/CBO	DENONINAÇÃO ATIVIDADE					
8630-5/04	ATIVIDADE ODONTOLÓGICA					
2232-40	CIRURGIÃO DENTISTA - ORTOPEDISTA E ORTODONTISTA					
2232-44	CIRURGIÃO DENTISTA - PATOLOGISTA BUCAL					
2232-48	CIRURGIÃO DENTISTA - PERIODONTISTA					
2232-52	CIRURGIÃO DENTISTA - PROTESIOLÓGO BUCOMAXILOFACIAL					
2232-56	CIRURGIÃO DENTISTA - PROTESISTA					
2232-60	CIRURGIÃO DENTISTA - RADIOLOGISTA					
2232-64	CIRURGIÃO DENTISTA - REABILITADOR ORAL					
2232-68	CIRURGIÃO DENTISTA - TRAUMATOLOGISTA BUCOMAXILOFACIAL					
2232-72	CIRURGIÃO DENTISTA DE SAÚDE COLETIVA					
2232-76	CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGIA DO TRABALHO					
2232-80	CIRURGIÃO DENTISTA - DENTÍSTICA					
2232-84	CIRURGIÃO DENTISTA - DISFUNÇÃO TEMPOROMANIBULAR E DOR OROFACIAL					
2232-88	CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS					
2232-93	CIRURGIÃO DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
2232-08	CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL					
2232-04	CIRURGIÃO DENTISTA - AUDITOR					
2232-12	CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTISTA					
2232-16	CIRURGIÃO DENTISTA - EPIDEMIOLOGISTA					
2232-20	CIRURGIÃO DENTISTA - ESTOMATOLOGISTA					
2232-24	CIRURGIÃO DENTISTA - IMPLANTODONTISTA					
2232-28	CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOGERIATRIA					
2232-32	CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGISTA LEGAL					
2232-36	CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOPEDIATRIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
INFRA - ESTRUTURA						
3165	AS DIMENSÕES DA CÂMARA ESCURA SÃO PROPORCIONAIS A QUANTIDADE E AO FLUXO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO E ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA?				MENOR	
1447	AS PAREDES DA CÂMARA ESCURA POSSUEM REVESTIMENTO RESISTENTE, JUNTO AOS LOCAIS ONDE POSSAM OCORRER RESPINGOS DAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS?				MENOR	
1448	CÂMARA ESCURA POSSUI PISO ANTICORROSIVO, IMPERMEÁVEL E ANTIDERRAPANTE?				MENOR	
1449	NA CÂMARA ESCURA EXISTE VEDAÇÃO COMPLETA CONTRA A ENTRADA DE LUZ?				CRITICO	
3167	NA CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO MANUAL ESTÃO DISPONÍVEIS:				CRITICO	
	OPÇÕES:					
	*CRONÔMETRO					
	*TERMÔMETRO					
	*TABELA DE TEMPOS DE REVELAÇÃO					
3141	LABORATÓRIO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL:				MAIOR	
1891	POSSUI SISTEMA DE EXAUSTÃO?				CRITICO	
1450	OS INTERRUPTORES DE LUZ CLARA ESTÃO POSICIONADOS DE FORMA A EVITAR ACIONAMENTO ACIDENTAL?				MENOR	

3166	EXISTE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA LOCALIZADO A DISTÂNCIA NÃO INFERIOR A 1,2M DO PONTO DE MANIPULAÇÃO (LÂMPADA DE SEGURANÇA MÁXIMO DE 15W)?				CRITICO	
2166	O EQUIPAMENTO DE RX INTRA-ORAL ESTÁ INSTALADO EM AMBIENTE (CONSULTÓRIO OU SALA) COM DIMENSÕES SUFICIENTES PARA PERMITIR À EQUIPE MANTER-SE A DISTÂNCIA DE, PELO MENOS 2M DO CABEÇOTE E DO PACIENTE?				CRITICO	
1442	AS SALAS DE LAUDOS POSSUEM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DE ESCURECIMENTO, SENDO SUA ILUMINAÇÃO PLANEJADA DE MODO A NÃO CAUSAR REFLEXOS NOS NEGATOSCÓPIOS QUE POSSAM PREJUDICAR A AVALIAÇÃO DAS IMAGENS?				MAIOR	
11136	O ESTABELECIMENTO ESTÁ LIVRE DE PRAGAS, INSETOS, ROEDORES E DE CONDIÇÕES QUE PROPICIEM ABRIGO E CRIATÓRIO DE ANIMAIS PREJUDICIAIS À SAÚDE, EM ESPECIAL OS MOSQUITOS TRANSMISSORES DE DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA, FEBRE AMARELA E OUTRAS DOENÇAS?				MENOR	
2169	EXISTE EM LOCAL VISÍVEL A ORIENTAÇÃO:"PACIENTE, EXIJA E USE CORRETAMENTE VESTIMENTA PLUMBÍFERA PARA SUA PROTEÇÃO DURANTE EXAME RADIOGRÁFICO"?				CRITICO	
3157	EXISTE SINALIZAÇÃO LUMINOSA VERMELHA ACIMA DA FACE EXTERNA DAS PORTAS DE ACESSO AS SALAS DE RX, ACOMPANHADA DA ADVERTÊNCIA: "QUANDO A LUZ VERMELHA ESTIVER ACESA, A ENTRADA É PROIBIDA"? A SINALIZAÇÃO LUMINOSA DEVE SER ACIONADA DURANTE OS PROCEDIMENTOS RADIOLÓGICOS.				CRITICO	
3158	EXISTEM, EM LOCAIS VISÍVEIS AO PÚBLICO EM GRAL, AVISOS DO TIPO: "MULHERES GRÁVIDAS OU COM SUSPEITA DE GRAVIDEZ: FAVOR INFORMAREM AO MÉDICO OU AO TÉCNICO ANTES DO EXAME"				CRITICO	
3159	EXISTE, NA FACE EXTERNA DAS PORTAS DE ACESSO AS SALAS DE RX SINALIZAÇÃO VISÍVEL CONTENDO SIMBOLO INTERNACIONAL DA RADIAÇÃO IONIZANTE ACOMPANHADO DA INSCRIÇÃO " RAIOS X" ENTRADA RESTRITA" OU "RAIO X, ENTRADA PROIBIDA A PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.				CRITICO	
3160	EXISTE EM TAMANHO VISÍVEL O AVISO:" NESTA SALA SOMENTE PODE PERMANECER UM PACIENTE DE CADA VEZ"?				CRITICO	
3161	EXISTE EM LOCAL VISÍVEL A ORIENTAÇÃO:" NÃO É PERMITIDA A PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTES NA SALA DURANTE O EXAME RADIOLÓGICO, SALVO QUANDO ESTRITAMENTE NECESSÁRIO E AUTORIZADO"?				CRITICO	
3162	EXISTE EM LOCAL VISÍVEL A ORIENTAÇÃO:" ACOMPANHANTE QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DE PACIENTE EXIJA E USE CORRETAMENTE VESTIMENTA PLUMBÍFERA PARA SUA PROTEÇÃO"?				CRITICO	
2167	EXISTE NA PORTA DE ACESSO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DA PRESENÇA DE RADIAÇÃO E A ADVERTÊNCIA DE ACESSO RESTRITO?				CRITICO	
1411	EXISTE EM LOCAL VISÍVEL A ORIENTAÇÃO: "ACOMPANHANTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DE PACIENTE, EXIJA E USE CORRETAMENTE VESTIMENTA PLUMBÍFERA PARA SUA PROTEÇÃO"?				CRITICO	
1410	EXISTE EM LOCAL VISÍVEL A ORIENTAÇÃO: "NÃO É PERMITIDA A PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTES NA SALA DURANTE O EXAME RADIOLÓGICO, SALVO QUANDO ESTRITAMENTE NECESSÁRIO E AUTORIZADO"?				CRITICO	
3168	EXISTE EM LOCAL VISÍVEL A ORIENTAÇÃO: "PACIENTE, EXIJA E USE CORRETAMENTE VESTIMENTA PLUMBÍFERA PARA SUA PROTEÇÃO DURANTE O EXAME RADIOGRÁFICO".				CRITICO	
1421	A CABINE PERMITE AO OPERADOR, NA POSIÇÃO DE DISPARO, EFICAZ COMUNICAÇÃO E OBSERVAÇÃO VISUAL DO PACIENTE (SISTEMA ELETRÔNICO OU VISOR PLUMBÍFERO)?				MAIOR	
2171	O CABEÇOTE APRESENTA-SE ESTÁVEL E ÍNTEGRO, SEM MOVIMENTO FALSO, SEM RACHADURAS E SEM VAZAMENTO DE ÓLEO?				CRITICO	
2172	O LOCALIZADOR POSSUI EXTREMIDADE DE SAÍDA ABERTA?				CRITICO	

2173	O COMPRIMENTO DO LOCALIZADOR SATISFAZ O REQUISITO DE DISTÂNCIA FOCO-PELE?(MÍNIMO DE 18 CM PARA TENSÃO MENOR OU IGUAL A 60 KV; MÍNIMO DE 20 CM PARA TENSÃO ENTRE 60 E 70 KV; 24 CM PARA TENSÃO MAIOR OU IGUAL A 70 KV)				CRITICO	
2177	O CABO DO BOTÃO DISPARADOR É MAIOR OU IGUAL A 2M (QUANDO NÃO HÁ CABINE OU BIOMBO)?				CRITICO	
2179	O SISTEMA DE DISPARO COM RETARDO ESTÁ DESATIVADO?				CRITICO	
2180	POSSUI NEGATOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO INTENSA E UNIFORME?				CRITICO	
2183	A CÂMARA DE REVELAÇÃO PORTÁTIL É REVESTIDA DE MATERIAL OPACO?				CRITICO	
2185	EXISTE CRONÔMETRO E TERMÔMETRO PARA O REVELADOR E TABELA DE TEMPO/TEMPERATURA DE REVELAÇÃO?				CRITICO	
2263	EXISTEM, NAS SALAS DE EXAMES, VESTIMENTAS PLUMBÍFERAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES?				CRITICO	
2264	AS VESTIMENTAS PLUMBÍFERAS ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?				CRITICO	
2259	AS SOLUÇÕES QUÍMICAS SÃO TROCADAS COM FREQUÊNCIA?				CRITICO	
2260	AS SOLUÇÕES QUÍMICAS SÃO ARMAZENADAS ADEQUADAMENTE?				CRITICO	
2252	OS FILMES E AS SOLUÇÕES DE PROCESSAMENTO ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?				CRITICO	
2261	OS FILMES ESTÃO ARMAZENADOS PROTEGIDOS DO CALOR, UMIDADE, RADIAÇÃO E VAPORES QUÍMICOS?				CRITICO	
2262	A TEMPERATURA DO REVELADOR É VERIFICADA ANTES DA REVELAÇÃO?				MAIOR	
1423	NAS SALAS DE EXAME EXISTE SOMENTE UM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X INSTALADO?				CRITICO	
<b>PROCEDIMENTOS</b>						
2174	OS INDICADORES DE TENSÃO (KV), TEMPO E CORRENTES(MA OU MAS) SÃO CLAROS?				CRITICO	
2176	O SISTEMA DE DURAÇÃO DE EXPOSIÇÃO É ELETRÔNICO, NÃO PERMITE EXPOSIÇÃO COM DURAÇÃO MAIOR QUE 5S E EMITE SINAL SONORO E LUMINOSO DURANTE A EXPOSIÇÃO?				CRITICO	
2265	AS VESTIMENTAS PLUMBÍFERAS ESTÃO ACONDICIONADAS SOB SUPERFÍCIES HORIZONTAL OU EM SUPORTE PRÓPRIO DE FORMA A PRESERVAR SUA INTEGRIDADE?				CRITICO	
2195	NO PROCESSAMENTO MANUAL É OBEDECIDO O TEMPO DE REVELAÇÃO, EVITANDO A INSPEÇÃO VISUAL DURANTE O PROCESSO?				CRITICO	
2156	TODAS AS PESSOAS QUE TRABALHAM COM RADIAÇÃO SÃO MONITORADAS?				CRITICO	
1387	O LABORATÓRIO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL RESPONSÁVEL PELOS DOSÍMETROS É CREDENCIADO PELO CNEN?				CRITICO	
2158	OS DOSÍMETROS SÃO TROCADOS MENSALMENTE?				MAIOR	
2159	O PESSOAL MONITORADO É INFORMADO MENSALMENTE DOS VALORES DAS DOSES REGISTRADAS?				MENOR	
2161	OS RESULTADOS DE DOSES EFETIVAS ELEVADAS ESTÃO ASSENTADOS?				CRITICO	
2163	DURANTE A AUSÊNCIA DO USUÁRIO OS DOSÍMETROS SÃO GUARDADOS EM LOCAL SEGURO, ADEQUADO E JUNTO AO DOSÍMETRO PADRÃO?				MAIOR	
3156	OS PROFISSIONAIS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS UTILIZAM SEMPRE OS DOSÍMETROS INDIVIDUAIS POSICIONADOS NA REGIÃO MAIS EXPOSTA DO TRONCO E CASO USE AVENTAL PLUMBÍFERO ESTE ESTÁ SOBRE O MESMO? (OBRIGATÓRIO PARA RX EXTRA-ORAL E DISPENSÁVEL A CRITÉRIO DA VISA, PARA RX INTRA-ORAL)				MAIOR	
3169	OS EXAMES RADIOLÓGICOS SÃO REALIZADOS APENAS COM A INDICAÇÃO DE UM CIRURGIÃO DENTISTA?				CRITICO	
3170	OS EXAMES RADIOLÓGICOS ESTÃO ASSENTADOS COM DATA DE REALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E TIPO DE PROCEDIMENTO RADIOLÓGICO REALIZADO?				MAIOR	

2198	AS PORTAS DAS SALAS DE EXAMES PERMANECEM FECHADAS DURANTE AS EXPOSIÇÕES?				CRITICO	
3171	CASO EXISTA MAIS DE UM EQUIPAMENTO INSTALADO POR SALA, APENAS UM EXAME RADIOLÓGICO É REALIZADO POR VEZ?				CRITICO	
2199	É PROIBIDA A PERMANÊNCIA DE PESSOAS ESTRANHAS AO EXAME NA SALA DE RAIOS X?				CRITICO	
2202	O PACIENTE USA AVENTAL PLUMBÍFERO E PROTETOR DE TIREÓIDE?				CRITICO	
2220	NA POSIÇÃO DE DISPARO O OPERADOR PROTEGE-SE ADEQUADAMENTE?				CRITICO	
2224	O TÉCNICO VISUALIZA O PACIENTE DURANTE OS DISPAROS?				CRITICO	
2228	QUANDO NECESSÁRIO QUEM SEGURA O PACIENTE É O ACOMPANHANTE?				CRITICO	
2232	O ACOMPANHANTE USA, OBRIGATORIAMENTE, AVENTAL PLUMBÍFERO?				CRITICO	
2237	FAZ USO DE PRENDEDORES DE FILME E DE BITE WING E DISPOSITIVO DE ALINHAMENTO (POSICIONADORES)?				CRITICO	
2240	O OPERADOR UTILIZA TABELA DE TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS?				CRITICO	
3153	EXISTEM PROCEDIMENTOS PARA OS CASOS DE EXPOSIÇÕES ACIDENTAIS?				MAIOR	
<b>RECURSOS HUMANOS</b>						
3144	O RT POSSUI CERTIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA A PRÁTICA EMITIDA POR ÓRGÃO COMPETENTE?				CRITICO	
3143	FOI FEITA A NOMEAÇÃO DE UM RT COM FORMAÇÃO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA?				CRITICO	
3149	O SERVIÇO POSSUI SUBSTITUTO NO CASO DA AUSÊNCIA DO RT?				CRITICO	
3145	FOI FEITA NOMEAÇÃO DE UM SPR (SUPERVISOR DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA)?				MENOR	
2155	TÉCNICO CREDENCIADO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS?				CRITICO	
3150	TODAS AS PESSOAS QUE TRABALHAM COM RADIAÇÃO SÃO MAIORES DE 18 ANOS?				CRITICO	
3151	OS ESTAGIÁRIOS EM TREINAMENTO NO SERVIÇO SÃO MAIORES DE 16 ANOS?				CRITICO	
3152	TUDO O PESSOAL OCUPACIONALMENTE EXPOSTO ESTÁ PROVIDO DE CONTROLE DE SAÚDE OCUPACIONAL?				MAIOR	
1384	NOS ASSENTAMENTOS DOS TREINAMENTOS REALIZADOS CONSTAM OS DADOS RELATIVOS AO PROGRAMA, TAIS COMO CARGA HORÁRIA, CONTEÚDO, PERÍODO E IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES?				MAIOR	
3154	O CONTEÚDO DO ÚLTIMO PROGRAMA DE TREINAMENTO ESTÁ DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE?				MAIOR	
3155	EXISTE INSTRUÇÕES A SEREM FORNECIDAS POR ESCRITO A EQUIPE VISANDO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA?				MAIOR	
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>						
6955	AS ATIVIDADES CONSTANTES DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E DA FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC - COINCIDEM COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS OU EM CONDIÇÕES DE SEREM EXERCIDAS NO LOCAL?				CRITICO	
1366	EXISTE UM EXEMPLAR DA PORTARIA 453/98 NO SERVIÇO, ACESSÍVEL A TODOS?				MENOR	
2152	RELATÓRIO TÉCNICO DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO ATUALIZADO?				CRITICO	
2154	RELATÓRIO TÉCNICO DE TESTES DE CONSTÂNCIA ATUALIZADO?				CRITICO	
3164	EXISTE TABELAS DE EXPOSIÇÃO ELABORADAS PELO RT JUNTO AO PAINEL DE CONTROLE DE CADA EQUIPAMENTO DE RX?				MENOR	
1422	A TERMINOLOGIA E OS VALORES DOS PARÂMETROS DE OPERAÇÃO CONSTAM DO PAINEL DE CONTROLE, EM LINGUAGEM OU SIMBOLOGIA INTERNACIONALMENTE ACEITA E COMPREENSÍVEL AO USUÁRIO?				CRITICO	
3142	POSSUI RELATÓRIO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL ATUALIZADO?				CRITICO	

3589	REALIZA E REGISTRA LIMPEZA SEMESTRAL DAS CAIXAS D' ÁGUA?				MENOR	
11816	REALIZA DESINSETIZAÇÃO COM EMPRESA ESPECIALIZADA, QUE POSSUA ALVARÁ SANITÁRIO ATUALIZADO?				MENOR	
2182	EXISTE PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RX E PROCESSADORAS?				CRITICO	
11699	<b>PGRSS</b>					
2925	POSSUI PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS)?				CRITICO	
	Opções:					
	*PROTOCOLADO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES					
	*APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES					
	*DECLARAÇÃO DE NÃO GERADOR DE RESÍDUOS					
9264	HÁ CONTRATO/COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS DA EMPRESA LEGALMENTE LICENCIADA PARA O TRANSPORTE/DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE?				MAIOR	
1681	POSSUI RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTES?				MAIOR	
35	AS LIXEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO?				MENOR	
	OPÇÕES:					
	*CONSTITUÍDAS DE MATERIAL LAVÁVEL					
	*PROVIDAS DE SACO PLÁSTICO NA COR ADEQUADA					
	*PROVIDAS DE TAMPAS ACIONADAS SEM CONTATO MANUAL					
	*DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM DESCRIÇÃO E SIMBOLOGIA					
	*EM QUANTIDADE SUFICIENTE					
*ÍNTEGRAS						
11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?				MAIOR	
<b>TABAGISMO</b>						
11210	POSSUI PLACA INDICATIVA DA PROIBIÇÃO DE FUMAR?				MAIOR	
11104	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE FUMAR DENTRO E NO ENTORNO DO ESTABELECIMENTO?				MENOR	
<b>Legislação</b>	<b>RDC Nº 330/18</b>					
	<b>INSTRUÇÃO NORMATIVA/ANVISA/Nº 5 E 56/19</b>					