



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2022
PROCESSO Nº 04.000.829.22.98

Trata-se de Pedido de esclarecimento apresentado pela empresa interessada BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.551.379/0008-74 , referente ao Edital do Pregão de número em epígrafe cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de Curativos, Coberturas Especiais e Insumos para o Trato Urinário para atender demanda do Município de Belo Horizonte.

ADMISSIBILIDADE

O art. 23 do Decreto Municipal nº 17.317/20, que regulamenta o Pregão no âmbito do Município de Belo Horizonte, dispõe que até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos o ato convocatório do pregão.

Art. 23 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

Considerando que a data da sessão pública está designada para ocorrer em 06/12/2022, tem-se que o pedido de esclarecimento apresentado pela empresa interessada BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, em 01/12/2022, é tempestivo, pelo que se passa à análise de suas alegações.

DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Conforme disposto no Decreto Municipal nº 17.317/20, artigo 17, § único, o Pregoeiro poderá solicitar às áreas técnica da Secretaria Municipal de Saúde manifestação afim de subsidiar suas decisões. Neste sentido, auxiliada pela Gerência de Assistência Farmacêutica e Insumos Essenciais (GAFIE) e Diretoria de Zoonoses (DIZO), áreas técnicas responsáveis pela elaboração do Termo e Referência e aquisição dos bens, este Pregoeiro passa a responder o questionamento abaixo:


QUESTIONAMENTOS DA INTERESSADA

Qual a capacidade em mililitros (ml), deve ser considerada para a seringa do lote 16?

Resposta SMSA: A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que a capacidade da seringa é de 50 UI, ou seja, 0,5 ml, conforme descritivo do SICAM 67145 mencionado logo abaixo:

67145 - SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, COM AGULHA DE 6 MM X 0,25 MM (31 G), BICO SIMPLES COM ESCALA GRADUADA DE 1 EM 1 MILÍMETRO DE 50 U, ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA. EMBALAGEM COM DATA DE VALIDADE E LOTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2022.


Júlio César de Rezende
Pregoeiro