



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA Nº 001

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2020 SMSA/ PBH

PROCESSO Nº 04.000.840.19.25

- **OBJETO:** Registro de preços para aquisição de material para coleta de sangue a vácuo – tubos, agulhas e outros, com fornecimento de destampadoras de tubos em comodato, necessários para atender demanda do município de Belo Horizonte.

Pergunta Fornecedor: Referente ao item 11.2.8 do edital do Pregão 157/19, está sendo solicitado ficha FISPQ e no descritivo no termo de referência não é de produtos químicos.

Resposta SMSA: Respondendo ao questionamento do fornecedor quanto ao documento exigido no edital do Pregão 157/19 - FISPQ, trata-se de documento sobre as características dos produtos. É uma exigência comum aos produtos, normatizada pela RDC 302/2005 que versa sobre as atividades dos laboratórios. Faz parte das boas práticas laboratoriais. Os tubos coletores são produtos químicos: contêm substâncias químicas: anticoagulantes, ativadores de coagulação.

Sobre as FISPQs:

A FISPQ é um documento que atende à norma da ABNT NBR 14725, sendo um instrumento de comunicação dos perigos e possíveis riscos levando em consideração o uso dos produtos químicos.

Este documento é obrigatório para as empresas que utilizam, movimentam ou transportam produtos químicos. Todas as informações importantes devem estar na FISPQ, O documento é dividido em 16 seções. Cada produto deve ter os dados bem detalhados, com as seguintes informações:

- Identificação do produto;
- Medidas de segurança;
- Riscos ao fogo;
- Propriedades físico-químicas;
- Informações ecotoxicológicas;
- Dados gerais.

A apresentação é obrigatória.

Belo Horizonte, 16 de Março de 2020.


Wildes Geraldo Gonçalves Ozório

Pregoeiro