



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 263/2019 SMSA/ PBH - PROCESSO Nº 04-000.989/19-69
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ENDOSCÓPIO RÍGIDO

PERGUNTA DO FORNECEDOR

No descritivo técnico do item não informa o comprimento do endoscópio, sendo assim solicito que nos informem o comprimento.

RESPOSTA SMSA

Equipamento deverá ser compatível com os acessórios solicitados, dessa forma, o endoscópio rígido deverá ter comprimento compatível com a pinça especificada, de forma a aproveitar todo o comprimento útil da pinça.

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2020


Gisele Ferreira de Souza
Pregoeira