


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
	ROTEIRO DE VISTORIA FISCAL PARA CENTRO CIRÚRGICO AMBULATORIAL - VISA	PÁGINA: 07	REVISÃO: NOVEMBRO 2022	VIGENCIA: 31/12/2025		
	ID: 683	RVF_DVSA_051_VS				
COD_CNAE	DENONINAÇÃO ATIVIDADE					
8610-1/01	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
8630-5/01	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
INFRAESTRUTURA						
4371	A UNIDADE É ISOLADA DA CIRCULAÇÃO GERAL?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3
4372	POSSUI ÁREA DE RECEPÇÃO E PREPARO DO PACIENTE?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 ITEM 4.6
1070	POSSUI VESTIÁRIO/SANITÁRIO PARA PACIENTES?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 ITEM 4.6
4373	POSSUI VESTIÁRIO/SANITÁRIO DE BARREIRA PARA A EQUIPE DE SAÚDE?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 ITEM 4.6
4337	POSSUI SALA/ÁREA PARA ARSENAL DE MATERIAL ESTERILIZADO?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 ITEM 4.6
1634	POSSUI ÁREA PARA ESCOVAÇÃO DE MÃOS DOS PROFISSIONAIS CONTENDO, NO MÍNIMO: <b>OPÇÕES:</b> * LAVABO CIRÚRGICO COM BOJO DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO * TORNEIRA ACIONADA SEM O COMANDO DAS MÃOS * DISPENSADOR ACIONADO SEM O COMANDO DAS MÃOS PARA SOLUÇÃO DEGERMANTE E ANTI-SÉPTICA * ESCOVAS DESCARTÁVEIS PARA DEGERMAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICA DEVIDAMENTE REGULARIZADAS JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE * COMPRESSAS ESTÉREIS * LIXEIRA ACIONADA POR PEDAL				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 ITEM 4.6 E RDC 063/2011, ARTS.17 E 59

8911	OS DIVERSOS AMBIENTES POSSUEM:				MAIOR	PM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ART.36 E 38
	OPÇÕES:					
	* BOAS CONDIÇÕES DE VENTILAÇÃO					
	* BOAS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO					
	* AUSÊNCIA DE FIAÇÃO EXPOSTA					
	* ENCANAMENTOS COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTOS					
	* BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA					
<b>202</b>	<b>SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA</b>					
4403	POSSUI SALA / ÁREA PARA SERVIÇO DE ENFERMAGEM?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 ITEM 4.6
1680	A ÁREA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM CONTA COM, NO MÍNIMO:				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 - ITEM 4.6 C/C RDC 063/2011, ART. 17
	OPÇÕES:					
	* BANCADA DE SERVIÇO					
	* LAVATÓRIO COM TORNEIRA ACIONADA SEM COMANDO DAS MÃOS OU LAVABO					
	* SABÃO LÍQUIDO					
	* TOALHA DE MÃO DESCARTÁVEL					
	* LIXEIRA COM TAMPA, PEDAL E SACO PLÁSTICO					
* RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE PÉRFURO-CORTANTE						
* LOCAL ADEQUADO PARA GUARDA DE MATERIAIS MÉDICOS E MEDICAMENTOS						
3089	POSSUI SALA/ÁREA PARA PRESCRIÇÃO?				MENOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 ITEM 4.6
4380	POSSUI MACA COM GRADE E ESCADA DE DOIS DEGRAUS?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17, 53 E 58
14399	POSSUI PONTO DE OXIGÊNIO E VÁCUO?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17, 53 E 58
14400	POSSUI PONTO DE AR COMPRIMIDO?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17, 53 E 58
3487	POSSUI UM OXÍMETRO DE PULSO PARA CADA LEITO COM ALARME?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17, 53 E 58
1663	POSSUI MONITOR CARDÍACO?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art. 35. C/C RESOLUÇÃO CFM2174/2017 ART.3º INCISO I-B C/C RDC 63/2011 ART. 58
2194	POSSUI SUPORTE DE SORO?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INCISO II C/C RDC 63/2011 ART. 17 e 53

2712	O CARRO RESSUSCITADOR (DE EMERGÊNCIA) CONTÉM, NO MÍNIMO:				CRÍTICO	LM 7031/96, Art.97 INCISO II C/C RES. CFM 2174/2017 ART.3º ANEXOS VI,VIII E IX ITEM 2
	<b>OPÇÕES:</b>					
	* DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR (RDC 63 ART.7 INCISO II - C)					
	* AMBÚ COM MÁSCARA					
	* LARINGOSCÓPIO COMPLETO					
	* TUBOS ENDOTRAQUEAIS COM CUFF					
	* CÂNULAS DE GUEDEL					
	* FIO GUIA ESTÉRIL					
	* TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA					
	* MEDICAMENTOS					
	* PINÇA DE MAGYL (RDC 63 ART.7 INCISO II - C)					
	* CÂNULA NASOFARÍNGEA					
	* MÁSCARA LARÍNGEA					
	* APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA					
2448	POSSUI CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL COM VÁLVULA? (OBRIGATÓRIO QUANTIDADE DE OXIGÊNIO QUE PERMITA VENTILAÇÃO MECÂNICA POR NO MÍNIMO 2 HORAS)				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17, 53 E 58
<b>198</b>	<b>SALAS DE CIRURGIA</b>					
4374	SALA CIRÚRGICA COM DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DE 20 M2?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 ITEM 4.6
4341	POSSUI AR CONDICIONADO?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 - ITEM 4.6
4340	POSSUI PONTOS DE OXIGÊNIO (2), AR COMPRIMIDO (2), ÓXIDO NITROSO (1) E VÁCUO?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 050/2002, PARTE II - 3 E 4 - ITEM 4.6 E RDC 63/2011, ARTS. 17 E 58
4312	POSSUI ASPIRADOR PORTÁTIL?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53 E 58
2209	POSSUI CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL COM VÁLVULA?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53 E 58

1660	POSSUI APARELHO DE ANESTESIA COM MATERIAL COMPLETO?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53 E 58, RES. CFM 2174/2017 ART.3Âº INCISO IV ANEXO VI ITEM 1
1653	CADA SALA É DOTADA DE UMA ÚNICA MESA CIRÚRGICA?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 50/2002 PARTE II - 3 E 4 ITEM 4.6
4359	CADA SALA POSSUI MESAS AUXILIARES E MESA DE MAYO?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53
4412	POSSUI BISTURI ELÉTRICO COM PLACA?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53
1206	POSSUI NEGATOSCÓPIO?				MENOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53
4378	POSSUI OXÍMETRO?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 , 53 E 58
1658	POSSUI SUPORTE COM HAMPER?				MENOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53
2236	POSSUI SUPORTE DE SORO?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53
4379	POSSUI BALDES COM OU SEM RODÍZIO?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53
4358	CADA SALA POSSUI FOCO CENTRAL FIXO E FOCO MÓVEL AUXILIAR?				CRÍTICO	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53
4360	CADA SALA PARA POSSUI BANQUETAS COM MOCHO GIRATÓRIO E ESCADA DE DOIS DEGRAUS?				MENOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53
2725	POSSUI MACA PARA TRANSPORTE COM COLCHÃO E GRADES LATERAIS?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53

1665	POSSUI RELÓGIO DE PAREDE?				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 63/2011, ARTS. 17 E 53
<b>EQUIPAMENTOS / MEDICAMENTOS / PRODUTOS</b>						
1197	POSSUI EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A QUE SE PROPÕE E OS MESMOS ESTÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO?				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 32 PARÁGRAFO 3º INCISO C/C RDC 63/2011 ART. 17
3013	UTILIZA SOMENTE MEDICAMENTOS, SOLUÇÕES, DESINFETANTES E GERMICIDAS:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97. INCISO X C/C RDC 063/2011, ART. 17
	<b>OPÇÕES:</b>					
	<b>* COM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE</b>					
	<b>* DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE</b>					
3566	HÁ GUARDA DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES:				MAIOR	LM 7031/96, Art 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 17 E 36
	<b>OPÇÕES:</b>					
	<b>* EM LOCAL EXCLUSIVO</b>					
	<b>* EM LOCAL ADEQUADO</b>					
	<b>* ISENTOS DE UMIDADE</b>					
	<b>* DE FÁCIL LIMPEZA</b>					
	<b>* DE FÁCIL DESINFECÇÃO</b>					
1098	AS ALMOTOLIAS SÃO:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/2011 ART.57
	<b>OPÇÕES:</b>					
	<b>* HIGIENIZADAS</b>					
	<b>* IDENTIFICADAS</b>					
	<b>* POSSUEM DATA DE ENVASE</b>					
	<b>* DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE</b>					
	<b>* TAMPADAS</b>					
2041	EXISTEM CAPOTES ESTÉREIS:				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97. INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 53 E ART. 46, § 2º
	<b>OPÇÕES:</b>					
	<b>* EM NÚMERO SUFICIENTE</b>					
	<b>* EM BOAS CONDIÇÕES DE USO</b>					

RECURSOS HUMANOS						
1727	OS FUNCIONÁRIOS FAZEM USO DE VESTUÁRIO ADEQUADO:				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 63/2011 ART. 46 E 47
	<b>OPÇÕES:</b>					
	* JALECO OU AVENTAL DE COR CLARA					
	* PROTEÇÃO PARA OS CABELOS					
	* CALÇADO FECHADO					
	* EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
	* EM BOM ESTADO DE LIMPEZA					
	* FORNECIDO EM NÚMERO SUFICIENTE					
1910	DISPÕE DOS SEGUINTE PROFISSIONAIS DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO CIRÚRGICO:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C PM 015/01 ART. 1.º, ANEXO I, ITEM 3.9.4.20 RDC 63/2011 ART. 30
	<b>OPÇÕES</b>					
	* MÉDICOS CIRURGIÕES					
	* ANESTESISTAS					
	* ENFERMEIROS					
* TÉCNICOS DE ENFERMAGEM						
DOCUMENTAÇÃO						
10228	O SERVIÇO PROMOVE A CAPACITAÇÃO DE SEUS PROFISSIONAIS DE FORMA PERMANENTE?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 32 E 32, § ÚNICO
7018	O SERVIÇO MANTÉM REGISTRO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SERVIÇO (QUADRO PRÓPRIO OU TERCEIRIZADO) COMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 31, § ÚNICO
10760	OS PRONTUÁRIOS DOS PACIENTES CONTÊM TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTES À EVOLUÇÃO CLÍNICA E À ASSISTÊNCIA PRESTADA AO PACIENTE?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART.26 E LM 7031/96, ART. 26
10387	OS PRONTUÁRIOS ESTÃO PREENCHIDOS DE FORMA LEGÍVEL, COM ASSINATURA E CARIMBO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ASSISTÊNCIA DO PACIENTE?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 63/2011 ARTs. 26 E 27

1770	POSSUI ESCALA DE FUNCIONÁRIOS EM LOCAL VISÍVEL?				MENOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/2011 ART.30
8876	POSSUI MANUAL DE NORMAS E ROTINAS TÉCNICAS ATUALIZADO E COMPATÍVEL COM AS PRÁTICAS?				MAIOR	LM 7031/96 ART. 97 INC II C/C RDC 63/2011 ART. 23 XVIII e 51