



**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA Nº 001**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2019 SMSA/ PBH - PROCESSO Nº 04.000.724.19.24

OBJETO: Registro de preços para a aquisição de camas hospitalares.

**Pergunta Fornecedor:**

O Fornecedor questionou sobre a definição do tipo de material usado na fabricação das grades laterais para o item de SICAM 78565, Cama Hospitalar Fawler 3 movimentos.

**Resposta SMSA:**

Para o Item de SICAM 78565, Cama Hospitalar Fawler, a Engenharia Clínica da SMSA, área técnica responsável, esclarece que não irá exigir material específico de fabricação da grade, desde que atenda aos demais critérios estabelecidos e requisitos de qualidade e segurança.

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2019

Gisele Ferreira de Souza

**Pregoeira**