



**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA Nº 002**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2019 SMSA/ PBH - PROCESSO Nº 04.000.724.19.24

OBJETO: Registro de preços para a aquisição de camas hospitalares.

**Pergunta Fornecedor:**

O Fornecedor questionou se o acionamento da cama licitada é manual ou automático.

**Resposta SMSA:**

Em resposta ao questionamento do Fornecedor, a Engenharia Clínica, área técnica demandante, esclarece que as duas camas hospitalares, SICAM 78565 e SICAM 76311, possuem acionamento manual (mecânico).

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2019

Gisele Ferreira de Souza

**Pregoeira**