



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA Nº 001

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/2019 SMSA/ PBH - PROCESSO Nº 04.000.577.19.00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM CARDIOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

Pergunta Fornecedor:

Gostaríamos de registrar que pretendemos lhes ofertar um produto que possui internamente HD de 500 GB, porém devido ao nosso sistema de particionamento (divisões internas no HD) a informação passada pelo regulatório para Anvisa ficou incompleta no registro, que abriu margem para ser interpretado que o produto tem um HD inferior e neste caso ser objeto de recursos.

Vimos antecipadamente demonstrar que na página 02 do datasheet do produto consta a seguinte informação Integrated HDD (capacity: 500 GB) e propor que, apesar de ser possível comprovar o tamanho real do HD de 500 GB no produto, lhes ofertar paralelamente um HD externo de 1 TB para complementar o armazenamento de imagens. Somando 1,5 TB para armazenamento dos quais (1 TB + 350 GB) 1,35 TB serão dedicados para armazenamento de imagens.

A nossa oferta permitirá que o produto seja capaz de gerenciar mais de 500.000 imagens de mais de 80.000 pacientes, sendo, portanto, um benefício público. Podemos ofertar desta forma?

Resposta SMSA:

A respeito do questionamento apresentado, a área demandante – Gerência de Manutenção e Engenharia Clínica – informou que as propostas serão analisadas e, caso atendam ao descritivo técnico, serão aprovadas.

Cabe à empresa comprovar tecnicamente que o HD interno ao equipamento é de 500 GB e que esse disco rígido é o utilizado para armazenamento de imagem.

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2019

Taynara Gomes de Araújo

Pregoeiro