



**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA Nº 001**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021**  
**PROCESSO Nº 04.000.089.21.72**

Trata-se de Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa **EQUIPOSERV** ao Edital do Pregão de número em epígrafe cujo objeto é aquisição de mobiliário médico hospitalar.

**ADMISSIBILIDADE**

O art. 23 do Decreto Municipal nº 17.317/20, que regulamenta o Pregão no âmbito do Município de Belo Horizonte, dispõe que até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos o ato convocatório do pregão.

Art. 23 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

Considerando que a data da sessão pública está designada para 12/07/2021, tem-se que os pedidos de esclarecimentos apresentados pela interessada **EQUIPOSERV** em 07/07/2021 são tempestivos, pelo que se passa à análise de suas alegações.

**DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS**

Conforme disposto no Decreto Municipal nº 17.317/20, artigo 17, § único, a Pregoeira poderá solicitar às áreas técnicas da Secretaria Municipal de Saúde manifestação afim de subsidiar suas decisões. Neste sentido, auxiliada pela equipe técnica da Gerência de Contratação de Serviços Gerais e de Engenharia - GCOSE da SMSA, passa a responder os pedidos de esclarecimentos formulados pelo interessado:

**Questionamento da empresa EQUIPOSERV:**

*“Favor esclarecer se a bomba de vácuo deve ser entregue com gabinete acústico. A solicitação no item 2.0.1 exige o gabinete? As medidas são aproximadas?”*

**ITEM 1 – BOMBA DE VÁCUO, MODELO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO**

- 1.9 Bomba a vácuo para sucção de alta potência de até 1 HP;
- 1.10 Capacidade para até 4 consultórios simultaneamente;
- 1.11 Automático de descarga dos resíduos diretamente no esgoto;
- 1.12 Temporizador de varredura;
- 1.13 Vácuo máximo de 640mmhg/25,06inhg;
- 1.14 Coletor de detritos na entrada da sucção com abertura para limpeza;
- 1.15 Filtro de entrada de água;



1.16 Especificação do motor:

1.8.1 Motor com eixo central em inox;

1.8.2 Motor (potência): 1cv

1.8.3 Rotações do motor (r.p.m.): 3450-60 hz;

1.8.4 Alimentação: bivolt 110/220v;

1.8.5 Protetor térmico do motor;

1.9 Turbina completa em liga de bronze;

2.0 Especificações de tamanho:

2.0.1 Largura/altura/comprimento com gabinete aproximadamente de: 45 / 55 / 50 cm;

2.1 Vazão de ar máxima: 460 l/min;

2.2 Consumo de água aproximado: 0,400l/min;

2.3 Filtro silenciador de esgoto;

2.4 Fornecimento de todos os cabos e acessórios indispensáveis para instalação;

2.5 Garantia total mínima de 12 meses;"

**Resposta da SMSA:**

Em resposta ao pedido de esclarecimento da empresa EQUIPOSERV a respeito do item Bomba a Vácuo (lotes 01 e 02, SICAM 78504) do Pregão Eletrônico 007/2021, a SMSA esclarece que:

- O equipamento deverá ser entregue com o gabinete;
- As medidas do gabinete da bomba de vácuo informadas ("Largura/altura/comprimento com gabinete aproximadamente de: 45 / 55 / 50 cm") são aproximadas.

Belo Horizonte, 09 de julho de 2021

Taynara Gomes de Araújo – BM 118517-7

Pregoeira