



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA Nº 001
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2020
PROCESSO Nº 04.000.381.20.13

Trata-se de Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa **AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.** ao Edital do Pregão de número em epígrafe cujo objeto é registro de preços para aquisição de kits para detecção de anticorpos IgM contra os 4 sorotipos do vírus da dengue, usando método imunoenzimático ELISA, necessários para atender a demanda do Município de Belo Horizonte.

Considerando os termos do edital, a Pregoeira, auxiliada pela equipe técnica da Gerência da Rede Ambulatorial Especializada - GERAÉ da SMSA, passa a responder o pedido de esclarecimento formulado pela empresa:

Questionamento da empresa AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.:

"Solicito esclarecimento sobre sensibilidade e especificidade pedidos no edital, pois no descritivo pede que ambos sejam acima de 95% e nosso kit possui 94,7% de sensibilidade e 100% de especificidade. Podemos considerar nosso produto apto?"

Resposta da SMSA:

Tendo em vista que a sensibilidade do kit a ser ofertado está sendo apresentada com valor com uma casa decimal e seguindo as regras de arredondamento, consideramos o kit apto a participar do pregão, no que diz respeito a essa exigência do edital.

Taynara Gomes de Araújo

Pregoeira