



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA Nº 002
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2020
PROCESSO Nº 04.000.381.20.13

Trata-se de Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa **MEDIVAX** ao Edital do Pregão de número em epígrafe cujo objeto é registro de preços para aquisição de kits para detecção de anticorpos IgM contra os 4 sorotipos do vírus da dengue, usando método imunoenzimático ELISA, necessários para atender a demanda do Município de Belo Horizonte.

Considerando os termos do edital, a Pregoeira, auxiliada pela equipe técnica da Gerência da Rede Ambulatorial Especializada - GERAЕ da SMSA, passa a responder o pedido de esclarecimento formulado pela empresa:

Questionamento da empresa MEDIVAX:

"Localizei o Edital PE 067/2020 com abertura no dia 09/10 solicitando Dengue Elisa M, porém ao analisar o descritivo, verifiquei que não informa sobre o kit ser por captura ou não. Tendo em vista que por muitos anos o órgão só utiliza o Dengue Elisa M por captura, a solicitação do órgão é Dengue Elisa IgM por captura ou pode ser qualquer um outro?"

Resposta da SMSA:

Tanto os kits diagnósticos para Dengue IgM por captura quanto os demais kits do mercado atendem à demanda da SMSA/PBH, conforme análise feita pelo setor técnico, portanto, desde que atendam aos critérios exigidos no edital, estão aptos a serem ofertados no certame.

A não especificação do tipo de teste no descritivo teve como objetivo ampliar a concorrência para todas as empresas que comercializam/produzem kit diagnóstico para Dengue IgM.

Taynara Gomes de Araújo

Pregoeira