



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 001
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2020
PROCESSO Nº 04-000.655/20-47

Trata-se de Pedido de esclarecimento apresentado pela empresa **ARGUS CIENTÍFICA** ao Edital do Pregão de número em epígrafe cujo objeto é registro de preços para aquisição de materiais para laboratório.

Considerando os termos do edital e auxílio da área técnica responsável, passa-se a responder o seguinte pedido de esclarecimento formulado pela empresa:

1º) "Referente ao termo de referencia itens 24 a 29:kits de detecção molecular por PCR. Gostaríamos de confirmar se o equipamento referido para compatibilidade. Equipamento 7500 Fast Real-Time PCR System da Thermo Fisher, trabalha apenas no modo FAST ou Normal? Esta informação é imprescindível para a garantia da compatibilidade dos reagentes.

Resposta da SMSA:

O equipamento é compatível apenas com o modo FAST.

Gisele Ferreira de Souza
Pregoeira