



**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA Nº 001**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2020**  
**PROCESSO Nº 04.000.738.20.72**

Trata-se de Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa **LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.** ao Edital do Pregão de número em epígrafe cujo objeto é o registro de preços para aquisição de equipo para bomba de infusão com fornecimento de comodato das bombas de infusão, com garantia técnica de 12 (doze) meses necessários para atender a demanda do Município de Belo Horizonte.

Considerando os termos do edital, a Pregoeira, auxiliada pela equipe técnica da Gerência de Assistência Farmacêutica e Insumos Essenciais - GAFIE da SMSA, passa a responder os pedidos de esclarecimentos formulados pela empresa **LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.**:

**Questionamento da empresa LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.:**

“Considerando o grande quantitativo estimado de bombas, e tendo em vista que o Órgão já possui 88 (oitenta e oito) equipamentos instalados atualmente, questionamos quanto a possibilidade de aceitação, caso a empresa sagre-se vencedora, do envio de equipamentos conforme cronograma proposto, qual seja, 40 (quarenta) unidades de bomba de infusão em até 30 (trinta) dias e 40 (quarenta) unidades de bomba de infusão em até 60 (sessenta) dias contados da assinatura da Ata, podendo estas serem antecipadas mediante disponibilidade.”

**Resposta da SMSA:**

De acordo com o item 2.1.1 do Anexo I do Termo de Referência (página 78), as 168 bombas de infusão deverão ser novas e sem uso, de modo que não será aceita a entrega de somente 80 equipamentos.

Quanto ao prazo de entrega, o edital foi elaborado considerando a atual necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, portanto, conforme item 14.3 do Termo de Referência (página 69), não será aceita a entrega parcelada das bombas de infusão.

Taynara Gomes de Araújo

Pregoeira