



Comissão de Licitação SMSA - PBH &lt;cplsmsa@pbh.gov.br&gt;

---

**Solicitação - Esclarecimentos - PE 145/2021 - PREFEITURA DE BELO HORIZONTE**

---

**Adara Almeida de Lima** <adara.lima@gbo.com>  
Para: Comissão de Licitação <cplsmsa@pbh.gov.br>  
Cc: grp\_BRAM\_Licitacoes <licitacao@gbo.com>

14 de janeiro de 2022 15:22

Prezados boa tarde;

A empresa Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares LTDA., inscrita no CNPJ nº 71.957.310/0001-47, por intermédio de sua representante legal a Sra. Adara Almeida de Lima, CPF Nº 344.230.258-76; vem tempestivamente solicitar esclarecimentos relativo ao PE nº. 145/2021 que será realizado dia 20/01/2022 às 10H00, referente ao **LOTE 01 - ITENS: 5 e 6.**

Informamos que o Edital contém em seu descritivo técnico, itens que dificultam a identificação do melhor produto a ser oferecido para o cumprimento do exigido, o que em tese dificulta nossa participação.

Desta forma, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

**ITEM 05:** Será aceito tubo (c/ rosca) com volume de 4 ml, e anticoagulante EDTA K3?

**ITEM 06:** Será aceito tubo com volume de 4 ml, e anticoagulante Fluoreto + EDTA K3?

Desde já, agradeço a atenção dispensada e aguardo breve retorno para viabilizar a nossa participação neste processo.

Atenciosamente,

---

**Adara Almeida de Lima**  
Assistente de Licitações

Greiner Bio-One Brasil · Av. Affonso Pansan, Nº 1.967 - Vila Bertini · 13.473-620 · Americana · Brasil  
T: +55 (19) 3113 9713 · F:  
adara.lima@gbo.com · www.gbo.com



---

Informações sobre privacidade de dados

Esta comunicação pode conter informações legalmente privilegiadas, confidenciais e sua divulgação pode ser proibida. Se você não for o destinatário pretendido, observe que qualquer divulgação, distribuição ou cópia desta comunicação é estritamente proibida. Qualquer pessoa que receba esta mensagem por engano deve notificar o remetente imediatamente por telefone ou por e-mail de retorno e excluir essa comunicação inteiramente do seu computador.

This communication contains information that is legally privileged, confidential or exempt from disclosure. If you are not the intended recipient, please note that any dissemination, distribution, or copying of this communication is strictly prohibited. Anyone who receives this message in error should notify the sender immediately by telephone or by return e-mail and delete this communication entirely from his or her computer.



**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021  
PROCESSO Nº 04.000.775.21.80**

Trata-se de Pedido de esclarecimento apresentado pela empresa interessada GREINER BIO-ONE BRASIL., referente ao Edital do Pregão de número em epígrafe cujo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 145/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de insumos de laboratório para atender demanda do Município de Belo Horizonte

**ADMISSIBILIDADE**

O art. 23 do Decreto Municipal nº 17.317/20, que regulamenta o Pregão no âmbito do Município de Belo Horizonte, dispõe que até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos o ato convocatório do pregão.

*Art. 23 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.*

Considerando que a data da sessão pública está designada para ocorrer em 20/01/2022, tem-se que o pedido de esclarecimento apresentado pela empresa interessada GREINER BIO-ONE BRASIL., em 14/01/2022, é tempestivo, pelo que se passa à análise de suas alegações.

**DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS**

Conforme disposto no Decreto Municipal nº 17.317/20, artigo 17, § único, a Pregoeira poderá solicitar às áreas técnica da Secretaria Municipal de Saúde manifestação afim de subsidiar suas decisões. Neste sentido, auxiliada pela Gerência de Assistência Farmacêutica e Insumos Essenciais – GAFIE, esta Pregoeira passa a responder o questionamento abaixo:

**Questionamentos da Empresa**

*A empresa Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares LTDA., inscrita no CNPJ nº 71.957.310/0001-47, por intermédio de sua representante legal a Sra. Adara Almeida de Lima, CPF Nº 344.230.258-76, vem tempestivamente solicitar esclarecimentos relativo ao PE nº. 145/2021 que será realizado dia 20/01/2022 às 10H00, referente ao **LOTE 01 - ITENS: 5 e 6.***

*Informamos que o Edital contém em seu descritivo técnico, itens que dificultam a identificação do melhor produto a ser oferecido para o cumprimento do exigido, o que em tese dificulta nossa participação.*

*Desta forma, solicitamos os seguintes esclarecimentos:*

**ITEM 05:** *Será aceito tubo (c/ rosca) com volume de 4 ml, e anticoagulante EDTA K3?*

**ITEM 06:** *Será aceito tubo com volume de 4 ml, e anticoagulante Fluoreto + EDTA K3?*

**Resposta SMSA:** Gerência de Assistência Farmacêutica e Insumos Essenciais – GAFIE, responsável pela elaboração do Termo de Referência ao Edital esclarece que:

Item 05 - Lote 01 - SICAM 12323 - TUBO COLETOR DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TRANSPARENTE, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 13 MM E ALTURA DE 75



MM, COM ANTICOAGULANTE EDTA, 5 ML, VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 1,0 ML, PARA OBTENÇÃO DE SANGUE TOTAL, COM TAMPA DE BORRACHA E ETIQUETA AUTO-ADESIVA, CAIXA COM 100 UNIDADES

conforme o descritivo acima, o produto deverá apresentar volume de aspiração de 5 ml - com variação de + ou - 1 ml - com anticoagulante edta K3 - ( o padrão deste anticoagulante apresenta na sua composição o potássio) .

Item 06 - Lote 01 - SICAM 12341 -TUBO COLETOR DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DIÂMETRO EXTERNO DE 13 MM E ALTURA DE 75 MM, COM FLUORETO DE SÓDIO E EDTA, 5 ML,VARIAÇÃO DE +/- 1 ML,PARA OBTENÇÃO DO PLASMA, COM TAMPA DE BORRACHA, E ETIQUETA AUTO-ADESIVA, CAIXA COM 100 UNIDADES.

conforme o descritivo acima, o produto deverá apresentar volume de aspiração de 5 ml - com variação de + ou - 1 ml - com anticoagulante fluoreto de sódio/ edta - ( o padrão deste anticoagulante apresenta na sua composição o EDTA) .

Conforme o edital, deverá ser ofertado em conjunto com os tubos coletores, as máquinas destampadoras específicas para a retirada das tampas.

Quanto à descrição do objeto comercializado pela Interessada, a SMSA informa que não realiza a análise de propostas e objetos antes da fase de lances e habilitação.

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2022.

  
Maieré Amancio da Silva  
Pregoeira

Secretaria Municipal de Saúde/SMSA/BH