



CATIONLAB Equipamentos e Produtos para Laboratório EIRELI-ME – CNPJ 38.419.205/0001-89 – IE 124.156.855.115
Rua Dom Pedro I, nº 1194 – Vila Moreira – São José do Rio Preto / SP – CEP 15.030-500
Telefone: 17- 3234-7008 – E-mail: licitacao@cationlab.com.br

Ao

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº 04.000.862.21.82

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2021

A empresa CATIONLAB Equipamentos e Produtos para Laboratório EIRELI-ME, qualificada, através de seu representante legal, Moriel Henrique com fundamento no artigo 4º, XVIII, da Lei 10.520/02, vem respeitosamente perante Vossas Senhorias, para, tempestivamente, apresentar estas CONTRARRAZÕES, diante a peça Recursal da empresa TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA EPP, já qualificada na peça inicial.

A recorrida sagrou-se vencedora do Lote 01 do Pregão Eletrônico em epígrafe, apresentando em sua proposta todos os requisitos que foram solicitados.

Todas as informações solicitadas foram apresentadas na proposta formal enviada para a comissão de licitação, onde declaramos que concordamos com todas as cláusulas do edital e a mesma foi analisada pela comissão técnica e aprovada.

Das alegações da recorrente segue o seguinte esclarecimento:

1º “ DIÂMETRO DA PLACA DE 18 CM”:

Nosso equipamento possui a placa do tipo quadrado, portanto não teria como apresentar a informação de diâmetro, visto que não é redondo, esta característica do equipamento não prejudica em nada o seu funcionamento, o equipamento atende as necessidades do usuário e se for para verificar, possui uma área maior do que o equipamento que possui a placa redonda.

2º PLACA DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO INJETADO

Nosso equipamento é em alumínio escovado, isso nada mais é que o acabamento da placa, outra característica que não interfere no funcionamento do equipamento, tanto que o requisitante analisou nossa proposta e o mesmo aceitou todo o descritivo do nosso equipamento.



CATIONLAB Equipamentos e Produtos para Laboratório EIRELI-ME – CNPJ 38.419.205/0001-89 – IE 124.156.855.115
Rua Dom Pedro I, nº 1194 – Vila Moreira – São José do Rio Preto / SP – CEP 15.030-500
Telefone: 17- 3234-7008 – E-mail: licitacao@cationlab.com.br

3º NÃO TEM TEMP. 50 A 350°C


Sim, nosso equipamento possui temperatura até 350°C, conforme informado na nossa proposta e catalogo enviado.

Assim, pelo bem do interesse público, consubstanciado no atendimento de suas necessidades de forma satisfatória e menos onerosa ao erário, e como têm feito muitos outros órgãos públicos, pede que seja o presente recurso julgado improcedente, mantendo-se a decisão atacada, para declarar e manter como vencedora a proposta da Empresa CATIONLAB Equipamentos e Produtos para Laboratório EIRELI-ME.

Nestes termos,

Pede deferimento

São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2022


CATIONLAB Equipamentos e Produtos para Laboratório EIRELI-ME
CNPJ: 38.419.205/0001-89
Moriel Henrique
RG nº 55.504.619-9 SSP/SP / CPF nº 446.063.658-11