



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2020
PROCESSO Nº 04.001.076.20.85

Trata-se de Pedido de esclarecimento apresentado pela empresa interessada **MHÉDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA**, referente ao Edital do Pregão de número em epígrafe cujo objeto: Contratação de serviço de confecção e instalação de toldos.

ADMISSIBILIDADE

O art. 23 do Decreto Municipal nº 17.317/20, que regulamenta o Pregão no âmbito do Município de Belo Horizonte, dispõe que até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos o ato convocatório do pregão.

Art. 23 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

Considerando que a data da sessão pública está designada para ocorrer em 20/08/2021, tem-se que o pedido de esclarecimento apresentado pela empresa interessada **MHÉDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA**, em 11/08/2021, é tempestivo, pelo que se passa à análise de suas alegações.

DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Conforme disposto no Decreto Municipal nº 17.317/20, artigo 17, § único, o Pregoeiro poderá solicitar às áreas técnica da Secretaria Municipal de Saúde manifestação afim de subsidiar suas decisões. Neste sentido, auxiliada pela Gerência de Contratação de Serviços Gerais e Engenharia – GCOSE-SA , este Pregoeiro passa a responder o questionamento abaixo:

Questionamentos Empresa MHÉDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA.

1 - Edital solicita – Item 05- LÂMINA PARA LARINGOSCOPIO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMPADA, PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM 16 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO CM, CURVA, NUMERO 04.

- Será aceito lamina curva nº 04 com 15,6cm




2 - Edital solicita – Item 08 - LÂMINA PARA LARINGOSCOPIO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMPADA, PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM 9,0 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO CM, RETA, NUMERO.01

- Será aceito lâmina reta nº1 com 7,9cm?

Resposta SMSA: Edital estabelece condições mínimas do bem a ser entregue e, o comprimento maior ou menor da lâmina (mantendo a mesma numeração do tamanho), não interfere na qualidade, de forma que serão aceitos.

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2021



Wildes Geraldo Gonçalves Ozorio
Pregoeiro – BM 118.546- 0