



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA Nº 001

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2019 – DLOG/SMSA
PROCESSO Nº 04.000736.19.03**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM GARANTIA COMPLEMENTAR MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES NECESSÁRIOS PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Pergunta Fornecedor:

O fornecedor solicitou esclarecimento sobre o descritivo do objeto referente ao Lote 03, transcrito abaixo:

*O descritivo pede
FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS
Iluminação e sistema
Led com fio para restaurações diretas e indiretas.*

*Uma ponteira clareadora para um dente de **fibra ótica**
Uma ponteira clareadora para três dentes de **fibra ótica***

Portátil
*Para fotopolimerização **com bateria de lítio interna.***

Destacamos nossa dúvida, o descritivo começa pedindo LED COM FIO e depois COM BATERIA.

Não tem como um equipamento com fio ser com bateria.

A ponteira clareadora 1 e 3 dentes e fabricada em acrílico e não existe em fibra ótica para clareamento. A ponta de fibra ótica não serve para procedimento de clareamento.

Portanto gostaríamos de saber qual equipamento a SMS gostaria de adquirir, com fio ou sem fio

A ponta clareadora poderá ser de acrílico

Resposta SMSA:

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado tempestivamente, a área demandante – Gerência de Manutenção e Engenharia Clínica – analisou a solicitação e verificou a necessidade de modificação do Edital, nos termos abaixo:

A Engenharia Clínica revisará os descritivos e estaremos alterando pois encontra-se com um entendimento controverso, contempla dois equipamentos distintos. Estaremos também analisando sobre as ponteiros que acompanharão o aparelho. Sendo assim, aconselhamos a suspensão do pregão para tais análises.



Dessa forma, conclui-se que os autos serão revistos, razão pela qual a licitação será suspensa e o descritivo informado no Edital será revisado, para posterior republicação.

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2020

Taynara Gomes de Araújo
Pregoeira