



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA Nº 001

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2019 – DLOG/SMSA
PROCESSO Nº 04.000.942.19.03**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO COM GARANTIA COMPLEMENTAR MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, NECESSÁRIOS PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado tempestivamente, a área demandante – Gerência de Manutenção e Engenharia Clínica – respondeu nos termos abaixo:

a) Item 1.23 do Anexo I do Edital

Pergunta Fornecedor:

Será aceito o equipamento que possui comunicação via cabo Ethernet, sem fio e USB dos exames realizados?

Resposta SMSA:

De acordo com o descritivo do edital, equipamentos com as características apresentadas pela empresa que fez o questionamento poderão sim ser aceitos. O descritivo do item 1.23.2 tem como núcleo a informação de que o equipamento deve ser compatível com os sistemas já desenvolvidos para laudos pelo Tele Saúde do HC-UFMG, inclusive deve ser homologado para tal. A maneira como esses dados se comunicam (via cabo ethernet ou USB) não é primordial desde que o equipamento seja homologado pela Tele Saúde e compatível com os sistemas já desenvolvidos.

b) Item 8.1 do Anexo VIII do Edital (Minuta da Ata de Registro de Preços – ARP)


Pergunta Fornecedor:

Caso vencedores será aceito o prazo de entrega de 45 dias?

Resposta SMSA:

Em relação ao prazo de entrega de equipamentos de ultrassom questionado pela empresa, informamos que os prazos são definidos de acordo com as necessidades dos setores solicitantes. Todos os prazos são negociáveis diretamente com o setor solicitante e com a engenharia clínica de acordo com as necessidades.

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2020



Taynara Gomes de Araújo
Pregoeira