



RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2019 – DLOG/SMSA PROCESSO Nº 04.000.701.19.29

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, COM GARANTIA COMPLEMENTAR MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE SUS PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

IMPUGNANTE: Bunker Comercial Ltda. – CNPJ 03.213.418/0001-75

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO:

Em resposta à impugnação apresentada tempestivamente, a área demandante – Gerência de Manutenção e Engenharia Clínica – analisou a solicitação e verificou a necessidade de modificação do edital, nos termos abaixo:

a) Sobre a exigência do Edital de “Saída Serial RS 232”

Solicitação da impugnante:

Aceitar a possibilidade de saída USB em detrimento da RS 232

Parecer técnico:

A Engenharia Clínica revisará os descritivos.

b) Sobre a exigência do Edital de que os equipamentos possuam conexão direta com a impressora

Solicitação da impugnante:

Empresa solicita que seja verificada a real necessidade da referida solicitação

Parecer técnico:

A Engenharia Clínica revisará os descritivos

Dessa forma, conclui-se pelo **DEFERIMENTO** do pedido de impugnação, razão pela qual a licitação será suspensa e o descritivo informado no Edital será revisado, para posterior republicação.

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2019

Taynara Gomes de Araújo
Pregoeira