



RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2019 – DLOG/SMSA

PROCESSO Nº 04.000.701.19.29

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, COM GARANTIA COMPLEMENTAR MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE SUS PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

IMPUGNANTE: Datamed Ltda. – CNPJ 38.658.399/0001-75

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO:

Em resposta à impugnação apresentada tempestivamente, a área demandante – Gerência de Manutenção e Engenharia Clínica – analisou a solicitação e verificou a necessidade de modificação do edital, nos termos abaixo:

a) Sobre a exigência do edital “Câmara fria para armazenamento e conservação de imunobiológicos padrão Secretaria Municipal de Saúde, gabinete em aço inoxidável, bivolt, vertical, conforme especificações em anexo”

Solicitação da impugnante:

Permissão de alimentação/voltagem em um estágio

Parecer técnico:

A Engenharia Clínica revisará os descritivos.

b) Sobre a exigência do Edital “Controlador microprocessado com display LCD ou LED, exibe no painel simultaneamente as temperaturas do momento, máxima, mínima com data e hora, nível da carga de bateria, descrição de alertas e alarmes em forma de texto com sinalização áudio visual de porta aberta, falta de energia e erro de temperatura”

Solicitação da impugnante:

Exclusão da exigência de descrição de alertas em forma de texto

Parecer técnico:

A Engenharia Clínica revisará os descritivos a fim de verificar a necessidade de exigência do parâmetro.



c) Sobre a exigência do Edital para os lotes 01 e 02 (“Gabinete interno em chapa de aço inoxidável que evita corrosão [...] 1.5. Porta externa em vidro temperado, duplo ou triplo...”) e para os lotes 03 e 04 (“...gabinete interno em material de fácil assepsia, porta externa de vidro ou porta cega...”)

Solicitação da impugnante:

Opção de acabamento interior em aço inoxidável ou material de fácil assepsia não oxidante e opção de porta de vidro ou cega para os lotes 01 e 02

Parecer técnico:

A Engenharia Clínica revisará os descritivos a fim de verificar como será feita a padronização entre os lotes.

d) Sobre a exigência do Edital “[...] dobradiças de encaixe em aço inox, acabamento cromado...”

Solicitação da impugnante:

Permissão de outros tipos de encaixe tipo pivô em material não oxidante

Parecer técnico:

A Engenharia Clínica revisará os descritivos a fim de verificar a necessidade de exigência do parâmetro.

Dessa forma, conclui-se pelo **DEFERIMENTO** do pedido de impugnação, razão pela qual a licitação será suspensa e o descritivo informado no Edital será revisado, para posterior republicação.

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2019

Taynara Gomes de Araújo

Pregoeira