



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA Nº 002

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2019 SMSA/ PBH

PROCESSO Nº 04.000.660.19.43

OBJETO: Registro de preços para aquisição de equipamentos de monitoração permanente (monitor cardíaco multiparâmetro, oxímetro de pulso e de dedo) com garantia complementar mínima de 12 (doze) meses, necessários para atender demanda do município de Belo Horizonte.

Pergunta Fornecedor:

No intuito de participar desta licitação, a empresa gostaria de saber se um produto, conforme especificações abaixo na tabela, para o Lote 03 será aceito no certame para o lote 03

Especificação do Edital	Solicitado	Equipamento ofertado pela empresa
SpO2 Faixa Medição	35 a 100 %	70-99%
SPO2 Precisão	70% - 100% com desvio de $\pm 2\%$	70-99% - $\pm 3\%$ / 0-69% - não definido
FC Faixa Medição	30 - 250 bpm	30-235 bpm
FC Precisão	30 - 250 bpm com desvio de ± 3 bpm	30-99bpm: ± 2 bpm/100-235bpm: $\pm 2\%$
Média Saturação	4	Não aplicavel
Média FC	8	Não aplicavel
Alarme	Sim	Não

Resposta SMSA:

De acordo com o exposto, **o equipamento não poderá ser aceito.**

Em relação à "Faixa de Medição" solicitada, informamos que essa deve ser o valor que o equipamento deve ser capaz de registrar no display, porém os valores com precisão definida estão entre 70% e 100%, conforme edital.

Por fim, em contrapartida a quaisquer alegações de atentado ao princípio da isonomia e livre concorrência por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, esclarecemos que, em parte pela supremacia da Administração Pública no processo, em parte em respeito ao princípio da economicidade, naquilo que concerne ao objeto da presente licitação, esta Administração se reserva o direito de especificar o serviço de acordo com suas justas necessidades.

Belo Horizonte, 15 de Abril de 2020.


Wildes Geraldo Gonçalves Ozório

Pregoeiro