



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 956/2023
PROCESSO Nº 04.000.04323.33

Trata-se de Pedido de esclarecimento apresentado pela(s) empresa(s) **Difarmig Ltda. Inscrita no CNPJ 19.961.036/0001-60** referente ao Edital do Pregão de número em epígrafe cujo objeto é Registro de preço de insumos para central de esterilização.

ADMISSIBILIDADE

O art. 23 do Decreto Municipal nº 17.317/20, que regulamenta o Pregão no âmbito do Município de Belo Horizonte, dispõe que até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos o ato convocatório do pregão.

Art. 23 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

Considerando que a data da sessão pública estava designada para ocorrer em 21/09/2023, tem-se que o pedido de esclarecimento apresentados pela interessada **Difarmig Ltda** em 17/08/2023 é tempestivo, pelo que se passa à análise de suas alegações.

Pergunta Fornecedor: No edital pede: " Pacote teste "bowie & duck" descartavel. Pacote teste desafio para autoclave hospitalar - padrão aami, para verificação da eficiência de autoclaves a vapor com pré-vácuo, que utilizam bomba de vácuo para remoção do ar do interior da câmara interna do esterilizador. Constituído por duas folhas de teste impressas com indicador químico sensível ao vapor. Dispostas entre camadas de folhas de um material poroso, acondicionadas em uma embalagem que forma um pacote tamanho padrão equivalente ao pacote b&d iso 11.140-5 de 4 kg. Características: pacote teste "bowie & dick" descartável, indicador químico classe 2, embalado em não-tecido descartável e fechado por um rótulo indicador que indica a exposição ao vapor através de um indicador químico de exposição."

Iremos apresentar o produto da Maxximed, onde a embalagem não é não-tecido, a nossa embalagem já cria o mesmo desafio criado pelo não tecido. No item 35 - pede " LEITURA POR MUDANÇA DE LIMITE/ MOVIMENTO FRONTAL " O Liberador de Carga com IQ da MAxximed possui a leitura por mudança de cor do rosa para marron escuro ou preto.

Resposta SMSA: A SMSA esclarece que não realiza análise prévia de documentação ou item a ser ofertado antes da disputa do certame.

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2023.


Maíere Amancio da Silva – BM 124011-9
Pregoeira