



---

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2020 PROCESSO Nº 04.001.122.20.09

---

CRISTIANO CURY <cristiano.dentemed@gmail.com>

27 de maio de 2021 16:50

Para: Thayssaludmilla <thayssaludmilla@yahoo.com.br>, cplmsa@pbh.gov.br

Boa tarde, prezados.

Gostaria de esclarecer referente ao item 11 onde se descreve (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM  $\pm$  15%; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA DE RETIRADA DE BROCA POR BOTÃO DE APERTAR ; CONSUMO DE AR DE 42,0 L/MIN  $\pm$  2 E PRESSÃO DE TR

ABALHO DE 30 PSI  $\pm$  2; ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY, E SACADOR DE BROCAS PARA FG; ESTERILIZAÇÃO

ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. DEVE ACOMPANHAR 01 CARTUCHO EXTRA (ROTOR, PINÇA E ROLAMENTOS); são modelos diferentes, pois no sistema de retirada por botão de apertar não é necessário o uso do saca brocas (modelo FG). QUAL O MODELO A SER COTADO? Outra dúvida é se ao invés de acompanhar 1 cartucho extra, pode - se enviar uma caneta completa, pois desta forma não seria necessária a manutenção, e sim a troca imediata do equipamento.

--

--

Att.

Cristiano Cury

Tel:(31)9944-66015



**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2020  
PROCESSO Nº 04.001.122.20.09**

Trata-se de Pedido de esclarecimento apresentado pela interessado **CRISTIANO CURY** referente ao Edital do Pregão de número em epígrafe cujo objeto é registro de preços para aquisição de itens de informática com garantia técnica do item microcomputador de 36 meses.

**ADMISSIBILIDADE**

O art. 23 do Decreto Municipal nº 17.317/20, que regulamenta o Pregão no âmbito do Município de Belo Horizonte, dispõe que até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos o ato convocatório do pregão.

Art. 23 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

Considerando que a data da sessão pública estava designada para ocorrer em 01/06/2021, tem-se que o pedido de esclarecimento apresentado pelo interessado **CRISTIANO CURY** em 27/05/2021 é intempestivo. No entanto, em atenção ao princípio da transparência a SMSA passa à análise de suas alegações.

**DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS**

Conforme disposto no Decreto Municipal nº 17.317/20, artigo 17, § único, a Pregoeira poderá solicitar às áreas técnica da Secretaria Municipal de Saúde manifestação afim de subsidiar suas decisões. Neste sentido, auxiliada pela Gerência de contratação de serviços e Engenharia Clínica - GCOSE, esta Pregoeira passa a responder os questionamentos abaixo:

**Questionamentos interessada CRISTIANO CURY**

1. **Questionamento:** Gostaria de esclarecer referente ao item 11 onde se descreve:

(CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU LATÃO; TURBINA BALANCEADA; ROTAÇÃO DE 400.000 RPM  $\pm$  15%; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLA PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA DE RETIRADA DE BROCA POR BOTÃO DE APERTAR ; CONSUMO DE AR DE 42,0 L/MIN  $\pm$  2 E PRESSÃO DE TR ABALHO DE 30 PSI  $\pm$  2; ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY, E SACADOR DE BROCAS PARA FG; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135° C E 2,2 BAR. DEVE ACOMPANHAR 01 CARTUCHO EXTRA (ROTOR, PINÇA E ROLAMENTOS);

são modelos diferentes, pois no sistema de retirada por botão de apertar não é necessário o uso do saca brocas(modelo FG).QUAL O MODELO A SER COTADO? Outra dúvida é se ao invés de acompanhar 1 cartucho extra, pode - se enviar uma caneta completa, pois desta forma não seria necessária a manutenção, e sim a troca imediata do equipamento.



**Resposta SMSA:** Considerando os esclarecimentos apresentados verifica-se que houve erro material na descrição dos lotes 13 e 14 – SICAM 81545. Desta forma, a SMSA irá anular os referidos lotes e novo certame será marcado para sua aquisição.

Belo Horizonte, 28 de maio de 2021.

Maíere Amancio da Silva – BM 124.011-9

Pregoeira