



P M BELO HORIZONTE - PE 177/2020 - ESCLARECIMENTO PRAZO DE ENTREGA

Isabel Cristina Xavier <isacrisxav@yahoo.com.br>
Para: "cplmsa@pbh.gov.br" <cplmsa@pbh.gov.br>

26 de maio de 2021 15:42

Ref.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIRETORIA DE LOGÍSTICA - GERÊNCIA DE COMPRAS

PE 177/2020 Página 1 de 69

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2020

PROCESSO Nº 04.001.122.20.09

- OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.
- TIPO: MENOR PREÇO, AFERIDO PELO VALOR GLOBAL DO LOTE.
- MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: ATÉ 01/06/2021 às 09:00 horas
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 01/06/2021 , às 09:00 h.
- INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: dia 01/06/2021, às 10:00 h.
- FORMALIZAÇÃO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Os pedidos poderão ser formulados de acordo com o item "5" deste edital

19. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

19.1. O prazo de entrega do(s) produto(s) será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada.

Senhores

Boa tarde

Com relação ao processo licitatório acima, caso a empresa que represento, seja vencedora, existe possibilidade de solicitar prorrogação no prazo de entrega?

O prazo estabelecido de 30 dias corridos é impraticável para equipamentos odontológicos no cenário atual. Por conta da pandemia COVID-19, todos os prazos de entrega do setor estão por volta de 120 (cento e vinte) dias, por uma série de fatores (falta matéria-prima, falta mão-de-obra, demora desembaraço insumos importados, etc...)

Agradeço desde já.

Isabel



P M BELO HORIZONTE - PE 177/2020 - ESCLARECIMENTOS

Isabel Cristina Xavier <isacrisxav@yahoo.com.br>
Para: "cplmsa@pbh.gov.br" <cplmsa@pbh.gov.br>

26 de maio de 2021 17:53

Ref.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIRETORIA DE LOGÍSTICA - GERÊNCIA DE COMPRAS

PE 177/2020 Página 1 de 69

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2020

PROCESSO Nº 04.001.122.20.09

- OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.
- TIPO: MENOR PREÇO, AFERIDO PELO VALOR GLOBAL DO LOTE.
- MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: ATÉ 01/06/2021 às 09:00 horas
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 01/06/2021 , às 09:00 h.
- INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: dia 01/06/2021, às 10:00 h.
- FORMALIZAÇÃO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Os pedidos poderão ser formulados de acordo com o item "5" deste edital

ITEM 06 - FOTOPOLIMERIZADOR

Para este item, apenas será aceito fotopolimerizador COM fio? Ou este órgão aceitará também o aparelho SEM fio (wireless)?

Estamos encontrando apenas uma marca que atenda integralmente o descritivo solicitado, KONDETECH.

<https://kondentech.com.br/led5.html>

LED 5 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COM FIO E LED DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Fotopolimerizador a Led com fio indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Emite luz fria (azul) através de caneta portátil. Leve, de fácil assepsia e manuseio. Possui 3 modos de operação (rápida, gradual e pul-sante). Garantia: 12 meses.

ITEM 11 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO

Está sendo solicitado "sistema de retirada de broca por botão de apertar". No entanto mais adiante, está sendo solicitado "sacador de brocas para FG". Podemos desconsiderar essa última solicitação?

ISabel



**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2020
PROCESSO Nº 04.001.122.20.09**

Trata-se de Pedido de esclarecimento apresentado pela interessada **ISABEL CRISTINA XAVIER** referente ao Edital do Pregão de número em epígrafe cujo objeto é registro de preços para aquisição de itens de informática com garantia técnica do item microcomputador de 36 meses.

ADMISSIBILIDADE

O art. 23 do Decreto Municipal nº 17.317/20, que regulamenta o Pregão no âmbito do Município de Belo Horizonte, dispõe que até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos o ato convocatório do pregão.

Art. 23 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

Considerando que a data da sessão pública estava designada para ocorrer em 01/06/2021, tem-se que os pedidos de esclarecimentos apresentados pela interessada **ISABEL CRISTINA XAVIER** em 26/05/2021 é tempestivo, pelo que se passa à análise de suas alegações.

DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Conforme disposto no Decreto Municipal nº 17.317/20, artigo 17, § único, a Pregoeira poderá solicitar às áreas técnica da Secretaria Municipal de Saúde manifestação afim de subsidiar suas decisões. Neste sentido, auxiliada pela Gerência de contratação de serviços e Engenharia Clínica - GCOSE, esta Pregoeira passa a responder os questionamentos abaixo:

Questionamentos interessada ISABEL CRISTINA XAVIER

1. Questionamento: Com relação ao processo licitatório acima, caso a empresa que represento, seja vencedora, existe possibilidade de solicitar prorrogação no prazo de entrega?

O prazo estabelecido de 30 dias corridos é impraticável para equipamentos odontológicos no cenário atual. Por conta da pandemia COVID-19, todos os prazos de entrega do setor estão por volta de 120 (cento e vinte) dias, por uma série de fatores (falta matéria-prima, falta mão-de-obra, demora desembaraço insumos importados, etc...)

Resposta SMSA: Não haverá prorrogações de prazos de entrega.

2. Questionamento:

ITEM 06 - FOTOPOLIMERIZADOR

Para este item, apenas será aceito fotopolimerizador COM fio? Ou este órgão aceitará também o aparelho SEM fio (wireless)?



Estamos encontrando apenas uma marca que atenda integralmente o descritivo solicitado, KONDENTECH.

<https://kondentech.com.br/led5.html>

LED 5 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COM FIO E LED DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Fotopolimerizador a Led com fio indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Emite luz fria (azul) através de caneta portátil. Leve, de fácil assepsia e manuseio. Possui 3 modos de operação (rápida, gradual e pul-sante). Garantia: 12 meses.

Resposta SMSA: Para o item 06 (fotopolimerizador), esclarecemos que somente serão aceitos equipamentos com fio. Os equipamentos sem fio demandam de bateria para que funcionem, sendo que o tempo de duração dessas baterias é relativamente curto. Portanto, não atende as necessidades da SMSA um equipamento do tipo wireless. A SMSA ressalta que os descritivos foram elaborados considerando mais de uma marca existente no mercado.

3. Questionamento: ITEM 11 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO

Está sendo solicitado "sistema de retirada de broca por botão de apertar". No entanto mais adiante, está sendo solicitado "sacador de brocas para FG". Podemos desconsiderar essa última solicitação?

Resposta SMSA: Considerando os esclarecimentos apresentados verifica-se que houve erro material na descrição dos lotes 13 e 24- SICAM 81545. Desta forma, a SMSA irá anular os referidos lotes e novo certame será marcado para sua aquisição.

Belo Horizonte, 28 de maio de 2021.

Maíere Amancio da Silva – BM 124.011-9

Pregoeira